

Consultas Realizadas

Licitación 397927 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA - AD REFERENDUM

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Se solicita amablemente al convocante ampliar el Plazo de entrega de los bienes a un mínimo de 40 días desde la remisión de la orden de compra, esta solicitud obedece a que en tiempos de pandemia por COVID-19 la disponibilidad de muchos de los reactivos e insumos en especial del área de Biología molecular están en escasez con fechas de producción apretadas y, ademas, se debe tener en cuenta que muchos productos solicitados requieren condiciones de envío y transporte rigurosos donde se debe considerar que es dificultoso conseguir fletes para la pronta importación.</p>	17-05-2021	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Se procederá a emitir una Adenda modificando el plazo de entrega "hasta 30 (treinta) días hábiles posteriores a la remisión de la Orden de Compra emitida".</p>	19-05-2021	

Consulta 2 - ITEM 05 COLORANTE FLUORESCENTE

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Se podría ofertar un colorante fluorescente con presentación de Vial x 400uL. Y de concentración 10.000X</p>	17-05-2021	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Se tendrán en cuenta ofertas con presentación de vial x 400 uL. como minimo, y concentración 10.000X. Al efecto se emitirá una Adenda.</p>	19-05-2021	

Consulta 3 - item 19, item 20

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Las especificaciones tecnicas se refieren a una master mix para uso con sondas fluorescentes o con SYBR Green?</p>	18-05-2021	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Se refiere a una master mix para uso con sondas fluorescentes.</p>	19-05-2021	

Consulta 4 - ITEM 13 KIT PARA LIGACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Se puede ofertar un KIT para 96 preparaciones?</p>	18-05-2021	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones</p>	19-05-2021	

Consulta 5 - ITEM 21 MEZCLA PARA AMPLIFICACIÓN DE MATERIAL GENÉTI

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2021
Se puede ofertar DOS kits con presentaciones diferentes: 1 kit x 200 reacciones + un kit x 50 reacciones del producto solicitado a fin de cumplir con la cantidad solicitada		

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2021
Para el ítem 25, solicitamos a la Convocante especificar extensión y aclarar la concentración de los oligonucleótidos.		

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
Se requiere Oligonucleótidos de aproximadamente 20 nucleótidos cada uno y de al menos 50 nmoles cada uno. (Uso: Primers)		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2021
Para el ítem 26, Solicitamos a la Convocante especificar extensión y qué fluoróforos se requieren en los oligonucleótidos.		

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
Se requiere Oligonucleótidos de aproximadamente 20 nucleótidos cada uno a ser utilizados como sondas en una reacción de qPCR. El fluoróforo en el extremo 5' sería FAM (o alguna alternativa con fluorescencia en el mismo espectro que sea compatible con CFX96) y un quencher compatible con el fluoróforo (ejemplo: para FAM sería el BHQ-1).		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2021
Para el ítem 37, Solicitamos a la Convocante se refiere a la enzima transcriptasa reversa M-MuLV?		

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
Nos referimos a la enzima transcriptasa reversa denominada: Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase		

Consulta 9 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
con el propósito de dar al oferente tiempo para tomar los recaudos necesarios, se solicita amablemente a la convocante indicar los ítems que requerirían muestras para evaluación, los reactivos usualmente se evalúan mediante materiales técnicos escritos tales como catálogos e insertos.		

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
El Comité de Evaluación normalmente solicita muestras de ítems que corresponden a insumos, en caso de que el producto cotizado no sea conocido o no satisfaga el catálogo remitido. Para los ítems correspondiente a reactivos se evalúa con los insertos remitidos.		

Consulta 10 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
favor aclarar: Por un lado solicitan contratos y/o facturación para avalar la experiencia pero por otra parte en el apartado "Requisitos documentales" no mencionan contratos solo "facturación y/o recepciones finales". Se solicita amablemente mantener el requisito documental "Contratos"		

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
Se requiere la presentación de copia de contratos y/o facturaciones y recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Se emitira una adenda al respecto.		

Consulta 11 - vencimiento de los reactivos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
Piden en varios items vencimiento mínimo un año sin embargo por su naturaleza pueden ser fabricados con un año motivo por el cual ya la provision seria con un tiempo menor . En estos casos cual seria el procedimiento a seguir si lo solicitado es de cumplimiento imposible?		

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 12 - autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
La autorizacion del fabricante puede ser reemplazada por la carta de distribucion? El documento autorizacion del fabricante no requerira apostillado ni inscripcion en el registro publico de comercio?		

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
El oferente deberá presentar Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida con fecha anterior a la apertura de ofertas. Para este llamado no se precisa que los documentos esten inscriptos en el Registro Publico de Comercio.		

Consulta 13 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
Puede presentarse contratos, ademas de facturaciones y/o recepciones finales? Pues presentar contratos permite menos utilizacion de papeles.		

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
Serán tenidos en cuenta contratos y recepciones finales, y/o facturaciones		

Consulta 14 - ITEM 14 - KIT PARA AMPLIFICACION GENETICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<ul style="list-style-type: none">• Item 14- Kit Reactivo para Amplificación Genética: si la presentación a ofertar podría ser de 2 x 48 Reacciones: 96 Reacciones.		

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Serán tenidas en cuenta ofertas con presentación de 2 x 48 reacciones, siempre y cuando el precio unitario ofertado corresponda a 96 reacciones.</p> <p>Se emitirá una Adenda.</p>		

Consulta 15 - ITEM 36: Reactivos para Extracción de Ácidos Nucleicos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<ul style="list-style-type: none">• Item 36: Reactivo para la Extracción de Ácidos Nucleicos: si la presentación a ofertar podría ser de 2 x 50 Extracciones.		

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2021
<p>Serán tenidas en cuenta ofertas con presentación de 2 x 50 extracciones, siempre y cuando el precio unitario ofertado corresponda a 100 extracciones y cumpla con las demás especificaciones técnicas.</p>		