

## Consultas Realizadas

### Licitación 398115 - ADQUISICION DE INSUMOS LABORATORIALES Y REACTIVOS

#### Consulta 1 - Item 61-Tubo de Plástico 1,5

| Consulta                                                                          | Fecha de Consulta | 08-09-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se podría ofertar tubos con separadores de suero con capacidad de muestra de 3ml? |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 13-09-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE ACLARA QUE SI SE PUEDE OFERTAR tubos con separadores de suero con capacidad de muestra de 3ml |                    |            |

#### Consulta 2 - LOTE 51: TEST RAPIDO PARA DENGUE

| Consulta                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 09-09-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se podría ofertar un Test rápido para dengue IgG/IgM con detección de antígeno NS1 test inmunocromatográfico, los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 85% y especificada no menor al 90%. |                   |            |

| Respuesta                                                                      | Fecha de Respuesta | 13-09-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE ACLARA QUE SI SE PUEDE PRESENTAR EN LA OFERTA EL ITEM MENCIONADO |                    |            |

#### Consulta 3 - LOTE 52: Test de EMBARAZO - HCG

| Consulta                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 09-09-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se podría ofertar un Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso capacidad de detección a partir de 20 UI/ml de la hormona beta HCG en suero o plasma. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 13-09-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE ACLARA QUE SI SE PUEDE PRESENTAR EN LA OFERTA EL Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso capacidad de detección a partir de 20 UI/ml de la hormona beta HCG en suero o plasma. |                    |            |

#### Consulta 4 - Plazo de entrega

| Consulta                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 09-09-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita al convocante amablemente extender el plazo de entrega a 30 días para poder tener mayor cantidad de oferentes |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 13-09-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN EL PLAZO ESTABLECIDO DEBIDO A LA URGENCIA CON QUE DEBEN SER PROVISTOS LOS INSUMOS Y REACTIVOS AL HMI |                    |            |

## Consulta 5 - ítem 76

| Consulta                                                                                           | Fecha de Consulta | 09-09-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente al convocante aceptar "Pipeta automatica con volumen fijo 1000 ul o 500uL" |                   |            |

| Respuesta                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 13-09-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| LA CONCOVANTE ACLARA QUE SI SE PUEDE PRESENTAR EN LA OFERTA "Pipeta automatica con volumen fijo 1000 ul o 500uL" |                    |            |

## Consulta 6 - Ítem 78

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 09-09-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita al convocante aclarar la EETT del ítem 78 con titulo "PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS - AZULES: Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, Bolsa x 500 unidades como minimo." PERO en las EETT solciitan: "Azules,descartables para volúmenes de 1 a 10 microlitros,bolsa x 1000 unidades como minimo, presentacion en bolsa" Sería de 100 a 1000 en las EETT? |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 13-09-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| SE SOLICITA PUNTAS DESECHABLES COLOR AZUL PARA PIPETEAR MUESTRAS DE 500 A 1000 MICROLITROS, LA PRESENTACION EN BOLSA PUEDE SER DESDE 100 PUNTAS POR BOLSA. |                    |            |