

## Consultas Realizadas

# Licitación 399449 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO

### Consulta 1 - Ítem Nº 80

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2021
Favor aclarar si están solicitando 250/500 unidades de Láminas cubre objeto 22 x 22 mm o 250/500 caja x 100 unidades de Láminas cubre objeto, esta consulta obedece a que el precio referencial NO CORRESPONDE a precio por unidad NI mucho menos a precio por caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

### Consulta 2 - Ítem Nº 96

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2021
Favor aclarar si están solicitando 3/5 unidades de Pipeta Pasteur de plástico de 3 ml o 3/5 caja, bolsa y/o paquete x 100 unidades como mínimo, esta consulta obedece a que el precio referencial NO CORRESPONDE a precio por unidad NI mucho menos a precio por caja, bolsa y/o paquete. La mayoría de los precios referenciales están desfasados, actualmente los precios están muy por encima, diría bastante por encima de los precios referenciales publicados en este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

### Consulta 3 - Ítem Nº 101

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2021
Favor aclarar si están solicitando 50/100 unidades de Puntas Amarillas ó 50/100 Bolsa x 1.000 unidades como mínimo de Puntas Amarillas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

### Consulta 4 - Ítem Nº 101

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2021
Favor aclarar si podemos ofertar Puntas Amarillas con volumen de 2- 200 ul, el mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, la medida indicada es la requerida por el servicio.		

### Consulta 5 - Ítem Nº 102

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2021
Favor aclarar si están solicitando 50/100 unidades de Puntas Azules ó 50/100 Bolsa x 500 unidades como mínimo de Puntas Azules.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

### Consulta 6 - Ítem Nº 102

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2021
Favor aclarar si podemos ofertar Puntas Azules con volumen de 50- 1.000 ul, el mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

### Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
ITEM 23 AZUL DE METILENO. Favor confirmar presentación. Azul de Metileno reactivo químico puro, normalmente es polvo x 25 gr		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita azul de metileno frasco x 1.000 como mínimo.		

### Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
ITEM 34 CEPILLO DE LIMPIEZA PARA TUBOS CHICO. Favor confirmar que requieren envase estéril.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al Potencial Oferente remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

### Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
ITEM 81 LAMINA PORTA OBJETO Favor considerar que se pueda ofertar rango de medidas, 72 a 75 mm X 25 a 26 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 10 - PRESENTACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
ITEM 96 PIPETA PASTEUR Se solicita 3 u mínimo y 5 u máximo Precio referencial: 1105 Gs Favor confirmar que esta correcto lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 11 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Donde dice "30% de lo Adjudicado 5 (cinco) días posteriores a la emisión de la orden de compra." se refiere al 30% de la cantidad máxima adjudicada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
Se refiere al 30 % sobre la cantidad máxima adjudicada.		

## Consulta 12 - GMP del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2021
Solicitamos a la Convocante excluir la presentación de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de origen, debido que para la obtención de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos (INSUMOS MEDICOS) según la Resolución S.G. N° 669 en los Art. 4 Inc. B) de la Ley N° 4659/12, no es necesario que las empresas importadoras cuenten con dicho documento, por lo que solicitar el Certificado de Buenas Practicas de Fabricación de origen estaría en contraposición a la ley vigente, por dicho motivo solicitamos la exclusión de dicho documento del Pliego de Bases y Condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, lo solicitado es a fin de garantizar las buenas practicas de fabricación y/o almacenamiento teniendo en cuenta que los dispositivos médicos objeto de la presente licitación son de uso médico.		

## Consulta 13 - Ítem 68

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2021
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la pág. 30, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 68 "Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 2/0, sutura sintética absorbible monofilamento incoloro con aguja a traumática de acero inoxidable, 3/8 circulo, aguja de 17-26 mm de longitud y hebra de 40 a 70 cm de largo." Considerando que: Las características solicitadas no cumplirían la función de manera óptima en la técnica quirúrgica. Solicitamos a la convocante modificar dichas características quedando de la siguiente manera: "Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 2/0, sutura sintética absorbible monofilamento incoloro con aguja TRAUMATICA de acero inoxidable, 3/8 circulo, aguja de 17-26 mm de longitud y hebra de 40 a 70 cm de largo"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 14 - Ítem 69

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2021
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, en la pág. 30, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 69 "Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 4/0, sutura sintética absorbible monofilamento incoloro con aguja atraumática de acero inoxidable, 3/8 circulo, aguja de 17-26 mm de longitud y hebra de 40 a 70 cm de largo."</p> <p>Considerando que: Las características solicitadas no cumplirían la función de manera óptima en la técnica quirúrgica. Solicitamos a la convocante modificar dichas características quedando de la siguiente manera: "Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 4/0, sutura sintética absorbible monofilamento incoloro con aguja TRAUMATICA de acero inoxidable, 3/8 circulo, aguja de 17-26 mm de longitud y hebra de 40 a 70 cm de largo."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 15 - Ítem 73

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2021
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, en la pág. 30, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 73 "Hilo para sutura Poliglactina N° 1, con aguja atraumática de acero inoxidable, 1/2 circulo, aguja de 40 - 48 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo."</p> <p>Considerando que: El largor de la hebra no afecta al procedimiento quirúrgico ni al paciente, sin embargo, incurriría en beneficio económico de la convocante al utilizar menor cantidad de unidades de suturas. Solicitamos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de la hebra de 70-90 cm de largo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 16 - Ítem 33 - CATETER VENOSO CENTRAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
<p>A fin de precautelar la participación y libre competencia en este proceso, solicitamos a la convocante tengan a bien ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera: ítem 33 - Catéter venoso central pediátrico (5 a 5.5 Fr) x (13 a 16 cm) de poliuretano, triple lumen. Kit que incluya punzón de 20 a 21 G (3,3 cm), jeringa de 5 cc, dilatador de 6 a 6,5 F x 10 cm, guía metálica de 45 a 50 cm x 0,53 mm, bisturí.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al potencial oferente remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, las especificaciones técnicas son las requeridas para satisfacer las necesidades.		

## Consulta 17 - Ítem 104- Set de Catéter para Hemodiálisis - adulto

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
<p>Favor reconsiderar el precio referencial atendiendo el aumento del dólar en los últimos tiempos. El precio actual del mercado ronda los Gs. 1.250.000.- el SET</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, el precio está conforme al mercado actual.		

## Consulta 18 - ITEM 16 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

ITEM 16 : Algodón laminado Ancho 15 cm. Largo: 1.5 m a 2 m  
Pedimos amablemente a la convocante ampliar el rango a 15 cm a 30 cm de ancho como mínimo. Teniendo en cuenta que la diferencia superior no repercute en el material.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 19 - ITEM 17 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 17: Algodón laminado Ancho 20 cm. Largo: 1.5 m a 2 m  
Pedimos amablemente a la convocante ampliar el rango a 20 cm a 30 cm de ancho como mínimo. Teniendo en cuenta que la diferencia superior no repercute en el material.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 20 - ITEM 29 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 29: Cánula de Aspiración de Campo Quirúrgico  
1) Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar a que se refiere al solicitar catéter de aspiración, Tipo K66 sin Interruptor de PVC. 2) La convocante aceptaría cánula de aspiración con longitud del tubo de 1,8 m; ya que la diferencia es mínima, no dificultando o impidiendo que la misma cumpla su función.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas, debido a que son las requeridas por los servicios.

## Consulta 21 - ITEM 35 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 35: Cinta Adhesiva  
Se solicita amablemente a la convocante favor aceptar cinta adhesiva color marrón, ya que cumple con las medidas solicitadas y la diferencia de color no repercute de manera significativa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 22 - ITEM 81 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 81: Lamina portaobjeto  
1) La convocante podría confirmar si la presentación solicitada sería caja x 50 unidades. 2) Podría la convocante aceptar portaobjetos con una medida de 76 x 26 mm teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y no afecta el objeto de su función.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 23 - ITEM 102 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítem 102: Puntas desechables para pipetas automáticas. Volumen de 100 a 1000 microlitros  
 1) La convocante podría aclarar si lo que se solicita son 50/100 cajas o 50/100 unidades del producto. En caso que la misma sea por caja, la presentación sería caja x 50 unidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 24 - CONTRATO ABIERTO - CANTIDADES MAXIMAS Y MINIMAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en el contrato cuales son las cantidades maximas y minimas requeridas por cada ítem

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

Las cantidades máximas y mínimas se detallan en la planilla de precios del SICP. Una vez terminada la etapa de evaluación, la planilla sera incluida en la clausula 5 del contrato.

## Consulta 25 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en el Plan de entrega de los bienes, si donde dice "30% de lo Adjudicado 5 (cinco) días posteriores a la emisión de la orden de compra.  
 70% del restante, conforme a la necesidad durante la vigencia del contrato." se refiere a porcentajes de la cantidad mínima o máxima y en caso de ser a la mínima favor aclarar las condiciones y plazos de entrega para las cantidades máximas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se refiere al porcentaje sobre la cantidad máxima.

## Consulta 26 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice "70% del restante, conforme a la necesidad durante la vigencia del contrato." favor aclarar el plazo de entrega en días

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

5 días a la emisión de la orden de compra

## Consulta 27 - CANTIDADES POR ITEM

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
----------	-------------------	------------

Favor especificar en el Pliego de Bases y Condiciones cuales son las cantidades máximas y mínimas solicitadas por cada ítem

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
-----------	--------------------	------------

las cantidades máximas y mínimas solicitadas por cada ítem se detallada en la planilla de precios del SICP.

## Consulta 28 - Ítem 28

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2021
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bolsa para colostomía. Bolsa de colostomía con anillo tipo karaya, de 12" o 30 cm, como mínimo, aro de 2,5" (64mm) +/- 2mm, o, transparente, con clamp individual, que se adapte al tamaño del aro, transparente, adhesivo micro poroso hipo alérgico para mejor seguridad y una mejor aireación de la piel. Abrazadera o clamp para cierre individual</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> Solicitamos a la convocante: si puede extenderse a: Bolsa de colostomía con anillo tipo karaya/ hidrocoloide		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Las especificaciones técnicas del Item 28 se mantienen, atendiendo a que no se pueden establecer características técnicas diferentes como alternativos.		

## Consulta 29 - Ítem 33

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2021
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Catéter Venoso Central 5 Fr x 16 cm de poliuretano. Catéter venoso central pediátrico 5 Fr x 16 cm de poliuretano, triple lumen. Kit que incluya punzón de 20 G (3,3 cm), jeringa de 5 cc, dilatador 6,5 F x 10 cm, guía metálica 50 cm x 0,53 mm, bisturí.</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> Solicitamos a la convocante: si puede extenderse a 5 Fr x 13 a 16 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al potencial oferente remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, lo requerido es conforme a las necesidades del servicio.		

## Consulta 30 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2021
Tratándose de insumos importados, solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días desde la firma del contrato, para dar oportunidad a más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Considerando que el plazo establecido es para la provisión del 30% de lo Adjudicado a partir de la emisión de la orden de compra y el 70% del restante, conforme a la necesidad durante la vigencia del contrato, se solicita al Oferente remitirse a lo solicitado en las bases de la licitación.		

## Consulta 31 - Ítem 96 Pipeta Pasteur

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2021
Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad solicitada de este ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 32 - Item 101 Puntas desechables para pipetas

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2021
Solicitamos a la convocante aumentar el precio de referencia, el pedido obedece a que son isumos que se usan para el covid, y se encuentra con mucha demanda. aumentar a mas o menos Gs. 120.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, los precios han sido elaborados conforme a las normativas vigentes.		

## Consulta 33 - Vencimiento de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2021
Solicitamos a la convocante aceptar productos con vencimiento de 12 meses, para permitir participacion de mas oferrentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
El vencimiento de los productos fueron establecidos de acuerdo a la utilización de los mismos por los servicios requirentes, aclarando que se podrán recepcionar productos con vencimiento menor a 18 (dieciocho) meses, los casos se encuentran detallados en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 2.		

## Consulta 34 - Especificaciones Técnicas - ITEM 22

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas con referencia a las medidas del Apósito Hidrocoloide ampliando a 20cmx21cm (+ - 2 cm) esto permitirá a la convocante contar con mayor ofertas susceptibles de posible adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 35 - Especificaciones Técnicas - ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la Convocante incluir en las especificaciones las siguientes características "Rico en Vitamina E. Con test de eficacia contra Microorganismos, levadura y Hongo". Todas estas características permitirán contar con un equipo acorde a lo dispuesto en la Ley N° 4659/12 "Que implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		



## Consulta 36 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 15, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 29.500 por unidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, los precios han sido elaborados conforme a las normativas vigentes.

## Consulta 37 - GMP del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante excluir la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de origen, debido que para la obtención de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos (INSUMOS MEDICOS) según la Resolución S.G. N° 669 en su Art. 4 Inc. B) , no es necesario que las empresas importadoras cuenten con dicho documento, por lo que solicitar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación de origen estaría en contraposición a la ley vigente, por dicho motivo solicitamos la exclusión de dicho documento del Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, lo solicitado es a fin de garantizar las buenas practicas de fabricación y/o almacenamiento teniendo en cuenta que los dispositivos médicos objeto de la presente licitación son de uso médico.

## Consulta 38 - Especificaciones Técnicas - ITEM 22

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

A fin de que la convocante cuente con un producto que garantice una mejor calidad en el cuidado de heridas para los pacientes que son provistos con este tipo de insumo, solicitamos ajustar las Especificaciones Técnicas del ítem n° 22 de la siguiente manera "Apósito Hidrocoloide (Gelatina, Pectina y Carboximetilcelulosa) con polímeros elastoméricos, forma triangular adaptable a la zona sacra, medida 20cm x 21cm (+/1 cm) esterilizado por óxido de etileno".

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 39 - Especificaciones Técnicas - ITEM 36

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajustar las especificaciones técnicas de la Cinta testigo para calor húmedo a una medida estándar de 19mm x 50mts como mínimo, esto permitirá a la convocante especificaciones completas del insumo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 40 - Especificaciones Técnicas – ITEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la Convocante incluir dentro de las Especificaciones Técnicas del ítem 38 “Clorhexidina Solución” que el mismo cuente con dispensador y con Certificados de efectividad. Estas características permitirán contar con un producto que pueda ser fácilmente racionalizado sin necesidad de desperdiciar el producto además solicitando la presentación de certificados de calidad la convocante estará garantizando que el producto cuente con alta efectividad en la acción farmacéutica del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al potencial oferente remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 41 - Especificaciones Técnicas – ITEM 43

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la Convocante ajustar las Especificaciones Técnicas del ítem 43 quedando de la siguiente manera “Conectores transparentes que permita la visualización total de la perfusión y el lavado de los mismos, con cánula interna y sello de silicona, incompatible con el uso de aguja, desplazamiento neutro, volumen residual 0,04 ml, libre de componentes metálicos (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros), compatibles con fármacos (Alcohol, lípidos, clorhexidina, quimioterapia). Dispositivo de cierre deslizante en cada una de las vías, conexión próxima al paciente a rosca y punta catéter. Libre de látex y DEHP, estéril. Longitud del extensor 20 cm (+/- 2 cm)”. Todas estas características permitirán contar con un producto acorde a lo dispuesto en la Ley N° 4659/12 “Que implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al potencial oferente remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 42 - ITEM 43 – PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 43, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 35.000 por unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, los precios han sido elaborados conforme a las normativas vigentes.		

## Consulta 43 - ITEM 103 – PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 103, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 25.000 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, los precios han sido elaborados conforme a las normativas vigentes.		

## Consulta 44 - ITEM 104 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 104, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 1.320.000 por

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, los precios han sido elaborados conforme a las normativas vigentes.

## Consulta 45 - Especificaciones Técnicas - ITEM 104

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ajustar las Especificaciones Técnicas del ítem 104 quedando de la siguiente manera "Catéter para Hemodiálisis permanente (Adulto) 15 Fr x 28 cm (+/-1cm). Kit de Catéter que contiene: catéter de doble lumen de silicona, dilatador de vaso, introductor de válvula pelable, aguja introductora, alambre guía, trocar, apósitos adhesivos, tapa de heparina, gasa, bisturí, jeringa y sutura con aguja" esto permitirá a la convocante contar con mayor números de ofertas susceptible de adjudicación y por ende mejores productos en cuanto a precio y calidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 46 - ITEM 118 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante ajustar las Especificaciones Técnicas del ítem 118 en los siguientes puntos: "que las tiras reactivas de glucosa sea para todo uso ya sea indicado para neonatos, niños y adultos, presentación sobre individual con desecante. El oferente deberá entregar 1 equipo por cada 200 unidades de tira y el mismo deberá ser compatible con las tiras reactivas ofertadas. Las tiras y equipos deben contar con ISO 15.197 y aprobación FDA", esto permitirá a la convocante contar con productos acordes a las normas de calidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 47 - Especificaciones Técnicas - ITEM 103

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajustar las especificaciones del ítem n° 103 de la siguiente manera "Equipo macrogotero, con regulador de goteo graduado (Dosiflow), cámara de goteo transparente con filtro, puerto de inyección con conector incompatible con el uso de aguja, transparente que permita la visualización total de la perfusión y el lavado del mismo, cánula interna y sello de silicona, desplazamiento neutro, longitud 200 cm (+/-10 cm)." Esto le permitirá contar con un producto que ya cuente con el regulador de goteo integrado y con características acordes lo dispuesto en la Ley N° 4659/12 "Que implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes".

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

La consulta no corresponde al ítem 103 donde se solicita Regulador de flujo graduado.

### Consulta 48 - Precio referencial – ITEM 103

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 103, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 25.000 por unidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, los precios han sido elaborados conforme a las normativas vigentes.

### Consulta 49 - Ítem 30 Cateter de aspiración

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Catéter de aspiración N° 10. Con válvula de control. Flexible. Silicona 100%.  
 Se consulta a la convocante si puede ser bañado en silicona, esto de manera a tener mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

### Consulta 50 - Ítem 31 Cateter de aspiración N° 14

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Catéter de aspiración N° 14. Con válvula de control. Flexible. Silicona 100%  
 Se consulta a la Convocante si puede ser bañado en silicona a según tecnología del fabricante, de manera a tener mayor cantidad de oferentes y establecer el principio de Igualdad y libre competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

### Consulta 51 - Ítem 33 Cateter venoso central 5fr x 16 cm

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Catéter venoso central pediátrico 5 Fr x 16 cm de poliuretano  
 Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 1cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, son las medidas necesarias para el servicio de pediatría.

### Consulta 52 - Ítem 104 Set de catéter para Hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Cateter para Hemodialisis permanente (Adulto). Kit de Cateter que contiene: Un cateter de doble lumen de 14,5 Fr 23-27 cm

Se solicita a la convocante aplicar un rango de variación en el Fr de +- 2, así como también se solicita a la Convocante aplicar el rango de variación de +- 3cm en la extensión (cm) del producto solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 53 - Item 46 Esponja de gelatina absorbente

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Esponja de gelatina absorbente tamaño 7 x 5 x 1.  
Se consulta a la Convocante si dicha medida señalada es la mínima? Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 1 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se realizaron modificaciones para el mencionado ítem, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 54 - Especificaciones Técnicas del ítems 68 y 69.

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

En el PBC solicito hilo para sutura de poliglecprona. Solicitamos por favor considerar Gliconato ya que tiene la misma composición química que la poliglecarpona.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se realizaron modificaciones para los mencionados ítems, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 55 - Especificaciones Técnicas del ítem 60.

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos por favor considerar polidioxanona en vez de polihidroxibutirato, ya que el tiempo de absorción es de largo plazo, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, las especificaciones técnicas son las requeridas por el servicio.

## Consulta 56 - Especificaciones Técnicas del ítem 14.

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos por favor considerar agujas N° 27G x 90 ±2 mm, ya que dicho rango de longitud no impactará en la aplicación del producto. Solicitamos además no determinar un color específico para el mandril, favor considerar código de colores determinados por la norma ISO.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, las especificaciones técnicas son las requeridas por el servicio.

## Consulta 57 - Especificaciones Técnicas del ítem 105.

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos por favor considerar que los sets de bomba de infusión para alimentación enteral sean adaptables a frascos/bolsas de nutrición enteral de 500 ml.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

## Consulta 58 - Especificaciones Técnicas del ítem 12.

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos por favor considerar agujas de 100 mm 22G $\pm 2$ , ya que dicho rango de calibre de aguja no impactará en la aplicación del producto, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 59 - Especificaciones Técnicas del ítem 49.

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
En cuanto al tamaño, solicitamos por favor considerar otro tamaño: 8 x 5 cm. Las indicaciones son las mismas, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 60 - Especificaciones técnicas del ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante que la medida de lo solicitado sea de 18 x 20 cm como mínimo. Por otro lado, tener en cuenta que un apósito impermeable no permite el correcto intercambio de vapores dando pie a la maceración de la zona afectada; por lo tanto el mismo debe ser semipermeable (permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos) para garantizar que el mismo sea realmente de ayuda para el paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 61 - Especificaciones técnicas del ítem 28

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante considerar las siguientes especificaciones técnicas: "Bolsa para colostomía con anillo adhesivo de base 100% hidrocoloide recortable. Drenable. Con protector cutáneo. Adaptable a medidas: 15 - 70 mm. Transparente. Con accesorio (clamp)" Considerando que el hidrocoloide es un material amigable con la piel, y de tecnología superior al material solicitado. Por otro lado, el que sea recortable permite adaptar la bolsa al tamaño y forma de la ostomía del paciente, evitando que la materia fecal entre en contacto con la piel periestomal del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Las especificaciones técnicas del ítem 28 se mantienen, atendiendo a que no se pueden establecer características técnicas diferentes como alternativos.		

## Consulta 62 - Especificaciones técnicas del ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante tener en cuenta que el dispositivo solicitado: - Contenga filtro de aire y de partículas. - Tenga una conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. - Sea libre de látex y DEHP - Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente.). - Protector para espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o transporte de los desechos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 63 - Especificaciones técnicas del ítem 48

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante pueda tener en cuenta la medida 1,8 m2 +/- 0,1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 64 - Especificaciones técnicas del ítem 49

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante pueda tener en cuenta la medida 2,0 m2 +/- 0,1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 65 - Especificaciones Técnicas del ítem 46

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos por favor considerar otro tamaño: 8 x 5 cm. Las indicaciones son las mismas, y por otro lado permitiría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 66 - Ítem 104 Set de Cateter para Hemodialisis

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Donde dice: apósito transparente. Se solicita a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter opcional ya que no afecta en la correcta funcionalidad del insumo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Las modificaciones fueron introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

## Consulta 67 - Especificaciones Tecnicas Item 102

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
<p>Puntas desechables para pipetas automáticas Volumen de 100 a 1000 microlitros.            ¿Podría la convocante aceptar, "puntas desechables Azules para pipetas automáticas. Descartables. Volumen de 200 a 1000 microlitros. Paquetes de 500 unidades.?"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 3, las especificaciones técnicas son las requeridas por los servicios.</p>		

## Consulta 68 - Item 19 Tubo de centrífuga conico de plastico

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2021
<p>Consultamos a la convocante si se puede ofertar tubo de centrífuga conico de plastico de 12 ml sin tapa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
<p>Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 3, las EETT establecidas son las requeridas por los servicios.</p>		

## Consulta 69 - ITEM 44 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
<p>Donde se menciona: "Sea libre de DEHP". Se le solicita amablemente a la convocante que la EETT en cuanto a lo mencionado, no sea excluyente (opcional); teniendo en cuenta que lo solicitado, es característica propia y única de un producto específico del mercado. De manera a que ésta no sea descalificante y permitir la mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
<p>Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones - versión 3, las EETT establecidas son las requeridas por los servicios.</p>		

## Consulta 70 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
<p>Solicitamos a la Convocante modificar el requisito C.4 de la siguiente manera "Los oferentes de productos que no son de su elaboración/fabricación (para los productos importados), deberán presentar documentos que certifiquen el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de origen o Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil, ANMAT de Argentina y otros, que cuenten con ISO 13.485. Todos los documentos deben estar traducidos al español". De esta forma la convocante podrá verificar que los insumos cotizados cuenten con las documentaciones necesarias para su comercialización ajustada a la Resolución S.G. N° 669 en su Art. 4 Inc. B) de Dispositivos Médicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
<p>Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 3.</p>		



## Consulta 71 - Especificaciones Técnicas - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la Convocante incluir dentro de las especificaciones del ítem 15 "Alcohol en gel" las siguientes características "Rico en Vitamina E. Con test de eficacia contra Microorganismos, levadura y Hongo". Todas estas características permitirán contar con un producto acorde a lo dispuesto en la Ley N° 4659/12 "Que implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - versión 3.		

## Consulta 72 - Precio Referencial - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 15 - "Alcohol en gel", atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello sugerimos el precio de Gs. 29.500 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
El precio referencial fue establecido según la Resolución N° 1890/20 de la DNCP, conforme a precios del mercado.		

## Consulta 73 - Especificaciones Técnicas - Ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la Convocante modificar las especificaciones Técnicas del ítem 38 "Clorhexidina Solución" de la siguiente manera: "Clorhexidina Solución alcohólica al 0, 5%. Frasco por un litro con dispensador y con Certificados de efectividad". Estas características permitirán contar con un producto que pueda ser fácilmente racionalizado sin necesidad de desperdiciar el producto además solicitando la presentación de certificados de calidad la convocante estará garantizando que el producto cuente con alta efectividad en la acción farmacéutica del producto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Se solicita remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 3.		

## Consulta 74 - Especificaciones Técnicas - Ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la Convocante incluir dentro de las Especificaciones Técnicas del ítem 43 "Equipo extensor" las siguientes características "Conectores transparentes que permita la visualización total de la perfusión y el lavado de los mismos, con cánula interna y sello de silicona, incompatible con el uso de aguja, desplazamiento neutro, volumen residual 0,04 ml, libre de componentes metálicos (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros), compatibles con fármacos (Alcohol, lípidos, clorhexidina, quimioterapia). Dispositivo de cierre deslizable en cada una de las vías, conexión próxima al paciente a rosca y punta catéter. Libre de látex y DEHP, estéril. Longitud del extensor 20 cm (+/- 2 cm)". Todas estas características permitirán contar con un producto acorde a lo dispuesto en la Ley N° 4659/12 "Que implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Se solicita remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 3.		

### Consulta 75 - Precio referencial – Ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 43 “Equipo extensor”, atendiendo que el precio fijado se encuentra por debajo de los precios existentes actualmente en el mercado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 35.000 por unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
El precio referencial fue establecido según la Resolución N° 1890/20 de la DNCP, conforme a precios del mercado.		

### Consulta 76 - Precio referencial – Ítem 103

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 103 “Regulador de flujo graduado”, atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 25.000 por unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
El precio referencial fue establecido según la Resolución N° 1890/20 de la DNCP, conforme a precios del mercado.		

### Consulta 77 - Especificaciones Técnicas – ITEM 104

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la Convocante ajustar las Especificaciones Técnicas del ítem 104 “Set de Catéter Para Hemodiálisis adulto” quedando de la siguiente manera “Catéter para Hemodiálisis permanente (Adulto) 14 Fr x 23-27 cm (+/-2cm). Kit de Catéter que contiene: catéter de doble lumen de silicona, dilatador de vaso, introductor de válvula pelable, aguja introductora, alambre guía, trocar, apósitos adhesivos, tapa de heparina, gasa, bisturí, jeringa y sutura con aguja” esto permitirá a la convocante la posibilidad que mayores oferentes interesados puedan participar en dicho llamado y por ende mejores productos en cuanto a precio y calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Se solicita remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 3.		

### Consulta 78 - ITEM 104 – PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 104 “Set de Catéter Para Hemodiálisis adulto”, atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado local. Por ello el precio que sugerido es de Gs. 1.320.000 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
El precio referencial fue establecido según la Resolución N° 1890/20 de la DNCP, conforme a precios del mercado.		

## Consulta 79 - ITEM 118 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la Convocante ajustar las Especificaciones Técnicas del ítem 118 en los siguientes puntos: “que las tiras reactivas de glucosa sea para todo uso ya sea indicado para neonatos, niños y adultos, presentación sobre individual con desecante. El oferente deberá entregar 1 equipo por cada 200 unidades de tira y el mismo deberá ser compatible con las tiras reactivas ofertadas. Las tiras y equipos deben contar con ISO 15.197 y aprobación FDA”, esto permitirá a la convocante contar con productos acordes a las normas de calidad y no limitar la participación a oferentes interesados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Se solicita remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 3.		

## Consulta 80 - Especificaciones Técnicas - ITEM 103

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2021
Solicitamos a la convocante ajustar las especificaciones del ítem n° 103 “Regulador de flujo graduado” de la siguiente manera “Equipo macrogotero, con regulador de goteo graduado (Dosiflow), cámara de goteo transparente con filtro, puerto de inyección con conector incompatible con el uso de aguja, transparente que permita la visualización total de la perfusión y el lavado del mismo, cánula interna y sello de silicona, desplazamiento neutro, longitud 200 cm (+/-10 cm).” Esto le permitirá contar con un producto que ya cuente con el regulador de goteo integrado y con características acordes lo dispuesto en la Ley N° 4659/12 “Que implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2021
Se solicita remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 3.		