

Consultas Realizadas

Licitación 399834 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA ROTACION

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2021
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la pág. 19, Solicitan: Ítem 10 Jeringa para Insulina 1 ml con aguja fija 30 g x ½ Solicitamos que la convocante permita ofertar Jeringa para Insulina 1 ml con aguja fija 27 g x ½		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones atendiendo a que es la medida requerida para satisfacer las necesidades del Hospital de Policía Rigoberto Caballero.		

Consulta 2 - Capacidad Financiera.

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2021
Solicitamos por favor tengan a bien excluir el año 2020 del análisis de ratios financieros, teniendo en cuenta que varias empresas proveedoras tuvieron resultados negativos en ese año debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia COVID-19. Considerar únicamente los años 2017, 2018 y 2019, para que más empresas proveedoras puedan seguir teniendo la oportunidad de comercializar con el Estado y el Estado al mismo tiempo no quede desprovisto de productos únicos que solo algunas compañías proveen. A modo de referencia a esta solicitud de consideración, favor notar lo requerido por instituciones como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social, los cuales en sus procesos licitatorios a la fecha, consideran los años 2017 al 2019 como rango de evaluación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se solicita adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que el periodo de análisis en cuanto a la experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera es de los años 2018-2019 y 2020.		

Consulta 3 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
La cinta adhesiva podría ser sin carrete pero con envoltorio estéril por unidad?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se solicita adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, es necesario la cinta cuente con carrete y tapa, de manera a proteger del polvo y otras suciedades.		

Consulta 4 - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
La aguja de esta jeringa podría ser de 27G X 1/2?, ya que también es considerada para insulina		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se solicita adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones atendiendo a que es la medida requerida para satisfacer las necesidades del Hospital de Policía Rigoberto Caballero.		

Consulta 5 - ITEM 5 EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Solicitamos a la Convocante que incluya dentro de las especificaciones técnicas que la espiga y/o bayoneta sean de un solo orificio, es decir de perforación única a fin de permitir una circulación fluida de la sangre, así también que el filtro deba estar dentro de una cámara de goteo dividido en dos compartimientos, en la parte superior debe contener el filtro y en la parte inferior un espacio vacío que permita la purga del aire		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se ha modificado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2		

Consulta 6 - ITEM 5 PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 5, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 16.500 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se ha modificado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2		

Consulta 7 - EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO PARA SOLUCIONES.

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Solicitamos a la Convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas las siguientes características: Equipo volumétrico transparente de 150 a 200 ml, graduado con escala de 1 ml, 5ml y 10 ml, con válvula antirreflujo y filtro de aire y de partículas, espiga con protector, calibrado a 20 gotas/ml, con cámara de goteo trasparente para la visualización de la infusión, con dos reguladores de goteo (el primero rotatorio o deslizante en la tubuladora entre la cámara y el frasco a conectar, el segundo rotatorio situado en la línea próxima al paciente). Con dos puertos de inyección una en la cámara y otra lateral próxima al paciente, ambos no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC, grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 170 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación transporte de los desechos. Todas estas características permitirá contar con un equipo acorde a lo dispuesto en la Ley N° 4659/12 Que implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se ha modificado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2		

Consulta 8 - ITEM 6 PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 6, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 16.500 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se ha modificado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2		

Consulta 9 - ITEM 11 PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 11, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 715 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se ha modificado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2		

Consulta 10 - ITEM 12 PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 12, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 935 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
Se ha modificado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2		

Consulta 11 - ITEM 13 PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2021
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 13, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 1.250 por unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2021
El precio referencial del Item 13 ha sido verificado y se mantiene por estar acorde a los precios del mercado.		