

Consultas Realizadas

Licitación 399954 - LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".

Consulta 1 - LOTE 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| - LOTE 3, ITEM 1 (Hemoglobina Glicosilada): Se puede ofertar un equipo de hasta 6 años de fabricación? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante, esta solicitud es debida a la importancia de estos equipos, teniendo en cuenta las exigencias requeridas como Laboratorio de referencia. | | |

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 168

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante aceptar la presentación de productos con certificación RUO, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 375

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicita a la Convocante dividir el lote 376 en dos, separando los ítems 1,2,3,4,9,10 y 11 que corresponden a paneles de Identificación microbiana de los ítems 5,6,7,8 que corresponden a paneles de susceptibilidad antimicrobiana. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que el Lote mencionado no corresponde según se observa en consulta. | | |

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 375

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante aceptar la presentación de placas como paneles de ID y AST , a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas en el PbyC. | | |

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 375

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante aceptar equipos semiautomatizados con sistema de dosaje y lectura-interpretación automática, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante, considerando que el empleo de plataformas semiautomatizadas requiere de mayor manipulación, que lleva a aumentar las posibilidades de errores durante el procesamiento manual, exponiendo resultados de baja calidad, cantidad horas hombre y retraso en la entrega de resultados. | | |

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 442

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante aceptar antisueros monoclonales 1 y 2 en kits por separado, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 446 Y LOTE 447

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante fusionar ambos lotes, debido a que existe la presentación de un kit que contemple las especificaciones de ambos, a fin de obtener mejores propuestas susceptibles a ser analizadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones realizadas al PbyC. | | |

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 448

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante la división del lote 448 en dos. Por una parte que contenga kit de antisueros para Shigella con antisueros polivalentes para S. flexneri y monovalentes para los tipos solicitados y los antisueros polivalentes para S. sonnei. Por otra parte que contenga los antisueros polivalentes para S. dysenteriae y S. boydii, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 465

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante aceptar antisueros monoclonales 1 y 5 en kits por separado, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 466

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante aceptar antisueros monoclonales 1 y 6 en kits por separado, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 467

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante aceptar antisueros monoclonales 1 y 7 en kits por separado, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 617

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante Aceptar presentación de 500ml de cada frasco de los colorantes, a fin de evitar el direccionamiento y poder recibir mejores propuestas susceptibles a ser analizadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 818

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la Convocante aceptar equipo semiautomatizado, que contenga sistema de dosificación, lectura-interpretación automática, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante, considerando que el empleo de plataformas semiautomatizadas requiere de mayor manipulación, que lleva a aumentar las posibilidades de errores durante el procesamiento manual, exponiendo resultados de baja calidad, cantidad horas hombre y retraso en la entrega de resultados. | | |

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 818

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lo que respecta al ítem 5, se solicita aceptar la presentación de placas con certificación RUO, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 199

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que el Disco ONPG, considere plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo y del propio fabricante de los bienes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 206

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco Bacitracina, considere plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo y del propio fabricante del bien. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 214

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco ceftazidima, considere plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo y del propio fabricante del bien. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 227

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco Imipenem, considere plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo y del propio fabricante del bien. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 229

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco meropenem, considere el plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 235

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco optoquina, considere el plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 254

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco factor V, considere el plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 255

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco factor X, considere el plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 255

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco factor X, considere el plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 256

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que en el Disco factor XV, considere el plazo de vencimiento mínimo de 6 meses por la naturaleza del reactivo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 635

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante aceptar hisopo nasofaríngeo con mango de plástico, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 63

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 63, ítem 2. Consultamos a la Convocante si se podrá presentar un kit de cuantificación del mismo patógeno solicitado? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que la consulta no corresponde al ítem mencionado. | | |

Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 261

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si se podrá presentar un kit que incluya la detección simultánea de los patógenos solicitados en los ítems 1, 2 y 3? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 261

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si se podrán presentar dos kits que en conjunto cumplan con las eett solicitadas para el ítem 6? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 29 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 264

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Se podrá presentar un kit que incluya la detección simultánea de los patógenos solicitados en los ítems 4, 5 y 6? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 30 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 261

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 261 Item 7: De tal forma a cumplir con todos los patógenos solicitado es posible presentar mas de un panel? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 263

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante aclarar si Cada ítem tiene que tener su Termociclador? O es el mismo para todos los ítems? en caso que sea el mismo para todos los ítems cual seria las especificaciones técnicas ya que cada ítem tiene especificaciones diferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 32 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 277

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se podría aclarar a que se refiere con "como minimo 10 perfiles de PCR independientes por ejecución" | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se puede largar diferentes corridas o programas de PCR al mismo tiempo. | | |

Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 231

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si es posible presentar más de un panel para que más oferentes tengan la posibilidad de presentarse. Las leucemias mieloides crónicas y agudas son mutuamente excluyente por ende sería un despropósito unirles en un solo panel sin ser costo-efectivo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La convocante aclara que el Titulo a que se refiere en el LOTE 231, no concuerda con lo relacionado a Leucemias mieloides crónicas y agudas. | | |

Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 318

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Se podrá presentar en concentración de 5U/mL y en dos viales de 500U? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar en la concentración mencionada siempre y cuando se respecta el total de unidades solicitadas. | | |

Consulta 35 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 319

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podrá presentar en concentración 20U/ul? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

La Convocante aclara que se podrá cotizar en la concentración mencionada siempre y cuando se respecta el total de unidades solicitadas.

Consulta 36 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 320

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podrá presentar en concentración de 20U/ul? A fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

La Convocante aclara que se podrá cotizar en la concentración mencionada siempre y cuando se respecta el total de unidades solicitadas.

Consulta 37 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 324

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podrá presentar dos tubos de 1000U cada uno? A fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

La Convocante aclara que se podrá cotizar en la concentración mencionada siempre y cuando se respecta el total de unidades solicitadas.

Consulta 38 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 326

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podrá presentar dos tubos de 1000U cada uno? A fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

La Convocante aclara que se podrá cotizar en la concentración mencionada siempre y cuando se respecta el total de unidades solicitadas.

Consulta 39 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 327

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podrá presentar dos tubos de 1000U cada uno? A fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

La Convocante aclara que se podrá cotizar en la concentración mencionada siempre y cuando se respecta el total de unidades solicitadas.

Consulta 40 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 336

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si se podrá presentar 3 viales de 0,5mL? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 41 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 262

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Para el Ítem 1 y 2, Favor aclarar la capacidad de Extracción del equipo de extracción. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se requiere un equipo que extraiga 32 muestras como mínimo. | | |

Consulta 42 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 263

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Para el Ítem 2. ¿Es posible presentar un kit de detecte y Cuantifique? A fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se consideraran las ofertas que sean de Kit de reactivos para detección y/o cuantificación del lote e ítem mencionado. | | |

Consulta 43 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 267

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Para el Ítem 1: Es posible presentar un kit que detecte mas de 30 tipos de HPV por medio de la técnica de PCR en tiempo Real, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que podrá presentar siempre y cuando se cumpla con la detección individual de los tipos especificados y el sistema de detección cuente con la aprobación FDA o CE europea. | | |

Consulta 44 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 275

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante, si es posible presentar un kit de 500 reacciones? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 45 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 267

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si es posible presentar un panel que detecte 33 patógenos incluyendo lo solicitado por medio de la Técnica de PCR en tiempo real? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se solicita un solo patógeno y como mínimo 30 tipos, según los solicitado en el PbyC, incluyendo las técnicas de punto final y tiempo real. | | |

Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 280

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Para el Ítem 1: Es posible presentar un kit de 100 reacciones? A fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 280

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si es posible presentar Kits que no estén Liofilizados en donde el Oferente se hará cargo de la cadena de frio de los productos (Almacenamientos y transporte)? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 332

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si es posible presentar un equipo de extracción automatizada por medio de Perlas Magnéticas? a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. La pruebas se encuentran validadas con esta metodología. | | |

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTES 340 AL LOTE 348

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante que para los lotes 340 al lote 348 aclarar el numero aproximado de Pares de bases de los oligonucleotidos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que los pares de base requeridos para los lotes consultados es de 20-30 bp. | | |

Consulta 50 - Lote 540 Del Item 01 al 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consulta en este lote los items solicitados es la metodología Elisa Automatizado podríamos cotizar equipos con método de Quimioluminiscencia ya que es un método mas sensible y rapido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La convocante aclara que se podra presentar los equipos siempre y cuando, este certificacada por la FDA y/o CE | | |

Consulta 51 - Lote 540 Item 5 y Item 6

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan CHLAMYDIA IgG e IGM es Chlamydia Trachomatis o Chlamydia pneumoniae? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se solicita Chlamydia Trachomatis. | | |

Consulta 52 - Lote 542

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este lote solicitan la determinación de ANTI-Jo por metodo Elisa Manual se puede cotizar Método Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar. | | |

Consulta 53 - Lote 543

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este item solicitan la determinación de ANTI SS-a (Ro) por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 54 - Lote 544

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este item solicitan la determinación de ANTI SS-B (La) por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 55 - Lote 545

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de ANTI RNP/sm por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 56 - Lote 546

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de ANTI SSCL-70 por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 57 - Lote 547

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de ANTI Cardiolipin por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 58 - Lote 548

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de ANTI Cardiolipin IgM por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 59 - Lote 549

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de ANCA-c por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 60 - Lote 550

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de ANCA-p por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 61 - Lote 551

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de ANCA-p por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que no corresponde el título del Lote mencionado con la consulta del ítem realizado. | | |

Consulta 62 - Lote 552

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de Ac. ANTI ICA por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 63 - Lote 553

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de Ac. ANTI I2A2 por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 64 - Lote 554

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem solicitan la determinación de Ac. ANTI Zn T8 por método Elisa manual podemos cotizar por el Método de Quimioluminiscencia ya que dicho método es mas sensible y rápido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-11-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La Convocante aclara que se podrá cotizar lo mencionado en la consulta. | | |

Consulta 65 - Sistema de Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante modificar el sistema del llamado, que la misma sea considerado por la modalidad de adjudicación POR ÍTEM para dar mayor oportunidad de participación a los potenciales oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 66 - PRECIOS REFERENCIALES LOTE 619 Y 620

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos amablemente a la Convocante modificar los precios referenciales de los lotes 619 y 620, ya que se tuvo en cuenta la cotización de un Proveedor que no cumple las especificaciones técnicas solicitadas en el pbc. Tener en cuenta que en el llamado con ID 302098 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14" el precio ultimo adjudicado es de Gs. 660.000.- Por lo tanto le solicitamos adecuar el precio referencial de la licitación.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 67 - Muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita amablemente a la convocante aclarar los ítems que requerirán muestras y sugerimos amablemente que en lugar de muestras se acepten insertos y manuales que sean descriptivos del bien propuesto debido a que la mayoría son productos importados y no están disponibles en stock.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

La convocante aclara que en cada lote o item están especificadas las muestras o insertos requeridos.

Consulta 68 - PLAN DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de la primera entrega a 45 días calendario posteriores a la recepción de la orden de compra, puesto que en su gran mayoría los reactivos son importados.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 159 ITEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

LOTE 159. ITEM 1 : Se solicita amablemente a la convocante que la presentación esté descrita en rendimiento de producto en lugar de gramos. Ejemplo: Rendimiento para 5.000 mL, 250 placas

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 70 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM LOTE 127 ITEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| LOTE 127. ITEM 1: Se solicita amablemente a la convocante que la presentación esté descrita en rendimiento de producto en lugar de gramos. Ejemplo: Rendimiento para 5.000 mL, 250 placas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 71 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 LOTE 160 ITEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| LOTE 160. ITEM 1: Se solicita amablemente a la convocante que la presentación esté descrita en rendimiento de producto en lugar de gramos. Ejemplo: Rendimiento para 5.000 mL, 250 placas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 72 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos amablemente a la Convocante si los reactivos, controles y calibradores deben ser de la misma marca que equipo ofertado en comodato? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. | | |

Consulta 73 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 127 ITEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| LOTE 127. ITEM 1: Se solicita amablemente a la convocante aceptar presentación del producto de 500g o con gramos suficientes para la preparación de 5L de agar, capacidad para 250 placas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 74 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 159 ITEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| LOTE 159. ITEM 1: Se solicita amablemente a la convocante aceptar presentación del producto de 500g o con gramos suficientes para la preparación de 5L de agar, capacidad para 250 placas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 160 ITEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| LOTE 160. ITEM 1: Se solicita amablemente a la convocante aceptar presentación del producto de 500g o con gramos suficientes para la preparación de 5L de agar, capacidad para 250 placas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 76 - EXPERIENCIA DE USO

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos a la Convocante si los reactivos solicitados en el lote 1 deben contar con experiencia de uso SATISFACTORIO en el LCSP? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 382

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 382: Se solicita amablemente a la convocante eliminar la parte donde se menciona: "El equipo debe estar conectado al sistema de Gestión del Laboratorio del LCSP a través de una interfaz que permita la conexión y transferencia de la información del equipo automatizado al sistema de gestión del laboratorio, proveída por el proveedor según las especificaciones técnicas detalladas en el punto 1 del anexo 1" debido a que los resultados de estas determinaciones deben interpretarse previamente al informe final y no corresponde conectarlos a un sistema de gestión de laboratorio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante, ya que para el Laboratorio Central de Salud Publica es de suma importancia que los equipos estén integrados a la interfaz que permita la conexión y transferencia de la información al sistema de gestion del Laboratorio Central de Salud. | | |

Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 382

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 382. Ítem 1 al 7 y 9 al 12 ¿El profesional capacitado por parte de la empresa deberá presentar un certificado de entrenamiento legalizado o apostillado emitido por el fabricante? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. | | |

Consulta 79 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 382

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Lote 382. Ítems 9 al 12: Para el Lote 382 ítems 9 al 12. Ya que la convocante no ha presentado el historial y desglose de todo lo necesario para el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo Luminex 200TM disponible en el LCSP y teniendo en cuenta que las reparaciones no deben superar el 40% del valor original del equipo según el objeto de gasto del clasificador presupuestario. Sugerimos amablemente que la convocante solicite la entrega de un equipo fluorómetro de más de 100 perlas (beads), equivalente a una mayor sensibilidad y especificidad, lo que permite disminuir notablemente las ambigüedades existentes actualmente, por ser el equipo de mejor tecnología que reemplaza el equipo Luminex 200TM disponible en el LCSP. Tenemos conocimiento que las mayorías de los otros países ya están reemplazando al de mayor tecnología. Al mismo tiempo, solicitamos confirmen si necesitan por lo menos 1 kit por año de un reactivo de cobertura extendida para los ítems 11 y 12, asegurando aún más el descarte de las ambigüedades. Esto impacta en la disminución de rechazos de los órganos trasplantados, evitando un altísimo costo al Ministerio de Salud Pública. A su vez, todos sabemos la necesidad de órganos a ser trasplantados, por lo cual es sumamente importante el descarte correcto de ambigüedades para que ello no lleve a un desperdicio del órgano provisto. Esta oferta no implicaría un aumento del precio referencial por parte de la convocante.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.</p> | | |

Consulta 80 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 385 ITEM 6

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Lote 385. Item 6: Solicitamos a la convocante considerar un kit que sea capaz de amplificar al menos veintinueve loci autosómicos altamente polimórficos, el locus de amelogenina específico del género, un locus de STR de cromosoma Y, un locus de inserción/delección de cromosoma Y (indel Y) y dos marcadores de control de calidad interno de forma simultánea en una prueba PCR, todo esto debido a que aumentará la seguridad con que se emiten los resultados, especialmente por el control interno que todo kit debería poseer.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.</p> | | |

Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 385 ITEM 6

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Lote 385. Item 6: Se solicita a la convocante considerar kits de 200 determinaciones como mínimo.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante, se consideraran las ofertas que sean de presentación kit x 100 test como mínimo.</p> | | |

Consulta 82 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 382 ITEM 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Lote 382. Ítem 13: Donde dice: "Calibrador para Citómetro, Kit de calibración compatible con equipo Fluorómetro Luminex 200 TM, disponible en el LCSP". Se solicita considerar: "Calibrador para Citómetro, Kit de calibración compatible con equipos Fluorómetros entregados en comodato".</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.</p> | | |

Consulta 83 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 382 ITEM 14

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 382. Ítem 14: Donde dice: "Calibrador para Citómetro, Kit de verificación de rendimiento compatible con equipo Fluorómetro Luminex 200 TM, disponible en el LCSP". Se solicita considerar: "Calibrador para Citómetro, Kit de verificación de rendimiento compatible con equipos Fluorómetros entregados en comodato". | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. | | |

Consulta 84 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 11

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| LOTE 11: Se solicita a la convocante aceptar frascos de 500mL de buffer PBS 7.2, con concentración 10X; para mayor oportunidad a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. | | |

Consulta 85 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 540

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 540: Se solicita amablemente a la convocante que se solicite kits de mínimo 24 determinaciones como mínimo, para dar mayor oportunidad a los oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 86 - PLAN DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Plazo de entrega para bienes con equipo en comodato. Se solicita amablemente a la convocante aclarar el porcentaje de la primera entrega de los insumos con equipo en comodato. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante aclara que el plazo de entrega para bienes con equipo en comodato será igual a lo solicitado en el PByC para los reactivos en insumos que no son en comodato (20%). | | |

Consulta 87 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 397

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 397: Solicitamos a la convocante considerar presentación de frascos de 3 frascos de 1mL, concentrado a 10X. Para facilitar la carga. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 88 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 395

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 395: Se solicita a la convocante aceptar frascos de 400uL como mínimo, para mayor oportunidad a los oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 89 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 396

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 396: Aceptaría la convocante un agente intercalante con λ_{ex} : 502 nm. λ_{em} : 530 nm?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 90 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 12

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 12: El certificado de calidad de origen se emite recién una vez que el producto esté en el país con el número de lote. Solicitamos a la convocante que dicho documento se entregue una vez adjudicado el ítem.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar las ultimas modificaciones a ser introducidas al PbyC.

Consulta 91 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 14: Se solicita a la convocante aceptar frascos de 1L como mínimo

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 92 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 598

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 598: Se solicita amablemente a la convocante aclarar para qué tipo de autoclaves se necesita el control biológico de esterilidad. Por eje: a vapor, calor seco, óxido de etileno, vapor-formaldehido o peróxido de hidrógeno. En caso de ser por calor seco, se solicita considerar tiras de esterilidad.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

La Convocante aclara que el Lote mencionado no corresponde según se observa en consulta.

Consulta 93 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 598

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 598: Se solicita a la convocante considerar paquetes de mínimo 50 unidades.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.

Consulta 94 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 598

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 598: Se solicita amablemente a la convocante considerar paquetes de mínimo 50 unidades.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.

Consulta 95 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 550

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

LOTE 550: Se solicita a la convocante aclarar si se necesitaran considerar en la oferta puntas de pipetas.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Se aclara que no se requerirá considerar en la oferta punta de pipeta.

Consulta 96 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 06

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 06

LOTE 06: Donde dice: "Haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a un año, que hayan sido evaluados en el LCSP con resultados de sensibilidad y especificidad no menores del 90%, mediante "Constancia de uso Satisfactorio expedida por la Unidad de Gestion de Calidad del LCSP" aceptaría la convocante utilizar la constancia de un kit de la misma marca previamente utilizada en el LCSP pero de un kit diferente?"

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante, todos los kits solicitados deben ser evaluados debido a que puede variar el desempeño entre diferentes marcas.

Consulta 97 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 11

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 11: Se solicita a la convocante aceptar frascos de 500mL de buffer PBS 7.2, con concentración 10X; para mayor oportunidad a los oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 12

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 12: Se puede ofertar un Hepes de pH 7.3?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Se considerarán ofertas siempre y cuando se encuentren en el rango solicitado de pH 7,0 - 7,6 que cumplan con la concentración y volumen requerido.

Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 14: Se puede ofertar 5 frascos de 1Litro cada uno?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.

Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 15

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 15: Se puede ofertar 5 frascos de 1Litro cada uno?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.

Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 89

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 89: Se puede ofertar 10 frascos de 3 mL?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

La Convocante aclara que el Lote mencionado no corresponde según se observa en consulta.

Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 98

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 98. Ítem 2: De puede ofertar un DMEM con todas las especificaciones solicitadas pero sin los aminoácidos no esenciales?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTES 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276: Se solicita amablemente a la convocante aceptar Kit de concentración 4X, de presentación de 1mL correspondiente 200 determinaciones como mínimo. Se solicita considerar las publicaciones de revistas indexadas como experiencia o en todo caso considerar la experiencia con la marca previamente utilizada por el LCSP para no limitar la participación de los oferentes que pueden brindar mayor calidad a las determinaciones. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. | | |

Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTES 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276: Se puede ofertar un mix concentrado 4X que incluye ROX para referencia pasiva, dNTPs, Inhibidor de RNasa, Fast DNA polimerasa y MMLV termoestable? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. | | |

Consulta 105 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 275

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 275: Se solicita considerar reactivo para 100 determinaciones como mínimo o en su defecto aceptar cualquier presentación siempre y cuando se llegue a la cantidad de determinaciones necesarias | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. | | |

Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 276

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 276: Se solicita considerar reactivo para 200 determinaciones como mínimo o en su defecto aceptar cualquier presentación con tal de llegar a la cantidad de determinaciones necesarias | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. | | |

Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 278

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Lote 278: Se solicita aclarar si las placas son de 48 pocillos o 96 pocillos | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 108 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 279

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Lote 279: Se solicita considerar concentración de 50U/mL y presentación de 2000 unidades

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.

Consulta 109 - Lote 465

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se puede ofertar el antisuero H:5, en lugar de H:1,5?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar las modificaciones a ser introducidas al PbyC.

Consulta 110 - lote 466

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se puede ofertar el antisuero H:6, en lugar de H:1,6?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar las modificaciones a ser introducidas al PbyC.

Consulta 111 - Lote 467

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se puede ofertar el antisuero H:7, en lugar de H:1,7?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar las modificaciones a ser introducidas al PbyC.

Consulta 112 - Lote 786 Item 1 Bota cubre calzado

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita a la convocante permitir la cotización indistinta de bota cubre calzado con tiras y botas cubre calzado con gomas, considerando que ambas presentaciones tienen la misma funcionalidad y el mismo no altera su uso, y permitiendo así la participación de más oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.

Consulta 113 - LOTE 265

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Para los ítems 1-2-3-4 Solicitamos a la Convocante permitir el procesamiento en grupos de 24 como mínimo, con el propósito de dar participación a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. | | |

Consulta 114 - LOTE 266-HPV

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante considerar ampliar el requisito de aprobación por la FDA agregando que el ensayo cuente con certificación Europea CE y/o FDA. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante. | | |

Consulta 115 - LOTE 266-HPV ITEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante excluir del lote 266 al ítem 1 (hpv), o bien agregarlo al lote 265, Teniendo en cuenta que de esa manera la Institución obtendrá mayor número de oferentes que cumplan los requerimientos solicitados y se fomentará la libre competencia entre los potenciales proveedores. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. | | |

Consulta 116 - LOTE 266

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que el ítem 1 sea separado de los ítems 2 y 3, ya que con ese requerimiento se están excluyendo de participación a potenciales oferentes y además podrían incurrir en el direccionamiento a una sola empresa. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las modificaciones a ser introducidas al PbyC. | | |

Consulta 117 - lote 266,

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|---|-------------------|------------|
| si sería posible ofertar kits que cumplan con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas, que cuentan con validación CE IVD, haciendo notar a la convocante que la validación CE IVD es el equivalente regulatorio a la certificación FDA. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Para el lote 266 correspondiente al REACTIVO PARA DETECCIÓN DE MUTACION DE GEN ONCOLOGICO/ CANCERIGENO - KRAS y al REACTIVO PARA DETERMINACION DE MUTACION DE GEN ONCOLOGICO/ CANCERIGENO - BRAF; se considerarán las ofertas que cuenten con certificación FDA y/o CE. | | |

Consulta 118 - Lote 329

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita considerar reactivo de 3000 unidades como minimo

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar las modificaciones a ser introducidas al PbyC.

Consulta 119 - Lote 332

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se puede ofertar un equipo de extracción basado en la probada tecnología de separación de perlas magnéticas?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 120 - Lote 340 Item 7

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita amablemente a la convocante considerar quencher QSY que seria el homólogo a BHQ para dar mayor oportunidad de participación a los oferentes

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 121 - Lote 340 item 9

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita amablemente a la convocante considerar quencher QSY que seria el homólogo a BHQ para dar mayor oportunidad de participación a los oferentes

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 122 - Lote 23

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 18-10-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita considerar reactivo de 100X, que sea esterilizado, filtrado

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

La convocante aclara que no concuerda el titulo de la consulta que hace referencia al resumen de consulta.

Consulta 123 - Lote 262 Ítems 4 al 7 eett

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita amablemente a la convocante que se pueda ofertar equipo de extracción automatizado sin necesidad de permitir la realización de la mezcla maestra de amplificación de manera automatizada, para mayor participación a los oferentes, debido a que este es un proceso posterior que no implica necesariamente la unión con el paso de la extracción.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

La Convocante aclara que el Lote mencionado no corresponde según se observa en consulta.

Consulta 124 - Lote 265 Ítem 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-10-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se puede ofertar un kit de genotipificación que no incluya los subtipos 1a (NS5a) y 1b (NS5B), para mayor oportunidad a los oferentes y a la convocante de recibir mayor cantidad de propuestas?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente por la Convocante.

Consulta 125 - LOTE 383

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a separar del lote 383 el ítem 5 (Enzima proteolítica), debido a que solo es utilizado en un único, y específico procedimiento para la técnica de Cross match para el uso en el área de histocompatibilidad y no es correspondiente con el resto de los ítems de citometría de flujo.

Separando este ítem 5 del lote 383 se permitirá la mayor participación de posibles oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar las últimas modificaciones a ser introducidas al PbyC.

Consulta 126 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Lote 542 al 550

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Para los lotes 542 al 550, se necesitan 9 equipos en total o sería 1 solo equipo para todos los lotes?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

La convocante aclara que si los mismos fuesen adjudicados a un solo oferente, se podrá proveer, en caso de método ELISA: 2 lectores y 2 lavadores de ELISA; en caso de que sea por Quimioluminiscencia un solo equipo.

Consulta 127 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 562

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Lote 562: Se puede ofertar un kit de ELISA en lugar de western blot?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar las últimas modificaciones a ser introducidas al PbyC.

Consulta 128 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 382 ITEM 9 AL 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Para el Lote 382 ítems 9 al 12. Ya que la convocante no ha presentado el historial y desglose de todo lo necesario para el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo Luminex 200TM disponible en el LCSP y teniendo en cuenta que las reparaciones no deben superar el 40% del valor original del equipo según el objeto de gasto del clasificador presupuestario. Sugerimos amablemente que la convocante solicite la entrega de un equipo fluorómetro en comodato en lugar de solicitar la reparación del equipo existente en el LCSP, esto sin modificar el precio referencial indicado.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al pliego de bases y condiciones. Actualmente contamos con el equipo operativo y con informes técnicos realizados por expertos en el último mantenimiento preventivo y calibración del equipo. A su vez, el equipo se encuentra disponible con todo el historial del software abierto de servicio técnico, por lo cual un ingeniero capacitado puede acceder a los datos que requiera desde su instalación.</p> | | |

Consulta 129 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 666

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Lote 666: Se puede ofertar una pipeta pasteur de capacidad total hasta 1.3 mL?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.</p> | | |

Consulta 130 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 382 ITEM 9 AL 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Sugerimos amablemente que la convocante solicite un equipo fluorómetro en comodato de más de 100 perlas (beads), equivalente a una mayor sensibilidad y especificidad, lo que permite disminuir notablemente las ambigüedades existentes actualmente, por ser el equipo de mejor tecnología que reemplaza el equipo Luminex 200TM disponible en el LCSP. Tenemos conocimiento que las mayorías de los otros países ya están reemplazando al de mayor tecnología. Al mismo tiempo, solicitamos confirmen si necesitan por lo menos 1 kit por año de un reactivo de cobertura extendida para los ítems 11 y 12, asegurando aún más el descarte de las ambigüedades. Esto impacta en la disminución de rechazos de los órganos trasplantados, evitando un altísimo costo al Ministerio de Salud Pública. A su vez, todos sabemos la necesidad de órganos a ser trasplantados, por lo cual es sumamente importante el descarte correcto de ambigüedades para que ello no lleve a un desperdicio del órgano provisto. Esta oferta no implicaría un aumento del precio referencial por parte de la convocante.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a lo solicitado en el pliego de base y condiciones. El LCSP cuenta con un equipo operativo propio y se debe unificar los criterios de software tanto para el equipo operativo e instalado como el equipo en comodato. Se deja constancia que el equipo operativo es un equipo abierto, por lo cual es posible recibir reactivo de varias marcas. Con relación a la necesidad de disminuir las ambigüedades, en este llamado y en otro lote ya se solicitan reactivos para estudiar dichas ambigüedades por una técnica de mayor resolución.</p> | | |

Consulta 131 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 332

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Lote 332: Solicitamos amablemente a la convocante solicitar el equipo con centrífuga incorporada (opcional) y que se pueda ofertar una centrífuga por separado, para permitir la mayor participación de oferentes y por tanto, recibir mejores ofertas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de base y condiciones, las pruebas deben ser procesadas en un equipo totalmente automatizado.

Consulta 132 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 332

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Lote 332: Solicitamos amablemente a la convocante aceptar el equipo con una centrífuga separada, para permitir la mayor participación de oferentes y por tanto, recibir mejores ofertas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de base y condiciones, las pruebas deben ser procesadas en un equipo totalmente automatizado.

Consulta 133 - lote 4 item 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se podría ofertar un test con especificidad del 80% en adelante? Debido a que se trata de un test cualitativo, orientativo y no específico

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a lo solicitado en el pliego de base y condiciones, los test deben contar con una sensibilidad y especificidad no menor al 98%, debiendo detectar sangre humana en heces.

Consulta 134 - lote 521 item 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se podría ofertar un test que solo admita muestras de orina, considerando que es la muestra biológica comúnmente utilizada en el laboratorio por ser la menos invasiva y en presentaciones de 25 test x caja

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a lo solicitado en el pliego de base y condiciones, las pruebas deben estar validadas para muestras de Líquido Cefalorraquídeo y orina.

Consulta 135 - lote 532 item 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se podría ofertar un test que solo admita muestras de suero, debido a que es el material biológico comúnmente utilizado en el laboratorio para dicha determinación

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 136 - lote 546 ítem 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se podría ofertar un test que solo admita muestras de suero, debido a que es el material biológico comúnmente utilizado en el laboratorio | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar las últimas modificaciones introducidas al PbyC. | | |

Consulta 137 - lote 679 ítem 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Se podría ofertar presentaciones de 500 unidades como mínimo? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego de base y condiciones, debido a que el precio referencial fue elaborado en base a la presentación de Bolsa x 1000 unidades como mínimo. | | |