

Consultas Realizadas

Licitación 400108 - Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la Facultad de Medicina de la U.N.C.

Consulta 1 - PRESENTACION

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Item 25 al 37: favor aclarar si los reactivos solicitados serian para utilizar en algún modelo de equipo de Química Automatizado o serian para procesar de forma manual ya que las presentaciones son muy específicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2021
Los reactivos solicitados serán utilizados en equipos Semi automático (Fotocolorímetro).		

Consulta 2 - Ítem 05,06,07

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Favor aclarar las EETT de las jeringas solicitadas: en vez de "aguja de 21G o de 1 1/2" podría ser "aguja de 21G x 1 1/2"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2021
Las agujas solicitadas en realidad deben ser 21G x 1 1/2.		

Consulta 3 - ítem 18

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Se solicita amablemente al convocante considerar en las EETT "Lamina cubreobjeto 22x22 o 24x32. Caja x 100 Unidades" para aumentar la cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2021
Las Láminas cubreobjeto 24x32 no son compatibles con los microscopios con que se cuentan en el laboratorio.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Se solicita amablemente al convocante extender el plazo de entrega a 30 días luego de la firma y recepción de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2021
Por el corto tiempo que se dispone y por el apuro que tienen los Doctores por los insumos, no podemos extender el plazo a 30 días.		