

Consultas Realizadas

Licitación 400253 - Adquisición de equipos para el OIAT - INTN

Consulta 1 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Dado que el año 2020 a raíz de la pandemia se han realizado pocas ventas y contrataciones en el area de equipos de laboratorio, solicitamos respetuosamente que se incluya también el año corriente 2021.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2021
Teniendo en cuenta que el corriente año aún no ha finalizado y que acoger favorablemente la consulta podría generar una situación de inequidad entre oferentes, la Convocante opta por mantener la experiencia requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - TIEMPO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Favor considerar que muchos de los equipos solicitados deben ser importados y actualmente todo lleva más tiempo que en épocas normales, por lo que solicitamos ampliar el tiempo de entrega en 90 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
La Convocante acoge parcialmente la solicitud realizada por el potencial oferente y formalizará una Adenda al Pliego de Bases y Condiciones a los efectos de establecer un plazo de entrega de 60 días hábiles.		

Consulta 3 - planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2021
Favor modificar la unidad de medida de los items 4 y 6 de Tonelada a Unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
La Convocante acepta la consulta y formalizará una Adenda al Pliego de Bases y Condiciones en ese sentido.		

Consulta 4 - Adquisición de equipos para OIAT-INTN / ID 400253

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
En el marco de la convocatoria 400253, solicito que el plazo de entrega de los bienes a ser adquiridos sea considerado de 45 a 60 días, debido a que la mayoría de los equipos solicitados son importados y en las fabricas no se han normalizado aun el trabajo de fabricación,. Otro punto importante a considerar es la gran cantidad de ordenes que se manejan en forma global, aumentando los depósitos de los puertos y aeropuertos., por tanto la lista de espera se hace cada vez mas larga que repercute en tiempo de transito desde el pais de origen hasta nuestro pais.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
La Convocante informa que el plazo de entrega de los bienes fue modificado conforme a lo solicitado a través de la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - VIGENCIA DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
<p>El contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Solicitamos amablemente a la convocante se defina en el contrato el tiempo exacto de la vigencia del mismo, ya que los contratos se rigen por el código civil y siempre deben mencionar fecha de inicio y termino. Teniendo en cuenta que la entrega de los saldos finales no se encuentra determinada en cuanto a la fecha de emisión de orden de compra, siendo su duración INDETERMINADA.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>La Convocante aclara que la vigencia del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones fue establecida en base a la modalidad de Contratación adoptada.</p>		

Consulta 6 - ITEM 1 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
<p>Ítem 1: Nefelómetro o Turbidímetro ¿Qué tamaño corresponde al frasco de aceite de silicona y que cantidad sería el paño de aplicación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>La Convocante aclara que el frasco de aceite de silicona del ítem 1 es de 15 ml y que se solicita 1 paño de aplicación. Sobre esta base, fue emitida una Adenda al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 7 - ITEM 2 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
<p>Ítem 2: PHMETRO PARA SOLUCIONES ORGÁNICAS ¿Cuáles serían las EE.TT del PHmetro? ya que son mencionadas las especificaciones del electrodo pero no así del phmetro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>La Convocante emitió una Adenda al Pliego de Bases y Condiciones aclarando las siguientes especificaciones técnicas del PHmetro correspondiente al ítem 2:</p> <p>pH: 0 a 14 mV: ±2000 T: 0 a 100°C Resolución pH: 0,01 Exactitud: ±0,01 Calibración: hasta 5 puntos con reconocimiento automático de buffer . Almacenamiento: 100 datos Compensación de temperatura automática Pantalla: LCD Fuente de poder: 100/240 V</p>		

Consulta 8 - ITEM 9 EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
<p>Ítem 9: Desionizador ¿También requerirían de un sistema de pre-tratamiento y un reservorio?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
<p>La Convocante aclara que el equipo solicitado debe ser alimentado con agua pura pretratada, puede ser de un destilador u otro equipo que genere agua tipo II, debiendo tener el reservorio.</p>		

Consulta 9 - ITEM 16 CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
En el ítem 16 a) Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos sin control remoto y sin interruptor de pie considerando que son pocas las marcas que cuentan con dicho requerimiento. b) En el punto donde solicitan base con nivelación eléctrica ajustable solicitamos a la convocante poder cotizar los equipos que cuenten con base con nivelación ajustable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
La Convocante aclara que debido a la naturaleza de las muestras a ser tratadas y para seguridad total del personal no se aceptarán equipos sin control remoto, sin interruptor de pie y sin nivelación eléctrica ajustable		

Consulta 10 - ITEM 15 ESTUFA DE LABORATORIO INDUSTRIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos a la convocante cotizar equipos que cuenten con un Rango de Temperatura de (° C): 35 o menos - 200 a más Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si la unidad de medida hace referencia al mm de Hg con respecto al Rango de vacío: 0 a Hg En referencia al punto donde solicitan Pantalla de temperatura: Analógico se podrá cotizar Pantalla de temperatura digital por ser de mayor calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
La Convocante emitió una Adenda al Pliego de Bases y Condiciones aclarando que el rango de vacío del equipo debe ser menor o igual a 50 mmHg (6,7 KPa).		

Consulta 11 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Solicitamos amablemente a la convocante modificar el plan de entrega de los bienes a 60 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
La Convocante aclara que el plazo de entrega fue modificado en los términos solicitados en virtud a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 16 -Cabina de Bioseguridad para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2021
Favor indicar las medidas internas y externas de la Cabina de Bioseguridad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2021
La Convocante aclara que el tamaño interior del equipo es de 0.94 x 0.60 x 0.66 m., en tanto que el tamaño exterior del equipo es de 1,10 x 0,75 x 2,25 m. En ese sentido, fue emitida una Adenda al Pliego de Bases y Condiciones.		