

## Consultas Realizadas

# Licitación 400381 - LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS

### Consulta 1 - TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2021
<p>En el ítem TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, dice: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción Definitiva de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días hábiles y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante la modificación del plazo a 3 (tres) meses a partir de la instalación de las piezas por el equipo sobre cualquier falla de fábrica ya que es tiempo que el fabricante nos otorga de garantía por la pieza cambiada</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, se requiere un mínimo de 06 (seis) meses de garantía.</p>		

### Consulta 2 - PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2021
<p>En el ítem PLAZO DE REPOSICION DE BIENES, dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 15 (quince) días hábiles.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 20 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, se aclara que en el punto 8 Indicadores de Cumplimiento del Contrato del PBC está previsto la posibilidad de prorrogas en caso de que fuere necesario.</p>		

### Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2021
<p>En las ESPECIFICACIONES TECNICA en la lista de ubicación de los equipos no describe el Número de Serie de los equipos que están incluidos en el llamado.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuales son los equipos con serial que están afectados a este llamado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, se aclara que la marca y los modelos de los equipos afectados en este llamado se encuentran detallados en cada lote, así también se encuentra detallado la ubicación de cada equipo, al momento de la ejecución del contrato en la Orden de Servicio se identificará cada equipo con los números de patrimonio y la ubicación correspondientes, tal como se indica en el punto 4 Plan de entrega del PBC.</p>		

## Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2021
<p>En las ESPECIFICACIONES TECNICA en la lista de ubicación de los equipos en la Observación para el Lote 1 dice: se aclara que por necesidad de los Servicios del MSP y BS la ubicación y códigos patrimoniales de los equipos podrían ser modificados durante la ejecución del Contrato, en ese caso, el Administrador del Contrato deberá Notificar al Oferente el traslado del equipo con el correspondiente documento de patrimonio y haciendo constar en la Orden de servicio la ubicación actual del Equipo y Código patrimonial correspondiente para que el servicio se realice donde se encuentre ubicado</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuál será el medio de comunicación en caso de modificación o traslado de equipos, puesto que en el listado de ubicación no se especifica el SN del equipo afectado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>: Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, tal como se detalla en el punto citado, el Administrador del Contrato deberá Notificar al Oferente el traslado del equipo se aclara que la marca y los modelos de los equipos afectados en este llamado se encuentran detallados en cada lote, así también se encuentra detallado la ubicación de cada equipo, al momento de la ejecución del contrato en la Orden de Servicio se identificará cada equipo con los números de patrimonio y la ubicación correspondientes, tal como se indica en el punto 4 Plan de entrega del PBC.</p>		

## Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2021
<p>En las ESPECIFICACIONES TECNICA en el cuadro Plan de Entrega de servicios dice: Para Mantenimiento Preventivo (Lote 1 y Lote 8): Las Órdenes serán emitidas conforme al cronograma, según protocolo emitido y/o recomendado por el fabricante, que debe ser presentado por el oferente y en base a la necesidad de la Convocante. El inicio del trabajo es inmediatamente después de la recepción de la Orden por parte del Contratista, el plazo de culminación de los trabajos es dentro de los primeros 90 (noventa) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante ampliar el plazo de realización de los servicios a 180 días puesto que son equipos de soporte vital y varios se encuentran en uso o inoperativos y el plazo no será suficiente para completar el lote total, o en su defecto al termino de los 90 (noventa) días presentar solicitud de prorroga debidamente justificada por los equipos pendientes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante,, se aclara que en el punto 8 Indicadores de Cumplimiento del Contrato del PBC está previsto la posibilidad de prorroga en caso de que fuere necesario.</p>		

## Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2021
<p>En las ESPECIFICACIONES TECNICA en el cuadro Plan de Entrega de servicios dice: Para Mantenimiento Correctivo (Lote 1 al Lote 11): el plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios será de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Servicio, por parte del Contratista.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 20 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito, despacho e instalación de las piezas, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante, se aclara que en el punto 8 Indicadores de Cumplimiento del Contrato del PBC está previsto la posibilidad de prorroga en caso de que fuere necesario.</p>		

## Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOTES

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	24-10-2021
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuanto es el monto mínimo y máximo por cada lote ya que hay lotes que no se especifica en el pliego y no esta claro hasta cuanto puede consumir		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	27-10-2021
Fueron subsanados los puntos consultados.		