

Consultas Realizadas

Licitación 400576 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA DISPENSARIOS MEDICOS

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2021
Viendo que "Para los Ítems N° 03 y 04: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 8 (ocho) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato." Se solicita amablemente al convocante favor extender el plazo de entrega a 30 días para otorgar mayor oportunidad de participación de oferentes teniendo en cuenta que son productos importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El plazo de entrega solicitado fue establecido de conformidad a la necesidad del hospital de contar los bienes en el periodo requerido.		

Consulta 3 - ITEM N° 01 Sillón odontológico Completo

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>Solicitamos cordialmente a la convocante agregar:</p> <p>Sillón:</p> <ul style="list-style-type: none">*Apoyo Brazo Rebatible <p>Equipo:</p> <ul style="list-style-type: none">*Tablero Pad con Movimientos Electrónicos*03 Posiciones de trabajo como mínimo.*Negatoscopio Led* BANDEJAS, Con 4 Puntas incluye: 1Unidad Jeringa Triple, 02 Unidad Terminal para alta rotación con espray y 1 unidad terminal para baja rotación sin aerosol spray. <p>Unidad de Agua:</p> <ul style="list-style-type: none">*02 Suctores con Vac Plus <p>Estas modificaciones ayudaran al profesional a poder realizar con comodidad todos los tipos de procedimientos dentales.</p> <p>Solicitamos cordialmente a la convocante a modificar el Autoclave de 12 Litros a 17 Litros con Secado a Puerta Cerrada con 3 Programas de esterilización:</p> <p>Autoclave de 12 Litros a 17 Litros con secado a Puerta Cerrada con 3 Programas de esterilización, La capacidad de 17 litros posibilita la esterilización de kit quirúrgico y diversos tamaños de materiales o instrumentales al mismo costo que el de 12 litros, el secado con la puerta cerrada es más eficiente que el secado con la puerta entre abierta, los 3 programas de esterilización permiten elegir el material o instrumento a esterilizar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 4 - ITEM Nº 02 Sillón odontológico (SIN EQUIPOS DE RAYO X)

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>1) Solicitamos cordialmente a la convocante a agregar: Sillón con: *Apoyo Brazo Rebatible Equipo con: *Tablero Pad con Movimientos Electrónicos *03 Posiciones de trabajo mínimo. *Negatoscopio Led * Bandejas, con 4 Puntas incluye: 1Unidad Jeringa Triple, 02 Unidad Terminal para alta rotación con spray y 1 unidad terminal para baja rotación sin aerosol spray.</p> <p>Unidad de Agua con : *02 Suctores con Vac Plus Estas modificaciones ayudaran al profesional a poder realizar con comodidad todos los tipos de procedimientos dentales.</p> <p>Solicitamos cordialmente a la convocante a modificar el Autoclave de 12 Litros a 17 Litros con Secado a Puerta Cerrada con 3 Programas de esterilización: Autoclave de 12 Litros a 17 Litros con secado a Puerta Cerrada con 3 Programas de esterilización, La capacidad de 17 litros posibilita la esterilización de kit quirúrgico y diversos tamaños de materiales o instrumentales al mismo costo que el de 12 litros, el secado con la puerta cerrada es más eficiente que el secado con la puerta entreabierto, los 3 programas de esterilización permiten elegir el material o instrumento a esterilizar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 5 - ITEM Nº 04 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>Solicitamos cordialmente a la convocante a modificar el Autoclave de 12 Litros a 17 Litros con secado a Puerta Cerrada con 3 Programas de esterilización: Autoclave de 12 Litros a 17 Litros con secado a Puerta Cerrada con 3 Programas de esterilización, La capacidad de 17 litros posibilita la esterilización de kit quirúrgico y diversos tamaños de materiales o instrumentales al mismo costo que el de 12 litros, el secado con la puerta cerrada es más eficiente que el secado con la puerta entreabierto, los 3 programas de esterilización permiten elegir el material o instrumento a esterilizar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 6 - Muestras Items 1 Items 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
Atendiendo que son Equipos muy especificos la convocante deberia de pedir muestras montadas para una mejor evaluacion de los mismos , Ejemplo Estabilidad de los sillones que solamente montado se puede ver esa realidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. No se solicita el montaje de los equipos, teniendo en cuenta que con el catálogo solicitado se tiene evidencia documentada de las características técnicas de los equipos solicitados.		

Consulta 7 - Items 1 Sillones

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas no encontramos que soliciten las Turbinas , Pieza RECTA , micromotor o el Contraángulo piezas fundamentales para que funcione el Consultorio, creemos que se les paso. Si agregan estos Equipos colocar las características de los mismos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.

Consulta 8 - Items 2 Sillones y RAYOS X

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas no encontramos que soliciten las Turbinas , Pieza RECTA , micromotor o el Contraángulo piezas fundamentales para que funcione el Consultorio, creemos que se les paso. Si agregan estos Equipos colocar las características de los mismos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.

Consulta 9 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
----------	-------------------	------------

El PBC establece la página 25: "Tapizado en cuerina con sistema velcro en el respaldo"
 Se sugiere a la convocante incluir tapizado con sistema a presión, pues ambas opciones cumplen con el requisito de ser fácil y rápidamente removibles para la desinfección. Con esta inclusión, se podría aumentar la cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 10 - ITEM N° 2 SILLÓN ODONTOLÓGICO (SIN EQUIPO DE RAYOS X)

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
----------	-------------------	------------

El PBC establece la página 28: "Tapizado en cuerina con sistema velcro en el respaldo"
 Se sugiere a la convocante incluir tapizado con sistema a presión, pues ambas opciones cumplen con el requisito de ser fácil y rápidamente removibles para la desinfección. Con esta inclusión, se podría aumentar la cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 11 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Equipo

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 25 del PBC se establece: Bandeja de acero inoxidable, extraíble y fácil de limpiar Sugerimos ampliar las opciones de materiales de la bandeja para aumentar la cantidad de oferentes. El material de la bandeja no afecta al óptimo funcionamiento del equipo. Así también, hay una gran variedad de materiales que cumplen con los requisitos sanitarios y de durabilidad. Como por ejemplo la melamina, cuya resistencia es aún mejor que los materiales solicitados en el PBC, y de ese modo permitir mayor cantidad de posibles oferentes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.		

Consulta 12 - ITEM N° 2 SILLÓN ODONTOLÓGICO (SIN EQUIPO DE RAYOS X) - Equipo

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 28 del PBC se establece: Bandeja de acero inoxidable, extraíble y fácil de limpiar Sugerimos ampliar las opciones de materiales de la bandeja para aumentar la cantidad de oferentes. El material de la bandeja no afecta al óptimo funcionamiento del equipo. Así también, hay una gran variedad de materiales que cumplen con los requisitos sanitarios y de durabilidad. Como por ejemplo la melamina, cuya resistencia es aún mejor que los materiales solicitados en el PBC, y de ese modo permitir mayor cantidad de posibles oferentes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.		

Consulta 13 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Reflector

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 25 del PBC se establece: Cabeza en Material resistente, con 620° de rotación de la cabeza Solicitamos a la Convocante establecer un rango de rotación del cabezal de entre de 0 a 360°, y ello condiciona la aplicación correcta del reflector en la práctica odontológica, es más, mejora la atención pues se ajusta a todo tipo de condición del paciente. Además de mencionar que la rotación de 620° es poco clara y es cumplida por una marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 14 - ITEM N° 2 SILLÓN ODONTOLÓGICO (SIN EQUIPO DE RAYOS X) Reflector

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 29 del PBC se establece: Cabeza en Material resistente, con 620° de rotación de la cabeza Solicitamos a la Convocante establecer un rango de rotación del cabezal de entre de 0 a 360°, y ello condiciona la aplicación correcta del reflector en la práctica odontológica, es más, mejora la atención pues se ajusta a todo tipo de condición del paciente. Además de mencionar que la rotación de 620° es poco clara y es cumplida por una marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 15 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 26 del PBC se establece: Fusibles: F1 e F2 15A Acción Rápida / F 0,32A Se sugiere a la Convocante eliminar esta EETT teniendo en cuenta que el tipo de fusible se dimensiona de acuerdo con la exigencia de cada equipo. Siempre y cuando las demás EETT sean cumplidas, estos valores pueden variar de acuerdo con las prestaciones específicas del equipo. El fusible mencionado corresponde a unos utilizados por una marca y modelo específico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.		

Consulta 16 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Rayos X

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 26 del PBC se establece: Eje de Referencia: 19° con relación al ánodo Se sugiere a la Convocante asignar rangos de Eje de Referencia: de 10° o superior ya que la variación de la intensidad de la relación emitida depende el ángulo con que se emite respecto al ánodo. Un ángulo menor a 19° no afecta la captación de imagen, es más, mejora la captación de esta. Con esta asignación, se podría ampliar la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.		

Consulta 17 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Rayos X

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 26 del PBC se establece: Ángulo de Blanco: 19° Se sugiere a la Convocante asignar rango Ángulo de Blanco: de 10° o superior. Un ángulo menor a 19° no afecta la captación de imagen, es más, mejora la captación de esta. Con esta asignación, se podría ampliar la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.		

Consulta 18 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Rayos X

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 26 del PBC se establece: Valor de punto focal nominal: (0,8 x 0,8mm) (ubicado con relación al eje de referencia del tubo RX conforme IEC336/1982 Se sugiere a la Convocante asignar rango al valor de punto focal nominal de 0,4 x 0,4mm o superior. Esta inclusión mejoraría la calidad de la imagen del equipo a ser ofertado, pues a menor foco mejor calidad de imagen, además que con la modificación se ampliaría la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.		

Consulta 19 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Autoclave 12L

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 26 del PBC se establece: Diseño arrojado e innovador Solicitamos a la Convocante aclarar a que se refiere con diseño arrojado e innovador. Estas características son bastante subjetivas, poco claras, no pasibles de evaluación y no condicionan el correcto funcionamiento del equipo. Es más solo son citadas como características de un catálogo de una marca y modelo específico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 20 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Desarrador Neumático

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
Sugerimos a la Convocante incorporar el desarrador neumático a la configuración del Sillón Odontológico para lograr mayor eficiencia en el trabajo y en la calidad del servicio prestado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El Oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones que las solicitadas.		

Consulta 21 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Desarrador Neumático

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 28 del PBC se establece: Peso Midwest de 4 Vías: 69g, Borden de 2/3 Vías; 65g Sugerimos a la Convocante eliminar esta EETT pues es específica de un instrumento específico y no condiciona al correcto funcionamiento del ítem. Esta eliminación, aumentaría la cantidad de oferentes que pudieran presentarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.		

Consulta 22 - ITEM N° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Desarrador Neumático

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
En la página 28 del PBC se establece: Frecuencia de Oscilación: 5.600 5.850Hz Se sugiere a la Convocante asignar Frecuencia de Oscilación 2500Hz o superior, teniendo en cuenta que la misma no afecta el buen funcionamiento del instrumento y la frecuencia mencionada es específica de un modelo y marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 23 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>El PBC establece: El Oferente deberá presentar la Lista de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes ofertados en formato editable (word/excel).</p> <p>Se solicita a la Convocante establecer que el listado de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes sea entregado junto con el equipo por el proveedor adjudicado.</p> <p>Ello obedece a que el mismo no tiene relevancia para el momento de la etapa de evaluación, más aún teniendo en cuenta que la justificación de lo solicitado es al solo efecto de tener como base de información veraz y oportuno para futuros llamados de servicio de mantenimiento de equipos médicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.</p>		

Consulta 24 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>1. El PBC establece: // a. Presentar catálogos de los equipos ofertados, en idioma español// f. Copias de Certificaciones de Normas de Calidad específicas FDA, CE, JIS o al menos alguna de ellas y normas de Calidad generales ISO 13485. Todas las certificaciones deberán estar en idioma castellano.</p> <p>Se solicita a la Convocante contemplar que en el caso que las mismas no se encuentren en idioma castellano/español originalmente, se admitan los documentos traducidos al idioma castellano/español debidamente por traductor público matriculado.</p> <p>Lo solicitado obedece a que en su mayoría dichas documentaciones se encuentran en idioma inglés, por lo que de no admitirse documentos en otro idioma con su correspondiente traducción limitaría innecesariamente la cantidad de proveedores.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.</p>		

Consulta 25 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>El PBC establece: "La solicitud se realizará a través de orden de compra emitida por la Tesorería de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial.</p> <p>Para los Ítems N° 01 y 02: La firma adjudicada deberá entregar el bien e instalar en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato, en los siguientes lugares:</p> <p>Se solicita a la Convocante establecer: La solicitud se realizará con posterioridad al pago en concepto de anticipo y a través de orden de compra emitida por la Tesorería de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial.</p> <p>Para los Ítems N° 01 y 02: La firma adjudicada deberá entregar el bien e instalar en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra, que será emitida una vez abonado el pago en concepto de anticipo, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato.</p> <p>Lo solicitado obedece a que debe contemplarse el tiempo de fabricación de los equipos, permisos administrativos del país de origen, trámites aduaneros de exportación, flete internacional, incluso la situación de circulación restringida que aún se tiene en muchos lugares por la situación epidemiológica el cual ha elevado significativamente los precios de fletes aéreos e impactado en los tiempos de proceso para fletes, tanto por vía aérea como marítima.</p> <p>Ante la mencionada situación se propone:</p> <p>a. Ajustar los plazos de entrega a 90 días hábiles posteriores al pago del anticipo y la recepción de orden de compra (de manera a que los Oferentes contemplen importación por vía marítima)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
<p>El proveedor adjudicado podrá solicitar el pago en concepto de anticipo a los 10 días corridos posteriores a la firma del contrato según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En lo que refiere al plazo de entrega se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El plazo de entrega solicitado fue establecido de conformidad a la necesidad del hospital de contar los bienes en el periodo requerido.</p>		

Consulta 26 - Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>El PBC establece: Demostrar haber suministrado satisfactoriamente Equipos Odontológicos para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019 y 2020) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total ofertado Se consulta a la Convocante si el porcentaje requerido debe ser cumplido en sumatoria con los años 2018, 2019 y 2020 ¿ o se contempla la posibilidad de presentar solo uno de los años siempre que cumpla con el porcentaje requerido.?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
<p>Se podrá presentar uno de los años siempre y cuando cumpla con el porcentaje requerido. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 27 - Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>buen cumplimiento de Contrato y/o facturaciones con sus respectivas remisiones, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta inicial) solicitado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o remisiones, respectivamente.</p> <p>Se solicita a la Convocante establecer: b. Copia de contratos con sus respectivas constancias de buen cumplimiento de Contrato, o en su defecto Actas de Recepción de Bienes y/o facturaciones con sus respectivas remisiones, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta inicial) solicitado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento, o en, sus defectos actas de recepción y remisiones, respectivamente.</p> <p>Lo solicitado obedece a que la denominación constancia de buen cumplimiento de contrato restringe innecesariamente la presentación de otro tipo de documentos de cuyo contenido se podría corroborar el cumplimiento de los contratos y la acreditación de la experiencia, sin que ello afecte los requisitos de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
<p>Se exige la constancia de buen cumplimiento a fin de contar con una evidencia documentada de la referencia del proveedor. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 28 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>El PBC establece: " La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: fecha: Desde la publicación del llamado hasta un día hábil antes de la fecha tope de Consultas."</p> <p>Considerando las distancias de los distintos sitios de instalación para los ítems 1 y 2, solicitamos a la Convocante ampliar el plazo para la realización de la visita técnicas a 15 días hábiles después de la fecha tope de consultas de manera a realizar las visitas y cálculos necesarios, así también solicitamos que sea abierta una nueva etapa de consultas en el caso de que haya cuestiones a aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
<p>Se va a volver a abrir las fechas para las consultas por un plazo razonable a fin de que el proveedor pueda realizar sus consultas y logre efectuar las visitas técnicas necesarias para una correcta cotización en el proceso licitatorio.</p>		

Consulta 29 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2021
<p>El PBC establece: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 10 (diez) días hábiles contados a partir de la comunicación del rechazo.</p> <p>Se solicita a la Convocante contemplar que: Para la entrega de los repuestos importados será de 20 días hábiles.</p> <p>Lo solicitado obedece a que se debe contemplar el tiempo de importación, tramites administrativos, traslado de los repuestos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.</p>		

Consulta 30 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

En vista a que en el marco del presente llamado se estipula el pago en concepto de anticipo, se consulta a la Convocante: El plazo en el cual se abonara dicho anticipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

El proveedor adjudicado podrá solicitar el pago en concepto de anticipo a los 10 días corridos posteriores a la firma del contrato según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 31 - Garantía de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

En vista a que en el marco del presente llamado se estipula el pago en concepto de anticipo, se consulta a la Convocante el plazo de vigencia de la garantía de anticipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

El plazo de vigencia de la garantía de anticipo es igual al plazo de la Garantía de fiel cumplimiento del Contrato que se encuentra estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 32 - Inсталación de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Para los ítems N° 1 y 2 Instalación de los equipos
El PBC establece: Los insumos y/o materiales ya sea desagües, cables, jabalina, cajas, canaleta, alimentación eléctrica y de agua, cañerías, llaves, tomas, etc. que conlleva la instalación y puesta en marcha del bien serán proveídos e instalado por el adjudicado sin costo para la convocante. Las alteraciones a la estructura edilicia que fueren a consecuencia de las instalaciones deberán ser reparadas puesta en condiciones por el adjudicado, sin costo para la convocante.
Se solicita a la Convocante aclarar/ establecer que el responsable de desmontar y trasladar, caso fuere necesario, los equipos que se encuentren dados de baja e instalados en los sitios destinados a la instalación de los nuevos equipos será la Convocante, pues los mismos no están contemplados entre las adecuaciones que debe realizar el proveedor, y ello implicaría la modificación de los precios referenciales del llamado.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se aclara al Oferente que el responsable de desmontar y trasladar, caso fuere necesario, los equipos que se encuentren dados de baja e instalados en los sitios destinados a la instalación de los nuevos equipos será EL PROVEEDOR adjudicado. Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.

Consulta 33 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Experiencia requerida:

El PBC establece: Demostrar haber suministrado satisfactoriamente Equipos Odontológicos para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019 y 2020) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total ofertado
Se solicita a la Convocante establecer: Demostrar haber suministrado satisfactoriamente Equipos Odontológicos para Instituciones Públicas y/o Personas Físicas y/o jurídicas del sector privado en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019 y 2020) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total ofertado

Lo solicitado obedece a que en el sector privado la clientela en el rubro de equipos odontológicos está integrada en gran medida por profesionales independientes, por lo que la modificación solicitada podría dar mayor apertura de participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos para comprobar la experiencia del Oferente.

Consulta 34 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

El PBC establece: El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: Los equipos deberán tener Garantía de 1 (un) año como mínimo. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos, según lo establecido en las especificaciones técnicas del PBC

Solicitamos a la Convocante aclarar que La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs, excluyendo sábados, domingos y feriados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 35 - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos que se incluya como requisito de la oferta el montaje de los equipos ofertados de modo a corroborar que cuenten con los requisitos (especificaciones técnicas) solicitados por vuestra institución. Principalmente para ver la solides de los equipos que no siempre se refleja en catalogos

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. No se solicita el montaje de los equipos, teniendo en cuenta que con el catalogo solicitado se tiene evidencia documentada de las características técnicas de los equipos solicitados.

Consulta 36 - Lugares de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Especificar si ya cuentan con plomería y la parte eléctrica a fin de elaborar un costo acorde a lo solicitado. En su defecto dar a conocer los lugares exactos para ir a verificar este requisito. La parte eléctrica y plomería es fundamental para el buen funcionamiento de los Equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Estos puntos el Oferente podrá aclarar sus dudas con la visita técnica realizada, que se encuentra incluida en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 37 - Especificaciones Técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante amablemente que los "Pies de goma" sean opcional y que soliciten cualquier tipo de "Pies" que de igual forma "Garantizan total estabilidad al conjunto"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante amablemente que se permita ofertar Autoclaves con Resistencias distintas a la de tipo collar. Esto permitiría mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante amablemente que la "Tensión de alimentación: 127 y 220 voltios (con llave de conmutación)" sea "220 voltios y opcionalmente con llave de conmutación para 127 voltios". Esto no afectaría al funcionamiento del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante amablemente que los "Pies de goma" sean opcional y que soliciten cualquier tipo de "Pies" que de igual forma "Garantizan total estabilidad al conjunto"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 41 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
<p>Con respecto al apartado capacidad tecnica se establece en el punto f. Las marcas de los equipos ofertados deberán haber sido elaboradas conforme a estándares de calidad FDA, CE, JIS, o al menos alguna de ellas y Normas de Calidad generales ISO 13485.</p> <p>solicitamos a la convocante permitir que los equipos de fabricacion y origen mercosur presenten normas de calidad mercosur que garanticen los mas altos estanderes de calidad y seguridad.</p> <p>Entendemos que si la convocante acepta documentaciones emitidas para la comercializacion en la Comunidad Europea (CE), Norma Industriales de Japon (JIS) y Normas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (FDA) no vemos la imposibilidad de aceptar Normas emitidas para el MERCADO COMUN DEL SUR que tambien someten a controles rigurosos sus dispositivos medicos.</p> <p>Se solicita amablemente incluir normas mercosur para dar mayor oportunidad a potenciales oferentes que posean las calificaciones suficientes ya que dicha oportunidad no sera en detrimento de la calidad y seguridad de los bienes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Versión 2 del PBC.</p>		

Consulta 42 - Especificaciones Técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
<p>Solicitamos al convocante amablemente que consideren también, en vez del botón de emergencias, una tecla del teclado que permite cancelar el ciclo en caso de emergencia.El mismo tiene la misma función solo que en formato distinto</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.</p>		

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
<p>Solicitamos al convocante que consideren como opción alternativa al CE las certificaciones ISO 13485 y/o ANVISA, también emitidas por entidades de alta vigilancia</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.</p>		

Consulta 44 - ITEM NO° 1 SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO Rayos X

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

En la página 26 del PBC se establece: Tipo de Fusible: Vidrio 20mm
 Se sugiere a la Convocante ampliar las opciones de materiales del fusible, teniendo en cuenta que el mismo es un componente utilizado para proteger los circuitos eléctricos y electrónicos y existen otras opciones de materiales que cumplen esta función, como ser: estaño, aluminio, cobre, plomo entre otros, así como suprimir de la EETT LOS 20mm pues no afecta la funcionalidad del equipo, y permitirá la participación de más oferentes. Además el tipo de fusible solicitado en el PBC corresponde al utilizado por una marca específica.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 45 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar a que tipo de accesorio corresponde el "agarrador de bandejas". En su defecto solicitamos que este accesorio sea opcional (no excluyente)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.

Consulta 46 - Items 1 Sillones

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2021
----------	-------------------	------------

Lo ideal es que el sillón tenga una capacidad de elevación para pacientes de mas de 150 kg. También hay que considerar el peso de las partes que van adosadas al sillón como ser: Reflector, Unidad dental. Unidad de agua y accesorios que van encima de la bandeja de la unidad dental. Estos ítems pesan aproximadamente 30 kilos, sugerimos tener en cuenta esto y agregar en las especificaciones tecnicas

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

El Oferente podrá ofertar equipos con mayores prestaciones que las solicitadas, los requisitos pedidos son mínimos para cumplir con las necesidades del hospital.

Consulta 47 - items 1 Sillones

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2021
----------	-------------------	------------

Es importante que el sillón cuente con el sistema de desinfección de la parte interna de las mangueras, para evitar la contaminación cruzada. Sugerimos agregar como requisito indispensable en este tipo de tiempos que vivimos con realacion a la contaminacion.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al potencial oferente remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 48 - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2021
La composición de la unidad de agua es con suctor aire saliva Sistema Venturi o Suctores con Vac Plus?. Son dos tipos de composición sería bueno definir cual de los dos sistemas necesitan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se necesita 1 suctor aire saliva (Sistema Venturi) y 1 Suctor con Vac Plus°. Se solicita al potencial oferente remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 49 - Items 1 - 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2021
Que cantidad de suctores necesitan en cada sillón? Según las especificaciones técnicas son 3(1Sistema venturi y 2 suctores con Vac Plus).Definir la cantidad y el sistema que sería utilizada (Venturi o VAc Plus)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al potencial oferente remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 50 - Items 1 - 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2021
Es importante por ergonomía que la cabeza del reflector tenga una rotación de 620°, para un mayor aprovechamiento de espacio y calidad de trabajo, teniendo en cuenta la gran afluencia de pacientes que reciben.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
El Oferente podrá cotizar un equipo con esas características teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas dice: Cabeza en material resistente, con 0 A 360° o MAS de rotación de la cabeza, lo que significa que el Oferente puede cotizar de 0 a 360° o MAS.		

Consulta 51 - Items 4 Autoclaves

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2021
- Podría ser el secado con puerta entreabierta? ya que no interfiere en ningún sentido la funcionalidad del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4. Lo solicitado son requerimientos mínimos precisos para atender las necesidades del hospital.		

Consulta 52 - items 1 -2

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2021
Volvemos a reiterar nuestra consulta sobre las turbinas , micromotor y pieza recta , en ninguna de las versiones del PBC se menciona las especificaciones técnicas de los mismos (Ejemplo Turbina de 250.000 rpm o mas)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Se puede cotizar toda vez que el sistema es Borden para alta rotación de las turbinas y de baja rotación para los micromotor, pieza recta y contra ángulo que deberá cumplir con la normas básicas internacional de calidad según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 53 - Items 4 Autoclaves

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2021
----------	-------------------	------------

Piden Certificación Europea, Podría incluir Certificaciones también de la Región como la de ANVISA, Iso 13485 u otro organismo de control de calidad que también poseen altos estándares de Calidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
-----------	--------------------	------------

Las Certificaciones solicitadas son con la finalidad de demostrar el cumplimiento de estándares de calidad en los procesos de producción y normas de gestión de calidad Internacional que garantizaran que los equipos sean testeados por los propios fabricantes para que los componentes de los productos sean óptimos y ofrezcan seguridad en cuanto a su funcionamiento. Por lo expuesto, se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones - Version 4.