

## Consultas Realizadas

# Licitación 400682 - Adquisición de Equipos de Salud para la Sanidad de la DISERINTE - AD REFERENDUM

### Consulta 1 - VIGENCIA DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Solicitamos amablemente a la convocante se defina en el contrato el tiempo exacto de la vigencia del mismo, ya que los contratos se rigen por el código civil y siempre deben mencionar fecha de inicio y termino. Teniendo en cuenta que la entrega de los saldos finales no se encuentra determinada en cuanto a la fecha de emisión de orden de compra, siendo su duración INDETERMINADA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
En cuanto a su consulta, el contratoes hasta el cumplimiento de sus obligaciones por parte del proveedor y/o la convocante		

### Consulta 2 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Listado del Personal Técnico en reparación de equipos médicos (mínimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de C.I. vigente de cada personal y copia de planilla de seguro social en donde figure el personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico		
Sobre este punto solicitamos omitir el requerimiento de que el profesional tecnico este incluido dentro de la planilla del seguro social, debido a que en algunos casos los profesionales son prestadores de servicios personales y no funcionarios dependientes de la empresa, recomendamos solicitar identificacion, certificados de capacitacion por el fabricante de los bienes y constancia de relacion comercial con el oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Buen día, favor ajustarse al pbc establecido		

### Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
Se solicita amablemente a la convocante que aclare el plazo de entrega de los equipos solicitados. En el pliego menciona "Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes dic. 21". El plazo de entrega es a diciembre 2021?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Las entregas de los bienes serán conforme a las emisiones de las respectivas orden de compra, previa coordinación entre las partes		

## Consulta 4 - Especificaciones Técnicas ítem 7 y8

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
----------	-------------------	------------

Ítems 7 y 8. Se solicita amablemente a la convocante aceptar autoclaves con temperaturas de trabajo de 109 a 134 °C, ya que operativamente este rango es suficiente para la mayoría de los programas de esterilización.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
-----------	--------------------	------------

Buen día, favor ajustarse a las EETT del Pbc ya que las mismas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades de la Convocante