

Consultas Realizadas

Licitación 401529 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM

Consulta 1 - Ítem N° 197

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
¿Podemos oferta puntas con volumen de 50 a 1.000 ul ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2021
Serán tenidas en cuenta ofertas con ese volumen, siempre y cuando se ajusten a las demás especificaciones técnicas		

Consulta 2 - Ítem 132 (Kit de cuantificación de ADN)

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
se puede ofertar un kit que no está diseñado específicamente para el Qubit pero que puede ser adaptado al mismo equipo? Con capacidad de detección de 10 pg/uL a 200 ng/uL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2021
Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 3 - ÍTEM 184

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
Se solicita amablemente al convocante aceptar "Placas de petri de poliestireno, estériles divididas al medio de 90 x 14 (+- 1) mm"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Serán tenidas en cuenta ofertas con variación de +/-1 mm en el diámetro de las placas de petri divididas		

Consulta 4 - ÍTEM 188 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
Se solicita amablemente al convocante aceptar "Suspensión de partículas de látex-poliestireno sensibilizados con anticuerpos anti-PCR Directo o Indirecto. Prueba de aglutinación en placa para la determinación de Proteína C Reactiva. Kit conteniendo como mínimo 2,5 ml. de suspensión de partículas de latex, minimamente 0,5 ml de control negativo y 0,5 ml de control positivo. Kit para mínimo 100 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
Se solicita que la oferta se ajuste a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - ITEM 37

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
ITEM 37 - Bufer de ligación, ¿Se puede presentar el buffer optimizado para uso con T4 DNA Ligasa en concentración 10X en presentación de 6mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2021
Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - ÍTEM 266 EETT-Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
Se solicita amablemente al convocante aceptar "RPMI Medium 1640 (1X) [+] L-Glutamine. Frasco de mínimo 1 litro"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
Serán aceptadas ofertas con presentación de frasco de minimo 1 litro, siempre y cuando el precio unitario ofertado corresponda a la presentación de 2 litros y a la cantidad total solicitada.		

Consulta 7 - Autorización del Fabricante:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
El PBC establece: "...la documentación requerida es el formulario N° 1. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor Autorizado del bien que se oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple..."- Solicitamos que la convocante requiera a los oferentes que la Autorización del Fabricante cuente con la debida notarización del documento y apostillado en origen; y/o en su defecto cuente con la debida legalización por el consulado paraguayo del país de origen, e inscripto en la Dirección General de Registros Públicos en Paraguay de modo a dar validez legal a los documentos presentados.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
Se procederá a emitir una Adenda al respecto		

Consulta 8 - Presentación de muestras:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
El PBC establece: "Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: Se solicitará muestras de los ítems que serán determinados por el Comité de Evaluación, con posterioridad a la presentación de las ofertas. Las mismas serán requeridas por medio de notas vía fax o correo electrónico, y tendrán un plazo máximo de entrega en (un) día hábil, contado a partir de la refecha de recepción del pedido, en el Dpto. de Contrataciones..." Solicitamos a la Convocante indicar y aclarar en el PBC, que para el ítem 106- Generadores tecnésio; no es factible o aplicable proveer de Muestras como lo exige el PBC en su página 8.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
Se procederá a emitir una Adenda al respecto		

Consulta 9 - Anticipo:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
<p>El PBC no establece el pago en concepto de Anticipo. Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y de acuerdo a lo establecido en la Ley Art. 171 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio año 2021 N° 6672/2020</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
<p>Se solicita que la oferta se ajuste a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Se aclara que en esta licitación se solicita un equipo en comodato para el ítem 118, los demás ítems corresponden a reactivos e insumos.</p>		

Consulta 10 - Reajuste:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
<p>El PB establece: "El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:</p> <p>El ajuste de precios. El OFERENTE ADJUDICADO tendrá derecho a solicitar los reajustes en los términos establecidos en los Artículos 56, inciso b), y 61 de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y del Artículo 84 del Decreto Reglamentario N° 21909/2003, modificado por Decreto N° 5174/2005.-</p> <p>Los precios cotizados por el Proveedor estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente fórmula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:</p> $Pr = P \times IPC1$ <p>IPCO Donde: Pr: Precio Reajustado P: Precio Adjudicado IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro. IPCO: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.</p> <p>No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.</p> <p>El OFERENTE ADJUDICADO no podrá aprovecharse de ningún error aparente u omisión que hubiere en las fórmulas de reajuste. Si se descubriese algún error aparente o discrepancia, deberá informar a LA CONVOCANTE para que lo interprete y dilucide. La decisión de ésta será inapelable</p> <p>Título Consulta: CONDICIONES CONTRACTUALES - Reajustes</p> <p>El PBC establece: "Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula"</p> <p>El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:</p> <p>Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:</p> $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ <p>Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
<p>Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 11 - Modelo de Contrato:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
<p>El PBC establece: "Administración del Contrato: La administración de este contrato estará a cargo de: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al pedido de reprogramación presupuestaria"</p> <p>Se solicita a la Convocante establecer en este punto quien será el administrador del contrato.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
<p>Se procederá a emitir una Adenda al respecto.</p>		

Consulta 12 - Formularios Adicionales:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
<p>En la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DE LOS REACTIVOS. Punto Nº 7 Dice: "PRESENTAR INSERTO o TÉCNICA DE TRABAJO: En castellano y por cada ítem", se solicita amablemente a la convocante aclarar a que se refiere en presentar inserto o técnica de trabajo y si este aplica a los ítems 106, 133 y 170.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
<p>Se procederá a emitir una Adenda, actualizando el punto 7 de la Planilla de Datos Garantizados, solicitando además catálogos, en caso de corresponder.</p>		

Consulta 13 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
<p>El PBC establece: "Demostrar la experiencia en provisión de reactivos químicos y/o insumos de laboratorio con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los:3 últimos años. (Años 2018 2019, 2020)</p> <p>Documentos: Copia de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, de reactivos químicos y/o insumos de laboratorio, en los tres (3) últimos años (años 2018, 2019 y 2020) de instituciones públicas y/o privadas, cuyos montos representen en promedio como mínimo el 30 % (treinta por ciento) del monto total de la oferta presentada por el Oferente en la presente Licitación. Podrán presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado."</p> <p>Se solicita a la Convocante aclarar que la experiencia requerida podrá ser en cualquiera de los últimos tres años de modo a dar mayor participación a los oferentes.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2021
<p>Se aclara que se acreditará la experiencia en cualquiera de los últimos tres años siempre y cuando los documentos presentados se ajusten a lo requerido en este punto.</p>		

Consulta 14 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2021
<p>favor indicar cuales serian los productos que requeriran muestras, ya que los reactivos se acostumbran a presentar insertos por su naturaleza no se presentan muestras</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2021
<p>Se solicitaran muestras a los ítems correspondientes a INSUMOS DE LABORATORIO, de acuerdo al criterio del Comité de Evaluación. Se ha publicado una adenda al respecto.</p>		

Consulta 15 - 7. Formularios Adicionales:

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2021
En la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DE LOS REACTIVOS. Punto N° 7 Dice: "PRESENTAR INSERTO o TÉCNICA DE TRABAJO: En castellano y por cada ítem", se solicita amablemente a la convocante aclarar a que se refiere en presentar inserto o técnica de trabajo y si este aplica a los ítems 106, 133 y 170.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2021
La planilla de datos garantizados ha sido actualizada, incluyendo la presentación de catálogos en caso de corresponder. Se ha emitido una Adenda al respecto.		

Consulta 16 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2021
Se solicita considerar aumentar el plazo de entrega de los bienes a mínimo 90 días contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, ya que la amplia mayoría de los ítems solicitados son importados, y las importaciones actualmente tienen esos lead times		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2021
Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - EETT Medio cultivo RPMI

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2021
Se solicita favor considerar para el ítem 266 "RPMI Medium 1640 (1X) [+] L-Glutamine. Frasco de mínimo 500 mililitros"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2021
Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - ÍTEM 153 Marcador de ADN

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Con el fin de dar participación a potenciales oferentes, solicitamos a la Convocante poder ofertar 20 tubos que contienen 500uL en cada uno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2021
Serán aceptadas ofertas con presentación de 20 tubos que contienen 500uL en cada uno., siempre y cuando el precio unitario ofertado corresponda a la presentación de 10 mL. y a la cantidad total solicitada.		