

## Consultas Realizadas

# Licitación 401773 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS

### Consulta 1 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Cauterio Bipolar - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA - SELLADOR DE VASOS. Solamente en el título se menciona SELLADOR DE VASOS, en las especificaciones técnicas no se describen las características del sellador de vasos como tampoco sus accesorios correspondientes. Por lo expuesto, solicitamos eliminar el término SELLADOR DE VASOS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Lo solicitado es Unidad Electroquirurgica con Sellador de Vasos. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.</p>		

### Consulta 2 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Modos de trabajo: Bipolar: Precise (1 - 70 W), Standard (1 - 70 W), Macro (1- 70W). Estas son descripciones específicas de la marca Valleylab, lo cual condicionaría la participación de otros oferentes, es decir podrán participar pero serán descalificadas por no cumplir con estos puntos. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Modos de trabajo: Bipolar: Corte bipolar; de 1 - 70 W (o mayor rango). Corte bipolar para RTU; de 1 - 70 W (o mayor rango). Coagulación bipolar; de 1 - 70 W (o mayor rango). Coagulación bipolar para RTU; de 1 - 70 W (o mayor rango).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se podrá cotizar 70W o mayor rango. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

### Consulta 3 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Modo autopolar: activación automática sin pedal. Solicitamos a la Convocante aclarar esta función ¿se está refiriendo Modo Monopolar activación sin pedal (mediante el uso de lápices desechables con control de corte y coagulación). Por tal motivo, solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Modo monopolar: activación automática sin pedal, mediante lápiz desechable con control de corte y coagulación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Debe decir Modo Autobipolar. Activación automática sin pedal. (NO es monopolar). Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 4 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Amperímetro. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Amperímetro o indicador digital de voltaje visible en pantalla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

### Consulta 5 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar COAG: Fulguración (120W), Spray (120 W), Soft (120 W) Estas son descripciones muy cerradas que no permitirán la participación de otros oferentes, se deben agregar rangos de variación que permitan la participación de mas oferentes. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Monopolar COAG: Fulguración 80W o mayor, Spray 100 W o mayor, Soft 120 W o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 6 - Lote 12 Item 1 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote 12 Item 1 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar VALLEYLAB : Valleylab (60 W). Solicitamos eliminar la marca Valleylab.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 7 - Lote 12 Item 1 Cauterío Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote 12 Item 1 Cauterío Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar VALLEYLAB : Valleylab (60 W) Además de eliminar la marca valleylab, solicitamos a la Convocante aclarar si es corte o coagulación en modo MONOPOLAR, además de incorporar un rango de variación. Monopolar: 60 W o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo solicitado es una referencia. Es corte y coagulación en modo monopolar. Se podrá cotizar 60W o mayor. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 8 - Lote 12 Item 1 Cauterío Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote 12 Item 1 Cauterío Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado de autenticidad de marca. Solicitamos aclarar a qué documento se refiere. ¿es un certificado que debe emitir el fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 9 - Lote 3-Item 1 Electrocardiografo.

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Solicitan lo siguiente: Accesorios.  100 (cien) unidades Papel tipo Z con 210 mm de ancho.  Solicitamos amablemente a la convocante pueda verificar este requerimiento puesto que 100 unidades de papel no cuadra dentro del precio referencial establecido. Caso contrario se debería disminuir las cantidades o aumentar 50% el precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 10 - Otros Requerimientos.

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>La convocante solicita lo siguiente:</p> <p>El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS."</p> <p>El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley</p> <p>Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas.</p> <p>Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto N° 2992/19 indica que Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados.</p> <p>Por lo manifestado, solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 11 - Plan de Entregas de los Bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>La convocante solicita lo siguiente:</p> <p>La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato.</p> <p>Solicitamos amablemente puedan ampliar los plazos de entregas estipulados a 60 días hábiles posteriores a la emisión de la Orden de Compra.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones los bienes requeridos por la Convocante son muy necesarios para el hospital y se requieren de la entrega pronta para su utilización</p>		

## Consulta 12 - Porcentaje de multas.

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:0,05 %.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante puede reducir este porcentaje a 0.01%.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el porcentaje de multa se encuentra dentro del rango permitido en el marco legal.</p>		

## Consulta 13 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>En el punto: 3.7 Ancho de la mesa: 50 ± 5 cm.</p> <p>Se pide a la convocante que pueda considerar que al pedir el margen de 5cm, se estaría pudiendo ofrecer una mesa de ancho menor a 50cm, lo cual sería un problema cuando se trate de cirugías bariátricas, por tanto, se pide que puedan considerar colocar este punto de la siguiente forma:</p> <p>3.7 Ancho de la mesa: 55 ± 5 cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 14 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
En el punto: 3.9 Capacidad de peso: mínimo 350 kg Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes, teniendo en cuenta que la capacidad de peso solicitada es muy alta y en nuestro país sería muy difícil hallar a un paciente que siquiera se acerque a ese peso, ni aún teniendo en cuenta todos los accesorios que pudieran ser colocados sobre la mesa para el procedimiento quirúrgico. Se pide colocar este punto de la siguiente manera: 3.9 Capacidad de peso: mínimo 250 kg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 15 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
En el punto: 4.1 Elevación mediante motor eléctrico desde 68 cm a 108 cm. Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Se pide colocar este punto de la siguiente manera: 4.1 Elevación mediante motor eléctrico desde 70 cm o menos a 105 cm o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 16 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
En el punto: 4.2 Inclinación lateral eléctrica: $\pm 30^\circ$ . Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes, ya que existen fabricantes que consideran peligrosa una inclinación mayor a $20^\circ$ , en la cual se compromete la seguridad del paciente. En todo caso, si se requiere una angulación de esa escala, se pide colocar este punto de la siguiente manera: 4.2 Inclinación lateral eléctrica: $\pm 20^\circ$ como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 17 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
En el punto: 4.3 Trendelenburg directo e inverso mediante motor eléctrico de $-40^\circ$ a $+40^\circ$ . Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes, ya que el promedio utilizado de los fabricantes con calidad europea es de $30^\circ$ para trendelenburg y anti trendelenburg. En todo caso, si se requiere una angulación de esa escala, se pide colocar este punto de la siguiente manera: 4.3 Trendelenburg directo e inverso mediante motor eléctrico de $-30^\circ$ a $+30^\circ$ o mayor rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 18 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
En el punto: 4.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -40° a +85° (manual). Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma: 4.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -50° o menor a +70° o mayor (manual).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 19 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
En el punto: 4.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +25° (manual). Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma: 4.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° o mayor (manual).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 20 - Lote N° 2 - Camilla hidráulica para sala de parto

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
3.4 Escalón para acceso del paciente incorporado a la mesa, que puede ser oculto. ¿Puede ser considerado como opcional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Tiene que tener para que el paciente puede subirse a la camilla. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 21 - Lote N° 2 - Camilla hidráulica para sala de parto

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
3.5 Mesa de inspección equipada con al menos 3 cajones grandes. ¿Puede ser considerado como opcional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo requeridos es para utilizar con los insumos necesarios para el parto. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 22 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>En el punto: 4.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° (ambas secciones manuales).            Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma:            4.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 50° o mayor (ambas secciones manuales).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>No se puede, lo solicitado es a fin de que el paciente pueda estar en posición ginecológica cómoda para el procedimiento médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones</p>		

## Consulta 23 - Lote N° 2 - Camilla hidráulica para sala de parto

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>4.3 Longitud de la mesa (excluyendo la sección de las piernas): 116cm. +/- 3cm            ¿Se podría cotizar con +/-10cm?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 24 - Lote N° 2 - Camilla hidráulica para sala de parto

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>4.4 Ajuste espaldar, por resorte de gas: 70 °            ¿Se puede cotizar de 78°?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 25 - Lote N° 2 - Camilla hidráulica para sala de parto

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>4.5 Escalón: 42cm de largo. 23cm de altura            ¿Podría ser considerado como opcional?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 26 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
<p>En el punto: 4.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -50° a +55° (manual).            Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma:            4.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° o menor a +45° o mayor (manual).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		



### Consulta 27 - Lote N° 3 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

3.1 Pantalla con tecnología LCD a colores, sesible al acto  
 ¿Podría cotizarse con pantalla sensible al tacto y/o teclas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

### Consulta 28 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

En el punto: 4.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm, manualmente  
 Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma:  
 4.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 25 cm, manualmente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

### Consulta 29 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

En el punto: 4.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm, manualmente  
 Se consulta a la convocante si es posible ofertar equipo con el desplazamiento longitudinal eléctrico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

### Consulta 30 - Lote N° 4 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

3.2 Tamaño: 11,1 cm (alto) x 35,6 cm (ancho) x 43,9 cm (largo)  
 ¿Se podría cotizar con una diferencia de +/5cm o considerar el tamaño como OPCIONAL, considerando que no afecta a las prestaciones del equipo y varian según el fabricante?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

### Consulta 31 - Lote N° 15 - Ítem 1 - Camilla Fija

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

En el punto donde dice: 3.1 Estructura en caño cuadrado de acero recubierta de pintura epoxi.  
 Se consulta a la convocante si es posible presentar oferta con estructura en caño cuadrado con recubrimiento de polvo de resina, el cual es más resistente que la pintura epoxi.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Si se puede presentar Oferta con esas características también. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

### Consulta 32 - Lote N° 8 Item 1 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Se consulta a la convocante si es posible presentar camilla fija con cabezal ajustable para facilitar los procedimientos de reconocimiento y tratamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Si se puede Ofertar equipos con mayores prestaciones que las solicitadas.		

### Consulta 33 - Lote N° 4 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
3.7 ¿Es correcto lo solicitado?, creemos que debe ser a la inversa Mopolar (2 salidas) y bipolar (1 salida)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 34 - Lote N° 23 Item 1 Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
En el punto donde dice: Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de cinco metros y tres tomar tipo schuko como mínimo, con soporte para cable. Se consulta a la convocante si es posible presentar oferta con cable de tres metros, lo cual es lo estándar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

### Consulta 35 - Lote N° 4 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
4.1 ¿Se podría cotizar placas REM, según códigos de partes del fabricante? E7507 y E7509 son de la marca Valleylab		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 36 - Lote N° 4 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
5.1 ¿Se podría cotizar carros de una marca distinta a Valleylab, según el fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Si se puede se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 37 - Lote Nº 4 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

6.7 El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS."  
 ¿Se podría cotizar con la Solicitud de haber iniciado el trámite del Certificado de Registro Sanitario?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.

### Consulta 38 - Lote Nº 6 - Item 1 Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

¿Podrían separar este ítem del lote considerando que no todos los fabricantes de lámparas cialíticas producen lámparas de exploración?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 39 - Lote Nº 6 - Item 1 Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

4.1 Línea de focos auxiliares FL4000  
 ¿Podrían aclarar a que se refieren con FL4000?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se refiere al foco utilizado para los exámenes médicos. Se solicita al Oferente remitirse en la Adenda en lo que respecta a este punto.

### Consulta 40 - Lote Nº 6 - Item 2 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

¿Se podría cotizar con un rango de +/-10% en los numerales 12, 13, 14, 15 y 16?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

### Consulta 41 - Lote Nº 6 - Item 2 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
----------	-------------------	------------

17 Control mediante pantalla táctil, para todas las funciones de la luminaria  
 ¿Se podría cotizar con pantalla táctil y/o teclas para todas las funciones de la luminaria?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

### Consulta 42 - Lote Nº 6 - Ítem 3 - Lámparas cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
17 Iluminación residual con un tubo: 97% o mayor ¿Se podría cotizar 90% o mayor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 43 - Lote Nº 6 - Ítem 3 - Lámparas cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
18. Iluminación residual con un tubo y una máscaras: 60% o mayor. ¿Se podría cotizar 50% o mayor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 44 - Precios referenciales Lote 6 Ítems 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
¿Podrían verificar los precios referenciales de los ítems 2 y 3 del Lote 6, creemos que existe un error?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 45 - Lote 8 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
4.1 Elevación mediante motor eléctrico desde 68 cm a 108 cm. ¿Se podría cotizar de 68 o menos a 104cm o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 46 - Lote 8 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
4.2 Inclinación lateral eléctrica: $\pm 30^\circ$ . ¿Se podría cotizar $\pm 20^\circ$ .?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 47 - Lote 8 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
4.3 Trendelenburg directo e inverso mediante motor eléctrico de -40° a +40°. ¿Se podría cotizar de -30° a +30°?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 48 - Lote 8 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
4.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -40° a +85° (manual). ¿Se podría cotizar de -10° a 65°?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

### Consulta 49 - Lote 8 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
4.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +25° (manual). ¿Se podría cotizar de -90° a +38°?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 50 - Lote 8 Mesa quirúrgica para obstetricia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
4.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -50° a +55° (manual). ¿Se podría cotizar de -45° a +45°?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 51 - Lote Nº 12 - Cauterio bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
4.5 Monopolar VALLEYLAB: Valleylab (60 W) ¿Se podría cotizar una marca distinta a la Valleylab?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sí se puede se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

## Consulta 52 - Lote Nº 12 - Cauterio bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
5.1 El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS."		
¿Se podría cotizar con la Solicitud de haber iniciado el Registro Sanitario?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.		

## Consulta 53 - Lote 19 - Ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
¿Se podría cotizar con rango de diferencia de +/-1cm?		
En el caso del ítem 2, las pinzas Bozeman, Kevorkian y Pozzi no cabrian en la caja de 20cm, considerando que estos instrumentos como mínimo tienen 25cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

## Consulta 54 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
¿Se podría ampliar el plazo de entregas a por lo menos 45 días hábiles, desde la recepción de la orden de compra?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones los bienes requeridos por la Convocante son muy necesarios para el hospital y se requieren de la entrega pronta para su utilización.		

## Consulta 55 - Lote Nº 1 Ítem 1 - Aspirador de secreciones.

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
En el punto 3.1 Solicitan: Flujo De Aspiración De 65 L/Min. Solicitamos permitan cotizar equipos con Flujo De Aspiración De 60 L/Min, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda, se puede de 60 L/min		

## Consulta 56 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 1 Ítem 1 - Aspirador de secreciones. En el punto 3.2 Solicitan: Control de intensidad de vacío desde 0 mmHg hasta 710 mmHg Solicitamos permitan cotizar equipos con Control de intensidad de vacío desde 0 mmHg hasta 675 mmHg, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 57 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 1 Ítem 1 - Aspirador de secreciones.  En el punto 3.7 Solicitan: Dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 6 litros en total (de 3 litros cada frasco), con escala de volumen Solicitamos permitan cotizar equipos con Dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 4 litros en total (de 2 litros cada frasco), con escala de volumen, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 58 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 1 Ítem 1 - Aspirador de secreciones.  En el punto 3.8 Solicitan: Frasco con boca de diámetro de 15,7 cms. con tapa desmontable y hermética Solicitamos permitan cotizar equipos con Frasco con boca de diámetro de en el rango de 10 a 15cms. con tapa desmontable y hermética, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.		

## Consulta 59 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO  En el punto 3.2 Solicitan: La sección trasera ajustable mediante resorte de gas. Sugerimos soliciten: sección trasera (respaldo) ajustable eléctricamente con ángulo de al menos 0º a 40º, sección asiento ajustable eléctricamente con ángulo de al menos 0º a 20º		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 60 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 3.3 Solicitan: Tabla auxiliar para sección piernas deslizante en el interior de la mesa Sugerimos modificar este requerimiento por Reposapiernas del tipo Goepel		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 61 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO  En el punto 3.5 Solicitan: Mesa de inspección equipada con al menos 3 cajones grandes. Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la oferta de equipos con diseños más ergonómicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo requerido es para utilizar con los insumos necesarios para el parto. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 62 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO  En el punto 4.1 Solicitan: Alto de la mesa: entre 60 a 90 cm. Sugerimos soliciten Altura de la mesa no mayor a 105 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.		

## Consulta 63 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO  En el punto 4.2 Solicitan: Ancho de la mesa: 50cm ancho+/- 3cm Solicitamos permitan cotizar equipos con Ancho de la mesa: 78 cm a 85 cm por seguridad del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.		



## Consulta 64 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO		
En el punto 4.3 Solicitan: Longitud de la mesa (excluyendo la sección de las piernas): 116cm. +/- 3cm Solicitamos permitan cotizar equipos con Longitud de la mesa de 1325 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 65 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO		
En el punto 4.4 Solicitan: Ajuste espaldar, por resorte de gas: 70 ° Sugerimos soliciten Ajuste espaldar, eléctrico: de 0° a 40 °		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 66 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO		
En el punto 4.5 Solicitan: Escalón: 42cm de largo. 23cm de altura Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 67 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO		
Sugerimos soliciten que el equipo tenga capacidad de carga de hasta 195 kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 68 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO		
Sugerimos soliciten que el equipo tenga movimiento de Trendelenburg de al menos 12°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 69 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 3 Ítem 1 Electrocardiógrafo		
En el punto 3.1 Solicitan Pantalla con tecnología LCD a colores, sensible al tacto. De 800 x 480 pixeles. Tamaño diagonal de 7".		
Sugerimos soliciten Pantalla con tecnología LCD a colores, sensible al tacto. De 800 x 600 pixeles. Tamaño diagonal de al menos 8".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 70 - Lote N° 5. Ítem 1: Flujometro de oxigeno

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 5. Ítem 1: Flujometro de oxigeno		
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Presión máxima de trabajo 20 Kgf/Cm2.		
Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Presion máxima de trabajo 50 Kgf/Cm2 (4,5 bar)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda. Se podrá cotizar de Presión máxima de trabajo de 50Kgf.		

## Consulta 71 - Lote N° 5. Ítem 1: Flujometro de oxigeno

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Lote N° 5. Ítem 1: Flujometro de oxigeno		
En una parte de las especificaciones técnicas dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS."		
Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente o constancia de estar en inicio de trámite de registro emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
: Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.		

## Consulta 72 - LOTE 10 ITEM 1 "REGULADOR DE PRESION DE OXIGENO"

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
LOTE 10 ITEM 1 "REGULADOR DE PRESION DE OXIGENO", en una parte de las especificaciones técnicas dice: De una Etapa con diafragma de 400 mm en acero inoxidable Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: De una Etapa con diafragma de 400 mm en acero inoxidable o material similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Regulador de una etapa con diafragma de 400 mm en acero inox o material similar. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 73 - LOTE 10 ITEM 1 "REGULADOR DE PRESION DE OXIGENO"

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
LOTE 10 ITEM 1 "REGULADOR DE PRESION DE OXIGENO", en una parte de las especificaciones técnicas dice: Indicador del manómetro en doble escala en PSI de 0 a 4.500 y en Kgf/Cm2 de 0 a 300 Kgf/Cm2 Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Indicador del manómetro en doble escala en PSI de 0 a 4.000 o mayor rango y en Kgf/Cm2 de 0 a 280 Kgf/Cm2 o mayor rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Indicador del manometro en doble escala en PSI de 0 a 4.000 o mayor rango y en Kgf/cm2 de 0 a 280 Kgf/cm2 o mayor rango. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 74 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Capacidad técnica, dice: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita presentar este documento de la siguiente manera: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos o Constancia de estar en inicio de trámite de obtención de registro expedido por la DNVS vigente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.		

## Consulta 75 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2021
Capacidad técnica, dice: Lista de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes ofertados en formato editable (word/excel). Aplicable a los lotes de Aspirador de secreciones (lote 1), Electrocardiografo (lote3), Electrobisturi (lote 4), Cauterío Bipolar (lote 12), Analizador de composición del cuerpo (lote 14) Respetuosamente solicitamos a la convocante que este documento sea entregado en caso de adjudicarse los lotes antes mencionados. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 76 - CONSIDERACIONES GENERALES DEL PBC

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>DONDE SOLICITAN: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. Solicitamos amablemente se pueda presentar Certificado de Registro Sanitario en trámites, ya que el atraso de parte de DNVS para estas gestiones llevan más de seis meses y en otros más de un año. Por otra parte, varias instituciones ya han admitido la presentación de este documento en trámite con la anuencia de la DNCP, con esto se daría mayor participación y competitividad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 77 - Lote N° 20 Ítem 1 - Mesa Para Alimentos

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>DONDE SOLICITAN: Altura y ángulo ajustable. Podrían aclarar a que refiere "ángulo ajustable", ya que normalmente las mesitas para alimentos para pacientes, no tienen esta especificación de ajustar el ángulo porque todo alimento encima de la mesita no se sostendría. Solicitamos respetuosamente que esta ultima parte de la especificación sea considerada OPCIONAL.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 78 - Lote N° 22 Ítem 1 - Mesa de Instrumental

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>DONDE SOLICITAN: Dimensiones 120mm x 70mm x 110mm de altura, creemos que existe un error en estas medicas, y en vez de mm, la unidad debería de ser en cm. Por otra parte, estos valores son absolutos limitando la participación de potenciales proveedores. Solicitamos que en la especificación se agregue las medidas que correspondan con el termino "+/-15cm. de manera a no establecer valores absolutos y conseguir mayor participación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 79 - Lote N° 23 Ítem 1 - Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>DONDE SOLICITAN: Carro De Paro: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono, SOLICITAMOS, permitan cotizar CARRO DE PARO con estructura de acero y cobertura total con PVC u otro tipo de polímeros, muy apreciado por los profesionales médicos actualmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.</p>		

## Consulta 80 - Lote N° 23 Ítem 1 - Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
DONDE SOLICITAN: Dimensiones mínimas: alturas 0,80 m. incluyendo ruedas, ancho 0,62m, profundidad 0,49m. Solicitamos no establecer valores absolutos en las medidas que puedan limitar la participación de potenciales oferentes, que inclusive no hacen a un mejor funcionamiento y productividad del equipo. Por lo que solicitamos amablemente, a las medidas establecidas incorporar el término de "+/- 0,15m" que permita tener mayor participación, difícilmente todos los fabricantes tengan carros de paro de 0.62m de ancho y demás.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital. Las dimensiones solicitadas son las mínimas requeridas.		

## Consulta 81 - Lote 23 - Ítem 1 Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde dice: Carro De Paro: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono. Solicitamos favor la modificación y/o consideren el material ABS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 82 - Lote N° 23 Ítem 1 - Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde dice: Paragolpes de goma envolviendo todo el carro. Solicitamos la modificación y/o consideración del sistema de anticollisión en la parte superior del carro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.		

## Consulta 83 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, dice: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato. Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones los bienes requeridos por la Convocante son muy necesarios para el hospital y se requieren de la entrega pronta para su utilización		

### Consulta 84 - Lote N° 23 Ítem 1 - Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde dice: Dimensiones mínimas: alturas 0,80 m. incluyendo ruedas, ancho 0,62m, profundidad 0,49m. Solicitamos la modificación y/o consideración de la medida en cuanto a la profundidad:0,475 m profundidad. Considerando que la misma no afecta el uso final del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital		

### Consulta 85 - Lote N° 20 Ítem 1 - Mesa Para Alimentos

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde se menciona, Base con ruedas extraíbles (2 con freno) Ø 50 mm (2,5 "). Altura y ángulo ajustable. Se le solicita amablemente a la convocante colocar como opcional lo solicitado en cuanto a las ruedas extraíbles, los frenos y el ángulo ajustable de manera a permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

### Consulta 86 - Lote N° 20 Ítem 1 - Mesa Para Alimentos

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde se menciona, Base con ruedas extraíbles (2 con freno) Ø 50 mm (2,5 "). Se le solicita amablemente a la convocante aclarar si lo que se solicitan son ruedas de Ø 50 mm (2 " ).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Lo solicitado es Base con ruedas extraíbles (2 con freno) Ø 50 mm (2,5 ") no de Ø 50 mm (2 " ).		

### Consulta 87 - Lote N° 24 Ítem 1 Sillón Para Extracción de Sangre

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde se menciona, Capacidad de soportar hasta 250 Kg. Se le solicita amablemente a la convocante considerar un rango de peso de hasta 250 Kg o menor, teniendo en cuenta que los rangos inferiores corresponden al estándar, y la probabilidad de que un paciente con 250 kg se encuentre en condiciones saludables para donar sangre son más reducidas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Consideramos el peso de 250kg o menor. Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 88 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi</p> <p>Las especificaciones técnicas descritas por la Convocante son mínimas y no permiten determinar al oferente - el tipo de electrobisturí que pretenden adquirir. Por ejemplo:</p> <p>La Convocante no menciona los tipos de cirugías a ser realizados: general, ginecológico, endoscópico, sellado de vasos, etc. (cada cirugía tiene su pieza de mano específico).</p> <p>La Convocante no menciona la potencia en los distintos modos:</p> <p>Corte monopolar puro 300W o mayor. Corte monopolar blend 300W o mayor.</p> <p>Coagulación monopolar suave 200W o mayor. Coagulación monopolar sin contacto 150W o mayor. Coagulación monopolar por desecación 100W o mayor.</p> <p>Corte bipolar puro 150W o mayor. Corte bipolar blend 140W o superior.</p> <p>Coagulación bipolar micro 50W o mayor. Coagulación bipolar macro 100W o mayor. Coagulación bipolar para vasos sanguíneos 100W o mayor. Coagulación bipolar para laparoscopia 100W o mayor.</p> <p>Además del carro, la Convocante no menciona otros accesorios que deben acompañar al equipo: Pedal doble; pinza bipolar recta y curva; lápices descartables; placas neutras, pinzas para sellados de vasos, etc.</p> <p>Por todo lo expuesto, solicitamos a la Convocante establecer claramente los parámetros técnicos a ser considerados para presentar una oferta acorde a las necesidades del hospital, apuntando siempre a equipos de tecnología moderna.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>El equipo a cotizar deberá cumplir con las siguientes potencias:</p> <p>Monopolar Corte Puro. 300W</p> <p>Corte Monopolar Blend 200W</p> <p>Coagulación Monopolar 120W</p> <p>Bipolar 70W o mayor</p> <p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones</p>		

## Consulta 89 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas dice:</p> <p>Equipo de electrocirugía para corte y coagulación monopolar y bipolar. Con sistema REM</p> <p>Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con:</p> <p>Equipo de electrocirugía para corte y coagulación monopolar y bipolar. Con sistema del tipo REM o similar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda</p>		

## Consulta 90 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas dice:</p> <p>Peso: 8.1 Kg.</p> <p>Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con:</p> <p>Peso: 10 kg (o menor)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 91 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobituri

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobituri En una parte de las especificaciones técnicas dice: Peso: 8.1 Kg. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Peso: Tamaño: 11,1 cm (alto) o mayor x 35,6 cm (ancho) o mayor x 43,9 cm (largo); con rango de variación de +/- 5 cm en todas las medidas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 92 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobituri

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobituri En una parte de las especificaciones técnicas dice: Modos de salida: monopolar (1 salida) y bipolar (2 salidas). Solicitamos respetuosamente a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Modos de salida: monopolar (1 salida) y bipolar (2 salidas) o monopolar (2 salidas) y bipolar (1 salida)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 93 - Lote 4 ítem 1 Equipo Electrobituri

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Respecto al punto 4.1 Conector placa: SISTEMA REM únicamente (E7507, E7509 sin cable)  Podrían aclararnos a que se refieren con (E7507, E7509 sin cable)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 94 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobituri

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobituri En una parte de las especificaciones técnicas dice: Conector placa: sistema REM únicamente (E7507, E7509 sin cable). Solicitamos eliminar la parte (E7507, E7509 sin cable), porque se trata de una descripción que corresponde a los accesorios de un modelo específico de la marca ValleyLab. Por lo expuesto, solicitamos que quede redactado de la siguiente manera: Conector placa: sistema REM o similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		



## Consulta 95 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Requisitos de alimentación: 85-132 VAC, 50-60 hz. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipo con: Requisitos de alimentación: 85-132 VAC, 50-60 hz o similar acorde al equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 96 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Montaje: carro de valleylab o una base Solicitamos a la convocante eliminar la marca Valleylab, poro otro lado solicitar de manera correcta este accesorio, debería decir: Montaje: en carro original del fabricante de 4 ruedas con sistema de freno en por lo menos 2; con al menos una base.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 97 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado de autenticidad de marca. Solicitamos aclarar a qué documento se refiere. ¿es un certificado que debe emitir el fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 98 - Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Estructura acero cromado. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Estructura acero cromado o acero al carbono con acabado en pintura esmaltada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se acepta acero cromado o acero al carbono con acabado en pintura esmaltada. Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 99 - Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Línea de focos auxiliares FL 4000. Solicitamos aclarar a qué se refiere con línea de focos auxiliares. Solicitamos eliminar esta característica porque se trata de una descripción que corresponde a un modelo específico el FL 4000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 100 - Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Sistema de Iluminación con lámpara LED. iluminancia de 15000 lux (distancia no menor a 500 mm). Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Sistema de Iluminación con lámpara LED. iluminancia de 10000 lux como mínimo, a una distancia no menor a 1000 mm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 101 - Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pintura epoxi de alta resistencia a 250°. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Pintura epoxi o esmaltada, de alta resistencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 102 - Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Transformador de potencia con selector de voltaje permitiendo al usuario determinar el equipo a ser alimentado con voltaje 127 v/220v 50/60hz. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Transformador de potencia con selector de voltaje permitiendo al usuario determinar el equipo a ser alimentado con voltaje 127 v/220v 50/60hz o similar acorde al equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 103 - Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas dice: Transformador de potencia con selector de voltaje permitiendo al usuario determinar el equipo a ser alimentado con voltaje 127 v/220v 50/60hz.</p> <p>Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Transformador de potencia con selector de voltaje permitiendo al usuario determinar el equipo a ser alimentado con voltaje 127 v/220v 50/60hz o similar acorde al equipo ofertado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.</p>		

## Consulta 104 - Lote 4 ítem 1 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>2.1 Certificados de Normas de calidad específicas FDA, DECLARACION CE o JIS.</p> <p>Entendemos que este punto en específico busca asegurar la calidad y seguridad en los equipos por lo tanto, pedimos agregar certificados de conformidad IEC 60601: Normas para la Seguridad de Productos Médicos, que es una serie de normas internacionales armonizadas relativas a la seguridad y a las prestaciones básicas de los equipos electromédicos para dar participación a oferentes que cuente con Certificado CE/FDA o JIS.</p> <p>Esto teniendo en cuenta que en los puntos 2.2 ya solicitan Normas de calidad Generales y en el punto 6.4 certificados de calidad ISO: 9001, CE, UL, TUV, normas mercosur o al menos alguna de ellas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 105 - Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS.</p> <p>Las lámparas de exploración no necesitan ser registradas en DINAVISA, por lo que solicitamos se excluya esta exigencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 106 - LOTE 3. ITEM 1 "ELECTROCARDIOGRAFO"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
LOTE 3. ITEM 1 "ELECTROCARDIOGRAFO". En una parte de las especificaciones técnicas dice: Protección contra desfibrilación: hasta un máximo de 12.000V, 360 J. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Protección contra desfibrilación, tipo de protección CF		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital		

## Consulta 107 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Reproducción cromática CRI: entre80y95. Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos: Reproduccion cromática CRI: 80% o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 108 - Lote 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas Reproducción cromática Rg: 80omayor Al parecer en vez de R9, la convocante escribió Rg. Por favor, aclarar ¿se está refiriendo al índice de reproducción del rojo R9? Por lo expuesto, solicitamos permitir la cotización de: Reproducción cromática Rg o R9: 80 o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda. Se refiere al índice de reproducción R9.		

## Consulta 109 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor. Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos: Diámetro de la cúpula: de 600 mm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 110 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
----------	-------------------	------------

Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite  
En una parte de las especificaciones técnicas dice: los leds deben producir luz fría.  
Los leds no producen luz fria, lo que hacen es no generar calor. Solicitamos a la convocante eliminar esta parte.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita con luz fría LED. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.

## Consulta 111 - Lote 4 item 1 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
----------	-------------------	------------

En el punto Normas de calidad Generales: ISO 13485, solicitan que en los documentos se debe indicar marca y tipo de equipo ofertado, las certificaciones de ISO:13485 solo se mencionan en alcance de la certificacion, por ejemplo: Diseño, Desarrollo, fabricacion y comercializacion de productos medicos y servicio post ventas.

Consultamos con ustedes si no habra inconvenientes con nuestro certificado ISO 13485.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

## Consulta 112 - Lote 4 item 1 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
----------	-------------------	------------

respecto al punto 6.5 como se demostrara la autencidad de marca? aclarar que documentacion necesitan.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

## Consulta 113 - Lote 4 item 1 Equipo Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
----------	-------------------	------------

Con respecto al punto 5.1 montaje: carro valleylab o una base, se refieren a carro de transporte? obviamente podemos presentar carro con la marca cotizada no?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

## Consulta 114 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
----------	-------------------	------------

Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite  
En una parte de las especificaciones técnicas dice: los leds deben producir luz fría.  
Los leds no producen luz fria, lo que hacen es no generar calor. Solicitamos a la convocante eliminar esta parte.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita con luz fría LED. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.

## Consulta 115 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Diámetro del campo:entre 180 y 280 mm o mejor. Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos: Diámetro del campo: entre 160 y 260 mm o mejor."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 116 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Profundidad de iluminación: (L1+L2) 800 mm. Solicitamos a la convocante aclarar 800 mm ¿es el resultado de la suma de L1 + (L1+L2)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se aclara al Oferente que sí, es el resultado de dicha suma.		

## Consulta 117 - Lote N° 21 Ítem 1 - Porta Suero Con 4 Ganchos

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde se menciona, Altura regulable con tornillo tipo mariposa de sujeción. Se le solicita amablemente a la convocante, aceptar regulación de la altura a rosca, u otro tipo de regulación, ya que cumple con la función solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Si se acepta. Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.		

## Consulta 118 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: los leds deben producir luz fría. Los leds no producen luz fría, lo que hacen es no generar calor. Solicitamos a la convocante eliminar esta parte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita con luz fría LED. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 119 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Voltaje: 220VAC ± 10%, 50 Hz. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipo con: Voltaje: 220VAC ± 10%, 50 Hz o similar acorde al equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 120 - Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Clase de protección IP 54 osuperior. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipo con: Clase de protección IP 40 osuperior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 121 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Solicitamos amablemente a la estimada convocante; realizar la modificación del inciso i donde se pronuncia:  Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25  Solicitando:  Excluir este requisito para los lotes 13, 14 y 16 ya que dichos productos no requieren registro sanitario al no tener intervención en DINAVISA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.		

### Consulta 122 - Lote 3 - Item 1 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>En el punto 3.1 Donde dice, Pantalla con tecnología LCD a colores, sensible al tacto. De 800 x 480 pixeles. Tamaño diagonal de 7", solicitamos muy amablemente a la convocante se puedan ofertar electrocardiógrafos con Pantalla con tecnología LCD a colores, sensible al tacto. De 640 x 480 pixeles. Tamaño diagonal de 6,5", ya que esto no afectará el desempeño del equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.</p>		

### Consulta 123 - Lote 3 - Item 1 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>En el punto 4.2 Reconocimiento de frecuencia cardiaca: Técnica: detección pico a pico Rango: 30 BPM ~300 BPM o mayor, solicitamos se puedan ofertar equipos con rango de 30 a 240 bpm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.</p>		

### Consulta 124 - Lote 3 - Item 1 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>En el punto 4.3 Resolución A/D: 24 bits o mejor, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar equipos con Resolución A/D: 12 bits o mejor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

### Consulta 125 - Lote 3 - Item 1 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>En el punto 4.12 Frecuencia de muestreo: 1000 Hz o mejor, se podrán ofertar equipos con frecuencia de muestreo 500 muestras por segundo por electrodo/lead</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

### Consulta 126 - Lote 3 - Item 1 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Donde dice: Velocidad de impresión: 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, solicitamos se puedan ofertar electrocardiógrafos con velocidad de impresión de 25mm/s y 50mm/s</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>No se puede porque en ciertos pacientes hay que disminuir la velocidad. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		



### Consulta 127 - Lote 3 - Item 1 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde solicitan: 4.15 Posibilidad de transmitir datos del ECG con formato DAT\PDF\SCP\FDA-XML a una PC, solicitamos se puedan ofertar posibilidad de transmitir datos del ECG con formato XML, XML SVG y PDF		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 128 - Lote 3 - Item 1 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
En el punto 4.19 Batería interna recargable con autonomía de 4 horas, solicitamos se permitan cotizar batería interna recargable con autonomía de 30 minutos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se quiere mayor duración. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

### Consulta 129 - Lote 19 Item 1 Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde solicitan bandeja para contener los instrumentales, consultamos si las mismas deberán contar con tapa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sí la misma deberá ser con tapa. Remitirse a la Adenda.		

### Consulta 130 - Item 2 Caja de procedimiento gineco-obstétrico

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde solicitan bandeja para contener los instrumentales, consultamos si las mismas deberán contar con tapa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sí la misma deberá ser con tapa. Remitirse a la Adenda		

## Consulta 131 - Lote N° 14 ítem 1 - Analizador Corporal con Bascula incluida

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Solicitamos las siguientes aclaraciones para una mejor elaboración de nuestra consulta:		
<p>1) El equipo solicitado en que servicio sera utilizado.</p> <p>2) con respecto a los puntos 8.1.2.6 Deberá tener la capacidad de incluir parámetros vitales y 9.1 Monitores de signos vitales, con almacenamiento de tendencias, de la misma marca del equipo no comprendemos que pretenden medir o ver, los signos vitales se monitorizan durante la hospitalización de los pacientes y el equipo solicitado en el lote 14 es un equipo que mide en el momento, no estamos seguros que tipo de integración buscan, quieren ver los datos de signos vitales en la misma hoja de resultado del equipo analizador?</p> <p>3) 5.1 Balanza integrada de 0 a 280 Kg. De medición, mínimo para pacientes bariátricos,</p> <p>Consulta: con respecto al rango 0 tiene alguna justificación sustentable o podrán permitir un margen de +/- 10, un equipo analizador perfectamente puede ser utilizado en pacientes pediátrica-infantil pero a partir de 3 años como mínimo, el criterio de 0-280 debe revisarse.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Respuesta: 1. Sera utilizado en el Servicio de Nefrología (Dialisis)</p> <p>2. Son pacientes que realizan tratamiento ambulatorio 3 veces por semana 4hs cada sección, en las especificaciones técnicas informa que el equipo seca m VSA el monitor presta estas informaciones cuatro signos vitales (presión arterial, saturación de oxígeno, pulso y temperatura) + análisis de bioimpedancia (masa grasa, masa muscular, agua corporal) muy importante para nuestros pacientes para ajustar el peso seco aproximadamente. Asimismo, el servicio solicita garantizar la integración de los datos medidos entre equipos, que puedan integrarse entre los datos provistos por el analizador corporal y el monitor de signos vitales, donde buscamos la total integración de ambos equipos a través de un software especializado, por lo que esta convocante busca que los parámetros medidos deban ser almacenados en un sistema informático como se solicita en las especificaciones técnicas. Esto se puede garantizar únicamente con equipos específicos y que puedan integrarse entre sí, fabricados por una misma marca. El almacenamiento de información clínica es fundamental para la trazabilidad del servicio y del hospital, donde existen varias marcas que hacen ésa misma integración.</p> <p>3. Tenemos también en el servicio nefrología pediátrica, se puede obviar el rango de 0, teniendo en cuenta el límite de edad a partir de 3 años para el equipo.</p> <p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda</p>		

## Consulta 132 - Lote 19 Ítem 1 Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde solicitan bandeja para contener los instrumentales, consultamos si las mismas deberán contar con tapa.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sí la misma deberá ser con tapa. Remitirse a la Adenda.		

### Consulta 133 - Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 20kilos Si se pretende adquirir un equipo de buena calidad, resistente y robusto no se va conseguir con un peso tan bajo. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 60 kilos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
No se puede el equipo requiere el desplazamiento de un lugar a otro de acuerdo a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 134 - Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Diámetro del campo luminoso entre: 15cms (+/- 2) a 20 cms (+/- 2) a una distancia de 1 metro. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Diámetro del campo luminoso entre: 15cms (+/- 3) a 20 cms (+/- 3) a una distancia de 1 metro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

### Consulta 135 - Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Iluminación atenuada entre 10% a 100% para procedimientos endoscópicos. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Iluminación atenuada entre 20% (o menor) a 90% (o mayor) para procedimientos endoscópicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se puede entre 20% (o menor) a 90% (o mayor). Remitirse a la Adenda.		

### Consulta 136 - Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Iluminación atenuada entre 10% a 100% para procedimientos endoscópicos. Solicitamos a la Convocante declarar opcional esta función.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se puede entre 20% (o menor) a 90% (o mayor). Remitirse a la Adenda		

## Consulta 137 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
EN EL PUNTO 4.17 - Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos de paciente. Se solicita modificar este punto, con el fin de permitir mayor cantidad de participantes a: Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) y/o digital para introducción de datos de paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 138 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Donde dice: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra. Solicitamos a la convocante que el plazo para entrega del bien sea de 60 días posteriores a la recepción de la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones los bienes requeridos por la Convocante son muy necesarios para el hospital y se requieren de la entrega pronta para su utilización.		

## Consulta 139 - Lote N° 14 ítem 1 - Analizador Corporal con Bascula incluida

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Con respecto al punto 8.1.2.8 Deberá Ingresar, dar de alta o transferir pacientes. Al menos dos de ellas. a que se refiere con "DAR DE ALTA" como lo haríamos? el equipo Solicitado es un analizador corporal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Sabemos que es un equipo analizador corporal, se refiere a ingreso de datos de pacientes, alta en el caso de óbitos. Nuestros pacientes acuden al servicio tres veces a la semana. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

## Consulta 140 - Lote N° 14 ítem 1 - analizador corporal

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Con respecto al punto 9.5 El equipo deberá discriminar pacientes por: Nombre, apellido, edad, género y raza, solicitamos amablemente retirar la característica raza, ya que el equipo solicitado por ustedes se utiliza únicamente la impedancia para determinar los resultados de composición de cuerpos no se utilizan ni se requieren estimaciones empíricas como sexo y edad para obtener su composición corporal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
La discriminación del tipo de raza (asiático, caucásico, etíópico, hispano.) permite una valoración más específica y precisa por cada paciente en la composición del cuerpo, esto es debido a las diferencias fisiológicas, cantidad de masa muscular, cantidad de grasa alojada, cantidad de líquido, etc., entre los distintos tipos de raza existentes. Las especificaciones técnicas solicitadas son mínimas. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 141 - Lote Nº 8 Ítem Nº 1 MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote Nº 8 Ítem Nº 1 MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA Donde dice: Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa (con frenos en los cuatro ruedas) Solicitamos amablemente a la convocante permita: Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa (con frenos en al menos 2 (dos) ruedas)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 142 - Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Pantalla: Balanza digital con soporte para pantalla. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Balanza digital con pantalla o display para visualizar peso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 143 - Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Pantalla: LCD retroiluminada. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Pantalla: LCD retroiluminada (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 144 - Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Dimensiones mínimas del plato de pesaje: 30cm ancho x 28,5 cm largo. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Dimensiones mínimas del plato de pesaje: 30cm ancho x 28,5 cm largo. Rango de variación de +/- 5cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 145 - Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Pantalla: Burbuja de nivelación. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Burbuja de nivelación (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 146 - Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los equipos antropométricos no son regulados por la DINAVISA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.		

## Consulta 147 - Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Pantalla: Capacidad: 220 Kg. como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Capacidad: 200 Kg. como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

## Consulta 148 - Lote N° 14 ítem 1 - analizador corporal

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante establezca margenes para los siguientes puntos..  4.6 Corriente eléctrica de medición máxima: 100 &#956;A permitir 80 &#956;A 4.7 Duración máxima de medición: 30 segundos permitir una duración máxima de 60 segundos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Para el punto 4.6 se solicita una corriente máxima de 100 $\mu$ A, una corriente de 80 $\mu$ A cumple estas especificaciones, por lo cual lo solicitado está dentro del rango.		

## Consulta 149 - Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Pantalla: Dimensiones (AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Dimensiones (AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm. Rango de variación de +/- 100mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Para el punto 4.6 se solicita una corriente máxima de 100 µA, una corriente de 80 µA cumple estas especificaciones, por lo cual lo solicitado está dentro del rango.		

## Consulta 150 - Precios Referenciales Lote N° 6

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Precios Referenciales Solicitamos a la Convocante revisar los precios referenciales, aparentemente están mal asignados, por el ejemplo el Lote 6, la sumatoria de los 3 ítems no alcanza los tres millones de guaraníes. Otro ejemplo es el Lote 14, cuyo importe total supera los mil millones, sin embargo, se trata de un producto con un precio muy inferior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 151 - Lote N° 15 Ítem N° 1 CAMILLA FIJA

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 15 Ítem N° 1 CAMILLA FIJA Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 152 - Lote N° 16 Ítem N° 1 CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 16 Ítem N° 1 CAMILLA GINECOLOGICA Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 153 - Lote N° 16 Ítem N° 1 MESADA DE LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 16 Ítem N° 1 MESADA DE LABORATORIO Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 154 - Lote N° 20 Ítem N° 1 MESA PARA ALIMENTOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 20 Ítem N° 1 MESA PARA ALIMENTOS Donde dice: Pantalla: Altura y ángulo ajustable. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Burbuja de nivelación (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 155 - Lote N° 1 Ítem 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
Lote N° 1 Ítem 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado de autenticidad de marca. Solicitamos aclarar a qué documento se refiere. ¿es un certificado que debe emitir el fabricante? Es la primera vez que una entidad solicita este tipo de documento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		



## Consulta 156 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Se solicita a la convocante de manera a realizar cambios pertinentes en la sección descrita más abajo;</p> <p>i. Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25.</p> <p>Solicitamos eximir registros sanitarios para los lotes 13,14 y 16 por ser equipos libres de DINAVISA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 157 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Se solicita a la convocante de manera a realizar cambios pertinentes en la sección descrita más abajo;</p> <p>i. Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25.</p> <p>Solicitamos eximir registros sanitarios para los lotes 13,14 y 16 por ser equipos libres de DINAVISA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 158 - Lote N° 14 ítem 1 - analizador corporal

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Solicitamos amablemente a la convocante permitir para el punto 9.1 Monitor de Signos vitales con almacenamiento de tendencias, cotizar con el analizador corporal monitores de signos vitales de una marca diferente al equipo. pero con todos los requerimientos de controles, certificaciones y registro sanitario que el analizador.</p> <p>Si la convocante nos aclara a que servicio ira el equipo y el uso que tendrá, para comprender si esta característica es indispensable ya que solo una marca en el mundo daría cumplimiento a la misma.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>El servicio solicita garantizar la integración de los datos medidos entre equipos, que puedan integrarse entre los datos provistos por el analizador corporal y el monitor de signos vitales, donde buscamos la total integración de ambos equipos a través de un software especializado, por lo que esta convocante busca que los parámetros medidos deban ser almacenados en un sistema informático como se solicita en las especificaciones técnicas. Esto se puede garantizar únicamente con equipos específicos y que puedan integrarse entre sí, fabricados por una misma marca.</p> <p>Ésta convocante requiere lo solicitado para optimizar los tiempos de análisis que actualmente se realiza de manera manual, es una necesidad requerida en el servicio de Nefrología (DIALISIS), donde contamos con un espacio físico pequeño, donde reducir, optimizar y obtener resultados más precisos en los tiempos de pesaje y análisis corporales, junto con los signos vitales es fundamental, tanto para el servicio, como para los pacientes que acuden al mismo, las especificaciones técnicas son mínimas. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 159 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Se solicita a la convocante de manera a realizar cambios pertinentes en la sección descrita más abajo: ¡Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. Solicitamos eximir de registro sanitario para los lotes: 13, 14 y 16 por ser equipos que no requieren dicho registro en DNVS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 160 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Donde dice: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25.</p> <p>solicitamos que éste punto sea excluído para los lotes 13, 14 y 16, por no requerir éstos lotes registro en dicha institución</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos</p>		

## Consulta 161 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Donde dice: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25.</p> <p>solicitamos que éste punto sea excluído para los lotes 13, 14 y 16, por no requerir éstos lotes registro en dicha institución</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>: Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAUSA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 162 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>Donde dice: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25.</p> <p>solicitamos que éste punto sea excluído para los lotes 13, 14 y 16, por no requerir éstos lotes registro en dicha institución</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAUSA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 163 - Lote N° 10. Item 1: Regulador de presión de oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
<p>"Lote N° 10. Item 1: Regulador de presión de oxígeno En una parte de las especificaciones técnicas dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAUSA dependiente del MSPyBS."" Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente o constancia de estar en inicio de trámite de registro emitido por DINAUSA dependiente del MSPyBS.""</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAUSA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>		

## Consulta 164 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación sin contacto mediante Spray, ajustable de 2 ( o menor) a 150 W (o mayor) Solicitamos amablemente a la convocante permitir de 2 (o menor) a 120 W (o mayor) ya que hay pocas marcas que tengan dicha potencia y ademas que el rango normal quirúrgico para evitar daños graves en el tejido es de 1 a 60 W.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 165 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación sin contacto mediante Chispas o Arcos Voltaicos, ajustable de 2 ( o menor) a 150 W (o mayor). Solicitamos amablemente a la convocante permitir de 2 (o menor) a 120 W (o mayor) ya que hay pocas marcas que tengan dicha potencia y ademas que el rango normal quirúrgico para evitar daños graves en el tejido es de 1 a 60 W.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

## Consulta 166 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar micro, ajustable de 0,1 a 50 W (o mayor). Solicitamos amablemente a la convocante permitir de 0,1 a 20 W (o mayor) ya que hay pocas marcas que tengan dicha potencia en coagulación micro y evitar así un mayor daño al tejido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
: Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 167 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar para vasos sanguíneos bipolar, ajustable de 5 (o menor) a 300 W (o mayor). Solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar de 5 (o menor) a 200 W (o mayor) para menor dispersión térmica, menor daño al tejido y reducción de efectos negativos Post operatorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 168 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
Donde dice: Interruptor de pie de doble pedal con longitud de cable de al menos 5 m. Antiexplosivo. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar el mismo interruptor pero con 4 metros de cable ya que no incide en su utilización dentro de una cirugía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 169 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Tamaño 11,1 cm (alto) x 35,6 cm (ancho) x 43,9 cm (largo).  
Solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar equipos con la siguientes medidas: 43,0 cm (ancho) x 18,0 cm (alto) x 47,5 cm (largo) considerando que no afecta a las prestaciones del equipo y varían según el fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto

## Consulta 170 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Peso: 8,1 Kg.  
Se puede ofertar equipos de 12,5 kg considerando que no afecta a las prestaciones del equipo y varían según el fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital

## Consulta 171 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Requisitos de alimentación: 85-132 VAC, 50-60 Hz.  
Solicitamos amablemente a la convocante modificar esto de acuerdo a los requerimientos estándares para nuestro País de 210-230 VAC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.

## Consulta 172 - Lote N° 4 - Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar equipos con las siguientes medidas: 43,0 cm (ancho) x 15,0 cm (alto) x 40,0 cm (largo) considerando que no afecta a las prestaciones del equipo y varían según el fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.

## Consulta 173 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
<p>Solicitamos amablemente a la convocante en el inciso h; agregar</p> <p>h. Listado del Personal Técnico en reparación de equipos médicos (mínimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de C.I. vigente de cada personal y copia de planilla de seguro social o contrato con servicio técnico tercerizado con la vigencia mínima de 6 meses en donde figure el personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico. El servicio tercerizado podrá ser a través de una empresa o en forma independiente mientras tenga las certificaciones de los equipos ofertados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 174 - Lote 4 Equipo de electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
3. Características generales. 3.1: Peso 8.1Kg; Se solicita a la convocante ampliar el peso en +-0,700Kg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.		

## Consulta 175 - Lote 4 Equipo de electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
3. Características generales. 3.2 Tamaño 11,1 cm (alto)x35.6cm (ancho)x 43,9 cm (largo). Se solicita a la convocante ampliar el rango de medidas 11,1 (+-3cm) x 35,6 (+-3cm) x 43,9 (+-1cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.		

## Consulta 176 - Lote 4 Equipo de electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
3. Características generales. 3.5 Modo activación. Se solicita a la convocante modificar a Monopolar ( pedal y manual) y bipolar (pedal)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.		

### Consulta 177 - Lote 4 Equipo de electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
3. Características generales 3.7 Modos de salida: Se solicita a la convocante corregir a Monopolar (2 salidas) y bipolar (1 salida)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.		

### Consulta 178 - Lote 4 Equipo de electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
4. Parametros tecnicos. 4.2 Requisitos de alimentación: Se solicita a la convocante modificar a 220 V 50-60Hz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.		

### Consulta 179 - Lote 4 Equipo de electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2021
3. Características generales 3.6 Modo de activacion. Se solicita modificar a Monopolar (pedal y manual) y bipolar (pedal)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.		

### Consulta 180 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2021
Solicitamos a la convocante agregar en el inciso H personal técnico tercerizado mediante contratos de servicios, esto va a posibilitar tener mayor participación ya que muchos técnicos realizan sus servicios de esta manera		
h. Listado del Personal Técnico en reparación de equipos médicos (mínimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de C.I. vigente de cada personal y copia de planilla de seguro social o contratos privados en donde figure el personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, lote 13 ítem 1, lote 14,lote 15 ítems 1,2 y el lote 23.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 181 - Habilitar el personal técnico tercerizado

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2021
<p>Solicitamos a la convocante agregar en el inciso H personal técnico tercerizado mediante contratos de servicios, esto va a posibilitar tener mayor participación ya que muchos técnicos realizan sus servicios de esta manera h. Listado del Personal Técnico en reparación de equipos médicos (mínimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de C.I. vigente de cada personal y copia de planilla de seguro social o contratos privados en donde figure el personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, lote 13 item 1, lote 14,lote 15 items 1,2 y el lote 23.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

## Consulta 182 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar.

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
<p>Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar. En una parte de las especificaciones técnicas dice: Con sistema para el monitoreo continuo de la calidad del contacto placa- paciente y software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido para los modos bipolar y monopolar corte y coagulación. Respetuosamente solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con: Con sistema para el monitoreo continuo de la calidad del contacto placa - paciente y software para responder automaticamente a los cambios en la densidad del tejido para modo bipolar coagulación o para modo monopolar corte y coagulación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.</p>		

## Consulta 183 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar.

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
<p>Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar. En una parte de las especificaciones técnicas dice: mediante pantalla táctil. Respetuosamente solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con: mediante pantalla táctil o botón mando giratorio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.</p>		



### Consulta 184 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar.

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Amperímetro incorporado. Solicitamos respetuosamente a la convocante poder solicitar equipos con: Amperímetro o indicador digital de potencia incorporado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

### Consulta 185 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar CUT: Puro (300W), Blend (200W) Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos con: Monopolar CUT: Puro (300W o mayor), Blend (200W o mayor)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se puede permitir. Favor remitirse a la Adenda.		

### Consulta 186 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar CUT: Puro (300W), Blend (200W) Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos con: Monopolar CUT: Puro (300W o mayor), Blend (200W o mayor)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se puede permitir. Favor remitirse a la Adenda.		

### Consulta 187 - Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar COAG: Fulguración (120 W) Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de quipos con: Monopolar COAG: Fulguración (100 W o mayor )		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 188 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Equipo totalmente microprocesado Solicitamos respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Equipo totalmente microprocesado o microcontrolado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se puede. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

## Consulta 189 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones de modo corte: Pure, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Sistema Hi Cut y Pulse Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos con: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones de modo corte: Pure, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Sistema Hi Cut y Pulse o cortes similares con las denominaciones propias de cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se puede cotizar con las denominaciones del fabricante, siempre y cuando cumpla con las 6 funciones mínimas solicitadas. Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 190 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo coagulación: Spray, Fulgurate high, fulgurate low, dessicate y soft Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos con: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo coagulación: Spray, Fulgurate high, fulgurate low, dessicate y soft o coagulaciones similares con las denominaciones propias de cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se puede cotizar con las denominaciones del fabricante, siempre y cuando cumpla con las 5 funciones mínimas solicitadas. Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 191 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
----------	-------------------	------------

Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi  
En una parte de las especificaciones técnicas dice:  
Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo bipolar: bipolar, micro bipolar, macro bipolar y bipolar cut  
Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos con:  
Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo bipolar: bipolar, micro bipolar, macro bipolar y bipolar cut o modos bipolares similares con las denominaciones propias de cada fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se puede cotizar con las denominaciones del fabricante, siempre y cuando cumpla con las 4 funciones mínimas solicitadas.  
Remitirse a la Adenda

## Consulta 192 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
----------	-------------------	------------

Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi  
En una parte de las especificaciones técnicas dice:  
Pinzas monopolares de al menos 15cm, con cable. 2 unidades  
Solicitamos a la convocante aclarar este punto, ¿Se refiere a Pinzas bipolares de al menos 15 cm, con cable. 2 unidades? o ¿Lapiz monopolar de al menos 15 cm, con cable. 2 unidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se refieren a pinzas monopolares o unipolares.

## Consulta 193 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
----------	-------------------	------------

Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi  
En una parte de las especificaciones técnicas dice:  
Lápices de uno sólo con cable, al menos 10 o uno reutilizable, con cable  
Se entiende que es de un solo uso, no obstante solicitamos a la convocante aclarar este punto, ¿ Se refiere a Lápices de un solo uso con cable, al menos 10 o uno reutilizable, con cable?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se deben entregar 10 lápices con cable en caso de cotizar descartable, o un lápiz con cable, en caso de cotizar reutilizable. Remitirse a la Adenda.

## Consulta 194 - Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
----------	-------------------	------------

Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie  
En una parte de las especificaciones técnicas dice:  
Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 20kilos  
Respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con:  
Peso individual (cúpula + pedestal): 20 kilos o mayor

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital y de acuerdo a las exigencias del servicio afectado

## Consulta 195 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Certificado de Normas de calidad específicas FDA, Declaración CE, o JIS al menos alguna de ellas.		
consulta: se podrá oferta productos con certificado de norma de calidad del Mercosur		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Sí se podrá ofertar productos con certificado de norma de calidad del Mercosur, como está establecido en el PBC.		

## Consulta 196 - LOTE 3. ITEM 1 "ELECTROCARDIOGRAFO"

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
LOTE 3. ITEM 1 "ELECTROCARDIOGRAFO". En una parte de las especificaciones técnicas dice: Protección contra desfibrilación: hasta un máximo de 12.000V, 360 J. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Protección contra desfibrilación, tipo de protección CF		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 197 - Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinzas monopolares de al menos 15cm, con cable. 2 unidades. Consideramos que la Convocante transcribió erróneamente de manera involuntaria la palabra monopolar. Debería ser bipolar, que podría ser una pinza bipolar recta o una pinza bipolar curva. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Convocante corregir y describir como bipolar. En dicho caso este punto quedaría redactado de la siguiente manera: Pinzas bipolares de al menos 15cm, con cable. 2 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 198 - Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: mediante pantalla táctil. Solicitamos Respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: mediante pantalla táctil o mediante mando giratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 199 - Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: Software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido para los modos bipolar y monopolar corte y coagulación Solicitamos respetuosamente a la Convocante permitir la cotización de equipo con: Software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido en el modo coagulación bipolar o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 200 - Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: Modos de trabajo: Bipolar: Precise (1 70 W o mayor rango), Standard (1 70 W o mayor rango), Macro (1- 70 W o mayor rango) Solicitamos Respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Modos de trabajo: Bipolar: Precise (1 70 W o mayor rango), Standard (1 70 W o mayor rango), Macro (1- 70 W o mayor rango) o modos de trabajos similares con las denominaciones propias de cada fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 05 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.		

## Consulta 201 - Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: Amperímetro incorporado. Solicitamos Respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Amperímetro incorporado o indicador digital de potencia incorporado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 202 - Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: Todos los modos de trabajo son controlados por software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido Solicitamos Respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Con al menos un modo de trabajo controlado por software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 203 - Lote N° 8 Ítem N° 1 MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 8 Ítem N° 1 MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA Donde dice: Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa (con frenos en los cuatro ruedas) Solicitamos amablemente a la convocante permita: Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa (con frenos en AL MENOS 2 (DOS) ruedas)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 204 - Lote N° 2 Ítem N° 1 CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 2 Ítem N° 1 CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO Donde dice: Ancho de la mesa: 78cm a 85cm Solicitamos amablemente a la convocante permita: Ancho de la mesa: 70cm a 85cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 205 - Lote N° 2 Ítem N° 1 CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 2 Ítem N° 1 CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO Donde dice: Ajuste espaldar, por resorte de gas: 78 ° Solicitamos amablemente a la convocante permita: Ajuste espaldar, por resorte de gas: 70 ° o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 206 - Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los equipos antropométricos no son regulados por la DINAVISA, son regulados por la INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.		

## Consulta 207 - Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 13 Ítem Nº 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Burbuja de nivelación. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Burbuja de nivelación (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital		

## Consulta 208 - Lote Nº 13 Ítem Nº 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 13 Ítem Nº 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Con tallimetro de medición, con un alcance de medición de 60 a 200 cm. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Con tallimetro de medición, con un alcance de medición de 70cm o menor a 200 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 209 - Lote Nº 13 Ítem Nº 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 13 Ítem Nº 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Dimensiones (AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Dimensiones APROXIMADAS (AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 210 - Lote Nº 13 Ítem Nº 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 13 Ítem Nº 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Peso neto: 16,2 kg como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Peso neto: Entre 15 a 17 kg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital		

## Consulta 211 - Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 4.8 Con conectividad a red WiFi para envío de resultados a central de base de datos del hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
La consulta no es clara. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital		

## Consulta 212 - Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 4.9 Con conectividad a red RJ45 para envío de resultados a una PC. Solicitamos amablemente a la convocante permita: 4.9 Con conectividad a red u otro sistema para envío de resultados a una PC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Los envíos de datos de pacientes clínicos son de carácter crítico, por lo que debe disminuir la posibilidad de pérdida de resultados, por lo que ésta convocante solicita que los resultados sean enviados por red (RJ45). El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 213 - Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 8.1.2.6 Deberá tener la capacidad de incluir parámetros vitales Solicitamos amablemente a la convocante permita: 8.1.2.6 Deberá tener la capacidad de incluir parámetros vitales (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
La medición de signos vitales del estado de nuestros pacientes es vital para nuestro hospital, por lo que es imposible quitar la medición de esos parámetros. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		



## Consulta 214 - Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 4.8 Con conectividad a red WiFi para envío de resultados a central de base de datos del hospital. Solicitamos amablemente a la convocante permita: 4.8 Con conectividad a red WiFi para envío de resultados a central de base de datos del hospital (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Los envíos de datos de pacientes clínicos son de carácter crítico, por lo que debe disminuir la posibilidad de pérdida de resultados, por lo que ésta convocante solicita que los resultados sean enviados de la manera descrita. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 215 - Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 8.1.2.7 Funciones específicas: Estaciones de trabajo o Centrales en las Salas Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere en este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Se refiere a la posibilidad de visualización remota de las mediciones a los pacientes, ya sea desde la jefatura u algún otro lugar del servicio del hospital.		

## Consulta 216 - Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote Nº 14 Ítem Nº 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 9.6 Datos de Peso y Altura: el equipo tendrá la posibilidad de adquirirlos en forma inalámbrica Solicitamos amablemente a la convocante permita: 9.6 Datos de Peso y Altura: el equipo tendrá la posibilidad de adquirirlos en forma inalámbrica O MANUAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
La carga manual de resultados médicos es lo que se está queriendo evitar para que justamente haya mayor rapidez en la carga de resultados de pacientes, por lo que solicitamos que se Ajusten al PBC.		

## Consulta 217 - Lote N° 15 Ítem N° 1 CAMILLA FIJA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
<p>Lote N° 15 Ítem N° 1 CAMILLA FIJA Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos</p>		

## Consulta 218 - Lote N° 15 Ítem N° 2 CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
<p>Lote N° 15 Ítem N° 2 CAMILLA GINECOLOGICA Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
<p>: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos</p>		

## Consulta 219 - Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialítica

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
<p>Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialítica Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 20kilos. Esta lámpara cuenta con 4 ruedas que permiten su desplazamiento sin inconvenientes dentro de los recintos hospitalarios, por lo que el peso no es un problema. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Peso individual (cúpula + pedestal): 20 kilos o mayor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.</p>		

## Consulta 220 - Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Iluminancia Nominal: 150.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro Respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Iluminancia Nominal: 100.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		

## Consulta 221 - Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialítica

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialítica Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 20kilos. Esta lámpara cuenta con 4 ruedas que permiten su desplazamiento sin inconvenientes dentro de los recintos hospitalarios, por lo que el peso no es un problema. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Peso individual (cúpula + pedestal): 20 kilos o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital		

## Consulta 222 - Lote N° 19 Ítem N° CAJA DE PROCEDIMIENTO GINECO-OBSTETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
Lote N° 19 Ítem N° CAJA DE PROCEDIMIENTO GINECO-OBSTETRICO Donde dice: (1) Caja Acero inoxidable 25 x 10 x 4 cm con rango de diferencia de +/-1cm con rango de diferencia de +/-1cm (con tapa) Solicitamos amablemente a la convocante permita: (1) Caja Acero inoxidable 25 x 10 x 4 cm con rango de diferencia de +/-1cm con rango de DIFERENCIA de +/-5cm (con tapa)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		