

Consultas Realizadas

Licitación 402904 - ADQUISICIÓN DE CAUDALÍMETRO PARA OXÍGENO Y ANALIZADORES PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2021
En el pliego se establece un periodo de 15 días corridos desde la emisión de la orden Se solicita ampliar el período de entrega a 35 días hábiles desde la emisión de la orden, esto es, atendiendo a que los plazos de entrega se encuentran sujetos a la remisión por parte de fábrica de los distintos dispositivos y/o accesorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2021
DIRIGIRSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 2 - ITEM N°4

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2021
Con referencia al "Analizador de Seguridad Eléctrica", se sugiere solicitar que el equipo cuente con el siguiente estándar de calidad: IEC60601-1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2021
DIRIGIRSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 3 - ITEM N°5

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2021
Con referencia al "Simulador de pacientes", se sugiere solicitar: - Que el equipo cuente con simulador de respiración - Que el equipo cuente con simulación de ECG Estos requisitos son sugeridos a fin de aclarar la funcionalidad y especificidad del equipamiento requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2021
DIRIGIRSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 4 - ITEM N°6

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2021
Con referencia al equipo "Analizador de desfibriladores" se sugiere solicitar: - Que el equipo mida energía mono-, bi- y bifásica pulsada Estos requisitos son sugeridos a fin de aclarar la funcionalidad y especificidad del equipamiento requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2021
DIRIGIRSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 5 - Autorización del Fabricante:

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
El PBC establece: "Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: No aplica"		
Se solicita a la Convocante establecer cuanto sigue: "Se deberá presentar autorización del fabricante, Representante o Distribuidor de los Bienes ofertados conforme al FORMULARIO del presente PBC con fecha actualizada debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado por el Fabricante, Representante o Distribuidor o Carta de Distribución O Autorización O carta del fabricante del producto, debidamente membretada y firmada por una autoridad del mismo, consularizada e inscripta en el Registro Público de comercio, en idioma castellano o en su caso traducido por traductor público matriculado. Para fabricante presentar copia del Título de Marca."		
Lo solicitado obedece a que en su mayoría los equipos no son fabricados en el país, son importados, por lo que la presentación de Autorización del Fabricante le otorgará a la Convocante la certeza que el proveedor se encuentra autorizado para la comercialización del equipo, evitando con ello adquirir bienes ilegales o sin información de origen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC. LA CONVOCANTE NO HA SOLICITADO LA "AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE", A FIN DE OTORGARLE MAYOR POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN A LOS OFERENTES NACIONALES.		

Consulta 6 - Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en la Provisión de caudalímetro para oxígeno y/o analizadores para equipos médicos y/o similar, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 (tres) años: 2018, 2019 y 2020.		
Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia: 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
NO SE VISUALIZA CONSULTA A LA CONVOCANTE.		

Consulta 7 - 1. Autorización de fabricante:

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
<p>El PBC establece: "Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: No aplica"</p> <p>Se solicita a la Convocante establecer cuanto sigue: "Se deberá presentar autorización del fabricante, Representante o Distribuidor de los Bienes ofertados conforme al FORMULARIO del presente PBC con fecha actualizada debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado por el Fabricante, Representante o Distribuidor o Carta de Distribución O Autorización O carta del fabricante del producto, debidamente membretada y firmada por una autoridad del mismo, consularizada e inscripta en el Registro Público de comercio, en idioma castellano o en su caso traducido por traductor público matriculado. Para fabricante presentar copia del Título de Marca."</p> <p>Lo solicitado obedece a que en su mayoría los equipos no son fabricados en el país, son importados, por lo que la presentación de Autorización del Fabricante le otorgará a la Convocante la certeza que el proveedor se encuentra autorizado para la comercialización del equipo, evitando con ello adquirir bienes ilegales o sin información de origen.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
<p>FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC. LA CONVOCANTE NO HA SOLICITADO LA "AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE", A FIN DE OTORGARLE MAYOR POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN A LOS OFERENTES NACIONALES.</p>		

Consulta 8 - 3. Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
<p>El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en la Provisión de caudalímetro para oxígeno y/o analizadores para equipos médicos y/o similar, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 (tres) años: 2018, 2019 y 2020. Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia: 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida."</p> <p>Se solicita aclarar a la Convocante si las facturaciones para acreditar la experiencia podrán ser en cualquiera de los tres años siempre que se cumpla con el porcentaje requerido o en sumatoria en cada uno de los años hasta completar el porcentaje requerido?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
<p>FAVOR AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE LOS CONTRATOS, FACTURACIONES DE VENTA Y/O RECEPCIONES FINALES PODRÁN SER DE CUALQUIERA DE LOS 3 (TRES) ÚLTIMOS AÑOS: 2018, 2019 Y 2020; SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON EL REQUISITO DEL 50% COMO MÍNIMO DEL MONTO TOTAL OFERTADO.</p>		

Consulta 9 - 4. Capacidad Técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
<p>El PBC establece: "Requisito documental para evaluar la capacidad técnica: Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio: entre otras documentaciones, la Planilla de datos garantizados"</p> <p>Se solicita a la Convocante establecer en la sección Formularios, la Planilla de Datos garantidos que debe ser completada y presentada por los oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
<p>DIRIGIRSE A LA ADENDA N° 2</p>		

Consulta 10 - 6. PLAN DE ENTREGA:

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
----------	-------------------	------------

El PBC establece: "Dentro de los 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra."

Consulta 1: Se solicita a la Convocante aclarar el medio de notificación al proveedor.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
-----------	--------------------	------------

DIRIGIRSE A LA ADENDA N° 2.

Consulta 11 - Analizador de flujo de gases para máquina de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
----------	-------------------	------------

Con referencia al equipo "Analizador de flujo de gases para máquina de anestesia" se sugiere solicitar Analizador de flujo de gases para máquina de anestesia y/o ventiladores", de manera participación a un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
-----------	--------------------	------------

DIRIGIRSE A LA ADENDA N° 2.

Consulta 12 - Analizador de flujo de gases para máquina de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
----------	-------------------	------------

Con referencia al equipo "Analizador de flujo de gases para máquina de anestesia" se sugiere solicitar "Analizador de flujo de gases para máquinas de anestesia y/o ventiladores" , de manera a dar participación a un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
-----------	--------------------	------------

DIRIGIRSE A LA ADENDA N° 2.

Consulta 13 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
----------	-------------------	------------

El PBC no establece el pago en concepto de Anticipo.

En atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y de acuerdo a lo establecido en la Ley Art. 171 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio año 2021 N° 6672/2020.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 14 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
----------	-------------------	------------

El PBC establece: "El plazo de reposición de bienes será de: Mínimo 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles a partir de la notificación al oferente."

Se solicita a la Convocante aclarar el medio de notificación al proveedor, y considerar el cómputo del plazo desde el día siguiente hábil al acuse de la notificación. Por otro lado, se requiere de al menos 30 días hábiles para reponer los bienes solicitados en el PBC, esto obedece a los procesos de importación de los mismos

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la Adenda N° 3.

Consulta 15 - Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
<p>El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en la Provisión de caudalímetro para oxígeno y/o analizadores para equipos médicos y/o similar, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 (tres) años: 2018, 2019 y 2020.</p> <p>Se solicita a incluir el periodo 2021 para las facturaciones a presentar, siempre que se cumpla con el porcentaje requerido.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>Favor dirigirse a la adenda N° 3.</p>		

Consulta 16 - Indicadores de cumplimiento de contrato:

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
<p>El PBC establece: "El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: Acta de Recepción Final. Serán presentadas la cantidad de Actas necesarias. Frecuencia: Según necesidad."</p> <p>Se consulta en que plazo se emitirá el Acta de Recepción Final y el plazo en que este será emitido</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>El plazo para la expedición del Acta de Recepción Final se encuentra sujeto a la entrega de los bienes adjudicados y la entrega oportuna de los documentos requeridos en el PBC por parte del proveedor para el efecto.</p>		

Consulta 17 - Formas y Condiciones de pago:

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
<p>Solicitamos a la convocante aclarar a quien o quienes debe ir dirigida la Nota de solicitud de pago y en donde se debe presentar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
<p>La nota deberá estar dirigida, conforme establece el Pliego de Bases y Condiciones, a la Directora General de Administración y Finanzas del MSP y BS, CP. RITA VILLALBA NOGUERA, en el Nivel Central del Ministerio.</p>		

Consulta 18 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
<p>Al tratarse de bienes importados, se sugiere a la convocante que:</p> <p>Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:</p> $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ <p>Donde;</p> <p>P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
Favor dirirse a la Adenda N° 3.		

Consulta 19 - porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
<p>El PBC establece: "El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,01%"</p> <p>Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,001%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en el punto Tasa de Interés por mora: En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2021
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de bases y Condiciones, conforme instrucciones emanadas al respecto desde el Nivel Central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.		