

Consultas Realizadas

Licitación 403182 - Adquisición de Laboratorio Móvil para el SENASA

Consulta 1 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2022
Estimados, solicitamos amablemente una prórroga de 15 días hábiles para presentación de ofertas. Dicha prórroga será sumamente útil para poder cerrar una oferta ventajosa para la convocante, ya que se trata de un laboratorio móvil y cada punto debe ser analizado a detalle con los proveedores/Fabricantes, ya que las especificaciones técnicas deben ser traducidas correctamente para los proveedores y fabricantes del exterior especializados en este tipo de laboratorios. Rogamos a la convocante considerar nuestra solicitud. Saludos cordiales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 2 - Pedido de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2022
Solicitamos una prórroga en el plazo de presentación de consultas y de entrega de ofertas debido a la embergadura del proyecto para un mayor y mejor análisis que incurriera en una oferta mas ventajosa para la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 3 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2022
Estimados, por medio de la presente, le solicitamos muy amablemente pueda considerar una extensión de prórroga de 15 días hábiles para la presentación de ofertas. Esta solicitud la realizamos con el objetivo de poder presentar una oferta mucho más pulida y ventajosa para sus intereses. Rogamos pueda ser considerada esta solicitud. En espera de una respuesta favorable, quedamos atentos a su veredicto. Saludos cordiales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 4 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2022
Solicitamos amablemente prorroga para la presentación de ofertas y consultas de por lo menos 15 días más a modo de preparar a oferta más ventajosa para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 5 - SOLICITUD DE PRÓRROGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2022
Solicitamos amablemente a la convocante prorrogar el periodo de consultas y entrega de ofertas, con el fin de poder elaborar propuestas mas adecuadas y convenientes para la provisión de lo solicitado, en especial de los equipos e instrumentos especificados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO - Refrigerador

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante por favor especificar cual es el volumen y rango de temperatura requerido para el refrigerador solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Remitirse a la Aclaratoria 1		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO - Estufa de cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Solicitamos a la convocante por favor especificar cual es el volumen y rango de temperatura requerido para la estufa de cultivo solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Remitirse a la Aclaratoria 1		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO - Kit análisis de cloruro

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Para el kit análisis de cloruros (incluye reactivos para 2.000 test) - ¿Podrían indicar el rango que van a necesitar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Remitirse a la Aclaratoria 1		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES CARROCERÍA - características

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Para el sistema de estabilización solicitan: 4 Gatas de apoyo , articuladas y neumáticos. ¿Se puede ofertar un sistema de estabilización con ajuste manual en vez de neumático? Esto haría que el mantenimiento del sistema sea mas sencillo y abarataría el costo de la oferta con las mismas prestaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Remitirse a la Aclaratoria 1		

Consulta 11 - Espectrofotómetro

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2022
Considerando que difícilmente se pueda encontrar en el mercado un espectrofotómetro que sea capaz de medir pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad, TDS, Salinidad, Temperatura, Cloruros, Nitratos, Amonio y Turbidez a la vez, solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar un fotómetro junto con un medidor multiparamétrico que cumpla la misma función solicitada, lo cual también podría mejorar la competitividad de las ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Remitirse a la Aclaratoria 1		