

Consultas Realizadas

Licitación 403270 - LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES

Consulta 1 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2022
Con el objetivo de calificar a los competidores, solicitan: Demostrar la provisión de bienes en REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS, solicitamos a la convocante la modificación de éste requerimiento en los siguientes términos, ya que se trata de provisión de reactivos para equipos en comodato: DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA EN COPIAS DE CONTRATOS EJECUTADOS DE PROVISION DE LOS BIENES OFERTADOS, ya que un oferente proveedor de Reactivos en comodato no puede medirse con provisión de insumos que no requieren la utilización de Equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 2 - REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2022
REACTIVOS: Solicitamos a la convocante aclarar si los Reactivos deben ser de la misma marca que el equipo ofertado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC. NO OBSTANTE SE ACLARA QUE DEBE SER DE LA MISMA MARCA		

Consulta 3 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
En el punto 5 donde dice "Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.", esto se solicita solamente para los oferentes que son fabricantes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 4 - Lote N° 24-1 TEST PARA SANGRE OCULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 24 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 5 - Lote N° 83-1 Test de Sangre Oculta

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 24 determinaciones como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 6 - Lote N° 133-1 Test de Sangre Oculta

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

¿Podemos ofertar en una presentación de caja x 24 determinaciones como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 7 - Lote N° 29-1 Reactivo para V.D.R.L.

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR para la detección de Sífilis, este método resulta más conveniente por su mayor precisión de lectura.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
------------------	---------------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC, DEBIDO A QUE LA METODOLOGIA SOLICITADA ES POR FLOCULACION NO POR AGLUTINACION

Consulta 8 - Lote 1 ; Lote 61 , Lote 103 Equipo para Quimica Clinica e Inmunologia

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Lote 1 item 3 al 95; Lote 61 item 3 al 90, Lote 103 item 3 al 97 Equipo para Quimica Clinica e Inmunologia. Se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo con la misma tecnología de quimioluminiscencia en caso de que un solo instrumento no realice todas las determinaciones solicitadas en el lote (como máximo 3 determinaciones). Ej test de Avidéz de toxo donde solo piden 400 test Lote 1 y 600 test Lote 103 en la máxima, y como confirmatorio de una Toxo IgM positiva, bien puede procesarse en un instrumento de apoyo, ya que representa un porcentaje infimo en relacion a los demas test y considerando que es una licitacion de 24 meses lo cual resulta en una expectativa de ser procesado un test por semana. Con el propósito de dar mayor participación y amparándonos en los principios de igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03 hacemos esta solicitud tomando el ejemplo otras instituciones permiten equipos de Apoyo tales como la IPS LPN 69/19 ID 365484 IPS; LPN 125/20 ID 392312 IPS, y LPN 02-2022 ID 404741 FCM brindándole una mayor participación y mejores ofertas en beneficio de la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC DEBIDO A QUE EL TEST DE AVIDEZ HA SIDO EXCLUIDO DE LOS MENCIONADOS LOTES Y SE HA ASIGNADO COMO LOTES INDEPENDIENTES.

Consulta 9 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

Visto que licitan productos cuya comercialización no requiere Certificados de libre venta para su comercialización, Ej goma de ligar, laminas cubreobjetos, y otros. Se solicita a la convocante reformular dicho requerimiento, agregando la siguiente condición en caso que requiera, así evitar inconvenientes posteriores al momento de la evaluación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 10 - Lote 90 Ítem 2, 3 y 10:

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

Los patógenos citados para la detección por paneles en los items referidos son sólo a modo orientativo y no descalificativo?, Pues tal como estan se ven dirigidos a una sola marca; ROCHE.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 11 - Lote Nº 46-7 Puntas Amarillas

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar Puntas Amarillas con volumen de 2-200 ul? La capacidad de volumen de las puntas ofrecidas cumple con el rango solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 12 - Lote Nº 161-13 Puntas Amarillas

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar Puntas Amarillas con volumen de 2-200 ul? La capacidad de volumen de las puntas ofrecidas cumple con el rango solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 4 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 13 - Lote Nº 46-8 Puntas Blancas

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar Puntas Blancas con volumen de 5-300 ul? La capacidad de volumen de las puntas ofrecidas cumple con el rango solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 14 - Lote Nº 46-9 Puntas Azules

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
¿Podemos ofertar Puntas Azules con volumen de 50-1.000 ul? La capacidad de volumen de las puntas ofrecidas cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 15 - Lote Nº 161-14 Puntas Azules

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
¿Podemos ofertar Puntas Azules con volumen de 50-1.000 ul? La capacidad de volumen de las puntas ofrecidas cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 16 - Lote Nº 86-1 Reactivo Antígeno V.D.R.L.

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR para la detección de Sífilis, este método resulta más conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PBC DEBIDO A QUE LA METODOLOGÍA SOLICITADA ES POR FLOCULACION , NO POR AGLUTINACION.		

Consulta 17 - Lote Nº 137- 1 Reactivo Antígeno V.D.R.L.

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Solicitamos vuestra aclaración si se puede ofertar en vez del reactivo VDRL solicitado un reactivo con método RPR para la detección de Sífilis, este método resulta más conveniente por su mayor precisión de lectura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC DEBIDO A QUE LA METODOLOGIA SOLICITADA ES POR FLOCULACION NO POR AGLUTINACION		

Consulta 18 - Lote 90 Ítem 4, 5 y 6:

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Permitira la convocante e ofertar un kit multiplex que cubra estos 3 virus en simultáneo para los 3 ítems?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC, DEBIDO A QUE SE PRIORIZA LA ENTREGA DE RESULTADOS EN FORMA RÁPIDA.		

Consulta 19 - lote 90 Ítem 11:

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Se podra ofertar kits cuyo procesamiento en el equipo puede realizarse a partir de muestras de cultivos positivos en Agar Sangre o Agar McConkey?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC DEBIDO A QUE SE PRIORIZA LA ENTREGA DE RESULTADOS EN FORMA RAPIDA		

Consulta 20 - lote 90 item 12 e item 13

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Se podria obviar el suministro de la máquina expendedora de hielo seco, ya que el hielo seco no es una necesidad para el procesamiento de estas determinaciones en caso de ofertar kits liofilizados, dada la naturaleza estable de los reactivos. Ademas se consulta sobre la necesidad de provisión de un congelador de -80°C, ya que por el tiempo normal de almacenamiento de muestras previo al procesamiento de estas determinaciones no se ha visto necesidad de preservar las muestras a tal temperatura, a menos de que el objetivo sea la creación de un banco de muestras para fines ajenos al diagnóstico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC		

Consulta 21 - Lote 14 - Item 1, Lote 71 - item 1, Lote 105 - item 1:

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Favor si la convocante puede aclarar cuales serian las determinaciones para dichos lotes, es decir si requieren kits de reactivos para determinación de electroforesis de proteínas y orinas o Electroforesis de hemoglobinas alcalina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC NO OBSTANTE SE ACLARA QUE LO REQUERIDO ES ELECTROFORESIS D PROTEÍNAS.		

Consulta 22 - Lote 30/31 - item 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Amablemente se solicita a la convocante el detalle de los equipos a ser solicitados en comodato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 23 - Lote 106 - item 5:

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Amablemente se consultar a la convocante si endomisio necesitan IgA o IgG.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC NO OBSTANTE SE ACLARA QUE SE REQUIERE ENDOMISIO (IgA)		

Consulta 24 - lote 68 item 1 al 6

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar 96 determinaciones como minimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 25 - lote 68 item 1 al 6

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

Consulta:Se puede ofertar 24 determinaciones como minimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 26 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

Para todos los lotes donde piden unidad de medida determinaciones, se solicita eliminar la presentación del kit en las Especificaciones Tecnicas, pues la adjudicación no seria en cajas sino en determinaciones y en consecuencia la presentación del kit es irrelevante. Dicha informacion quedara expuesta en la Planilla de Datos Garantizados de cada producto

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC ,YA QUE NO ES POSIBLE ELIMINAR LA PALABRA KIT DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBIDO A QUE VARIOS COMPONENTES (REACTIVOS, INSUMOS, CONTROLES, CALIBRADORES) FORMAN PARTE DEL MISMO.

Consulta 27 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
----------	-------------------	------------

Para todos los lotes donde piden unidad de medida determinaciones, se solicita eliminar la presentación del kit en las Especificaciones Tecnicas, pues la adjudicación no seria en cajas sino en determinaciones y en consecuencia la presentación del kit es irrelevante. Dicha informacion quedara expuesta en la Planilla de Datos Garantizados de cada producto

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC YA QUE NO ES POSIBLE ELIMINAR LA PALABRA KIT DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBIDO A QUE VARIOS COMPONENTES (REACTIVOS, INSUMOS, CONTROLES, CALIBRADORES) FORMAN PARTE DEL MISMO.

Consulta 28 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Para todos los lotes donde piden unidad de medida determinaciones, se solicita eliminar la presentación del kit en las Especificaciones Técnicas, pues la adjudicación no sería en cajas sino en determinaciones y en consecuencia la presentación del kit es irrelevante. Dicha información quedará expuesta en la Planilla de Datos Garantizados de cada producto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC YA QUE NO ES POSIBLE ELIMINAR LA PALABRA KIT DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBIDO A QUE VARIOS COMPONENTES (REACTIVOS, INSUMOS, CONTROLES, CALIBRADORES) FORMAN PARTE DEL MISMO.		

Consulta 29 - Lote 67 - ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Amablemente, se le solicita a la convocante permita ofertar en la presentación de 24 determinaciones como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC		

Consulta 30 - Lote 28 y 104 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
Podría la convocante aclarar a qué se refiere con "debe estar diseñado para uso con o sin reactivos" ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC		

Consulta 31 - Lote 1 y 103 Ítem 85

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2022
La interleuquina que solicita. Sería la Interleuquina 6?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC . SE ACLARA QUE ES INTERLEUQUINA 6		

Consulta 32 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 19,79 y 126

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Con respecto al Lote 19, 79 y 126 "Test Rápido para Influenza" se solicita amablemente a la convocante donde dice "especificidad de 100% para Influenza tipo A" aceptar "especificidad de 99% para Influenza tipo A". Técnicamente no existe método 100% específico y 99% es un número muy alto de especificidad para esta técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC		

Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 74 y 107

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Con respecto al Lote 74 y 107, se solicita amablemente a la convocante donde dice "Kit completo para 96 determinaciones como mínimo" aceptar "Kits completos para 24 determinaciones como mínimo incluyendo un equipo totalmente automatizado que no requiere un lavador por separado", ya que el equipo lo hace de forma automática. Esto elimina tiempo de trabajo del operador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Lote 19, 79 y 126

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Se solicita amablemente a la convocante aceptar "Test rápido inmunocromatografico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A (H1N1+H3N2+H5N1) y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad no debe ser menor a 99% y especificidad de 99% para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 99% y especificidad de 99%. Muestra a partir de secreción nasofaríngea (hisopo, lavado y aspirado nasofaríngeo). Tiempo de prueba: 10 minutos. Con certificado de Calidad del país de origen"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 35 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 74 y 107

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Se solicita amablemente a la convocante aceptar "Método Elisa Automatizado: Un (1) equipo de ELISA totalmente automatizado. Kit de 24 determinaciones. Los reactivos deben ir acompañados por los calibradores, controles, diluyentes y todos los insumos requeridos para su uso. Capacidad de procesamiento de tiras de ELISA de manera individual, hasta 30 muestras en una sola ejecución del dispositivo con combinaciones libremente seleccionadas, Cada tira reactiva individual contiene el juego completo de reactivos para determinar la muestra individual. No es necesario preparar la muestra ni la preparación del dispositivo que requiere mucho tiempo. El código de barras individual de la tira reactiva contiene toda la información necesaria sobre la prueba en sí, el análisis y la evaluación, así como la fecha de caducidad de la tira. Debe poseer microprocesadores, considerar el hardware pertinente (computadora, cableado, conectores, lector de código de barras externo al Equipo) Capacidad de conectarse al sistema LIS de laboratorio. Control del sistema por pantalla táctil digital. El proveedor deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo del equipo. En caso de desperfectos deberá dar asistencia técnica en un plazo máximo de 24hs". Esto permitirá reducir las horas de trabajo del usuario y obtener resultados más eficientes manteniendo una trazabilidad en el laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 36 - lote 64 item 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Bajo el amparo de los Principios de Economía y Austeridad e Igualdad y libre competencia establecidos en el Artículo 4 de la Ley 2051/03 solicitamos dividir el lote 64, pues solo el Modelo IStat de Abbott dispone de dispositivos analizadores de sangre que usan cartucho para detecta el tiempo necesario para la activación completa del flujo de coagulación solicitado en el item 2 del citado lote		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC. EL LOTE DEL PRESENTE LLAMADO DE REFERENCIA		

Consulta 37 - lote 64 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Favor aclarar si el equipo lector para cartucho analizador de sangre lote 64 item 1 solicita portatil de mesa o de mano		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC. EL LOTE DEL PRESENTE LLAMADO DE REFERENCIA		

Consulta 38 - Test rapido Virus Respiratorio VSR (virus sincitial respiratorio)

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Para todos los lotes donde solicita Test rápido Virus Respiratorio para VSR (Virus Sincitial Respiratorio), se solicita modificar la sensibilidad mínima a 95% pues lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones corresponde a un test de Elisa, no a la metodología solicitada (test rápido)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 39 - test rapido para Influenza

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Para todos los lotes donde solicita Test rápido para Influenza, se solicita modificar la sensibilidad mínima a 93% para ambos antígenos pues lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones corresponde a una prueba standard de oro de IFD y PCR-RT, no a la metodología solicitada (test rápido)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 40 - Test Helicobacter Pylori

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Para todos los lotes donde solicita Test Helicobacter Pylori, se solicita modificar la sensibilidad mínima al 98% requerida ya que dicho valor no corresponde a la metodología solicitada, en consecuencia se solicita amablemente reducir al 85% con el propósito de dar mayor participación a mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC DEBIDO A QUE ES MUY BAJA LA SENSIBILIDAD PROPUESTA.		

Consulta 41 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Donde dice "Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.", se refiere a que los oferentes que sean fabricantes deben presentar dicha declaración jurada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 42 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice "...facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2019 - 2020 - 2021." la suma de las facturas de los tres años debe alcanzar el 25% del monto ofertado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 43 - Lote 90

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el Lote 90 para los ítems 2 al 9 requiere de compatibilidad del kit con el termociclador Rotor Gene Q o bien la provisión de un termociclador de 6 canales. En el ítem 10 no menciona la provisión de un termociclador. En el ítem 11 solicita la provisión de un equipo cerrado en formato de cartuchos. Los ítems 1, 12 y 13 requieren de la provisión de un termociclador de 6 canales. Amablemente se solicita a la convocante aclarar válidamente, y en forma consecuyente con los principios del Artículo 4 de la Ley 2051/03, cual fue el criterio que utilizo para preparar este lote? Porque las EETT de dichos ítems no están asociados entre si en su gran mayoría; además de pedir al oferente para dicho lote el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo existente en el Servicio RotorGene Q.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC . SE EXCLUYE EL ITEM 11 Y SE AGREGA COMO UN LOTE INDEPENDIENTE

Consulta 44 - ENTREGA DE EQUIPOS EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

En donde dice: Todos los equipos solicitados en la modalidad comodato deberán tener como máximo 5 (cinco) años de fabricación, se solicita amablemente a la convocante aceptar un máximo de 8 (ocho) años de fabricación de los equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC CONSIDERANDO QUE 5 AÑOS SON SUFICIENTES PARA QUE LOS SERVICIOS AFECTADOS TENGAN LA POSIBILIDAD DE DISPONER DE TECNOLOGIA DE PUNTA ACTUALIZADA

Consulta 45 - EETT rotavirus

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante modificar la especificidad mínima del 99,99% ya que dicho valor no corresponde a la metodología requerida, por lo expuesto se pedimos a la convocante reducir al 96% con el propósito de dar mayor apertura a los oferentes además de ser consecuyente con la metodología de las EETT

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 46 - ítem 64

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Permitirá la convocante ofertar cartucho para la determinación de análisis vital de sangre, método microsensores o microelectrodo lo cual permitirá contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC . LOTE EXCLUIDO DEL PRESENTE LLAMADO		

Consulta 47 - Lote 30 lote 31 ítem 1.

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Favor aclarar las EETT para ambos Lotes aplican las misma EETT? Y si la respuesta es positiva como se adjudicara? Por otro lado requiere: Los reactivos deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos requeridos. Estos componentes aplican a Elisa o CLIA, pero el Crithidia Lucilae son células que solo se ven en Inmunofluorescencia. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 48 - Lote 65 ítem 1 Kits Detección Virus Respiratorios.

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Permitirá la convocante ofertar un kit de Virus Respiratorios con 7 anticuerpos monoclonales, y screening respiratorio con una Sensibilidad 95% y especificidad del 100%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 49 - Test Multidrogas para Orina

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Test Multidrogas para Orina, Para todos los lotes donde solicita Test Multidrogas para Orina, se solicita modificar el requerimiento en cuanto a la sensibilidad mínima considerando que son varios analitos dosados y cada uno tiene un limite diferente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 50 - Lote 67 Lote 68

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

Para todos los lotes donde en las EETT menciona: METODO DE LA MAS ALTA SENSIBILIDAD. Se solicita amablemente a la convocante aclarar que quiere decir con método de la mas alta sensibilidad puesto que mas abajo indica claramente que componentes debe tener el kit ofertado: Reactivos, controles, Suero control mínimo 2 niveles (aquí repite el componente) Calibradores de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. Asi como se visualiza la convocante ya esta pensando en una metodología en particular si menciona lista los componentes que debe tener el kit

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 51 - Lote 74 ítem 1 al 14

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

Considerando que en el mencionado lote solicitan diferentes analitos solicitamos la supresión del valor mínimo en la sensibilidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 52 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

En donde dice: 1ra ENTREGA 25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, se solicita amablemente a la convocante extender el plazo hasta 30 días para la entrega de los bienes, considerando que los productos son importados

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO INICIALMENTE EN EL PBC YA QUE SE PRECISA CONTAR CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, CONSIDERANDO QUE A LA FECHA NO DISPONEMOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

Consulta 53 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

En donde dice: El oferente contará con 45 (CUARENTA Y CINCO) días calendario para la instalación y puesta en marcha de los equipos a ser entregados en comodato, se solicita amablemente a la convocante extender el plazo hasta 60 (sesenta) días, considerando que el equipo es importado

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO INICIALMENTE EN EL PBC YA QUE SE PRECISA CONTAR CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, CONSIDERANDO QUE A LA FECHA NO DISPONEMOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

Consulta 54 - lote 74 items 1 al 14

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Permitira la convocante que los valores de sensibilidad publicados por el fabricante en U/ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 55 - Rendimiento de reactivos con equipos en comodato

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Se solicita a la convocante incluir la Inmunofluorescencia, Electroforesis en el cuadro de rendimiento de reactivos con equipos en comodato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 56 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Verificamos en el LOTE 1 que la convocante solicita distintas metodologías analíticas, que se agrupan de la siguiente manera ÍTEM N° 1 (GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS), ITEMS 2 (HEMOGRAMA), ítems 3-28, 35-37, 79-80, 92-93 y 95 (QUÍMICA CLÍNICA), ítems 29 al 78, 81 al 91 y 94 (INMUNOLOGÍA), ítems 96, 97 y 98 (COAGULACIÓN). Por tal motivo solicitamos a la convocante desglosar el lote en lotes independientes por metodologías analíticas quedando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">- LOTE 1: HOSPITAL GENERAL DE LUQUE GASOMETRIA- LOTE 2: HOSPITAL GENERAL DE LUQUE HEMOGRAMA- LOTE 3: HOSPITAL GENERAL DE LUQUE QUIMICA CLINICA- LOTE 4: HOSPITAL GENERAL DE LUQUE INMUNOLOGÍA- LOTE 5: HOSPITAL GENERAL DE LUQUE COAGULACIÓN <p>Así también solicitamos que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones cuál de las metodologías analíticas será el que deberá proveer e instalar el software para el Hospital a fin de que los demás oferentes adjudicados en otros lotes puedan realizar la interface de los equipos al software del equipo ganador. Esto le permitirá contar con un solo software para todas estas metodologías que requieren en el hospital General de Luque.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.		

Consulta 57 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Verificamos en el LOTE 61 que la convocante solicita distintas metodologías analíticas, que se agrupan de la siguiente manera ÍTEM N° 1 (GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS), ITEMS 2 (HEMOGRAMA), ítems 3-28, 35-37, 75, 77, 78, 79, 80, 81 y 90 (QUÍMICA CLÍNICA), ítems 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 al 76, 82 al 89 (INMUNOLOGÍA), ítems 91 AL 93 (COAGULACIÓN). Por tal motivo solicitamos a la convocante desglosar en lotes independientes por metodologías analíticas quedando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">- LOTE X: HOSPITAL GENERAL NIÑOS DE ACOSTA ÑU GASOMETRIA- LOTE X: HOSPITAL GENERAL NIÑOS DE ACOSTA ÑU HEMATOLOGIA- LOTE X: HOSPITAL GENERAL NIÑOS DE ACOSTA ÑU QUIMICA CLINICA- LOTE X: HOSPITAL GENERAL NIÑOS DE ACOSTA ÑU INMUNOLOGÍA- LOTE X: HOSPITAL GENERAL NIÑOS DE ACOSTA ÑU COAGULACIÓN <p>Así también solicitamos que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones cuál de las metodologías analíticas será el que deberá proveer e instalar el software para el Hospital a fin de que los demás oferentes adjudicados en otros lotes puedan realizar la interface de los equipos al software del equipo ganador. Esto le permitirá contar con un solo software para todas estas metodologías que requieren en el hospital General de Niños Acosta Ñu</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 58 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Verificamos en el LOTE 103 que la convocante solicita distintas metodologías analíticas, que se agrupan de la siguiente manera ÍTEM N° 1 (GASOMETRÍA Y ELECTROLITOS), ITEMS 2 (HEMOGRAMA), ítems 3-27, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 81, 83 y 84 (QUÍMICA CLÍNICA), ítems 34, 37 al 76, 82 al 89 (INMUNOLOGÍA), ítems 98, 99, 100 (COAGULACIÓN). Por tal motivo solicitamos a la convocante desglosar en lotes independientes por metodologías analíticas quedando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">- LOTE xx: HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO GASOMETRIA- LOTE xx: HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO HEMATOLOGIA- LOTE xx: HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO QUIMICA CLINICA- LOTE xx: HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO INMUNOLOGÍA- LOTE xx: HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO COAGULACIÓN <p>Así también solicitamos que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones cuál de las metodologías analíticas será el que deberá proveer e instalar el software para el Hospital a fin de que los demás oferentes adjudicados en otros lotes puedan realizar la interface de los equipos al software del equipo ganador. Esto le permitirá contar con un solo software para todas estas metodologías que requieren en el hospital General de Barrio Obrero.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 59 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Solicitamos a la Convocante separar el ítem N° 1 del Lote 1 (GASOMETRÍA Y ELECTOLITOS) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada reactivo solicitado que implique una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.		

Consulta 60 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Solicitamos a la Convocante separar el ítem N° 2 del Lote 1 (HEMOGRAMA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada reactivo solicitado que implique una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.		

Consulta 61 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Solicitamos a la Convocante separar los ítems N° 3-28, 35-37, 79-80, 92-93 y 95 del Lote 1 (METODOLOGÍA QUÍMICA CLÍNICA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de estos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.		

Consulta 62 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar los ítems N° 96, 97 y 98 del Lote 1 (COAGULACIÓN SANGUÍNEA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 63 - Lote 61

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar el ítem N° 1 del Lote 61 (GASOMETRÍA Y ELECTOLITOS) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 64 - Lote 61

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar el ítem N° 2 del Lote 61 (HEMOGRAMA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 65 - Lote 61

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Solicitamos a la Convocante separar los ítems 3-28, 35-37, 75,77,78,79, 80, 81 y 90 del Lote 61 (METODOLOGÍA QUÍMICA CLÍNICA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.		

Consulta 66 - Lote 61

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Solicitamos a la Convocante separar los ítems 91, 92 y 93 del Lote 61 (COAGULACIÓN SANGUÍNEA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.		

Consulta 67 - Lote 64

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Solicitamos a la convocante que para el Lote 64 ítem 2, aclare los tipos de determinaciones que el cartucho de coagulación sanguínea debe procesar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC. EL PRESENTE LOTE HA SIDO EXCLUIDO		

Consulta 68 - LOTE 64

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En cuanto al LOTE 64 ITEM 2, Solicitamos a la convocante modificar la presentación de entrega a caja x 24 determinaciones como mínimo. Esto permitirá contar con mayores ofertas susceptible de adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC . EL LOTE HA SIDO EXCLUIDO		

Consulta 69 - Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar del Lote 103 el ítem 1 (GASOMETRÍA Y ELECTOLITOS) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 70 - Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar del Lote 103 el ítem 2 (HEMOGRAMA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 71 - Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar del Lote 103 los ítems 3-27, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 81, 83 y 84 (METODOLOGÍA QUÍMICA CLÍNICA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 72 - Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar del Lote 103 los ítems 98, 99 y 100 (COAGULACIÓN SANGUÍNEA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 73 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar del Lote 1 los ítems 29 al 78, 81 al 91 y 94 (INMONOLOGÍA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 74 - Lote 61

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Solicitamos a la Convocante separar del Lote 61 los ítems 29 al 34, 37 al 76, 82 al 89 (INMUNOLOGÍA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
<p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.</p>		

Consulta 75 - Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Solicitamos a la Convocante separar del Lote 103 los ítems 28 al 34, 40 al 80, 82, 85 al 97 (INMUNOLOGÍA) de los demás ítems del mismo Lote, a fin de que cada uno de éstos reactivos solicitados que implican una metodología diferente o un equipo diferente en comodato, se agrupen por afinidad y uso del mismo, de esta forma puedan quedar ordenados por lotes independientes dando oportunidad a mas oferentes, como lo estipula la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Art. 4 de Igualdad y Libre Competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC, ESTE LLAMADO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE OTROS LLAMADOS ANTERIORES ADJUDICADOS EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO MAS DE UN OFERENTE Y FUERON ADJUDICADOS.		

Consulta 76 - LOTE 28

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Consultamos a la convocante si en el LOTE 28 ITEM 1: Tiras reactivas de orina con equipo en comodato para el análisis de orina, se solicita que el equipo este diseñado para uso con o sin reactivos y utilizando consumible desechables. Favor aclarar éste punto ya que es imposible el equipo automatizado se procese sin reactivos, ya que si podría ser con consumibles desechables, pero NO sin reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 77 - Periodo de Validez de la Garantía de Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
El Pliego de Bases y Condiciones menciona PARA LOS PRODUCTOS QUE NO TENGAN FECHA DE VENCIMIENTO (Drogas Puras, Productos Inertes): No será necesario ninguna autorización, siempre y cuando el proveedor presente Constancia de origen, debidamente legalizada y traducida al español. Copia autenticada de la Constancia deberá acompañar a la carpeta de oferta y en caso de ser adjudicada remitir copia autenticada al Administrador del Contrato y una copia simple en cada entrega de producto. Consultamos a la Convocante si dicha Constancia deberá ser emitida por el Fabricante en formato de Declaración Jurada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO ICIALMENTE EN EL PBC		

Consulta 78 - Lote N° 19

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En las Especificaciones Técnicas para el Lote N° 19, Ítem N° 1 - Test rápido a la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Solicitan Test cuya sensibilidad mínima sea 97% y especificidad de 100% para Influenza tipo A, para la detección Influenza B la sensibilidad mínima de 90% y especificidad de 98%. Se solicita amablemente la flexibilización de las EETT quedando de la siguiente manera: sensibilidad de 92% y especificidad de 96% para Influenza A y especificidad de 95 % para Influenza B como mínimo. Esto permitirá a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 79 - Lote 79

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En las Especificaciones Técnicas para el Lote 79, Ítem N° 1 - Test rápido a la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Solicitan Test cuya sensibilidad mínima sea 97% y especificidad de 100% para Influenza tipo A, para la detección Influenza B la sensibilidad mínima de 90% y especificidad de 98%. Se solicita amablemente la flexibilización de las EETT quedando de la siguiente manera: sensibilidad de 92% y especificidad de 96% para Influenza A y especificidad de 95 % para Influenza B como mínimo. Esto permitirá a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 80 - Lote 23

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En las Especificaciones Técnicas para el Lote 23 Ítem N° 1 - Test rápido detección cualitativa de antígenos rotavirus en materia fecal humana, solicitan con sensibilidad mínima de 99,9% y 99,6 % de especificidad. Se solicita amablemente que la convocante flexibilice las EETT quedando de la siguiente manera: sensibilidad menor de 99,1% como mínimo. Esto permitirá a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 81 - Lote 81

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En las Especificaciones Técnicas para el Lote 81 Ítem 1-Test rápido detección cualitativa de antígenos rotavirus en materia fecal humana, solicitan con sensibilidad mínima de 99,9% y 99,6 % de especificidad. Se solicita amablemente que la convocante flexibilice las EETT quedando de la siguiente manera: sensibilidad de 99,1% como mínimo. Esto permitirá a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 82 - Lote 132

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En las Especificaciones Técnicas para el Lote 132 Ítem N° 1 Test rápido detección cualitativa de antígenos rotavirus en materia fecal humana, solicitan con sensibilidad mínima de 99,9% y 99,6 % de especificidad. Se solicita amablemente que la convocante flexibilice las EETT quedando de la siguiente manera: sensibilidad de 99,1% como mínimo. Esto permitirá a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 83 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Para el LOTE 64 ITEM 2 se solicita aclarar si se necesitará que el cartucho por microelectrodo para activación de la coagulación deberá realizar TP/INR, TTPA, TT, FIB y ACT?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC. SE EXCLUYE DICHO LOTE DEL LLAMADO		

Consulta 84 - Lote 61 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En el lote 61, Item 29. Solicitan Dimero D al igual que en, Item 94. Existe alguna diferencia en cuanto a la metodología requerida? Las determinaciones de los item 29 y 94 pueden ser procesados en un mismo equipo? Solicitamos a la Convocante aclarar dicho punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 85 - Lote 19 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En relación al lote 19, ítem 1: Consultamos a la Convocante si sera aceptable ofertar un test de Influenza con especificidad del 99%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 86 - Lote 90 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En el Lote 90, Ítem 2, Panel para detección molecular de patógenos. ¿Se podrá ofertar más de un kit de detección de patógenos por PCR en tiempo real? De modo a que, combinados, puedan cumplir con la detección de todos los patógenos solicitados en las especificaciones técnicas. De esta manera también abre la posibilidad de concursar a más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 87 - Lote 90 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
En el Lote 90, Ítem 3, Panel para detección molecular de patógenos. ¿Se aceptable ofertar un panel para detección molecular simultánea de patógenos implicados en meningitis/encefalitis incluyendo: Enterovirus, Parechovirus, HSV-1, HSV-2, HHV-6, HHV-7, Adenovirus, CMV, EBV, Parvovirus B19, VZV (HHV-3)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 88 - Lote 90 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

En el Lote 90, Ítem 10, Panel para detección molecular de patógenos. ¿Se puede ofertar un panel para detección molecular simultánea que causan afecciones gástricas incluyendo: Adenovirus, Astrovirus, Campylobacter spp., C. difficile, E. coli (EIEC), Shigella spp., E. coli (VTEC), Norovirus Genotype I-II, Rotavirus, Salmonella spp., Y. enterocolitica?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 89 - Lote 90 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

En el Lote 90, ítem 11, debido a que este ítem requiere una metodología totalmente distinta a los demás ítems del mismo lote, solicitamos sea separado como un lote independiente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 90 - Lote 90 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

Lote 90, ítem 11; Solicitamos a la Convocante indicar si solicita Tubos de reacción integrada o cartuchos de un solo uso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC. SE SOLICITA CARTUCHOS DE UN SOLO USO

Consulta 91 - Lote 90 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

En el Lote 90, ítem 11; Además de KPC, OXA, NDM, podrán diferenciarse además carbapenemasas como IMP y VIM?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC.

Consulta 92 - Lote 1, Lote 61 y Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si se puede ofertar un equipo automatizado de química y un equipo de inmunología por separado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC DEBIDO A QUE EL EQUIPO INTEGRADO SOLICITADO EN COMODATO EMITEEN FORMA SIMULTANEA MAYOR CANTIDAD DE RESULTADOS EN MENOR TIEMPO LO QUE AUMENTA CONSIDERABLEMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE CADA LABORATORIO. AYUDA A OPTIMIZAR RECURSOS HUMANOS , CANTIDAD DE MUESTRA QUE SE EXTRAE AL PACIENTE ES MENOR. DISMINUYE LA PRODUCCION DE DESECHOS LIQUIDOS, SOLIDOS YLA CONTAMINACION DE LA MUESTRA

Consulta 93 - Lote 1, Lote 61 y Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a Convocante si es necesario ofertar reactivos en botellas dedicadas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

EL EQUIPO TECNICO NO PUEDE INTERPRETAR LA CONSULTA RECIBIDA

Consulta 94 - Lote 1, Lote 61 y Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la Convocante se se puede ofertar reactivos de marcas distintas para química?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

LOS REACTIVOS OFERTADOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO EN COMODATO REQUERIDO

Consulta 95 - Lote 1, Lote 61 y Lote 103

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la Convocante si es necesario que el equipo de química realice verificación de índices séricos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

SI, ES NECESARIO YA QUE DICHA VERIFICACIÓN PERMITIRÁ ASEGURAR LA CALIDAD EN EL PROCESO DE ANÁLISIS RESPECTIVO Y ENTREGA DE RESULTADOS EN TIEMPO Y FORMA .

Consulta 96 - Lote 28 y Lote 104

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la Conovcante si se puede ofertar tiras de orina que no incluyan color y turbidez?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC YA QUE DICHOS PARÁMETROS PERMITEN ASEGURAR LA CALIDAD EN EL PROCESO DE ANÁLISIS RESPECTIVO Y ENTREGA DE RESULTADOS EN TIEMPO Y FORMA

Consulta 97 - Lote 28 y Lote 104

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la Convocante si es necesario que el equipo detecte cilindros patológicos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 98 - Lote 1, ítem 2. Lote 61, ítem 2. Lote 103, ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Consultamos a la Convocante Que % de reticulocitos se realizarán en base a la cantidad de Hemogramas solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
PARA LA ENTREGA DE MENOR VENCIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC TODO PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR EL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ENTREGA DE LOS MISMOS		

Consulta 99 - Lote 1, ítem 2. Lote 61, ítem 2. Lote 103, ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Consultamos a la Convocante si seran aceptados reactivos de RETIC con tres meses de vencimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
PARA LA ENTREGA DE MENOR VENCIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PBC TODO PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR EL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ENTREGA DE LOS MISMOS		

Consulta 100 - Lote 1, ítem 2. Lote 61, ítem 2. Lote 103, ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
El recuento de Plaquetas puede ser por el método de impedancia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
SE ACLARA QUE DEBE SER POR ANALISIS OPTICO Y/O METODO DE IMPEDANCIA PARA DETERMINAR EL UMERO Y TAMAÑO DE PLAQUETAS		

Consulta 101 - Lote N° 01, ítem 97 al 99 Lote N° 61, ítem 91 al 106 Lote N° 103, ítem 98 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Consultamos a la Convocante La presentación de los reactivos deben ser liofilizados, líquidos o pueden ser ambos tipos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC. EN CASO DE NO SER LIOFILIZADOS EL PROVEEDOR DEBERA ASEGURAR LA CONSERVACION DE LOS MISMOS		

Consulta 102 - Lote N° 01, ítem 97 al 99 Lote N° 61, ítem 91 al 106 Lote N° 103, ítem 98 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Los equipos deben mostrar curvas de reacción de las prueba?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUARSE A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC. SI SE ESPERA		

Consulta 103 - Lote N° 01, ítem 97 al 99 Lote N° 61, ítem 91 al 106 Lote N° 103, ítem 98 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Considerando que los controles son diarios y la calibración es por cambio de lote de reactivo, por cambio de repuesto que tenga que ver con la lectura o si los controles internos y externos orienten a esta necesidad, puede el laboratorio hacer una estimación numérica, y especificar cuántos controles y calibradores serán utilizados a lo largo del contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
SEGUN PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD		

Consulta 104 - Lote N° 01, ítem 97 al 99 Lote N° 61, ítem 91 al 106 Lote N° 103, ítem 98 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
Qué rango de ISI debe tener el reactivo de Tromboplastina Cálcica (TP)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
ADECUAR A LA ADENDA N° 04 Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC . RANGO DE ISI 0.9-1.25		