

Consultas Realizadas

Licitación 403474 - Adquisición de Equipos de Laboratorio

Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
Se solicita aumentar el plazo de entrega del bien a 45 días hábiles desde la recepción de la orden de compra, ya que es un producto importado. El aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2021
Remítase a la adenda 1.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
Favor aclarar si cuando indican "Certificado de calibración de termómetro digital: Incluido" se refieren a que la estufa a proveer debe contar con Certificado de Calibración, o que significa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2021
Es importante contar con el certificado de calibración que servirá para verificar el error de medida dentro del equipo, la estufa de cultivo será empleado para análisis con microorganismos exigentes en estabilidad de temperatura.		