

## Consultas Realizadas

# Licitación 403673 - Adquisición de Bañera para Bebès recién nacidos

### Consulta 1 - CONSULTA REFERENTE A ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
PODRIA CONSIDERARSE SOLICITAR DE LAS MEDIDAS 70 A 75 DE LARGO , 40 A 45 DE ANCHO Y 20 A 25 DE ALTO A FIN DE DAR OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR A MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2021
Si. Téngase en cuenta que las medidas indicadas en las especificaciones son aproximadas, no siendo necesario ceñirse con exactitud a los parámetros ahí indicados, siempre y cuando no se aparte sustancialmente de las medidas de referencia.		