

Consultas Realizadas

Licitación 403759 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA DE FLUJO LAMINAR

Consulta 1 - DATOS DE LA CONVOCATORIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos sea verificado el documento Historial de Publicaciones ya que no se puede abrir. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR CONSULTAR CON LA DNCP, YA QUE DICHO DOCUMENTO ES DEL SICP DE LA DNCP | | |

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos se informen las medidas de los filtros y prefiltros de los items 1.1 - 1.2 - 2.1 y 2.2 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| Modelo: AC632LFC220 Filtro HEPA: Altura: 10 cm Ancho: 76 cm Profundidad: 33 cm Pre filtro: Altura: 4cm Ancho: 35 cm Profundidad: 17 cm | | |

Consulta 3 - capacidad tecnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Autorización de Apertura y Funcionamiento como importador, representante y/o distribuidor y servicio de mantenimiento técnico de dispositivos médicos, expedida por la DNSVS. (VIGENTE). Solicitamos que este item no sea tenido en cuenta, debido a que ninguno de los equipos y aparatos solicitados son dispositivos médicos | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| DICHO DOCUMENTO NO ES SOLICITADO POR ESTA CONVOCANTE, FAVOR VERIFICAR SI CORRESPONDE A ESTE LLAMADO | | |

Consulta 4 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| 1. Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente para Importar/Comercializar/Fabricar Dispositivos Médicos expedida por la DNVS, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Solicitamos que este item no sea tenido en cuenta, debido a que ninguno de los equipos y aparatos solicitados son dispositivos médicos | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| DICH0 DOCUMENTO NO ES SOLICITADO POR ESTA CONVOCANTE, FAVOR VERIFICAR SI CORRESPONDE A ESTE LLAMADO | | |

Consulta 5 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|---|-------------------|------------|
| 2. Constancia de Habilitación de Servicio Técnico de dispositivos médicos, emitido por la DNVS Solicitamos que este item no sea solicitado, ya que ninguno de los equipos y aparatos solicitados son dispositivos médicos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| DICH0 DOCUMENTO NO ES SOLICITADO POR ESTA CONVOCANTE, FAVOR VERIFICAR SI CORRESPONDE A ESTE LLAMADO | | |