

Consultas Realizadas

Licitación 404428 - Adquisición de Equipos de Laboratorio - Medicina (Ad Referéndum 2022)

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2022
Se puede ofertar una centrifuga cuya fuerza máxima (RCF) sea de 2.325xg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
No. La centrifuga debe ser con una rotación de mínimo 4.000rpm, debido a que las muestras que se procesan en el laboratorio de la Facultad de Medicina UNI se separan entre 2.500, 3.500 y 4.500 rpm.		

Consulta 2 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2022
Se solicita aumentar el plazo de entrega del bien a 45 días hábiles desde la recepción de la orden de compra, ya que los equipos solicitados son importados, el aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
Remitase a la adenda.		

Consulta 3 - Sistema de Adjudicación - POR TOTAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2022
El Sistema de Adjudicación de la presente licitación que es Por el Total, se solicita cambiar a Por Ítem, para poder dar participación a más oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
Remitase a la addenda.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se solicita aumentar el plazo de entrega del bien a 60 días hábiles desde la recepción de la orden de compra, ya que los equipos solicitados son importados, el aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas. Además debido a la situación actual de la pandemia los vuelos son cancelados en gran cantidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
Remitase a la adenda.		

Consulta 5 - ÍTEM 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se solicita amablemente al convocante donde dice "Peso del equipo: 6,2 kg" aceptar "Peso del equipo: 2,9 kg". Esto permitirá una mayor facilidad en el traslado del equipo si fuese necesario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
No acepta - El peso del equipo debe llegar a: 6 kg, debido a que el equipo que se solicita para el uso en el laboratorio debe tener ese peso por los requisitos que se tiene para los estudios que se realizan.		

Consulta 6 - ÍTEM 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Medidas de la platina: 140x140mm" aceptar "Medidas de la platina: 125x125mm". Esto permitirá una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
No se acepta - El área de trabajo de tener: "Medidas de la platina: 140x140mm".		

Consulta 7 - ÍTEM 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se solicita amablemente al convocante donde dice "Rango de movimiento: 75x50mm" aceptar "Rango de movimiento: 62x24mm". Esto permitirá una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
No se acepta - El área de trabajo de tener: "Rango de movimiento: 75x50mm"		

Consulta 8 - ÍTEM 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se solicita amablemente al convocante donde dice "Conexión Eléctrica: 220V; 50/60Hz" aceptar "Conexión Eléctrica: 100/240 Vac, 50/60 Hz, con posibilidad de trabajar con baterías recargable AAA". Esto permitirá obtener una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
No se acepta ya que en el laboratorio de la Facultad de Medicina UNI se trabaja con "Conexión Eléctrica: 220V; 50/60Hz".		

Consulta 9 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Donde dice "Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida del año 2021 y 2022." favor solicitar del año 2019 y 2020 teniendo en cuenta que la documentación es para avalar lo requerido en el apartado "Experiencia requerida" donde si solicitan 2019 y 2020, además favor tener en cuenta que nos encontramos en el mes de enero 2022, siendo poco probable que un oferente ya cuente con facturaciones de equipos de laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
Remítase a la addenda.		

Consulta 10 - ÍTEM 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se solicita a la convocante que donde dice "Incluye el suministro: filtro azul," sea de caracter opcional (no excluyente) para brindar mayor oportunidad a oferentes de participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
Se solicita que incluya el suministro: filtro azul para la protección ocular del operador.		

Consulta 11 - Plazo de Entrega. Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se solicita amablemente a la convocante extiendan el plazo de entrega del bien a 60 días hábiles una vez recepcionada la Orden de Compra. Esto debido a que el equipo es importado y los tiempos de traslado (fletes) pueden verse afectados por la pandemia Covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
Remitase a la addenda.		

Consulta 12 - Item 2. Especificacion Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se puede ofertar una Centrifuga cuya fuerza maxima es de 100-3000 rpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
No. La centrifuga debe ser con una rotación de mínimo 4.000rpm, debido a que las muestras que se procesan en el laboratorio de la Facultad de Medicina UNI se separan entre 2.500, 3.500 y 4.500 rpm.		

Consulta 13 - Item 2. Especificacion Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se puede ofertar una centrifuga cuyo peso es de 11.8 kg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
Remitase a la adenda.		

Consulta 14 - ÍTEM 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
Se solicita a la convocante donde dice "Objetivos: Acromáticos -DIN 4x/0,10 -DIN 10X/0,25 -DIN 40X/0,065 retráctil -DIN 100xS/1,25 retráctil, de inmersión a aceite." aceptar "Objetivos: Acromáticos - 4x/0,10 10X/0,25 -40X/0,065 100xS/1,25, de inmersión a aceite" para brindar mayor oportunidad a oferentes de participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
No se acepta debe ser: Objetivos: Acromáticos -DIN 4x/0,10 -DIN 10X/0,25 -DIN 40X/0,065 retráctil -DIN 100xS/1,25 retráctil, de inmersión a aceite."		

Consulta 15 - Item 2. Especificacion Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar una centrifuga cuyo tiempo programable es de 1-90 min (incremento 1 min)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
-----------	--------------------	------------

No. En el laboratorio de la Facultad de Medicina necesitamos de tiempo programable máximo 15 minutos.

Consulta 16 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
----------	-------------------	------------

Se podría verificar que las especificaciones de medida de la platina y peso del equipo sean dimensiones mínimas y no una medida y peso específico, lo cual permitirá contar con mayor cantidad de oferentes?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
-----------	--------------------	------------

No se acepta- "Medidas de la platina: 140x140mm".

Consulta 17 - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2022
----------	-------------------	------------

Se podría considerar un peso aproximado y no un peso único de 15 Kg para la centrifuga?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-01-2022
-----------	--------------------	------------

Remitase a la addenda.