

Consultas Realizadas

Licitación 404503 - LCO N° 38/21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO ESPIRÓMETRO - POLISONÓGRAFO Y EQUIPO DE FISIOTERAPIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS DEL MSPYBS

Consulta 1 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2022
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el siguiente punto, donde dice: "Certificado de Cumplimiento de Contrato con Instituciones Privadas y/o del Estado dentro de los últimos 3 (tres) años se tendrá que presentar un certificado por año (2018-2019-2020). Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad deberán presentar tres certificados.", podrían aclarar si se refieren a un certificado de Uso Satisfactorio y también aclarar la exigencia de los tres años, ya que normalmente suelen ser 3 certificados con fecha de cualquiera de los tres años y no un certificado por año como lo solicitan en este PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-02-2022
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2022
Solicitamos amablemente a la convocante lo siguiente, donde dice "Autorización del Fabricante para los representantes o distribuidores, debidamente consularizado, legalizado y/o apostillado, e inscripto en Registros Públicos, conforme al Formulario del PbC, o en su defecto la documentación emitida por el fabricante.", solicitamos poder demostrar esto inscripto en el registro publico y/o con la mesa de entrada ya que en los primeros meses del año, la mayoría de las fabricas renuevan las cartas de representaciones y se demora esta inscripción por la lentitud de la Direccion Nacional de Registros Públicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-02-2022
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Item 5 - Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
"Item 5 - Espirometro. En una parte de las especificaciones dice: Pruebas rápidas y fiables de FVC, FVL, SVC y MVV, antes y después de la bronco dilatación, con interpretación automática y análisis de reversibilidad. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Pruebas rápidas y fiables de FVC, FVL, SVC y MVV, antes y después de la bronco dilatación, con interpretación automática y análisis de reversibilidad; o FVC, VC, IVC, MVV, antes y después de la bronco dilatación, con interpretación automática, Perfil de Ventilación y el indice de aceptabilidad."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-02-2022
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Item 5 - Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
"Item 5 - Espirometro. En una parte de las especificaciones dice: Pruebas: FVC, FVL, SVC, MVV, PRE y POST BD. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Pruebas: FVC, FVL, SVC, MVV, PRE y POST BD; o FVC, VC, IVC, MVV, Pre y Post BD"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-02-2022
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Item 5 - Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Item 5 - Espirometro. En una parte de las especificaciones dice: Calculo de la edad pulmonar. Solicitamos a la convocante declarar este punto como opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2022
Ésta función especificada para el aparato es fundamental para los fines médicos previstos, por tanto, Ajustarse a los términos establecidos en el PBC.		

Consulta 6 - Item 5 - Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
"Item 5 - Espirometro. En una parte de las especificaciones dice: Múltiples planillas de los informes incluyendo FVC, FVL, SVC, MVV, medición y tendencia. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Informes: Múltiples planillas de los informes incluyendo FVC, FVL, SVC, MVV, medición y tendencia o; Informes: Múltiples planillas de los informes incluyendo FVC, VC, IVC, MVV, Pre y Post BD"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2022
Ajustarse a los términos establecidos en el PBC.		

Consulta 7 - Item 5 - Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
"Item 5 - Espirometro. En una parte de las especificaciones dice: Parámetros: FVC, FIVC, BEV, FIV1, FEV1, FEV3, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF10, FEF25, FEF50, FEF75, PIF, FET, SVC, ERV, IRV, VT, IC, EOTV, VCex, VCin, Vcmax. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Parámetros de espirometría: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, Edad pulmonar, Volumen extrapolado, FET, Tiempo para PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tl, tE, VT/tl, tE/tTOT, MVV (medida), MVV (calculada)"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2022
Ajustarse a los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Item 5 - Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
"Item 5 - Espirometro. En una parte de las especificaciones dice: Función de control de biocalibración. Solicitamos a la convocante que este punto se declare como opcional"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2022
Ajustarse a los términos establecidos en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 9 - Item 5 - Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
"Item 5 - Espirometro. En una parte de las especificaciones dice: Curva inspiratoria y espiratoria en tiempo real Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente forma: Curva inspiratoria y espiratoria en tiempo real o; Curva Flujo/Volumen y Volumen/Tiempo en tiempo real en su PC"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2022
Ajustarse a los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Item 5 - Espirometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
"Item 5 - Espirometro. En una parte de las especificaciones dice: Selección de tests con o sin respiración tidal. Solicitamos a la convocante que este punto se declare como opcional"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2022
Ajustarse a los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Ítem 5 - ESPIROMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Ítem 5 - ESPIROMETRO El precio referencial está muy debajo de los precios que se encuentran en el mercado local. Solicitamos reverificar el precio referencial del mismo y ajustar a por lo menos Gs. 55.000.000 (Guaraníes Cincuenta y cinco millones)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS TÉRMINOS INICIALES ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 12 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2022
Plan de entrega de los bienes, dice: Dentro de los 30 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Respetuosamente solicitamos al Convocante extender el plazo de entrega, de tal forma que quede de la siguiente manera: El oferente tendrá un plazo de hasta 60 (Sesenta) días corridos, para la entrega de los bienes adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-02-2022
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - ítem 5 espirometro con PC

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2022
En el ítem 5 espirometro con PC Donde dice Pruebas FVC, FVL, SVC, MVV, PRE y POST BD; o FVC, VC, IVC, MVV, Pre y Post BD, Solicitamos a la convocante que puedan ver con cual de los parámetros se quedarían ya que ambos tienen distintos precios y puede haber ventajas económicas en cotizar uno u otro equipo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS TÉRMINOS INICIALES ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 14 - ítem 5 espirometro con PC

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2022
Donde dice o FVC, VC, IVC, MVV, antes y después de la bronco dilatación, con interpretación automática, Perfil de Ventilación y el índice de aceptabilidad. Solicitamos a la convocante pueda explicar mejor estos parámetros especialmente en el Perfil de Ventilación si se refiere a las curvas que se observan en el momento de la inspiración y exhalación		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
SE ACLARA EL ESPIRÓMETRO DEBE SER CAPAZ DE EMITIR EN EL INFORME LAS CURVAS VOLUMEN/TIEMPO Y FLUJO/VOLUMEN, EN INSPIRACIÓN Y EXHALACIÓN.		

Consulta 15 - ítem 5 espirometro con PC

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2022
Donde dice Función de control de biocalibración. Solicitamos muy amablemente a la convocante aclarar este parámetro a que se refiere		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
SE ACLARA SON PARÁMETROS ESTÁNDARES DE ESPIROMETRÍA EN UN PACIENTE SANO PARA OBTENER UN VALOR PROMEDIO, LA OPCIÓN LA DA EL SOFTWARE PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		

Consulta 16 - ítem 5 espirometro con PC

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2022
Donde dice El Equipo puede ser con calibración (2,5) o libre de calibración. Solicitamos a la convocante si se refiere a la jeringa de calibración que normativamente es de 3 litros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
SE ACLARA QUE DEBE SER CALIBRADO CON JERINGA DE 3 LITROS Y/O LIBRE DE CALIBRACIÓN. EN CUANTO A LA CALIBRACIÓN AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.		

Consulta 17 - ítem 5 espirometro con PC

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2022
El precio referencial de los equipos equipos es de 33.293.333 sugerimos poder ajustar el precio referencial por las especificaciones técnicas solicitadas y también por la petición de 2 años de garantía que eso afecta en el costo del equipo, el precio que sugerimos es de 85.000.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
AJUSTARSE AL DICTAMEN COMPLEMENTARIO DOC N° 55/22. ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL.		

Consulta 18 - ítem 1 Cinta Ergometrica

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2022
En el ítem 1 Cinta Ergometrica Solicitamos a la convocante poder ajustar el precio referencial un equipo medico que pueda realizar los estudios puntuales que se requiere mínimamente se encuentra entre 88.000.000GS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2022
AJUSTARSE AL DICTAMEN COMPLEMENTARIO DOC N° 55/22. ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL.		