

Consultas Realizadas

Licitación 404724 - LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA

Consulta 1 - ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2022
En atención a la naturaleza de los bienes y capacidad del mercado para la provisión se solicita a la Convocante modificar el sistema de adjudicación al de Abastecimiento simultáneo para los ítems 1, 2 y 3.- Este pedido obedece al volumen que debe ser entregado; además de abrir la posibilidad a varios oferentes para garantizar la disponibilidad de los ítems adjudicados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 2 - PACK QUIRURGICO ITEM 1 - 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2022
Para conformar el pack quirurgico (cirugia general o cirugía menor) se solicita a la Convocante aclarar si la composición puede ser realizada con la agrupación de registros de cada producto o debe ser conformado con un sólo registro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 3 - COMPRESA ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2022
Solicitamos a la Convocante modificar las EE.TT. de la Compresa estéril a Compresa no estéril. La adquisición de bienes con estas características otorga la oportunidad de que la Institución pueda adquirir a bajo costo y mejor calidad las compresas dando posibilidad a la participación de un mayor número de oferentes.- Además resaltamos que otras instituciones adquieren el mismo bien sin la condición de "estéril".-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 4 - EE.TT. BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2022
Solicitamos a la Convocante insertar en el PBC las imágenes de los ítems solicitados del 1, 2 y 3.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 5 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
ITEM 2 PACKS QUIRURGICOS: Para conformar el pack quirúrgico (cirugía menor) se solicita a la Convocante ampliar la medida del recipiente de plástico que contiene el pack de 50 cc a 100 cc +-50 cc. Dando de esa manera, la posibilidad a la participación de un mayor número de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 6 - COMPONENTES PACK QUIRURGICO ITEM 1-2

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Solicitamos a la Convocante establecer la ficha técnica de cada componente del paquete quirúrgico cirugía general y cirugía menor. Este pedido obedece a que las EE.TT. no determinan en forma precisa las características de los materiales que se utilizan para la fabricación de los bienes.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 7 - COMPRESAS QUIRURGICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Cuáles son las EE.TT. que debe cumplir; por ejemplo, de cuántas hebras, calidad de algodón, etc.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 8 - CHALECO XL EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Solicitamos a la Convocante las EE.TT. del Chaleco tipo de tela, modelo color, etc.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 9 - COSTURA DE BATAS QUIRURGICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
En los ítems 1 y 2 se menciona que la costura debe ser doble escondido, al respecto solicitamos se aclare si la costura debe ser hecha en máquina recta, overlock u otra en particular.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 10 - PAQUETE QUIRURGICO CIRUGIA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
SOLICITAMOS ACLARAR SI EL EMPAQUETADO ES DOBLE DE POLIETILENO Y OTRO DE SMMS Y CUAL DE ELLOS ES EL MATERIAL EXTERNO.- CUAL ES LA CAPA QUE DEBE IR AL VACIO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 11 - MEDIDA DE PAQUETE QUIRURGICO ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Solicitamos determinar las medidas del empaquetado en el ítem de referencia.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 12 - Bata quirurgica ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Se solicita a la Convocante agregar la opción de puño en poliester al igual que en el ítem 1,.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 13 - BATAS QUIRURGICAS ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
LA BATA DEBERIA LLEVAR UN CARTERÓN FRONTAL PARA INSERTAR EL CIERRE MAGNETICO O DONDE IRÍA EL MISMO.- LA TIRA DEL HOMBRO PARA QUE SIRVE SI TENEMOS EL CIERRE MAGNETICO.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DISPONER UNA MUESTRA FISICA DEL BIEN PARA LOS POTENCIALES OFERENTES PARA UN MEJOR ANALISIS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 14 - TIRAS EN LA CINTURA - BATA

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
SERÍA UNA TIRA DE 120 CM O 2 TIRAS DE 60 CM DE CADA LADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Se aclara que son tiras de sujeción externa de 120 cm cada lado		

Consulta 15 - CERTIFICACION DE LAS TELAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
EN CASO DE QUE EL ORIGEN DE LA TELA PARA LAS BATAS SEA NACIONAL CUAL ES EL ORGANISMOS CERTIFICADOR? PODRIA SER INTN O CUALQUIER LABORATORIO HABILITADO POR EL MSP Y BS.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Para productos nacionales el oferente podrá presentar el Certificado del INTN u otra dependencia certificada por el MSPYBS que avale la calificación SMMS y el cumplimiento de la barrera bacteriana de 94% como mínimo		

Consulta 16 - METODO DE ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
ES ACEPTABLE OTRO METODO DE ESTERILIZACIÓN DIFERENTE AL ETO. EN CASO AFIRMATIVO CUAL PODRÍA APLICARSE?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 17 - PAPEL SECA MANO

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
SOLICITAMOS DIMENSIONES Y GRAMAJE DEL PAPEL.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 18 - CAMPO FENESTRADO EN "U" Y EN "O"

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
solicitamos aclarar de que material debería estar hecho, cuantas capas se exige?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 19 - IMPRESION USO EXCLUSIVO

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
ACLARAR SI LA IMPRESIÓN DEBE REALIZARSE POR CADA COMPONENTE O SOLAMENTE EN EL PAQUETE CON LAS CARACTERISTICAS ORIGEN, MARCA FABRICANTE, FECHA DE ESTERILIZACIÓN, ETC		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 20 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS - MODIFICACION

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
En atención al volúmen de la primera entrega de la cantidad mínima solicitamos su modificación. A continuación la propuesta: Cantidad mínima 10 % a los 8 días de la recepción de la orden de compra 20 % a los 15 días de la recepción de la orden de compra Saldo a los 30 días de la recepción de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 21 - CERTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
El PBC pide Certificaciones Internacionales: ANSI, AAMI PB 70:12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004. ¿Cuántas se deben presentar? ¿Una, Algunas de ellas o todas? Como se permite la participación de fabricantes locales, esto elimina la participación de oferentes locales, se solicita eliminar el requisito de estas certificaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 22 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde dice: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en INSUMOS MEDICOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2018 - 2019 - 2020. Presentación como mínimo de 3 (tres) Notas, Constancias, Certificaciones y /o Actas de Recepción final en la Provisión de bienes en Insumos Médicos y/o Dispositivos Médicos, donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 03 (tres) años. Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió. Solicitamos amablemente a la convocante modifique este requisito, teniendo en cuenta que el objeto de llamado son packs quirúrgicos, y lo deje redactado de la siguiente forma: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en INSUMOS MEDICOS Y PACKS QUIRÚRGICOS con facturaciones de venta por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2019 - 2020 - 2021. Presentación como mínimo de 3 (tres) Notas, Constancias, Certificaciones y /o Actas de Recepción final en la Provisión de bienes en Insumos Médicos y/o Packs Quirúrgicos, donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 03 (tres) años. Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 23 - REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Teniendo en cuenta que el 80% de la composición de estos packs quirúrgicos son batas, de acuerdo a la partida arancelaria, estos productos no necesitan registro sanitario de DINAVISA, por lo tanto, solicitamos muy amablemente excluir este requisito		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Se aclara que estos productos son insumos médicos por lo tanto se requiere del registro sanitario de DINAVISA. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 24 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general:

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan "confeccionado con tela no tejida de 4 capas SMMS de 40 +- 6 gramos/m2 color azul quirúrgico, resistente a fluidos corporales, repelente a alcohol al 70%, barrera antibacteriana mínima de 95%" solicitamos aclarar si este punto se refiere al cobertor de mesa quirúrgica que envuelve los demás componentes del pack quirúrgico y además que solicitamos que nos proporcionen las medidas de dicho cobertor		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
El material indicado (SMMS) aplica a los siguientes productos: Batas, Chaleco, compresas de campo y campo fenestrado. El cobertor de grado médico debe de ser de polietileno, las medidas se encuentran indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan "hombro: tiras de 12+-2cm para sujeción" solicitamos se elimine este ítem o puedan enviar un gráfico para identificar donde va colocada la tira		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.		

Consulta 26 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan 1 (un) campo fenestrado en "U" de 200 cm ancho x 315 cm largo (+-20cm) con refuerzos de termosellado y cinta doble faz hipoalergénico de 4.5 cm en todo el borde en "U", solicitamos amablemente puedan remitir un gráfico para saber en que lado solicitan la abertura "U"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Fenestra: Inicia del borde superior correspondiente a la cabeza del paciente hacia abajo 80-100 cm. Se levanta el grafico como un aadjunto.-		

Consulta 27 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan " 1 (un) cobertor de grado médico, impermeable para mesa de 150 x 200 cm (+/- 20 cm)" solicitamos amablemente verificar las dimensiones debido a que el tamaño estándar es de 60*150 cm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 28 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan "1 (un) DESCARTADOR MAGNETICO DE AGUJAS ADHESIVADO EN LAMINA" se podría considerar este requisito como OPCIONAL?.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 29 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan "La tela SMMS deberá presentar Certificaciones internacionales de origen, debidamente consularizados y que avalen la calificación SMMS, cumplir con Normas ANSI / AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%. Indicador de esterilidad, lote y vencimiento visible en el paquete, certificado de esterilización a ETO (óxido de etileno) de empresa autorizada por la DESATS-MSPBS" Solicitamos a la convocante revea este requisito y lo considere como OPCIONAL, debido a que en el Paraguay, ningún fabricante de tela SMMS cuenta con certificaciones internacionales. Esto no solamente limita la cantidad de oferentes, sino también excluye de toda posibilidad de participación de fabricantes paraguayos, lo cual atenta gravemente contra el fomento e incentivo a la industria nacional		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 30 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan "La tela SMMS deberá presentar Certificaciones internacionales de origen, debidamente consularizados y que avalen la calificación SMMS, cumplir con Normas ANSI / AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%. Indicador de esterilidad, lote y vencimiento visible en el paquete, certificado de esterilización a ETO (óxido de etileno) de empresa autorizada por la DESATS-MSPBS" Solicitamos a la convocante permita la oferta de productos esterilizados en origen (para los productos importados) y no cerrar la participación exclusivamente a oferentes que cuenten con planta de esterilización local.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 31 - Ítem 2 - PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan "confeccionado con tela no tejida de 4 capas SMMS de 40 +- 6 gramos/m2 , resistente a fluidos corporales, repelente a alcohol al 70%, barrera antibacteriana mínima de 95%" solicitamos aclarar si este punto se refiere al cobertor de mesa quirúrgica que envuelve los demás componentes del pack quirúrgico y además que solicitamos que nos proporcionen las medidas de dicho cobertor		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
El material indicado (SMMS) aplica a los siguientes productos: Batas, Chaleco, compresas de campo y campo fenestrado. El cobertor de grado médico debe de ser de polietileno, las medidas se encuentran indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 32 - Ítem 2 - PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde dice: La tela SMMS deberá presentar Certificaciones internacionales de origen, debidamente consularizados y que avalen la calificación SMMS, cumplir con Normas ANSI / AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%. Indicador de esterilidad, lote y vencimiento visible en el paquete, certificado de esterilización a ETO (óxido de etileno) de empresa autorizada por la DESATSMSPBS." Solicitamos a la convocante revea este requisito y lo considere como OPCIONAL, debido a que en el Paraguay, ningún fabricante de tela SMMS cuenta con certificaciones internacionales. Esto no solamente limita la cantidad de oferentes, sino también excluye de toda posibilidad de participación de fabricantes paraguayos, lo cual atenta gravemente contra el fomento e incentivo a la industria nacional		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 33 - Ítem 2 - PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde dice: La tela SMMS deberá presentar Certificaciones internacionales de origen, debidamente consularizados y que avalen la calificación SMMS, cumplir con Normas ANSI / AAMI PB 70: 12, EN13795, ASTM F1670, EN14126, ISO 16603:2004. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%. Indicador de esterilidad, lote y vencimiento visible en el paquete, certificado de esterilización a ETO (óxido de etileno) de empresa autorizada por la DESATSMSPBS." Solicitamos a la convocante permita la oferta de productos esterilizados en origen (para los productos importados) y no cerrar la participación exclusivamente a oferentes que cuenten con planta de esterilización local		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 34 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan "1 (un) DESCARTADOR MAGNETICO DE AGUJAS ADHESIVADO EN LAMINA" Solicitamos aclaración sobre los detalles del mismo. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas solicitadas y donde será adherido?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 35 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde dice: "CANTIDAD MÍNIMA: Primera entrega: 20% de la cantidad mínima adjudicada: el oferente tendrá un plazo de hasta 08 (ocho) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las Órdenes de Compra" Solicitamos a la convocante considere ampliar este plazo de entrega a 120 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, de manera a dar participación a oferentes importadores y no limitar exclusivamente a la participación de aquellos oferentes que cuenten con estos productos en stock		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 36 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde dice: "CANTIDAD MÍNIMA: Segunda entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada: el oferente tendrá un plazo de hasta 10 (diez) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las Órdenes de Compra" Solicitamos a la convocante considere ampliar este plazo de entrega a 30 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. La Orden de Compra por la segunda entrega no será emitida hasta luego de la entrega del 100% de la primera entrega, de manera a dar participación a oferentes importadores y no limitar exclusivamente a la participación de aquellos oferentes que cuenten con estos productos en stock		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-02-2022
Ajustarse a la 3ra. versión del PBC.-		

Consulta 37 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2022
1- CERTIFICACIONES INTERNACIONALES: ¿Se podrá presentar Certificaciones Internacionales que avalen la calificación SMMS de la Norma ASTM F2101? 2- CIRUGIA GENERAL - Papel seca manos: ¿Se podrá presentar el papel seca manos con las siguientes medidas? Dimensiones 21cm x 26 cm (+-6 cm.) De 18 grs. Como mínimo. 3- PAQUETE DE CIRUGIA MENOR: Recipientes plásticos descartables. ¿Deben ser graduados?		

Consulta 38 - BARRERA ANTIBACTERIANA DE 94%

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2022
Solicitamos LA EXCLUSIÓN de la condición de Barrera antibacteriana del 94%, pues no existe una metodología ni Institución que realice este estudio. Solamente puede aplicarse un Hisopado cuantificando presencia o ausencia de microorganismos.-		

Consulta 39 - REPELENCIA AL ALCOHOL AL 70%

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2022
EXCLUIR la condición de repelencia al alcohol, teniendo en cuenta que no se puede justificar el impacto riesgo-beneficio; salvo que se traten de repelencia a fluidos corporales u otros que expongan a riesgo biológico al profesional de salud que utiliza las prendas o materiales que forman parte del paquete quirúrgico.- La Normativa EN 13795-1 no especifica la determinación de repelencia al alcohol para productos textiles de uso hospitalarios.- Asimismo, la Normativa ISO 811:1981 con versión oficial en la normativa EN 20811:1992 replica la justificación del párrafo anterior.-		

Consulta 40 - CERTIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2022
En caso de que el Fabricante cuente con su Laboratorio de Control de calidad habilitado y Certificado por DINAVISA para Buenas practicas de fabricación y Control; es suficiente para que la Convocante admita la Certificación que emite el mismo; o necesariamente debe realizar el estudio en forma tercerizada?		

Consulta 41 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
PAPEL SECA MANOS: Para dar mayor participación a posibles oferentes .Se podría presentar papel seca manos de celulosa y/o hidrotela.		