

## Consultas Realizadas

# Licitación 404756 - ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA

### Consulta 1 - ITEM Nº113 STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
Se podrá ofertar de 10 (+ - 1 mm) de diámetro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC. El diámetro requerido es a fin de que el stent se ajuste al diámetro del vaso sanguíneo.		

### Consulta 2 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
Solicitamos a la convocante, solicitar únicamente folletos, catálogos, para los ítems Nº111 STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE, ítem Nº112 STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE, ítem Nº113 STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE, debido al alto costo que representa, en caso que considere necesario muestras durante la etapa de evaluación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC. La experiencia en licitaciones anteriores es negativa con la presentación de folletos, ya que no es posible visualizar con exactitud el tipo de material. Se modifican cantidades de muestras requeridas. Favor dirigirse a la Adenda al PBC - Muestras.		

### Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
Solicitamos a la convocante aclarar el plan de entrega de los bienes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Se modifica el Plan de Entregas. Favor dirigirse a la adenda al PBC.		

## Consulta 4 - CAPACIDAD TECNICA - PUNTO K

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
----------	-------------------	------------

La convocante solicita en el Punto K. de la capacidad Técnica lo siguiente: Para los items 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151 presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por el organismo competente FDA de EEUU y para los items 20, 21, 109, 110, 123, 148, 149, 150, 152 al 160 presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente tales como FDA de EEUU, CE Comunidad Europea INVIMA de Colombia- Países miembros del MEROCSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485.

Solicitamos a la Convocante ampliar de dicha manera: Para los items 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151 presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por el organismo competente FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. La unidad requirente del Hospital manifiesta su confiabilidad hacia los productos certificados por la FDA para los procesos endovasculares.

## Consulta 5 - ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar el plan de entrega de los bienes solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al Pliego.

## Consulta 6 - Item 94 Coil periférico

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante ampliar el rango de medida del diámetro (+2mm) a fin de dar mayor participación a los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. El diámetro requerido es a fin de que el insumo se ajuste al diámetro del vaso sanguíneo.

## Consulta 7 - Item 101 Coil periferico

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante a ampliar el rango de diametro en (+2mm) a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. El diámetro requerido es a fin de que el insumo se ajuste al diámetro del vaso sanguíneo.

### Consulta 8 - Item 102 Coil periférico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante a ampliar el rango de diametro (+-1mm) a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. El diámetro requerido es a fin de que el insumo se ajuste al diámetro del vaso sanguíneo.

### Consulta 9 - Item 103 Coil periférico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante a ampliar el rango de diametro (+-2mm) a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. El diámetro requerido es a fin de que el insumo se ajuste al diámetro del vaso sanguíneo.

### Consulta 10 - Item 159 Introdutor arterial

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante a ampliar el rango de largo en (+-2cm) a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.

### Consulta 11 - Item 160 Introdutor arterial

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante a ampliar el rango de longitud en (+-2cm) a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.

### Consulta 12 - Item 104 Coil periférico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante a ampliar el rango de diametro (+-1mm) para dar mayor oportunidad a los oferentes

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC. Lo requerido es a fin de que el insumo se ajuste al diámetro del vaso sanguíneo.

## Consulta 13 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Para los ítems 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151, Donde dice "Presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para uso en la practica clínica, Emitido por el organismo competente FAD de EEUU" Solicitamos amablemente a la convocante, Aceptar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la practica clínica emitido por CE -Comunidad Europea con ISO 13485.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. La unidad requirente del Hospital manifiesta su confiabilidad hacia los productos certificados por la FDA para los procesos endovasculares.		

## Consulta 14 - Ítem Nro. 20 - Iodo Radioactivo liquido

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Consultamos el ítem 20, ya que entendemos que este producto (Iodo Radioactivo liquido) es utilizado, más bien como tratamiento terapéutico en ciertas patologías. Entendemos que la convocante, lo que desea solicitar en este llamado es material de "contraste" para uso en diagnósticos por imagen (Angiografía por sustracción digital), por lo que sugerimos respetuosamente, se solicite como: "Contraste yodado endovenoso no iónico 100cc, frasco de 100ml de 370mg Iodo/ml. Osmolaridad por debajo de 800 -820 mili osmoles por kgr/agua. (Con certificado de aprobación FDA Y/O CE y más de mil estudios internacionales que avalen su utilización).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 15 - Ítem 148 - Chaleco de protección contra las radiaciones ionizantes

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Consultamos a la convocante si el Chaleco de protección contra las radiaciones ionizantes puede contener plomo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. No debe contener plomo. El material requerido es debido al menor peso y su resistencia en los procedimientos.		

## Consulta 16 - Ítem 148 - Chaleco de protección contra las radiaciones ionizantes

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Solicitamos a la convocante unificar lo solicitado ya que en las especificaciones técnicas solicitan Chaleco de protección contra las radiaciones ionizantes, y en el listado de precio referencial tiene como descripción Chaleco plomado con collarín. Sugerimos a la convocante que la descripción del ítem quede de la siguiente manera: Chaleco de protección contra las radiaciones ionizantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la planilla de ítems del SICP.		

## Consulta 17 - Vigencia del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Se solicita aclaración respecto a la vigencia del contrato. La vigencia es fundamental para la cotización por lo cual peticiónanos que la misma esté expresa en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 18 - Vencimiento de Productos

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Solicitamos a la convocante aclarar el vencimiento que deberá tener los insumos al momento de realizar las entregas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC. El vencimiento mínimo será de 18 meses.		

## Consulta 19 - PRECIO - ítem 123

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Solicitamos a la convocante la actualización en el precio referencial del ítem 123 Lentes de protección radiológica Atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la planilla de precios del SICP.		

## Consulta 20 - PRECIO ITEM 149

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Solicitamos a la convocante la actualización en el precio referencial del ítem 149 Protector de Tiroides Atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la planilla de precios del SICP.		

## Consulta 21 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Los precios actuales estan 40 % menos , los precios que han publicado, son compras de hace 3 años y deben de tener en cuenta precios de combustible, flete, y la devaluacion del dolar Favor mejorar el precio referencial y actualizar para todos los items		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP. La convocante procedió conforme las disposiciones establecidas en la Resolución DNCP Nº 1890/2020, con precios obtenidos de potenciales oferentes e IDs publicados en el SICP.		

## Consulta 22 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
<p>Dice PBC: Los oferentes deberán presentar muestra del ítem ofertado en la misma condición en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado.</p> <p>Solicitamos modificar y hacer presentar una muestra para los items que tienen la misma característica y uso , y solo se diferencian en longitudes de milímetros, en representación de los demás items , cuando hay más de uno</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.</p>		

## Consulta 23 - CAPACIDAD TECNICA - REQUISITO DOCUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
<p>DICE PBC</p> <p>PUNTO k Para los items 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151 Presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por el organismo competente FDA de EEUU y para los items 20, 21, 109, 110, 123, 148, 149, 150, 152 al 160 presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente tales como FDA de EEUU, CE Comunidad Europea INVIMA de Colombia- Países miembros del MEROCSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE ESTE REQUISITO YA FUE VARIAS VECES HECHOS DE PROTESTA, Y LA DNVS Y LA DNCP , HA INDICADO QUE LOS CERTIFICADOS CE O FDA , GARANTIZAN LA CALIDAD DEL PRODUCTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD FDA O CE , YA QUE PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACION DE OFERENTES</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. La unidad requirente del Hospital manifiesta su confiabilidad hacia los productos certificados por la FDA para los procesos endovasculares.</p>		

## Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
<p>DICE PBC ;</p> <p>ITEMS 11</p> <p>MICROCATETER PARA TRONBECTOMIA POR ASPIRACION SISTEMA 68</p> <p>SOLICITAMOS ACLARATORIA , SISTEMA 68 CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACION, AMPLIAR DIAMETRO INTERNO DE 0.55 A 0.68</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. Los microcatéteres cuanto mayor es el diámetro se logra mejor aspiración. Se desconocen las medidas 0,55 o 0,68.</p>		

## Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
DICE PBC ; ITEMS 11 MICROCATETER PARA TRONBECTOMIA POR ASPIRACION SISTEMA 68  SOLICITAMOS , AMPLIAR DIAMETRO INTERNO DE PUNTA DISTAL 0.55 A 0.68		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. Los microcatéteres cuanto mayor es el diámetro se logra mejor aspiración. Se desconocen las medidas 0,55 o 0,68.		

## Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
DICE PBC ; ITEMS 12 MICROCATETER PARA TRONBECTOMIA POR ASPIRACION SISTEMA 71  SOLICITAMOS ACLARATORIA , SISTEMA 68 CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACION, AMPLIAR DIAMETRO INTERNO DE 0.7 A 0.71		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
ÍTEM 11 Y 12 DICE MICROCATETER SOLICITAMOS MODIFICAR , YA QUE EL PRODUCTO POR LAS MEDIDAS , CORRESPONDE A CATETER DE TROMBOASPIRACION  LA PALABRA MICROCATETER ES UTILIZADO CON DIAMETRO HASTA 0.27, SIN EMBARGO DICE MICROCATETER SISTEMA 68 Y 71, ESTO PUEDE TRAER PROBLEMAS EN LA EVALUACION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. En el ítem 11 ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. En el ítem 12, favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
DICE PBC ; ITEMS 12 MICROCATETER PARA TRONBECTOMIA POR ASPIRACION SISTEMA 71  SOLICITAMOS ACLARATORIA , SISTEMA 68 CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACION, AMPLIAR DIAMETRO INTERNO DE 0.69 A 0.71		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 29 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
DICE PBC ; ITEMS 12 MICROCATETER PARA TRONBECTOMIA POR ASPIRACION SISTEMA 71		
SOLICITAMOS ACLARATORIA , SISTEMA 68 CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACION, AMPLIAR DIAMETRO INTERNO DE 0.69 A 0.71		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 30 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
ÍTEM 11 Y 12 DICE MICROCATETER SOLICITAMOS MODIFICAR , YA QUE EL PRODUCTO POR LAS MEDIDAS , CORRESPONDE A CATETER DE TROMBOASPIRACION LA PALABRA MICROCATETER ES UTILIZADO CON DIAMETRO HASTA 0.27, SIN EMBARGO DICE MICROCATETER SISTEMA 68 Y 71, ESTO PUEDE TRAER PROBLEMAS EN LA EVALUACION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. En el ítem 11 ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. En el ítem 12, favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
DICE PBC ; ITEMS 12 MICROCATETER PARA TRONBECTOMIA POR ASPIRACION SISTEMA 71 SOLICITAMOS ACLARATORIA , SISTEMA 68 CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACION, AMPLIAR DIAMETRO INTERNO DE 0.69 A 0.71		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 32 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
TEM 11 Y 12 DICE MICROCATETER SOLICITAMOS MODIFICAR , YA QUE EL PRODUCTO POR LAS MEDIDAS , CORRESPONDE A CATETER DE TROMBOASPIRACION LA PALABRA MICROCATETER ES UTILIZADO CON DIAMETRO HASTA 0.27, SIN EMBARGO DICE MICROCATETER SISTEMA 68 Y 71, ESTO PUEDE TRAER PROBLEMAS EN LA EVALUACION ACLARAR SISTEMA 68 Y 71 SE REFIERE A LA LUZ INTERNA DEL CATETER EN SU PUNTA DISTAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. En el ítem 11 ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. En el ítem 12, favor dirigirse a la Adenda al PBC.		



## Consulta 33 - Items del 1,2,3,4,5, 22, 82, 83, 90, 91, 119,120,121 y 122

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Para los Items del 1,2,3,4,5, 22, 82, 83, 90, 91, 119,120,121 y 122 se solicita a la convocante agregar el siguiente requisito como ya lo han solicitado en llamados anteriores: como en otros llamados (LPN 01/22 ID: 404756) : Con certificado de aprobación de FDA. Experiencia mínima de 5 años en el mercado paraguayo de provisión y utilización de estos productos, sin notificación a Vigilancia Sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica en su utilización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC.		

## Consulta 34 - Item 6 y 7 Microcateter

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a la Planilla del SICP.		

## Consulta 35 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Solicitamos a la convocante a ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y que dicho Item sea : MICRO CATETER, PARA ANEURISMA, COILS SISTEMA 17 a 21. Largo total 150 + 200 cm. Esteril. Como también solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia: Esta muy bajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 36 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Solicitamos a la convocante a ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y que dicho Item sea : MICRO CATETER, PARA ANEURISMA, COILS SISTEMA 21 a 27. Largo total 150 + 200 cm. Esteril. Como también solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia: Esta muy bajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC.		

## Consulta 37 - Item 10,11,12,14,15,18 y 24

Consulta	Fecha de Consulta	22-03-2022
Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia. Esta muy bajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a la planilla de precios del SICP.		

## Consulta 38 - Item 8

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante a ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y que dicho Item sea : MICRO CATETER, PARA ANEURISMA, COILS SISTEMA 17 a 21. Largo total 150 + 200 cm. Esteril. Como también solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia: Esta muy bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.

## Consulta 39 - Items 26 al 48

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia para los ITEMS 26 al 48 . Estan muy bajos.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP.

## Consulta 40 - Items 26 al 48

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante para los ITEMS 26 al 48 se unan en un LOTE ya que esto facilitaria el uso o demanda de los coils según necesidad . Al llamar por ITEM estarían limitando las cantidades por medida y hay medidas no muy comunes y poco utilizadas.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la planilla de precios del SICP y a la adenda al PBC.

## Consulta 41 - ITEMS 49 a 71

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia para los ITEMS 49 a 71 . Estan muy bajos.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP.

## Consulta 42 - ITEMS 49 a 71

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante para los ITEMS 49 al 71 se unan en un LOTE ya que esto facilitaria el uso o demanda de los coils según necesidad . Al llamar por ITEM estarían limitando las cantidades por medida y hay medidas no muy comunes y poco utilizadas.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la planilla de precios del SICP y a la adenda al PBC.

### Consulta 43 - Items 73 y 74

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia. Esta muy bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP.

### Consulta 44 - Item 79

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante corregir ya que debe ser un error de tipeo: ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA PARA MALFORMACION CEREBRAL DE .008" DE 180 A 220 CM DE LARGO.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.

### Consulta 45 - Items 80 y 81

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia en los Items 80 y 81 . Esta muy bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a la planilla de precios del SICP.

### Consulta 46 - Item 82

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante corregir ya que debe ser un error de tipeo: ALAMBRE GUÍA HIDROFILICA DE 0,035" DE 180 A 260 CM DE LARGO. TIPO J o ANGULADA

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.

### Consulta 47 - Items 84 y 85

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia en los Items 84 y 85 . Esta muy bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP.

### Consulta 48 - Items 90 al 92

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia en los Items 90 al 92 . Esta muy bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP.

## Consulta 49 - Items 94 al 105

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia desde el Item 94 al 105. Esta muy bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP.

## Consulta 50 - Items 106 y 107

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia. Esta muy bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP.

## Consulta 51 - Items 152 y 156

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ajuste del precio de referencia. Esta muy bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP.

## Consulta 52 - VENCIMIENTOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el vencimiento de los productos en el Pliego de Bases y Condiciones

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.

## Consulta 53 - Ítem 149 - Protector Para tiroides:

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la convocante si el Protector Para tiroides puede contener plomo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. El material requerido es debido al menor peso y su resistencia en los procedimientos. No debe contener plomo.

## Consulta 54 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
<p>Donde dice: h) - Para los productos importados: Se deberá presentar el certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento vigente .Ambos deberán mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.            Consulta: Sugerimos a la convocante solicitar certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento y/o ISO 13485, tal como lo solicita la DNVS para la emision de los registros.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los requerimientos del PBC, a fin de estar certificado por el MSP y BS (DNVS).</p>		

## Consulta 55 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
<p>Donde dice: k) - Para los items 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151 Presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por el organismo competente FDA de EEUU.            Consulta: Para dar oportunidad a mas oefrentes , solicitamos a la convocante aceptar uno de los siguientes certificados CERTIFICADO ISO 13485/CE/FDA, ( presentar almenos uno de los certificados.)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. La unidad requirente del Hospital manifiesta su confiabilidad hacia los productos certificados por la FDA para los procesos endovasculares.</p>		

## Consulta 56 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
<p>Dode solicitan Para los items 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151 Presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por el organismo competente FDA de EEUU.            Sugerimos respetuosamente a la convocante aceptar el certificado FDA o CE , para dar oportunidad a potenciales ofertentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. La unidad requirente del Hospital manifiesta su confiabilidad hacia los productos certificados por la FDA para los procesos endovasculares.</p>		

## Consulta 57 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
<p>Solicitamos a la convocante aclarar el plazo de entrega de los productos ,</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.</p>		

## Consulta 58 - Item 6 Microcateter endobascular

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
<p>Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar microcateter, largo 155 y diametro 2,2F a 1,9F para dar oportunidad a mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC.</p>		

## Consulta 59 - Item 7 Microcateter endovascular

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar Micro Cateter COILS sistema 10 largo total 155cm diametro 2,2F a 1,9F

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.

## Consulta 60 - Item 6 Microcateter endovascular

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar Micro Cateter para aneurisma largo util 155cm diametro 2,2F a 1,9F, para permitir la participacion de mas oferentes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.

## Consulta 61 - Item 8 Microcateter endovascular

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar Micro Cateter COILS sistema 10 largo total 155cm diametro 2,2F a 1,9F, para permitir la participacion de mas oferentes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.

## Consulta 62 - Item 9 Microcateter endovascular

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar Micro Cateter COILS sistema 18 largo total 155cm diametro 2,7F a 2,1F.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.

## Consulta 63 - item 32 coil cerebral

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder ofertar coil 4mm x 10 cm de largo

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	01-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.

## Consulta 64 - Item 34 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
sugerimos a la convocante aceptar coil 5mm x 13cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 65 - Item 35 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar coil mm de diametro x 11 cm de largo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 66 - Item 37 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 7mm x 24cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 67 - Item 38 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 7mm x 24cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 68 - Item 39 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 8mm x 16cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 69 - Item 40 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 9mm x 23cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 70 - Item 42 coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 10mm x 27cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 71 - Item 43 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 20mm x 65cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 72 - Item 44 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 10mm x 34cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 73 - item 46 coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 14mm x 47cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 74 - item 47 coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 18mm x 60cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 75 - item 48 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral 22mm x 65cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		



## Consulta 76 - Item 59 coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
solicitamos a la convocante poder ofertar coil cerebral tipo helicoidal 4mm x 10m		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 77 - item 6 coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
soliictamos a la convocante poder ofertar coil tipo helicoidal 5mm x 10cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 78 - Item 73 Stent

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
Consultamos a la convocante poder ofertar stent autoexpandible cerebral diametro 2.5F a 2.2F y 16mm de largo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 79 - Item 75 Cateter balon

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
Solicitamos a la convocante una variacion de +-10 cm a la medida del cateter		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 80 - item 76 Cateter balon

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
Solicitamos a la convocante una variacion de +-10 cm a la medida del cateter		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones establecidas en el PBC.		

## Consulta 81 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
Solicitamos a la convocante 30 dias desde la emision de la orden de compra o de la firma del contrato par la primera entrega, tratandose de productos importados. Tambien aclarar el plazo de entrega		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

### Consulta 82 - ítem 82 Alambre guía

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
----------	-------------------	------------

Aclarar si se precisa alambre curva J/ recto/ Angulo

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.

### Consulta 83 - Ítem 123 lentes plomados

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
----------	-------------------	------------

solicitamos a la convocante aceptar certificado ANVISA de Brasil para dar oportunidad a mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC.

### Consulta 84 - Ítem 148 Chaleco de protección

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
----------	-------------------	------------

solicitamos a la convocante una variación de +5 cm en las medidas solicitadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC.

### Consulta 85 - Certificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2022
----------	-------------------	------------

Para todos los ítems donde solicitan solo certificado FDA, sugerimos también la certificación CE, para dar oportunidad a potenciales oferentes que cuentan con productos con certificación FDA o CE.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC.

### Consulta 86 - ítem 73 precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante, revisar el costo de precio referencial, ya que el producto tiene un costo referencial de 120.000.000 millones, favor verificar el precio y actualizar en caso de que exista alguna confusión

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a los precios publicados en el SICP. La convocante procedió al análisis de precios conforme a la Resolución DNCP n° 1890/2020

## Consulta 87 - muestras item 73 y 74

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
Solicitamos a la convocante que la evaluacion pueda realizarse por catalogo, Los Medicos del Centro de Trauma, son medicos super especialistas, y conocen el dispositivo que sera evaluado Solicitamos realizar la evaluacion, solo con catalogo, por el costo del producto, que represtan aproximadamente 120.000.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 88 - ESPECIFICACIONES TECNICAS item 122

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
Dice PBC CATÉTER TIPO MULTIPROPÓSITO DE 5 FR DE DIÁMETRO POR 125 +/- 5 CM DE LARGO.  Solicitamos a la convocante si puede ampliar la longitud de 100 a 125 cms, ya que esta medida de 125, es escaso en el mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones del PBC.		

## Consulta 89 - ESPECIFICACIONES TECNICAS item 122

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
ITEM 122 Cateter de diagnostico CATÉTER TIPO MULTIPROPÓSITO DE 5 FR DE DIÁMETRO POR 125 +/- 5 CM DE LARGO.  Favor ampliar longitud de 100 a 125 cms		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC.		

## Consulta 90 - ESPECIFICACIONES TECNICAS item 124 a 147

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
Dice PBC , cateter balon para angioplastia periferico, compatible guia 0.018  Solicitamos a la convocante, ampliar la guia compatible de 0.018 a 0.35, la misma es importante ya que le da fuerza y traxabilidad al balon, permite una navegacion distal, y buena fuerza		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 91 - ESPECIFICACIONES TECNICAS item 124 al 132

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
<p>Dice PBC ,            cateter balon para angioplastia periferico, compatible guia 0.018</p> <p>Solicitamos a la convocante, ampliar la guia compatible de 0.014 a 0.0.18, la misma es importante ya que le da fuerza y traxabilidad al balon, permite una navegacion distal, y buena fuerza para la guia 0.014, y que los productos balones de 2.5 a 4 mm, son para estenosis pequenas, que con guia 0.014 puede llegar al objetivo de tratamiento</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a la especificaciones técnicas del PBC.</p>		

## Consulta 92 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Cual es el vencimiento mínimo requerido? Cual será el procedimiento si por la naturaleza del producto algún vencimiento sea menor al requerido?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor dirigirse al PBC - Datos de la Licitación - Periodo de Funcionamiento de los Bienes. No se aceptaran insumos con vencimiento menor a lo establecido en el PBC.</p>		

## Consulta 93 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2022
<p>Donde dice "...con facturaciones de venta por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los:3 ÚLTIMOS AÑOS 2018 - 2019 - 2020." favor confirmar si la suma de las facturas de los años 2018, 2019 y 2020 deben sumar el 50% de lo ofertado?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-04-2022
<p>Gracias por su consulta. La suma de las facturas presentadas de los años establecidos en el PBC deben ser al menos del 50 % de lo ofertado.</p>		

## Consulta 94 - Requisito documental para evaluar la capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2022
<p>Para los ítems del 111 al 122, 124 al 147 solicitan Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la practica clínica, emitido por el organismo competente FDA EEUU</p> <p>Solicitamos muy amablemente a la convocante acepte Certificado de Aprobación y habilitación vigente para uso en la practica clínica, emitido por CE Comunidad Europea de modo a dar oportunidad a mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. La unidad requirente del Hospital manifiesta su confiabilidad hacia los productos certificados por la FDA para los procesos endovasculares.</p>		

## Consulta 95 - LOTE 80 AL 103

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
Solicitamos a la convocante corregir ya que en la version 3 del Pliego modificaron dichos lotes a : compatible con guía 0,018" a 0,35". La medida 0,35 no existe, por lo que se debería de modificar y poner : ser compatible con guía 0,018" a 0,035"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la Adenda al PBC.		

## Consulta 96 - LOTE 50

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2022
Donde dice Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 10 cm de largo. De 6 a 6,5 mm de diametro, de 5 vueltas. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes : Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 10 cm de largo. De 6 a 8 mm de diametro, de 4 a 5 vueltas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC.		

## Consulta 97 - LOTE 59

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2022
DONDE DICE Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 10 cm de largo. De 6 a 6,5 mm de diametro, de 3 a 4 vueltas. solicitamos a la convocante a ampliar los rangos a Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 10 cm de largo. De 6 a 8 mm de diametro, de 3 a 4 vueltas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC.		

## Consulta 98 - LOTE 58

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2022
Donde dice : Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 10 cm de largo. De 5 mm de diametro, de 4 vueltas. Solicitamos a la convocante a ampliar los rangos a : Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 10 a 15 cm de largo. De 5 a 15 mm de diametro, de 3 a 4 vueltas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC.		

## Consulta 99 - Lote 50 al 61

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2022
Solicitamos a la convocante que los lotes 50 a 61 pasen a un mismo lote . esto permitirá a pedir según demanda y no limitarse a las medidas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 100 - Lote 63

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2022
----------	-------------------	------------

donde dice Canastilla o lazo para extracción de cuerpos extraños o cateteres vasculares. Vaina de 6 fr de 95 a 120 cm de largo solicitamos a la convocante ampliar los rangos a Canastilla o lazo para extracción de cuerpos extraños o cateteres vasculares. Vaina de 6 fr de 90 a 120 cm de largo

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC.

### Consulta 101 - LOTE 53

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 3 a 4 cm de largo. De 2 a 3 mm de diametro, de 5 vueltas. Solicitamos a la convocante a ampliar los rangos para mayor participación de oferentes: Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 3 a 4 cm de largo. De 2 a 3 mm de diametro, de 4 A 5 vueltas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC.

### Consulta 102 - LOTE 61

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2022
----------	-------------------	------------

DONDE DICE Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 8 a 9 cm de largo. De 6 a 6,5 mm de diametro, de 4 vueltas, con fibras sinteticas. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS A Coils periferico para embolizacion arterial y/o venoso de 8 a 9 cm de largo. De 6 a 8 mm de diametro, de 3 a 4 vueltas, con fibras sinteticas

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC.

### Consulta 103 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en INSUMOS ENDOVASCULARES con facturaciones de venta por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2018 - 2019 - 2020.

Consulta: Sugerimos a la convocante aceptar copias de contratos y/o facturas n la Provisión de bienes en Insumos Médicos y/o Dispositivos Médicos por un monto del 30% como minimo del monto total ofertado, de los ultimos 3 años, para dar oportunidad a potenciales oferentes que representan prestigiosas marcas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 104 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
Para los ítems 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151, Donde dice "Presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para uso en la practica clínica, Emitido por el organismo competente FDA de EEUU" Solicitamos amablemente a la convocante, Aceptar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la practica clínica emitido por CE -Comunidad Europea con ISO 13485.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 105 - Lote 71

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
Verificar en dicho lote la cantidad o monto mínimo y Máximo. se detalla el mismo monto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la adenda al PBC.		

## Consulta 106 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
Donde dice: k) - Para los ítems 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151 Presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por el organismo competente FDA de EEUU. Consulta: solicitamos a la convocante aceptar el certificado CE y/o FDA para los lotes 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151, para no limitar la libre competencia de potenciales oferentes que cuentan con productos certificados por la FDA o CE, no es una respuesta convincente que la convocante solo tenga preferencia solo por el certificado FDA, la calidad de los productos aparte de las certificaciones tambien se puede hacer con la evaluacion de las muestras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 107 - Desglose de Lotes 26

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
En cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación pública. Solicitamos a la convocante que la adjudicacion del lote 26 sea por Item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 108 - Lote 27 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
Solicitamos a la convocante que la adjudicacion del lote 27 sea por item, como la primera version del PBC, al adjudicar el lote de Coil cerebral por lote , limita o regula innecesariamente la libre concurrencia de potenciales oferrentes y se esa manera dar cumplimiento a la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Los items solicitados en este lote se pueden ofertar de forma independiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 109 - Desglose de Lotes 26

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
Solicitamos a la convocante que la adjudicacion del lote 26 sea por item, como la primera version del PBC, al adjudicar el lote de Coil cerebral por lote , limita o regula innecesariamente la libre concurrencia de potenciales oferrentes y se esa manera dar cumplimiento a la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Los items solicitados en este lote se pueden ofertar de forma independiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 110 - Lote 27 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
En cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación pública. Solicitamos a la convocante que la adjudicacion del lote 27 sea por Item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 111 - Lote 36 Alambre Guia

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar alambre guia de 008"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 112 - Lote 26 Item 9 Coil cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
Se puede ofertar coil cerebral de 5mmx 13cm de largo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		



## Consulta 113 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
<p>Donde dice: f) - El oferente que no sea el fabricante del producto ofertado deberá presentar el Certificado de Buenas Practicas del oferente Vigente, expedido por la DNVS del MSPBS el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.</p> <p>Insistimos con este punto en cuention, sugerimos presentar certificado ISO 13485, que seria el certificado de buenas practicas para Europa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

## Consulta 114 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2022
<p>Donde dice: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en INSUMOS ENDOVASCULARES con facturaciones de venta por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2018 - 2019 - 2020.</p> <p>Solicitamos a la convocante aceptar Copias de Contratos, facturaciones, que avalen la experiencia requerida de Insumos Médicos y/o Dispositivos Médicos de los Ejercicios Fiscales en los años 2018 2019 - 2020. Ya que lo solicitado en el PBC corresponde al rubro de Insumos Médicos y Dispositivos Médicos. Para dar oportunidad a portenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

## Consulta 115 - EXPERIENCIA EN FACTURACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2022
<p>En donde dice: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en INSUMOS ENDOVASCULARES con facturaciones de venta, solicitamos amablemente a la convocante agregar INSUMOS ENDOVASCULARES Y/O INSUMOS CARDIOVASCULARES ya que la licitación solicita insumos cardiovasculares</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

## Consulta 116 - Lote 1 Item 1 Cateter cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2022
<p>Soliciotamos a la convocante la posibilidad de ofertar cateter angiografico con las medidas solicitadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

## Consulta 117 - Lote 2 Item 1 Cateter cerebral

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2022
<p>Solcitamos a la convocante poder ofertar cateter angiografico con las medidas solicitadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2022
<p>Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

### Consulta 118 - Lote 3 Item 1 Cateter cerebral

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar cateter angiografico con las medidas solicitadas

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 119 - Lote 76 item 1 Cateter de diagnostico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar cateter angiografico con las medidas solicitadas

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 120 - Lote 77 item 1 Cateter de diagnostico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar cateter angiografico con las medidas solicitadas

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 121 - Lote 4 Item 1 Cateter cerebral

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder ofertar cateter angiografico con las siguientes medidas

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 122 - lote 4 item 1

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder ofertar catéter angiográfico con las medidas solicitadas

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 123 - lote 104 item 1 chaleco de proteccion contra las radiaciones ionizantes

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamo a la convocante poder ofertar chaleco de tungsteno ,

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor Dirigirse a la Adenda

## Consulta 124 - Muestras

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a poder presentar solo catalogos para los lotes 79, 104 y 105 respectivamente.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 125 - Lote 1 POR ITEM

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos ampliar los rangos en dicho item donde dice Compatible con guía 0.035 y que sea : CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR X 65 a 110 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIM 1. Compatible con guía 0.035 a 0.038. Estéril. Con revestimiento hidrofílico y punta radiopaca.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 126 - Lote 2 ITEM 1

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos ampliar los rangos donde dice Compatible con guía 0.035 y que diga : CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR X 65 a 110 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIM 2. Compatible con guía 0.035. Estéril. Con revestimiento hidrofílico y punta radiopaca.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 127 - MUESTRAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la Posibilidad de presentar Catálogos de los insumos, en remplazo de las muestras en los ITEMS 28, 33, 67 AL 74, debido al elevado costo de los mismos, así como ya está designado en los ítems 29 y 30

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 128 - Lote 50 al 61

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	25-04-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante que los lotes 50 a 61 pasen a un mismo lote . esto permitirá a pedir según demanda y no limitarse a las medidas.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-04-2022
------------------	---------------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 129 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la Posibilidad de presentar Catálogos de los insumos, en remplazo de las muestras en los ITEMS 28, 33, 67 AL 74, debido al elevado costo de los mismos, así como ya está designado en los ítems 29 y 30

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 130 - LOTE 78 ITEM 1 Cateter de diagnostico

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: CATÉTER TIPO MULTIPROPÓSITO DE 5 FR DE DIÁMETRO POR 125 +/- 5 CM DE LARGO. Solicitamos amablemente a la convocante acepte CATÉTER TIPO MULTIPROPÓSITO DE 5 FR DE DIÁMETRO POR 110 +/- 5 CM DE LARGO.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 131 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2022
----------	-------------------	------------

Para los ítems 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151 Presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por el organismo competente FDA de EEUU y para los ítems 20, 21, 109, 110, 123, 148, 149, 150, 152 al 160 presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente tales como FDA de EEUU, CE Comunidad Europea INVIMA de Colombia- Países miembros del MEROCSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485.

Solicitamos a la convocante para todos los ítems acepte Certificado de Aprobación y habilitación vigente para uso en la práctica clínica, emitido por la FDA Y/O CE a modo de no limitar y dar oportunidad a mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 132 - capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante para todos los ítems acepte Certificado de Aprobación y habilitación vigente para uso en la práctica clínica, emitido por la FDA Y/O CE a modo de no limitar y dar oportunidad a mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2022
-----------	--------------------	------------

Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

### Consulta 133 - Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2022
En donde dice: "Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en INSUMOS ENDOVASCULARES con facturaciones de venta, por un monto de 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación en los: 3 (tres) último año 2018-2019-2020. Solicitamos amablemente a la convocante soliciten Copias de Contratos, facturaciones, que avalen la experiencia requerida en insumos ENDOVASCULARES y cardiovasculares ya que están solicitando dichos insumos en la presente licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 134 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2022
Para los items 1 al 19, 22 al 108, 111 al 122, 124 al 147 y 151 Presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por el organismo competente FDA de EEUU y para los items 20, 21, 109, 110, 123, 148, 149, 150, 152 al 160 presentar Certificado de Aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente tales como FDA de EEUU, CE Comunidad Europea INVIMA de Colombia- Países miembros del MEROCSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Solicitamos a la convocante para todos los ítems acepte Certificado de Aprobación y habilitación vigente para uso en la práctica clínica, emitido por la FDA Y/O CE a modo de no limitar y dar oportunidad a mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 135 - LOTE 78 ITEM 1 Cateter de diagnostico

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2022
Donde dice: CATÉTER TIPO MULTIPROPÓSITO DE 5 FR DE DIÁMETRO POR 125 +/- 5 CM DE LARGO. Solicitamos a la convocante permitan cotizar CATÉTER TIPO MULTIPROPÓSITO DE 5 FR DE DIÁMETRO POR 110 +/- 5 CM DE LARGO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2022
Gracias por su consulta. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		