

Consultas Realizadas

Licitación 405403 - LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
LOTE 1 - DENGUE TEST RÁPIDO Se solicita amablemente a la convocante aceptar la siguiente especificación técnica. Donde dice "Así mismo, para la detección de IgG/IgM de dengue la sensibilidad no debe ser menor a 94% y especificidad 96%" Aceptar la siguiente especificación "Así mismo, para la detección de IgG/IgM de dengue la sensibilidad no debe ser menor a 100% y especificidad 98%. . Muestra a partir de Sangre entera. Volumen de muestra: 100 ul para Ag y 10 ul para IgG e IgM. Tiempo de prueba: 15 minutos. " De manera a garantizar la detección certera y rápida del virus del dengue"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
La Convocante se mantiene en los términos establecidos originalmente en el PBC.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
LOTE 1 - DENGUE TEST RÁPIDO Se solicita amablemente al convocante aceptar donde dice "Test inmunocromatográfico para la detección de IgG e IgM anticuerpos y NS1 antígeno DENGUE." Aceptar la siguiente especificación técnica "Test inmunocromatográfico para la detección cualitativa y simultanea de IgG e IgM anticuerpos y NS1 (serotipos 1,2,3 y 4) antígeno DENGUE". De manera a garantizar mayor alcance de los kits adquiridos para todos los serotipos posibles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
La Convocante se mantiene en los términos establecidos originalmente en el PBC.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
<p>LOTE 2 - TEST RÁPIDO PARA INFLUENZA</p> <p>Se solicita amablemente al convocante aceptar la siguiente especificación técnica donde dice "Test rápido inmunocromatografico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad no debe ser menor a 97% y especificidad de 100% para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 90% y especificidad de 98% Con certificado de Calidad del pais de origen" aceptar agregar cuanto sigue "Test rápido inmunocromatografico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A (H1N1+H3N2+H5N1) y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad no debe ser menor a 99% y especificidad de 99% para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 99% y especificidad de 99%. Muestra a partir de secreción nasofaríngea (hisopo, lavado y aspirado nasofaríngeo). Tiempo de prueba: 10 minutos. Con certificado de Calidad del pais de origen" De manera a garantizar la detección de los diferentes serotipos de la influenza A y mejorar la sensibilidad y la especificidad de la influenza B así como de la calidad de la muestra a partir de la que se realiza en test y la rapidez del mismo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión.		

Consulta 4 - EETT Lote 2 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
<p>Solicitamos amablemente a la convocante considerar la opción de modificar el Pliego y aceptar Tests inmunocromatográficos para la detección simultanea de antígenos tanto de influenza A y B, como así también del Sars-Cov-2. Considerando la alta carga global de COVID-19, que podría seguir afectando a una cantidad significativa de pacientes, ya que muchos se resisten a la vacuna. Sumado a esto, la cercana temporada de invierno, precisara que los profesionales médicos puedan saber si los pacientes tienen coronavirus o gripe.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 5 - EETT Lote 2 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
<p>Solicitamos amablemente a la convocante considerar bajar los rangos de sensibilidad y especificidad para la Influenza tipo A, por lo menos en 2 dígitos cada uno, y se pueda fijar un rango mas abierto para así permitir y dar oportunidad a una mayor cantidad de oferentes. Ejemplo si se bajan a 2 dígitos los rangos de sensibilidad y especificidad: Influenza tipo A Sensibilidad 95% Especificidad 98%</p> <p>Respecto a la sensibilidad y especificidad de la influenza tipo B, ninguna observación, ya que posee un rango bastante abierto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 6 - REFERENTE A CONSULTA NRO 3 INGRESADA POR USUARIO. "Especificaciones técnicas Lote 2"

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
Solicitamos amablemente a la convocante, evaluar la consulta Nro 3 ingresada, teniendo en cuenta siempre a los demás oferentes, y en miras a permitir la mayor participación posible. Ya que esta consulta solicita "aceptar" EETT muy cerradas que apuntan básicamente a un solo producto. Esto podría perjudicar la oportunidad de que la mayor cantidad posible de oferentes puedan presentarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 7 - LOTE 3 AL 16 ITEM 2 Kit de PCR

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2022
LOTE 3 AL 16 ITEM 2: Se podría ofertar uno o más kit de PCR en tiempo real de para completar el panel de virus respiratorios, logrando la detección múltiple y simultanea de como mínimo de 20 patógenos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 8 - LOTE 3 AL 16 ITEM 2 - Aclaracion de cepas

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2022
LOTE 3 AL 16 ITEM 2: Favor aclarar si las cepas Influenza A/H, Influenza A/H3, Influenza A/H-2009 se refiere a las cepas H1N1, H5N1, H3N2 y H7N9.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 9 - ITEM 2 TEST RAPIDO PARA INFLUENZA

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2022
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE ITEM SE PERMITA OFERTAR TEST RAPIDO PARA INFLUENZA CON SENSIBILIDAD NO MENOR A 91,8% Y ESPECIFICIDAD NO MENOR A 98,9%, A EFECTOS DE PERMITIR LA PARTICIPACION DE UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 10 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
Donde dice "Lugar de Entrega: En los lugares indicados en las órdenes de compra. -" solicitamos amablemente se aclare si esto se refiere a parques sanitarios o que se proporcione un listado de posibles regiones sanitarias, esta información es imprescindible para que el oferente pueda analizar su capacidad de cumplir con las entregas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 11 - Requerimientos técnicos

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
En cuanto a los requerimientos técnicos, en el punto 8 menciona que los equipos de extracción automatizada deben tener capacidad mínima para 96 muestras: teniendo en cuenta que el flujo típico de muestras para las determinaciones solicitadas no es tan elevado, en consecuencia permitirá la convocante a ofertar 3 equipos de extracción automatizada con capacidad de 32 muestras (mínimo 16 en simultáneo) a fin de evitar pérdida de reactivos de extracción en el proceso puesto que para 96 pruebas vienen en placas no divisibles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 12 - para todos los lotes item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2022
En cuanto a los ítems 2 de todos los lotes. Favor aclarar a qué se refiere la convocante con "Deteccion cualitativa totalmente automatica".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2022
En las Especificaciones Técnicas para Equipos solicitados en Comodato, Kit de PCR en tiempo real para detección de VIRUS RESPIRATORIOS, donde se solicita la detección múltiple de los patógenos Influenza A, Influenza A/H, Influenza A/H3. ¿Es posible presentar un Kit de PCR en tiempo real con capacidad de detectar simultáneamente los subtipos mencionados (Influenza A/H, Influenza A/H3) como Influenza A, pero sin diferenciarlos que subtipo es? Además de detectar todos los demás patógenos mencionados en las especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2022
En las Especificaciones Técnicas para Equipos solicitados en Comodato, Kit de PCR en tiempo real para detección de VIRUS RESPIRATORIOS. ¿Se pueden presentar dos Kits de PCR en tiempo real que en conjunto cumplan con la detección de todos los patógenos requeridos en las EETT? Teniendo en cuenta que ambos kits se podrían realizar de manera simultánea. De esta manera también abre la posibilidad de concursar a más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 15 - Lote 2 test Rapido de Influenza

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
En el lote 2 del ítem 1 de Test Rápido para Influenza, Donde solicitan que Serán elegidos los kits cuya sensibilidad no debe ser menor a 97% Solicitamos a la convocante Permitan ofertar con 92% de Sensibilidad permitiendo así mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 16 - Especificaciones técnicas para Equipos solicitados en comodato (Lotes 3 al 16)

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Se solicita amablemente a la convocante aceptar reactivos por separado de los KITS para cumplir con las determinaciones solicitadas en el ítem 2 de los lotes del 3 al 16.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y al PBC última versión		

Consulta 17 - Requerimientos técnicos

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Se solicita además que posean certificación CE-IVD o FDA" cambiar a "Se solicita además que posean certificación CE-IVD o FDA - OPCIONAL" De manera a abrir el llamado a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
La convocante se mantiene en lo establecido originalmente en el PBC. Se aclara que el requisito solicitado es el mínimo necesario para PDIV. El producto debe contar con certificado CE o FDA según corresponda.		

Consulta 18 - Requerimientos técnicos

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Se solicita amablemente a la convocante donde dice "También deberán poseer luz UV incorporada, que permita la descontaminación previa a la extracción." aceptar la opción "También deberán poseer luz UV incorporada, que permita la descontaminación previa a la extracción - OPCIONAL" Teniendo en cuenta que la presencia o no de luz UV realmente no evita la contaminación de la muestra y de esta manera a abrir el llamado a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
La convocante se mantiene con lo establecido originalmente en el PBC . El requisito solicitado es el mínimo necesario para cumplir con las condiciones de bioseguridad.		

Consulta 19 - Requerimientos técnicos

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Se solicita amablemente al convocante donde dice "Se solicita detección múltiple." aceptar "Se solicita detección múltiple-OPCIONAL" de manera a abrir el llamado a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustar a la Adenda N° 04 y al PBC última versión.		

Consulta 20 - LOTE 2 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Test rápido a la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B.		
Solicitan Test cuya sensibilidad mínima sea 97% y especificidad de 100% para Influenza tipo A, para la detección Influenza B la sensibilidad mínima de 90% y especificidad de 98%.		
Se solicita amablemente la posibilidad de ofertar con sensibilidad de 92% y especificidad de 96% para Influenza A y especificidad de 95 % para Influenza B.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustar a la Adenda N° 04 y al PBC última versión.		

Consulta 21 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Se solicita a la convocante modificar el plan de entrega de los bienes a 30 días calendarios para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de las ordenes de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
La convocante se mantiene con lo establecido originalmente en el PBC.		

Consulta 22 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la convocante ampliar los años para validar la experiencia con contratos ejecutados DENTRO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS: 2017-2018-2019-2020 y 2021.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
La convocante se mantiene con lo establecido originalmente en el PBC.		

Consulta 23 - EETT LOTE 1 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Dengue test rápido: Podemos ofertar un test cuya sensibilidad es de 93.3% y la especificidad es de 98.5% para NS1 antígeno. Y para la detección de IgG/IgM la sensibilidad es de 91.3% y la especificidad de 92%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
La convocante se mantiene en lo establecido originalmente en el PBC.		

Consulta 24 - EETT ITEM 2 LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Test rápido para influenza: Podemos ofertar un kit que cumple con las EETT pero cuya sensibilidad es de 97.1% y la especificidad es de 99.3 % para Influenza A?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2022
Ajustarse a la Adenda N° 04 y a la última versión del PBC		