

Consultas Realizadas

Licitación 407120 - LPN SBE 12-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 142/19 Y OTRAS PARA EL IPS

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2022
A que se refieren con Frasco original para la presentación de Hematoxilina?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2022
Se aclara que Frasco Original refiere a Frasco de Origen del Fabricante.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2022
Se podría ofertar un frasco de Hematoxilina con una presentación de 500 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, numeral 1) Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución. Se aclara que la Presentación establecida en el PBC es FRASCO y la Presentación de Entrega establecida en el PBC es FRASCO ORIGINAL, y sí se podría ofertar un Frasco de 500 ml.		

Consulta 3 - ITEM Nº 1 AGUA DESTILADA SOLUCIÓN: AGUA DESTILADA ESTÉRIL

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2022
Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación de entrega del ítem solicitado de modo a que quede de la siguiente manera: FRASCO de 1.000 Cc de manera a no limitar innecesariamente la participación de potenciales oferentes. Además de tener en cuenta que esa sería la presentación del producto disponible en el mercado local, a modo de dar estricto cumplimiento al principio de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA estipulado en la ley 2051/03.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, numeral 1) Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución.		