

Consultas Realizadas

Licitación 408124 - LPN SBE 44-22 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA CLINICA PERIFÉRICA ISLA PO'I Y NANAWA DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante la aceptación de equipo automatizado de ID/AST con capacidad de 64 placas en simultáneo, teniendo en cuenta que se dispone con placas compartidas de ID/AST, teniendo de esa forma capacidad de realizar 128 determinaciones en total. A fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y obtener una variedad de soluciones susceptibles a ser analizadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante la aceptación de equipo automatizado de ID/AST por método de lectura fluorométrico, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante la aceptación de métodos de Identificación de Hongos mediante paneles manuales, basado en expresión fenotípica. Con tiempo de respuesta entre 4 a 18 horas, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y obtener una variedad de propuestas susceptibles a ser analizadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la Convocante aceptar la tercerización de Identificación de Hongos por métodos automatizados o semiautomatizados, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la Convocante la aceptación de Equipo semiautomatizado para determinación de Sensibilidad antifúngica, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante la aceptación de equipos con software en inglés, con la condición de proveer los manuales de uso en español, como también el acompañamiento continuo de personal capacitado en el manejo de los mismos, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante la aceptación de equipo automatizado por el método espectrometría de masas (MALDI-TOF) para los ítems de Identificación de microorganismos. Con todos los consumibles requeridos de acuerdo a las necesidades del cliente. Identificación de bacterias y hongos. A fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes y obtener una variedad de soluciones susceptibles a ser analizadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Consultamos a la Convocante si los reactivos, controles, calibradores: deben ser de la misma marca que el equipo ofertado en ese lote.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
Se aclara que sí, deben ser de la misma marca.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Se solicita amablemente a la convocante las especificaciones para el equipo debido a que no aclara ni con el lote 2 en un equipo integrado como menciona en el pliego. Favor proveer las especificaciones técnicas mínimas del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TODOS LOS LOTES

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante especificar las cantidades mínimas por lo menos de todos los lotes para las determinaciones solicitadas, a fin de poder realizar un calculo que satisfaga la necesidad de su institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
Se aclara que el sistema de Adjudicación, es por contrato abierto (por monto mínimo y monto máximo), las cantidades a entregar serán definidas por el Servicio mediante un Cronograma trabajado en conjunto con cada Empresa adjudicada, como referencia remitimos la planilla de bienes solicitados con el consumo promedio mensual aproximado.		

Consulta 11 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
La Convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto H solicita: Certificado o Constancia de Registro y Habilitación Vigente al inicio de la etapa competitiva del Servicio Técnico de Mantenimiento de Dispositivos Médicos..Solicitamos a la convocante tener en cuenta que dicho requisito hace mención a dos tipos de documentación Constancia de Registro y Habilitación Vigente, por lo que solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera: - Certificado de Habilitación vigente al inicio de la etapa competitiva del Servicio Tecnico de Mantenimiento de Dispositivos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Así también tener en cuenta que dicha documentación no es más emitida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central, por lo que mencionar dicha Dirección No correspondería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

Consulta 12 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
La Convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto k solicita: Certificado o Constancia de Registro y Habilitación Vigente a la fecha de inicio de la etapa competitiva, como fabricante, importador, representante o distribuidor de Dispositivos Médicos, expedido por la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera: Constancia de Inscripción de Productos para Diagnósticos de Uso In Vitro emitido por la Dirección de Registro, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública, ya que este es el departamento encargado de la emisión de dicha documentación y no más la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 13 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
La Convocante en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto m solicita: Constancia de inscripción vigente al inicio de la etapa competitiva de productos para Diagnostico de uso in vitro expedido por la Dirección de Registro, Habilitación y control. Solicitamos a la convocante excluir dicho requisito ya que tanto el punto m como k, hace mención al mismo documento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Podría la convocante especificar para el Lote 1 Inmunología que tipo de metodología analítica necesita que el equipo a entregar en comodato realice?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
Se aclara que la metodología solicitada es quimioluminiscencia.		

Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Podría la convocante especificar para el Lote 5 Inmunología que tipo de metodología analítica necesita que el equipo a entregar en comodato realice?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
Se aclara que la metodología es QUIMIOLUMINISCENCIA		

Consulta 16 - lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
A fin de dar mayor oportunidad a los oferentes y considerando que solo la marca Abbott tiene en un solo portafolio los reactivos por quimioluminiscencia para SARS-COV-2 IgG y SARS-COV-2 IgM para dosar en forma separada, se solicita a la convocante permita ofertar el lote con un equipo de apoyo por la misma metodología para los items 2 y 3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - LOTE 2, 5: Reactivos e insumos para Bioquímica Química Sanguínea e Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Se observa en las EETT de los equipos solo las correspondientes a la Bioquímica Clínica, y no se visualiza las EETT correspondientes a Inmunología. Esta consulta la realizamos debido que admite equipos integrados o 02 (dos) equipos automatizadas separados según los análisis solicitados, lo que implica que necesariamente debería la convocante establecer las características mínimas de los equipos para ambas áreas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

Consulta 18 - Lote 1 INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Solicita: "Un equipo automatizado para análisis inmunológico, Sistema Random con capacidad para refrigerar reactivos, capacidad mínima de 60 determinaciones /hora", No se visualiza la metodología de preferencia para las pruebas inmunológicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
Se aclara que la metodología solicitada es quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia.		

Consulta 19 - lote 1 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
A que se refiere con dilucion Automatica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
Se aclara que el equipo debe ser capaz de procesar una muestra performando automáticamente una dilución de una muestra con resultado que supere el límite superior de linealidad.		

Consulta 20 - Lote 1 ítem 5-51

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Solicita cubetas autoclavables, aceptaria la convocante Cubetas desechables? Pues desde el punto de vista tecnico científico no compromete el resultado de analisis, al contrario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La oferta debe incluir todos los insumos para el correcto funcionamiento del equipo: tubos y cubetas desechables, calibradores, papeles, controles de calidad interno en niveles necesarios, control externo para cada determinación. Para el equipo de Química Sanguínea el pliego menciona auto lavables, y para el equipo de Inmunología desechables.		