

Consultas Realizadas

Licitación 410663 - Adquisición de Equipamiento Médico - Cooperación Gobierno de Taiwan

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos que consideren la entrega 90 días desde la firma de contrato, los equipos que requieren importación están hoy sujetos a múltiples trabas relacionadas con la elevada demanda y problemas de transporte. Los equipos que están disponibles serán entregados de inmediato. Esto favorecerá la mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas del ítem 4 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 4 solicitan: "Compatible con tamaños de jeringa desde 5mL. a 60mL." Sugerimos a la convocante modificar a Compatible con tamaños de jeringa desde 2ml a 60ml ya que al tratarse de equipos que operarán en un Hospital pediátrico es importante que los mismos funcionen con jeringas pequeñas que minimicen errores de infusión para varios medicamentos que se suministran en dosis muy pequeñas. Por otro lado, el Hospital Acosta Ñu cuenta actualmente con equipos de altas prestaciones y una precisión tal que operan con jeringas muy pequeñas; con las especificaciones actuales se degradan las características de los equipos con respecto a los ya adquiridos en procesos licitatorios anteriores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas del ítem 4 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 4 solicitan: Rango de flujo de 0.01mL/h a 99.9mL/h en incrementos de 0.01mL/h. Rango de flujo de 100 a 1000mL/h, con incrementos de 0,1mL/h Solicitamos a la convocante modificar a Rango de flujo de 0,01 ml/h a 99.9ml/h en incrementos de 0.01ml/h. Rango de flujo de 100 a 999,9 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. Considerando que en términos de flujo, disminuir el límite superior en 0,1 ml no afectará las prestaciones de las bombas de infusión a jeringa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas del ítem 4 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 4 solicitan:		
Línea de extensión o prolongador estéril con fecha de vencimiento mínimo a 1 año de la fecha de entrega del producto, paq. x 50 (1)		
Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de líneas de extensión requeridas ¿Serían 50 unidades en total o por cada bomba de infusión a jeringa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Los accesorios solicitados son para cada equipo.		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas del ítem 4 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 4 solicitan:		
"Veinte jeringas de 60mL. compatibles con el equipo Veinte jeringas de 5mL. compatibles con el equipo"		
Solicitamos a la convocante aclarar si la cantidad solicitada para ambos tamaños de jeringa es en total o por cada bomba de infusión a jeringa. Asimismo, solicitamos considerar jeringas de 50ml ó 60ml a modo de posibilitar la entrega de jeringas del mismo fabricante que las bombas de infusión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Experiencia requerida.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
En el PBC, solicitan: Experiencia requerida		
Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:		
Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.		
Solicitamos a la convocante modificar a El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión de bienes de naturaleza y/o complejidad similar al bien que cotiza en esta contratación. Esto teniendo en cuenta que podría considerarse la experiencia en equipos de soporte vital, diagnóstico, infusión, etc. Además, la principal garantía ya requerida es que los oferentes cuenten con personal capacitado para las asistencias técnicas correspondientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - Muestras.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
En el PBC, solicitan: Muestras		
"Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: No aplica"		
Solicitamos a la convocante considerar la presentación de muestra para el ítem 4 Bomba de Infusión a Jeringa ya que normalmente para este tipo de equipos se solicitan muestras para corroborar de manera objetiva y sin ambigüedades el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. La inspección directa de la muestra del equipo garantizará la veracidad de los datos de los catálogos comerciales presentados en la oferta. Como referencia a esta solicitud favor tener en cuenta la LPN 86/20 ID 386557.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
No será solicitada muestra.		

Consulta 8 - PLAN DE ENTREGAS DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la totalidad de la cantidad mencionada en cada ítem es la que debe ser entregada a los 30 días corridos a partir de la firma del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Es la totalidad de la cantidad mencionada en cada ítem la que deberá ser entregada a los 30 días corridos a partir de la firma del contrato.		

Consulta 9 - Consulta 1 Ítem 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
En donde dice: Rango de flujo de 0,01 ml/h a 99.9ml/h en incrementos de 0.01ml/h. Rango de flujo de 100 a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h		
Se pide a la convocante poder expandir este punto de forma a permitir la participación de más oferentes y no direccionar esta licitación a una sola marca. La mayoría de las bombas a jeringa del mercado manejan rangos de flujo de 0,1ml/h a 999ml/h normalmente, con el incremento de 0,1ml/h.		
Se pide modificar este punto a: Rango de flujo de 0,1 ml/h o menor a 1000 ml/h o mayor, con incrementos de 0,1 ml/h		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Item 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
En donde dice: Selección de volumen 0,01ml a 99.9ml con incrementos de 0,01ml. 100ml a 999.9ml con incrementos de 0,1ml. 1000ml a 9.999ml, con incrementos 1 ml.		
Se pide a la convocante que pueda permitir la participación de más oferentes abriendo el rango de este punto. El rango de 1000ml a 9999ml no tiene sentido para una bomba a jeringa y aún menos cuando se están pidiendo como accesorios jeringas de 60ml y de 5ml.		
Se pide que este punto pueda quedar de la siguiente forma: Selección de volumen de 0,1ml a 1000ml con incrementos de 0,1ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Item 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
En donde dice: Selección de volumen 0,01ml a 99.9ml con incrementos de 0,01ml. 100ml a 999.9ml con incrementos de 0,1ml. 1000ml a 9.999ml, con incrementos 1 ml.		
Se pide a la convocante que pueda permitir la participación de más oferentes abriendo el rango de este punto. El rango de 1000ml a 9999ml no tiene sentido para una bomba a jeringa y aún menos cuando se están pidiendo como accesorios jeringas de 60ml y de 5ml.		
Se pide que este punto pueda quedar de la siguiente forma: Selección de volumen de 0,1ml a 1000ml con incrementos de 0,1ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Item 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
En donde dice: Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo de 25 ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo		
Se pide a la convocante poder cambiar este punto ya que al pedir un volumen MINIMO de 25ml, significa que, al activar esta opción la bomba enviará al paciente 25ml de la sustancia suministrada, lo cual pudiera ser peligroso dependiendo de la sustancia. Normalmente los bolos se suministran en un rango de 0,1 a 5ml. En todo caso, se pide a la convocante cambiar este punto a: Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 25 ml, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - Item 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
<p>En el punto donde dice: Presión de oclusión de 6 niveles o mayor</p> <p>Se pide a la convocante poder abrir este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide que este punto pueda ser cambiado a:</p> <p>Presión de oclusión de 3 niveles o mayor</p> <p>Cada fabricante decide qué niveles de oclusión serán detectables y en la normativa se pide que mínimamente tenga 3 niveles. Expandir estos niveles solamente significa el control de la sensibilidad del sensor de presión, pero no genera un beneficio clínico para el paciente.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Actualmente el Hospital cuenta con equipos con estas minimas prestaciones.</p>		

Consulta 14 - ITEM 06

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>En una parte de las especificaciones técnicas dice: LED blanco con tecnología libre de radiación infrarroja. Solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar la cantidad de LEDs necesarios para alcanzar la Intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 luxes. Por lo tanto, solicitamos permitir cotizar equipos con: LED blanco de al menos 100 leds, con tecnología libre de radiación infrarroja.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
<p>El equipos debe alcanzar la intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 a 1m de distancia de la fuente, sin importar la cantidad de Leds.</p>		

Consulta 15 - ITEM 06

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>En una parte de las especificaciones técnicas dice: Temperatura de color en el rango de 4000 a 4500 grados Kelvin. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permitir cotizar equipos con: Temperatura de color en el rango de 4000 a 4500 grados Kelvin o mayor rango. Este mayor rango permitirá la presentación de ofertas con productos de mayor calidad.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones se solicita: Temperatura de color situada en el rango de 4.000 a 4.500 kelvin o "mayor", lo que significa que se puede presentar equipo con mayor rango de temperatura.</p>		

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>Item 1. Aspirador de secreciones.</p> <p>En el punto donde dice "frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 3 litros. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar frascos de material plástico de al menos 2.5 litros cada frasco</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
<p>Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Item 1 Aspirador de secreciones En el punto donde dice "Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal" solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frenos en al menos 2 ruedas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
item 1 Aspirador de Secresiones En el punto donde dice nivel acústico: 61dB o menos, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 65 db o menos, considerando que es una diferencia minima y que esto permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
item 1 Aspirador de secreciones Donde dice, " Vacío máximo aproximadamente 0.92 bar/701mmHg o mejor. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con vacío de 680mmHg o mejor, considerando que existe una minima diferencia a lo solicitado además el parámetro flujo requerido se cumple con esta presión negativa. Al aceptar este requerimiento permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
item 1 Aspirador de Secresiones Donde dice, " Frasco colector de 3 litros" Solicitamos amablemente a la convocante solicitar frasco de 2.5 litros como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Item 3 Balanza Pediatrica Donde dice " balanza pediátrica de sobremesa, mecánica, métrica con base o soprete o plataforma para la bandeja de pesaje. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar balanza pedátrica de sobremesa, mecánica o digital, métrica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 22 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
item 3 Balanza Pediatrica Donde dice la balanza debe ser de metal, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar balanzas de metal con material plastico resistente al impacto, de esta manera permitir dispositivos que resistan a la corrosión de agentes desinfectantes, además de la durabilidad tener en cuenta la asepsia de los materiales		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
item 3 Balanza Pediatrica Donde dice debe permitir que la balanza se calibre en forma manual, sin necesidad de ninguna herramienta, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos que requieran calibración en forma mecanica con herramienta, asi evitar desajustes de manera accidental.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
item 4 bomba de infusión Donde dice, peso 2 kg o menor, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con peso menor a 4 kg, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

item 4
bomba de infusión
"Donde dice Rango de flujo de 0,01 ml/h a 99.9ml/h en incrementos de 0.01ml/h. Rango de flujo de 100 a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h, solicitamos amablemente a la convocante agregar en los rangos mínimo la acotación "'o menor'", y en los rangos máximo "'o mayor'". Considerando que existen equipamientos con mejores prestaciones a lo requerido y en la manera que se solicita se limitan los parametros. Lo mismo solicitamos en todos los puntos o parametros con rango máximo y mínimo"

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 26 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

item 4
bomba de infusión
Donde solicita presión de oclusión de 6 niveles o mayor, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con presión de oclusión de 3 niveles, bajo, medio , alto. De esta manera dar lugar a mayor cantidad de ofertas por lo tanto mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 27 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

item 6
Lampara Scialitica de Pie
Donde dice profundidad de iluminación de 110cm (porcentaje de variación +/- 10cm) solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con profundidad de iluminación de 110 cm o mayor, considerando que cuanto mayor es la profundidad de iluminación mejor es la prestación del equipo, en la manera que el requerimiento se describe limita la participación de equipos con mejores prestaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 28 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Item 11 Silla de internación Donde dice "Sillón para Sala de Internación, con ruedas giratorias orientables y con freno para hidratación parenteral Estructura de caño redondo de 1" con pared de 2 mm Respaldo con caño tubular de 7/8 con pared de 1,50. Solicitamos amablemente a la convocante que las medidas solicitada sean aproximadas, considerando que esta varia acorde a los estandares de los fabricantes, la solicitud de esta medida sugiere la compra de una marca o empresa específica dando lugar a interpretación de direccionamiento de las especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 29 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Se podría ofertar un vacuómetro con fuerza o presión de aspiración regulable con lectura en en mmHG /kPa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 30 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - Capacidad

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Se podría considerar una capacidad de succión aproximadamente de 30 a 60 litros / min.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 31 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - Vacio Maximo

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Se podría considerar un vacío máximo aproximadamente 84 kPa/ 630 mmHg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 32 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar plazo de entrega de los bienes a 90 dias. Esta solicitud se debe a que las fabricación de dispositivos medicos actualmente sufren retrasos que son ocasionados por diversos factores, como guerras, pandemia, suba de combustible fosil. Además los precios de las ofertas se ven afectada por la alta demanda de espacio logistico aereo para fletar los productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 33 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Aclarar a que se refiere con 10 picos y sondas de succión general, descartable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Se refiere a los insumos utilizados y conectados a la salida del equipo, para aspirar las secreciones del paciente.

Consulta 34 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se podría considerar un frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) con un mínimo 1.7 litros y máximo 3 litros?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 35 - Tiempo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos amablemente considerar 60 días para la entrega de los ítems solicitados

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 36 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Con relacion a los items donde solicitan normas de calidad generales: ISO 13485, solicitamos permitan cotizar equipos con normas de calidad similares tales como TUV, INMETRO, IEC ABNT ya que existen fabricantes de paises en donde para el certificado de libre venta no se precisan exclusivamente de la norma ISO 13485 para su emisión, principalmente para el caso de las balanzas cuyo certificador análogo en nuestro Pais seria el INTN y no una entidad relacionada con el MSPBS

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 37 - ITEM N° 1 - Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Recomendamos solicitar frasco colector con capacidad minima de 5Lts considerando que solicitan una sola unidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 38 - Item N° 1 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Donde solicitan: Lectura en mmHg/mbra/pa. Solicitamos indiquen de la siguiente manera mmHG y/o mbar y/o pa de manera a tener mayor cantidad de ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 39 - Item N° 1 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Donde solicitan: Motor, Bomba de Vacío y agregados libre de mantenimiento, Solicitamos respetuosamente este punto sea considerado como opcional. Considerando que cada fabricante establece controles de calidad suficientes para su certificación de libre venta y normalmente solo suelen incluir al motor como libre de mantenimiento no así a la Bomba de Vacío y sus agregados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 40 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Capacidad Técnica. Numeral 7, dice: Registro Sanitario para los Items 1,4,5,6,7,8,12,13 y 14. Respetuosamente solicitamos al convocante permita la presentación de este documento de la siguiente manera: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente para los Items 1,4,5,6,7,8,12,13 y 14, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En caso de que se encuentre en inicio de trámite de registro, se deberá acompañar Constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en Inicio de trámites de Registro Sanitario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 41 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Plan de entrega de los bienes, dice: Dentro de los 30 días corridos a partir de la firma del Contrato. Respetuosamente solicitamos al Convocante extender el plazo de entrega, de tal forma que quede de la siguiente manera: El oferente tendrá un plazo de hasta 60 (Sesenta) días corridos, a partir de la recepción de la Orden de Compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 42 - Ítem N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES, dice: Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal. Respetuosamente solicitamos a la convocante permitir cotiza de la siguiente manera: Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal (opcional).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 43 - productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES, dice: Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 3 litros. Respetuosamente solicitamos al convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 2 litros o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 44 - Ítem N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas. Ítem N° 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES, dice: 2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa y sistema anti derrame. Respetuosamente solicitamos al convocante permita cotizar de la siguiente manera: 2 frascos colector de 2 litros o más autoclavables con su tapa y sistema anti derrame.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 45 - Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Donde solicitan: Con Batería de 12volteos o similar recargable. Solicitamos: Que esta especificación sea considerada como opcional, atendiendo que todo quirófano siempre cuenta con generación eléctrica de back up y de manera a dar mas participación a los oferentes. Misma solicitud de considerar Opcional al punto donde solicitan autonomía de 2 horas de uso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 46 - : ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - vacio max aprox

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Se podría considerar un vacío máximo aproximadamente 84 kPa/ 630 mmHg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 47 - Item Nº 1 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Donde solicitan: Rango máximo de -90kpa/675mmhg. Solicitamos considerar estos valores en un rango de +-5% y así dar mayor participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 48 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - Aclarar

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Aclarar a que se refiere con 10 picos y sondas de succión general, descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Se refiere a los insumos utilizados y conectados a la salida del equipo, para aspirar las secreciones del paciente.		

Consulta 49 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
item 4 Bomba de infusión a Jeringa donde dice "Compatible con tamaños de jeringa desde 5ml a 60 ml". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos de 2ml a 60ml en rangos de 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml, de esta manera dar lugar a equipos con mejores prestaciones considerando que en la condicion actual se solicita equipos a partir de 5ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 50 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - Se podria Considerar

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Se podría considerar un frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) con un mínimo 1.7 litros y máximo 3 litros?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 51 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
item 4 Bomba de infusión a Jeringa Dónde solicita "Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10 " Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de KVO de 0,01 a 10 ml. Considerando que 0,01ml un valor muy cercano al 0 el cual no compromete la prestación del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Esta especificación técnica es solicitada para contar con la opción de apagar y programar la velocidad de hasta 10 ml/h.		

Consulta 52 - Ítem N° 2 Balanza

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos poder cotizar balanzas con rango de 0 a 150kg por lo menos de manera a dar mayor participación en este ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 53 - Registro Sanitario ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Consultamos si la presentación del Registro Sanitario podría ser considerado como opcional en el ítem N° 12 Carro de Paro, considerando que se trata de un mobiliario y no un equipo médico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 54 - Ítem N° 2 Balanza

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Donde solicitan medición con rango de 80 a 210cm. Solicitamos permitan cotizar equipos con medición de 100 a 200cm de manera a contar con mayor cantidad de ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 55 - Ítem N° 6 Lámpara cialítica de pie

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Temperatura de color situada en el rango de 4000 a 4500 grados Kelvin o mayor. ¿Se podría cotizar en un rango de 3500 a 5000 grados Kelvin?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Al ser el rango mayor, se podrá cotizar.		

Consulta 56 - Plazo de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 60 días a partir de la firma del contrato, considerando la situación crítica que atraviesa el mundo por las consecuencias del COVID-19		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 57 - Ítem N° 12 Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Soporte lateral para balón de oxígeno de 3 litros del tipo retráctil. ¿Se podría cotizar del tipo retráctil o fijo, según la tecnología del fabricante?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 58 - Ítem N° 12 Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Tabla para reanimación y masaje cardiaco de fibra de vidrio. ¿Se podría cotizar de fibra de vidrio o material resistente a golpes, según tecnología del fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 59 - Ítem N°8 Negatoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Donde solicitan normas de calidad específicas y generales, Solicitamos considerar para equipos de producción nacional el registro de marca emitido por el MIC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 60 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos amablemente considerar un anticipo financiero del 30% para esta licitación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 61 - ÍTEM Nº 9 PORTA SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 9 PORTA SUERO

Donde dice: con 5 ruedas multidireccionales

Solicitamos amablemente permita este punto sea: con 4 o 5 ruedas multidireccionales

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 62 - ÍTEM Nº 12 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 12 CARRO DE PARO

Donde dice: Estructura en partes de acero inoxidable AISI 304.

Solicitamos amablemente permita este punto sea: Estructura en partes de acero inoxidable AISI 304 o polímero de alta densidad ABS

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 63 - ÍTEM Nº 12 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

ÍTEM Nº 12 CARRO DE PARO

Donde dice: Tabla para reanimación y masaje cardiaco de fibra de vidrio.

Solicitamos amablemente permita este punto sea: Tabla para reanimación y masaje cardiaco de fibra de vidrio o ABS

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Versión Nº 02 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 64 - Ítem 7 Laringoscopio Set.-

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 7 Laringoscopio Set.-

Estimados Señores, cumplimos en informar que el precio referencial está muy por debajo de los precios regulares de nuestro mercado; mas aún considerando la cantidad de hojas solicitadas, las cuales son 9 en total mas el mango y mas los focos adicionales.

Por lo expuesto, solicitamos verificar y ajustar el precio referencial a por lo menos Gs. 7.000.000 (guaraníes siete millones)

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
-----------	--------------------	------------

Se procedió a Rectificar el Precio Referencial.

Consulta 65 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección de Experiencia Requerida para evaluar el presente criterio solicitan: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/o INSTRUMENTALES MEDICOS (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado.</p> <p>Solicitamos a la Convocante excluir el requisito establecido de que el oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación, ya que esto limita la participación a un oferente nuevo en el mercado a contar exclusivamente el bien que desea cotizar.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 66 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección de Experiencia Requerida para evaluar el presente criterio solicitan: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/o INSTRUMENTALES MEDICOS (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado.</p> <p>Mientras que en el Requisito documental para la evaluación de la experiencia hace mención que se corroborara con Copias de facturaciones y/o recepciones finales que avalan la experiencia requerida. Por dicho motivo solicitamos a la Convocante que incluya la presentación de Contratos quedando de la siguiente manera: Copias contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalan la experiencia requerida</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 67 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>La convocante en el Punto 6 solicita: Certificación emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado o reacondicionado.</p> <p>Consultamos a la convocante si dicho requisito podrá ser remplazo por una Declaración Jurada emitida por el oferente (representante del producto ofertado) ya que es el oferente que se encontrara obligado a proveer un equipo un equipo nuevo, sin usos y no remanufacturado o reacondicionado.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 68 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos a la Convocante incluir dentro de las Especificaciones Técnicas el Modo Micro Infusión, tal y como lo establece el llamado con ID N° 403.966. Esto se justifica a que las bombas solicitadas en el Item N° 04 es de Uso pediátrico, y está es una opción con medida de seguridad en el uso de servicios de pediatría ya que no le permite cometer errores al usuario en cuanto a velocidad se refiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM N° 04

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos a la Convocante modificar las Especificaciones Técnicas en el Punto donde establece que las Bombas de Infusión ITEM N° 04 debe contar con un Menú de tipo de drogas de 220 tipos o mayor Dejando de la siguiente manera Menú de tipo de drogas de 25 tipos o mayor tal y como lo establece el llamado con ID N° 403.966 de la misma convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 70 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM N° 04

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos a la Convocante modificar las Especificaciones Técnicas en el Punto donde establece que las Bombas de Infusión ITEM N° 04 debe ser compatible con tamaño de jeringa de 5 ml a 60 ml Dejando de la siguiente manera compatible con tamaño de jeringa desde de 2 ml a 60 ml Esto se justifica a que las bombas son de Uso pediátrico y permitiría contar con un mayor rango de uso con jeringas de menor medidas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 02 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 71 - Item 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
En donde dice: Pantalla de 2,7 o mayor Se pide a la convocante poder expandir este rango de modo a permitir más participación a la siguiente manera: Pantalla de 2,4 o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 72 - Consulta 2 Item 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
En donde dice: Precisión del flujo (menor o igual al 2%)		
Se pide a la convocante poder expandir este punto de forma a permitir la participación de más oferentes y no direccionar esta licitación a una marca. La mayoría de las bombas a jeringa que tenemos en el mercado paraguayo tienen precisión de 3%, por lo tanto se pide el favor de modificar este punto a: Precisión del flujo (menor o igual al 3%)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 73 - Consulta 2 Item 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
En donde dice: Rango de flujo de 0,01 ml/h a 99.9ml/h en incrementos de 0.01ml/h. Rango de flujo de 100 a 1000 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h		
Se vuelve a pedir a la convocante poder expandir este punto de forma a permitir la participación de más oferentes. La mayoría de las bombas a jeringa del mercado manejan rangos de flujo desde 0,1ml/h en jeringas de capacidad 5ml, con el incremento de 0,1ml/h. Por tanto, se pide corregir este punto para quedar de la siguiente forma:		
Rango de flujo de 0,1 ml/h o menor a 999 ml/h o mayor, con incrementos de 0,1 ml/h		
Con esta modificación quedan incluidos todos los flujos para jeringas desde 5ml hasta 60ml inclusive.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 74 - Consulta 3 Item 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
En donde dice: Selección de volumen 0,01ml a 99.9ml con incrementos de 0,01ml. 100ml a 999.9ml con incrementos de 0,1ml		
Se pide a la convocante que pueda permitir la participación de más oferentes abriendo el rango de este punto. No tiene sentido pedir un volumen de 0,01ml si el tamaño mínimo de las jeringas que se van a utilizar será de 5ml. Se pide modificar este punto para quedar de la siguiente manera:		
Selección de volumen de 0,1ml a 1000ml o mayor con incrementos de 0,1ml		
Con esta modificación se abarca todo el rango disponible de jeringas desde 5ml hasta 60ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 75 - Consulta 4 Ítem 4: BOMBA DE INFUSION A JERINGA

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
<p>En el punto donde dice: Presión de oclusión de 6 niveles o mayor</p> <p>Se pide a la convocante poder abrir este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide que este punto pueda ser cambiado a:</p> <p>Presión de oclusión de 3 niveles o mayor</p> <p>Cada fabricante decide qué niveles de oclusión serán detectables y en la normativa se pide que mínimamente tenga 3 niveles. Expandir estos niveles solamente significa el control de la sensibilidad del sensor de presión, pero no genera un beneficio clínico para el paciente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 76 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
<p>DONDE SOLICITAN: Norma de calidad general: ISO 13485</p> <p>Solicitamos permitan cotizar equipos con normas de calidad similares tales como TUV, INMETRO, IEC ABNT ya que existen fabricantes de países en donde para el certificado de libre venta o certificados de Norma de calidad general no se precisan exclusivamente de la norma ISO 13485 para su emisión, por sobre todo si están habilitando normas del Mercosur como norma de calidad específica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>Dirigirse a la Versión Nº 03 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 77 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
<p>DONDE SOLICITAN: Frasco colector lavable y autoclavable (polisulfon o vidrio) de 2,5 litros o mayor.</p> <p>Considerando las especificaciones solicitadas en cuanto a potencia y capacidad de succión, recomendamos solicitar frascos de 5 litros o más, ya que hay que considerar que en realidad cuando se solicita de 2.5 litros aunque se soliciten dos frascos, el equipo al cargar todo los 2.5litros de un frasco se precisa cambiar el frasco y las conexiones para usar los siguientes 2.5 litros de capacidad. O solicitar capacidad de operación con totalidad de 5 litros sin necesidad de cambiar frasco o conexiones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
<p>La razón por la que se solicitan 2 frascos colectores de 2,5 litros o mas, es a efectos de contar con un frasco de backup cuando uno de ellos tenga que ser esterilizado.</p>		

Consulta 78 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
DONDE SOLICITAN: Motor, Bomba de Vacío y agregados libre de mantenimiento, Solicitamos respetuosamente que en este punto se considere poder cotizar equipos con motor libre de mantenimiento y las bombas de vacío y agregados sean considerados opcional. Ya que cada fabricante establece controles de calidad suficientes para su certificación de libre venta y normalmente solo suelen incluir al motor como libre de mantenimiento no así a la Bomba de Vacío y sus agregados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 79 - ITEM 3 BALANZA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
DONDE SOLICITAN: Liviano pero resistente (aprox. De 6 a 7 kg.) Considerando que están solicitando una balanza en su totalidad de metal, y solicitan que sea resistente, solicitamos amablemente permitan cotizar equipos de entre 6 y 12 kg, de manera a dar mayor participación a proveedores y que esta especificación que no hace al funcionamiento no sea motivo de descalificar a una marca y modelo que cumple con todas las demás especificaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 80 - ITEM 8 NEGATOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
DONDE SOLICITAN: ISO 13485 Favor considerar que existen negatoscopios a led de producción nacional, por lo que solicitamos que la Norma de Calidad general: ISO 13485 como opcional, más aún si tienen en cuenta que el precio referencial solicitado no corresponde de ninguna manera a un negatoscopio importado con ISO 13485.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 81 - ITEM 8 NEGATOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
DONDE SOLICITAN: Luminancia de 2000 cd/m ² o mayor. Favor considerar que existen negatoscopios a led de producción nacional, por lo que solicitamos que esta especificación sea considerada con luminancia de 1000cd/m ² o mayor, o considerada como opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 82 - ITEM 8 NEGATOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Temperatura de color: Mayor a 6500 K.
Favor considerar que existen negatoscopios a led de producción nacional, por lo que solicitamos que esta especificación sea considerada como Temperatura de color: Mayor a 3500 k, o considerarlo como opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 83 - DISPOSICIONES GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Registro Sanitario para los ítems 1,4,5,6,7,8,12,13 y 14.
Favor considerar como opcional para los ítems 13 y 14 cuando los equipos sean de producción nacional, ya que los registros corresponden al Ministerio de Industria y Comercio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 84 - Especificaciones Técnicas del ítem 4 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Sección de volumen de 0.01 ml a 999.9ml con incrementos de 0.01 ml a 999.9 ml con incrementos de 0.1 ml.

Solicitamos a la convocante modificar a Selección de volumen de 0,1 ml/h a 99.9ml/h con incrementos de 0.01ml/h. 100 a 999 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h. Considerando que solo un fabricante cumple parcialmente con el límite mínimo de 0,01 ml con un modo de funcionamiento de microinfusión que técnicamente no es aplicable debido a que aumenta el riesgo de errores e infundir aire por el volumen tan pequeño. Solicitamos rever esta característica ya que el volumen mínimo para la mayoría de los fabricantes es de 0,1 ml, valor que realmente tiene aplicación técnica y permitiría un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 85 - Especificaciones Técnicas del ítem 4 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Administración de bolo: volumen máximo de bolo de 25ml o mayor, bolo de demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo.

Solicitamos a la convocante modificar a Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 75 ml o mayor, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Considerando que se trata del límite máximo de volumen de bolo, 75 ml es un valor más razonable para dicho parámetro ya que justifica la funcionalidad de la aplicación de bolos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

En el Pliego de Bases y Condiciones versión 2, se solicita un volumen máximo de bolo de 25 ml o mayor, lo que significa que el oferente puede cotizar volúmenes mayores a 25 ml.

Consulta 86 - Especificaciones Técnicas del ítem 4 Bomba de Infusión a Jeringa.

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
<p>Donde dice Experiencia requerida</p> <p>Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados y/o facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar a Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria Equipos Médicos y/o Equipamiento Médico (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia, o la experiencia de un representante local autorizado por el fabricante del bien, que cotiza en esta contratación) .. Esto teniendo en consideración que podrían presentarse a la licitación oferentes en calidad de Distribuidores Autorizados del Representante Local del Fabricante o en calidad de Representante Local del Fabricante del bien que se cotiza.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 87 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
<p>Versión 1 del Pliego Plazo de Entrega de los bienes: 30 días corridos a partir de la firma del contrato.</p> <p>Versión 2 de Pliego. Adenda: Donde se modifican Plan de Entrega de bienes: Se solicita muy amablemente a la convocante aclarar el plazo de entrega de los equipos ya que en el Pliego Versión 2 (dos) figura nuevamente 30 días corridos a partir de la firma del contrato para la entrega de bienes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Plan de Entregas: 30 dias corridos a partir de la firma del Contrato. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 88 - Item 12 Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
<p>Donde solicitan Estructura en partes de acero inoxidable AISI 304 o polimero de alta densidad ABS.</p> <p>Solicitamos a la convocante poder cotizar Estructura en acero de alta resistencia acabado en frio</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 89 - Item 12 Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
Donde solicitan Cinco (05) cajones como mínimo, con sistema de llaveado central. Solicitamos a la convocante poder cotizar nueve Gavetas codificadas externamente por medio de color, ocho gavetas corresponden al almacenamiento de medicamentos específicos según talla y peso, y una de uso general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Al solicitarse 5 cajones como "minimo", el oferente puede cotizar Carro de Paro con cantidad de cajones igual o superior a "5".		

Consulta 90 - Item 12 Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
Se solicita a la convocante modificar el precio referencial, los precios establecidos no concuerda con los precios del mercado actual y más todavía tenemos que sumar el balón de oxígeno que es un producto muy solicitado y en falta en varios países, en Paraguay no tenemos fabricación de estos productos por lo tanto como es de público conocimiento los precios de los componentes para fabricar como también del flete se han incrementado bastante en estos últimos tiempos, por lo tanto para este ítem sugerimos que el precio referencial sea de 19.100.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
No será modificado.		

Consulta 91 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
Item 4 donde dice "Rango de flujo de 0,01 ml/h a 99.9ml/h en incrementos de 0.01ml/h. Rango de flujo de 100 a 999,9 ml/h o mayor, con incrementos de 0,1 ml/h". Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos con incrementos de 0,01ml/h en todo el rango requerido, considerando que este presenta mejor resolución en todo el ajuste; sugerimos a la convocante solicitar este punto de la siguiente manera "Rango de flujo de 0,01 ml/h a 99.9ml/h en incrementos de 0.01ml/h. Rango de flujo de 100 a 999,9 ml/h o mayor, con incrementos de 0,1 ml/h o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión Nº 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 92 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
Item N°4 Jeringa de Infusión		
Donde dice "Selección de volumen 0,01ml a 99.9ml con incrementos de 0,01ml. 100ml a 999.9ml con incrementos de 0,1ml." Solicitamos amablemente aceptar equipos con incrementos de 0,01ml en todo el rango considerando que esta presenta mejor resolución durante el ajuste, también que acepten equipos con mayor ajuste de volumen. Sugerimos a la convocante "Selección de volumen 0,01ml a 99.9ml con incrementos de 0,01ml. 100ml a 999.9ml O MAYOR, con incrementos de 0,1ml O MENOR." de esta manera dar lugar de participación de mayor cantidad de oferentes y permitir la oferta de equipos con mejores prestaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Dirigirse a la Versión N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 93 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
Item N°4 Jeringa de Infusión		
Donde dice "Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10 ml/h". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con sistema KVO de 0,01 a 5ml/h, considerando que este rango de KVO es suficiente para aplicaciones en adulto y por consiguiente para pediátricos. De esta manera dar oportunidad de participación a potenciales oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 94 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2022
Item N° 4 Infusión a Jeringa		
Donde dice "Peso 2Kg o menor". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos que pesan 3 Kg o menor considerando que es un peso adecuado soportable por un porta mástil incluso si se fijan 4 o 5 unidades por el mismo, de esta manera dar lugar de participación a potenciales oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 95 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
DONDE SOLICITAN: Norma de calidad general: ISO 13485 Solicitamos una vez más considerar permitan cotizar equipos con normas de calidad similares tales como TUV, INMETRO, IEC ABNT ya que existen fabricantes de países en donde para el certificado de libre venta o certificados de Norma de calidad general no se precisan exclusivamente de la norma ISO 13485 para su emisión, por sobre todo si están habilitando normas del Mercosur como norma de calidad específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2022
En Pliego de Bases y Condiciones Version 3 se establece para el Item Nº 01 - Aspirador de Secreciones "Norma de calidad general: ISO 13485 o Certificación similar para dispositivos médicos"		

Consulta 96 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
DONDE SOLICITAN: Motor, Bomba de Vacío y agregados libre de mantenimiento, De manera a no dirigir las especificaciones a un fabricante en particular, solicitamos respetuosamente que en este punto se considere poder cotizar equipos con motor libre de mantenimiento y las bombas de vacío y agregados sean considerados opcional este punto. Ya que cada fabricante establece controles de calidad suficientes para su certificación de libre venta y normalmente solo suelen incluir al motor como libre de mantenimiento no así a la Bomba de Vacío y sus agregados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2022
No existe solo un fabricante que posea las características solicitadas por lo que no corresponde la afirmación de que está dirigido a un fabricante en particular. Se solicita un equipo con bomba de vacío y agregados por lo que si el motor es libre de mantenimiento, también deben ser libres de mantenimiento la bomba y agregados. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión 3.		

Consulta 97 - DISPOSICIONES GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
DONDE SOLICITAN: Registro Sanitario para los ítems 1,4,5,6,7,8,12,13 y 14. Favor verificar nuevamente esta solicitud, favor considerar como opcional para los ítems 13 y 14 cuando los equipos sean de producción nacional, ya que los registros corresponden al Ministerio de Industria y Comercio. No limiten la producción nacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2022
El hecho de que sea de producción nacional no lo exime de contar con el Registro Sanitario. El mismo no solo es aplicable para el momento de importación.		

Consulta 98 - DISPOSICIONES GENERALES: PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
DONDE SOLICITAN: Tiempo de entrega 30 (treinta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Con toda esta situación de pandemia la importación en este tiempo de entrega es prácticamente imposible, esto da la pauta que solo podrán cumplir empresas que ya cuentan con estos equipos en el país, y por ende las especificaciones dirigidas a estas empresas. Solicitamos no limitar la participación con este tiempo de entrega ampliando a 120 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2022
No será modificado.		

Consulta 99 - ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
Insistimos y favor considerar, donde solicitan: Con Baterías de 12volteos o similar recargable. Solicitamos: Que esta especificación sea considerada como opcional, atendiendo que todo quirófano siempre cuenta con generación eléctrica de back up y de manera a dar más participación a los oferentes. Misma solicitud de considerar Opcional al punto donde solicitan autonomía de 2 horas de uso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión 3.		

Consulta 100 - Item 12 Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
Se solicita a la convocante modificar el precio referencial, los precios establecidos no concuerda con los precios del mercado actual y más todavía tenemos que sumar el balón de oxígeno que es un producto muy solicitado y en falta en varios países, en Paraguay no tenemos fabricación de estos productos por lo tanto como es de público conocimiento los precios de los componentes para fabricar como también del flete se han incrementado bastante en estos últimos tiempo, por lo tanto para este ítem sugerimos que el precio referencial sea de 19.100.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2022
No será modificado.		

Consulta 101 - Item 12 Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2022
Donde solicitan Estructura en partes de acero inoxidable AISI 304 o polímero de alta densidad ABS. Solicitamos a la convocante poder cotizar Estructura en acero de alta resistencia acabado en frío		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión 3.		

Consulta 102 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2022
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el porcentaje de solicitado de 50% a 30% para permitir la participación de empresas que proveen de equipos médicos pero en su mayoría en el concepto de comodato, no existiendo así facturación del equipo en sí pero sí poseen la experiencia de proveer equipos y en su mantenimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Versión 3.		