

Consultas Realizadas

Licitación 410832 - LCO SBE 11-22 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUTOTRANSFUSIÓN SANGUINEA CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR DEL HC DEL IPS

Consulta 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Considerando que los sensores con principios de funcionamiento óptico o ultrasonido son controlados por software, esto les hace capaz de realizar un censado inteligente de sangre, utilizando algoritmos para realizar los microajustes en forma automática durante el procesamiento y capaz de realizar la diferenciación de los componentes sanguíneos deseados a recolectar. Dicho esto resaltamos que el párrafo . Para el censado inteligente de sangre utiliza algoritmos realizando micro ajustes en forma automática durante el procesamiento, para ayudar a maximizar el hematocrito y el lavado, al tiempo que minimiza los desechos corresponde a un párrafo del catalogo de Autolog IQ. Por lo que se solicita reformular el requerimiento en términos mas abiertos a la participación de mas oferentes. Respetuosamente sugerimos estos términos: Con sensor con principios de funcionamiento óptico o ultrasonido controlado por software y capaz de realizar la diferenciación de los componentes sanguíneos deseados a recolecta</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>Se aclara que los algoritmos de ajustes son de carácter universal. Cada marca puede presentar arquitectura propia de modo a alcanzar los objetivos planteados, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Solicita: La recuperación dinámica de células combina tres componentes únicos: La cubeta Intellipath, el llenado adaptable de dos etapas y el lavado de pulsos.</p> <p>Consulta: Se solicita reformular este párrafo pues el Intellipath es un nombre comercial: Intellipath Bowl es el nombre de la cubeta componente del AutoLog IQ o que indica un evidente direccionamiento al AutoLog de Metronic, en una clara transgresión a los principios de igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03. Respetuosamente sugerimos en el siguiente enunciado: La cubeta o campana, el llenado adaptable de dos etapas y el lavado de pulsos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>Se aclara que las etapas de recuperación responden a una dinámica de tres etapas. Así como se expresa la consultora dos etapas y una de lavado de pulsos son las exigidas. También de carácter universal, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 3 - EETT Hematocrito de producto lavado 59-65%

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
En las áreas quirúrgicas el estándar de hematocrito de producto lavado es generalmente 65 %, por lo tanto el rango solicitamos que el rango sea desde 59 a 65 % o mejor, en lugar de valores puntuales como los solicitados, pues pareciera que esta basado en un modelo y marca en particular, considerando que los diferentes fabricantes establecen rangos según las características del producto en particular y basados los protocolos de la AABB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que todas las escalas publicadas o indicadas deben tomarse como referencias y no como intervalos cerrados. En este caso debe considerar como referencia máxima del 65%, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 4 - EETT Lavado de heparina 98%

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
En las áreas quirúrgicas el estándar de eliminación de Lavado de heparina es generalmente dentro del rango del 90 %, por lo tanto solicitamos que los valores requeridos rango sea establecido desde 90 a 99 % o mejor, en lugar de valores puntuales como los solicitados, pues pareciera que esta basado en un modelo y marca en particular, considerando que los diferentes fabricantes establecen rangos según las características del producto en particular y basados los protocolos de la AABB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que todas las escalas publicadas o indicadas deben tomarse como referencias y no como intervalos cerrados. En este caso debe considerar como referencia mínima del 90%, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 5 - EETT Lavado de heparina 98%

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Consulta</p> <p>El lavado que se realiza de heparina en una recuperación de sangre autologa se realiza dentro del instrumento, con la finalidad de obtener los componentes sanguíneos deseados.</p> <p>Se debe de replantear esta especificación técnica en tasa de eliminación de heparina.</p> <p>Según la AABB en el campo quirurjico la tasa de lavado de heparina debe de ser menor al 92 % para una optima recolección de componentes.</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes modificar a: Tasa de eliminación de heparina menor al 92% o mejor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que todas las escalas publicadas o indicadas deben tomarse como referencias y no como intervalos cerrados. En este caso debe considerar como referencia mínima del 90%, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 6 - EETT Remoción de lípidos 99%

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
Consulta: La remoción de lípidos, ya sea colesterol o triglicéidos deben de ser de por lo menos de una tasa de eliminación del 95 % para una recolección óptima de los componentes sanguíneos. La calidad de la sangre recolectada en un campo quirúrgico, después de la remoción de lípidos debe de ser de por lo menos 95% según la AABB Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes modificar a considerando: Tasa de remoción de lípidos menor a 95 % o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que todas las escalas publicadas o indicadas deben tomarse como referencias y no como intervalos cerrados. En este caso debe considerar como referencia máxima el 99%, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 7 - EETT Lavado estándar 3,4 min

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
Consulta El lavado de la tasa de recuperación depende de varios insumos del Kit de autorecuperación de sangre . Esto lo determina cada fabricante de acuerdo a: Capacidad de la campana Longitud de las tubuladuras Velocidad de la bomba de aspiración Velocidad de la centrifuga Etc Estos componentes del kit determina la velocidad del Lavado estándar y eso depende cada fabricante Por lo tanto Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a otras marcas de instrumentos modificar a : Lavado estándar de 3 a 5 minutos o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Como lo expresado anteriormente los intervalos son referencias por ende los ciclos de lavado deberían considerarse partiendo desde los 3 minutos, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 8 - EETT Lavado de lípidos 2,25 min

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
Consulta El lavado de la tasa de lípidos depende de varios insumos del Kit de autorecuperación de sangre . Esto lo determina cada fabricante de acuerdo a: Capacidad de la campana Longitud de las tubuladuras Velocidad de la bomba de aspiración Velocidad de la centrifuga Etc Estos componentes del kit determina la velocidad del Lavado de lípidos y eso depende cada fabricante Por lo tanto Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a otras marcas de instrumentos modificar en los siguiente terminos : Lavado de lípidos de 2 a 4 minutos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Como lo expresado anteriormente los intervalos son referencias por ende los ciclos de lavado deberían considerarse partiendo desde los 2 minutos, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 9 - EETT Lavado de emergencia 1,45 min

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
----------	-------------------	------------

El lavado de emergencias depende de varios insumos del Kit de autorecuperacion de sangre .
Esto lo determina cada fabricante de acuerdo a:
Capacidad de la campana
Longitud de las tubuladuras
Velocidad de la bomba de aspiración
Velocidad de la centrifuga }
Etc
Estos componentes del kit determina la velocidad del Lavado de emergencias y eso depende cada fabricante
Por lo tanto Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a otras marcas de instrumentos se sugiere el siguiente enunciado: Lavado de emergencia de 1 a 3 minutos

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
-----------	--------------------	------------

Como lo expresado anteriormente los intervalos son referencias por ende los ciclos de lavado deberian considerarse partiendo desde los 1 minutos, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 10 - EETT Volumen por ciclo: 135 ml

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta
El volumen por ciclo depende de cada fabricante y los componentes del Kit.
Los kits se componen de tubuladuras y campanas para la centrifugación de la sangre en el campo quirurjico
Por lo tanto solicitamos a la convocante tener en cuenta estos factores para la solicitud de esta especificación técnica.
Solicitamos a la convocante para dar participación a otras marcas de Instrumentos de autorecuperacion modificar :
Volumen por ciclo desde 55 a 275 ml por ciclo o mejor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 11 - EETT Cesto de almacenamiento interno removible para los suministros

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta.
El Cesto de almacenamiento interno removible para los suministros lo determina cada fabricante.
Esta especificación no da mejor o menor rendimiento al instrumento, es un accesorio y cada fabricante lo considera en su diseño pero con diferente nombre
Solicitamos respetuosamente a la convocante para dar mayor participación a los oferentes cambiar en:
Cesto de almacenamiento interno o externo removible para los suministros , proveidos por el fabricante

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 12 - EETT Palanca de 3 posiciones con barra que oscila para sostener la bandeja durante la preparación

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Consulta.</p> <p>La Palanca de 3 posiciones con barra que oscila para sostener la bandeja durante la preparación lo determina cada fabricante.</p> <p>Esta especificación no da mejor o menor rendimiento al instrumento, es un accesorio y cada fabricante lo considera en su diseño pero con diferente nombre</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante para dar mayor participación a los oferentes cambiar a:</p> <p>Palanca con ajustes de posiciones de acuerdo a necesidades del operador para la colocación de los kits</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>Se aclara que la expresión se refiere a valores mínimos, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 13 - EETT Varilla porta gotero plegable a 7"

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>La Varilla porta gotero plegable a 7" lo determina cada fabricante.</p> <p>Esta especificación no da mejor o menor rendimiento al instrumento, es un accesorio y cada fabricante lo considera en su diseño pero con diferente nombre Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes cambiar a:</p> <p>Varilla porta gotero plegable</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>Se aclara que la expresión se refiere a valores mínimos. Cada fabricante puede indicar su arquitectura propia, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 14 - EETT Colector plano

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Partiendo del hecho a que el Colector plano lo determina cada fabricante.</p> <p>Esta especificación no da mejor o menor rendimiento al instrumento, es un accesorio y cada fabricante lo considera en su diseño pero con diferente nombre</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes cambiar a:</p> <p>Colector plano o curvilíneo o mejor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>Se aclara que la expresión se refiere a valores mínimos. Cada fabricante puede indicar su arquitectura propia, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 15 - EETT Interface de usuario intuitiva, con pantalla táctil de 7"

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
Consulta Las medidas de La pantalla de interfase de usuario intuitiva varian de acuerdo al fabricante. Estas medidas de pantalla no afecta el rendimiento del instrumento la de 7 pulgadas es de un instrumento específico Por lo tanto solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes cambiar a: Interface de usuario intuitiva, con pantalla táctil de 7 a 10 pulgadas o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que la expresión se refiere a valores mínimos. Cada fabricante puede indicar su arquitectura propia, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 16 - EETT Almacenamiento trasero para el equipo de lavado

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
El almacenamiento trasero para el equipo de lavado lo determina cada fabricante. Esta especificación no da mejor o menor rendimiento al instrumento, es un accesorio y cada fabricante lo considera en su diseño pero con diferente nombre Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes modificar a: Debe de contar con un espacio para el almacenamiento del equipo de Lavado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que la expresión se refiere a valores mínimos. Cada fabricante puede indicar su arquitectura propia, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 17 - EETT Bandeja removible de micro almacenamiento para elementos pequeños

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
Consulta La Bandeja removible de micro almacenamiento para elementos pequeños lo determina cada fabricante. Esta especificación no da mejor o menor rendimiento al instrumento, es un accesorio y cada fabricante lo considera en su diseño pero con diferente nombre Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes cambiar a: Bandeja removible de micro almacenamiento para elementos pequeños o Bandeja Fija para elementos pequeños o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que la expresión se refiere a valores mínimos. Cada fabricante puede indicar su arquitectura propia, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 18 - EETT Velocidad, flujo y presión: Centrifugadora: 0 rpm a 10.000 rpm

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Consulta: En esta especificación están solicitando una centrifugadora d 0 rpm a 10.000 rpm, cada fabricante diseña la campana de acuerdo a la centrifuga instalada dentro del equipo, las centrifugación de los componentes sanguíneos , esto es globulos rojos, plasma, plaqueta requieren un RPM especifico para el componente sanguíneo a ser obtenido. Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes Velocidad, flujo y presión: Centrifugadora capaz de realizar la separación de componentes sanguíneos entre 1500 rpm a 5600 rpm o mejor, ya que desde 1500 rpm se puede realizar la separación de componetes y la velocidad de Cero esta en estado de reposo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 19 - EETT Bomba: 0 mL/min a 1.000 mL/min

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Consulta: La bomba para que empiece a aspirar un liquido ya sea , sangre, soluciones fisiológicas, heparina etc, debe de empezar en por lo menos 25 ml/min , ya que en Cero el mismo esta en estado de reposo. Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes modificar el siguiente enunciado. Bomba: entre 25 mL/min a 1.000 mL/min o mejor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 20 - EETT Vacío: -10 mm Hg a -370 mm Hg

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Consulta: El vacio es para la aspiración en campo quirúrgico de la sangre que se desea recuperar, el vacio de -370 mm hg puede afectar a la sangre rompiendo los globulos rojos en la aspiración lo que resultar en mayor volúmenes de sangre aspirado en campo y poca recuperación de hemáties Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes modificar en los siguiente terminos las EETT: Vacío regulable: De -50 a -300 mmHg (de -6,6 kPa a -40 kPa) (intervalos de 10 mmHg [1,3 kPa]) intra y preoperatoriamente De -10 a -100 mmHg (de -1,3 a -13,3 kPa) (intervalos de 10 mmHg [1,3 kPa]) postoperatoriamente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 21 - EETT: Sensor de peso: Autoinicio: 800mL ± 200mL

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
<p>Consulta: El sensor de autoinicio cada instrumento lo realica cuando el mismo realiza el autochequeo. Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes modificar en los siguiente terminos: Sensor de peso: El instrumento debe de contar con un sensor de peso en el encendido del instrumento, debe de contar con tecnología de autochequeo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.</p>		

Consulta 22 - EETT Dimensiones: Ancho 69 cm, Alto 80,5 cm, Profundidad 42,5 cm

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
Esta especificación solicitada es específico del equipo de auto transfusión de Medtronic, es dirigido al modelo autoLog IQ Sistema de Autotransfusión Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes .Establecer medidas aproximadas Ancho en máximo de 69cm alto un maximo 90cm profundidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que los valores son meramente referenciales. Se aceptarán los datos de otras arquitecturas de acuerdo a las marcas, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 23 - EETT Peso: 50 kg

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
Consulta: El peso de la maquina lo determina el fabricante al momento del diseño y estructura El peso no determina la eficiencia del instrumento Para no dar un peso fijo dirigida a un solo fabricante Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes eliminar esta especificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que los valores son meramente referenciales. Se aceptarán los datos de otras arquitecturas de acuerdo a las marcas, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 24 - EETT Conservación (clínica): 15 °C a 30 °C

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2022
La conservación clínica a que se refiere? A la conservación del Instrumento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
Se aclara que en relación al instrumento y su funcionamiento, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 25 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta
<p data-bbox="97 338 1557 371">Tránsito: -35 °C a 60 °C</p> <p data-bbox="97 371 1557 405">4.37 Intervalo de humedad: Funcionamiento: 25% a 70%, sin condensación</p> <p data-bbox="97 405 1557 439">4.38 Conservación (clínica): 25% a 70%</p> <p data-bbox="97 439 1557 472">4.39 Conservación (depósito): 10% a 90%</p> <p data-bbox="97 472 1557 506">4.40 Tránsito:10% a 90%</p> <p data-bbox="97 506 1557 539">4.41 Intervalo de presión: Funcionamiento: 80 kPa a 101 kPa (11,6 psi a 14,6 psi)</p> <p data-bbox="97 539 1557 573">Conservación (clínica): 80 kPa a 101 kPa (11,6 psi a 14,6 psi)</p> <p data-bbox="97 573 1557 607">Conservación (depósito):80 kPa a 101 kPa (11,6 psi a 14,6 psi)</p> <p data-bbox="97 607 1557 640">Tránsito: 59,5 kPa a 106 kPa (8,6 psi a 15,3 psi)</p> <p data-bbox="97 640 1557 696">Estos datos son para el transporte de fabrica al país de destino; Esta información son informaciones que da el proveedor al momento de la compra.</p> <p data-bbox="97 696 1557 819">Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes no tener en cuenta esta especificación técnica, ya que el mismo no tiene relevancia al instalar el equipo o en la operación del mismo, ya que se realiza todas las verificaciones del instrumento al instalarlo Estos puntos son irrelevantes ya que son datos de transporte y no son especificaciones técnicas de equipo de autotransfusión</p>	23-10-2022
Respuesta	Fecha de Respuesta
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	16-11-2022