

Consultas Realizadas

Licitación 412414 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA "MANUEL GIAGNI"

Consulta 1 - EETT - Item 14 Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2022
Solicitamos amablemente a la convocante modificar los requerimientos técnicos en cuanto a la alimentación eléctrica del equipo a ser ofertado ya que el suministro de alimentación eléctrica de todo el país es de 220 VAC, por lo tanto, sugerimos a la convocante modificar de la siguiente manera: alimentación 220 VAC +/- 10% 50 Hz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
Dirigirse a la ADENDA		

Consulta 2 - Item 21 Microscopio Binocular

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2022
Item 3.4 Platina: Con pinza sujeta láminas desmontable y mecanismo de desplazamiento coaxial para los ejes X e Y. Se solicita a la Convocante si la pinza podría ser desarmable y de acuerdo al fabricante del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
Desarmable y desmontable es lo mismo, puede ser desarmable para así poder realizar limpieza y desinfección del mismo.		

Consulta 3 - Item 21 Microscopio Binocular

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2022
3.5 Condensador: centrable, guía p/encastre de accesorios p/contraste de fases y/o campo oscuro. Se consulta a la Convocante cuales serian esos accesorios de contraste de fase. favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
Dirigirse a la ADENDA		

Consulta 4 - Item 14 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Precio Referencial: ₲ 94.916.667		
Se solicita a la Convocante modificar el precio referencial del bien solicitado ya que el mismo no se ajusta con lo actual.		
El precio que figura en el pbc está desfasado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Favor ajustarse a las EETT del PBC. El procedimiento de la elaboración del Estimación de Costo fue en base a la Resolución DNCP N°: 1890/2020.		

Consulta 5 - Item 14 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Especificaciones Técnicas.		
Se solicita a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas del bien en cuestión, no se visualiza la potencia y este punto es fundamental a la hora de cotizar, puesto que depende de ello la cantidad de funciones para cada procedimiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Dirigirse a la ADENDA		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
ítem 2 Balanza Analítica. Favor considerar, con el fin de favorecer la mayor participación de oferentes. Reproducibilidad máxima 0.2 mg Linealidad entre 0.3 mg a 0.1 mg		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Favor ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
ítem 17 Estufa de cultivo. Favor considerar criterio más amplio de rengos: Temperatura entre 70°C y 80°C Estabilidad entre $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ y $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ Homogeneidad entre $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ y $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Favor ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
ítem 18 Estufa de esterilización. Para la mayor participación de oferentes, favor considerar ampliar el rango de la sensibilidad, solicitando $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Favor ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 20 Microcentrifuga para capilares. Se puede ofertar Rotor de ángulo de 90° , pide 180° que no es muy común.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 10 - Ítem 5 Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Tabla de reanimación en plástico. ¿Podría cotizarse en plástico o material resistente a golpes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Favor ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 11 - Ítem 12 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
¿Se podría cotizar tiempo de carga de 0 a 360Joules en menos de 6 segundos (a red) y de 0 a 200Joules en menos de 4 segundos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 12 - Ítem 14 Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
No se observa las especificaciones técnicas del equipo, sólo los accesorios que deben acompañar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 3 Bomba de infusión a jeringa Donde dice equipos con dispositivo de amarre para aplicación. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con soporte para porta suero, sugerimos "Equipos con Dispositivo de amarre para aplicación o soporte para porta suero". De esta manera aclarar la solicitud y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto, mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 4 Camilla de Transporte Donde especifica dimensiones próximas a 850mm-520mm-950mm, solicitamos amablemente a la convocante aclarar la longitud y las otras dimensiones de la camilla, generalmente las camillas suelen ser mas de 1.7metros de longitud. Sugerimos a la convocante dimensiones aproximadas de 2130mm x 720 mm (largo x ancho) y de altura min 580mm máx 890mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 7 Carro de curaciones Donde dice. Cuatro ruedas giratorias, medidas: 60cm x 40cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con medidas similares a lo solicitado. Sugerimos la siguiente descripción, cuatro ruedas giratorias, medidas aproximada de 60cm x 40cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 8 Cama eléctrica para paciente Donde dice Altura mínima 45cm. Se aceptará una medida inferior de hasta 10 cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar una medida inferior de hasta 11cm. Esto corresponde a equipos con mejores prestaciones que pueden ir más debajo de lo solicitado. Sugerimos Altura mínima 45cm. Se aceptará una medida inferior de 10cm o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 14 Electrobisturi Donde dice Reconocimiento automático de placa-paciente solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con reconocimiento de contacto de placa retorno con el paciente. Sugerimos Reconocimiento automático del placa-paciente o monitorización de superficie de contacto de placa de retorno. Considerando que la descripción como convocante solicita hace referencia a una especificación de la marca WEM, de esta manera permitir la participación de la mas de un oferente por lo tanto variedad de ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 18 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos debidamente habilitado y vigente conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 19 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 20 - Documentos para solicitar el pago

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Se consulta a la Convocante la posibilidad de contemplar la Constancia SIPE para acreditar las documentaciones solicitadas para el pago, siempre y cuando estas se encuentren en estado Activo o Histórico conforme lo establece la Res. DNCP N° 1993/2018.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 15 Electrocardiógrafo Donde dice 3 - 5 y 12 canales seleccionables desde el menú. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 3 - 6 y 12 canales seleccionables desde el menú. Considerando que los tipos de electrocardiógrafo existente en el mercado son de 1, 3, 6, y 12 canales. Si existiese algún equipo con 5 canales sería de alguna marca específica. De esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mayor variedad de ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 22 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 15 Electrocardiógrafo Donde dice memoria interna para 10.000 o más estudios, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con almacenamiento para 250 casos o más con opción expandible a mayor capacidad de almacenamiento mediante memoria SD, o USB. Considerando cantidad suficiente para almacenar datos en el equipo y luego trasladar al sistema de almacenamiento central de datos. De esta manera dar posibilidad de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mayor variedad de ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 23 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 18 Estufa de Esterilización Donde dice capacidad de 150 litros, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 150 litros o mayor, considerando que existen marcas que van de 110 litros a 210 litros. De esta manera dar oportunidad de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 24 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 18 Estufa de Esterilización Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura de funcionamiento de 80°C o menor hasta 250 °C. Considerando que existen equipos con mejores prestaciones capaz de operar con temperatura inferiores a 80°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 25 - Plazo de Reposición de Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
El PBC en su página 9 indica: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: Asistencia Técnica inmediata." Solicitamos amablemente a la Convocante: 1- Excluir la descripción de Asistencia Técnica inmediata considerando a que el apartado corresponde a reposición de los bienes y no al mantenimiento correctivo del equipo. 2- Establecer un plazo razonable para la reposición del bien : 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 26 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
El PBC en su página 9 indica: El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente: La empresa adjudicada deberá proveer garantía del bien de 2 (dos) años desde la emisión del Acta de Recepción Definitiva, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo. Solicitamos a la convocante: 1. Aclarar si los transductores del ítem 13 (ecógrafo portátil), también deberán tener una garantía de 2 años. Los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante. 2. Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiese sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
LA VALIDEZ DE 2 AÑOS DE GARANTIA RIGE PARA EL EQUIPO ECOGRAFO PORTATIL NO ASI PARA LOS ACCESORIOS CON DESGASTE FISICOS (TRADUCTOR)		

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Item 18 Estufa de Esterilización Donde dice indicadores lumínicos de funcionamiento Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con indicadores en el display e indicadores lumínico de encendido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 28 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En cuanto a la formula de reajuste se sugiere que se utilice la siguiente: Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 29 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
La factura se entrega recién cuando se emite el Acta de Recepción definitiva. es decir tras la entrega del bien, no obstante se encuentra una contradicción para la aplicación de la formula de reajuste que señala cuanto sigue: Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste. Se solicita aclarar esta contradicción.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA. Se refiere a la solicitud de reajustes de precios en cuanto la entrega de los bienes se realice en forma parcial.		

Consulta 30 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el PBC de la licitación de referencia en el punto 6) Requisito para Evaluar la Capacidad Técnica, se estableció el siguiente requisito: Registro Sanitario para todos los ítems ofertados, en cumplimiento de la Ley N° 4659-Resolución N° 669/16. Al respecto solicitamos a la Convocante excluir dicho requisito para todos los ítems clasificados como Equipo de Laboratorio (Ítems N° 02, 09, 10, 20, 21) ya que en la misma Resolución N° 669/16 en su Art. 18 hace constar que estarán excluidos de la presente normativa los dispositivos médicos clasificados como instrumento de laboratorio y dispositivo médico para diagnóstico de uso in vitro. Siendo la Autoridad Competente el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública. Al respecto de lo referido, instamos a la Convocante que tome los recaudos necesarios para elevar la consulta correspondiente al Laboratorio Central debido a que en la actualidad no se emiten Registros Sanitarios para equipos de laboratorio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 31 - Ítem 12 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el punto donde dice Desfibrilación con electrodos internos de 2 a 50 J en 12 pasos como mínimo. Se consulta amablemente a la convocante si es posible presentar equipos con 6 pasos, ya que en su mayoría los desfibriladores con electrodos internos permiten el incremento a partir de 6 pasos. De esta forma se podría dar mayor oportunidad de participación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 32 - Ítem 12 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el punto donde dice Peso igual o menor a 6 kg. Se consulta a la convocante si es posible presentar equipos con al menos 6,6 kg ya que la diferencia es mínima en el peso y no implica un incremento en el esfuerzo del acarreo del equipo y tampoco compromete la seguridad del transporte del mismo para el usuario.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 33 - Ítem 12 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el punto donde dice de 0 a 200 Julios en menos de 3,5 segundos. Se consulta a la convocante si es posible presentar equipos cuyo tiempo de carga de 0 a 200 Julios es menor a 5 segundos, con el fin de dar mayor participación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
ÍTEM 9 CENTRÍFUGA DE MICRO HEMATROCITOS: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Preselección del tiempo de ejecución, de 10 s a 99 h 59 min ó continuo" aceptar "Preselección del tiempo de ejecución, de 0 s a 99 min"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 35 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
CENTRÍFUGA DE MICRO HEMATROCITOS ÍTEM 9: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 36 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
- Donde dice: Desfibrilación automática AED y/o manual, por favor aclarar si será necesario el modo automático porque tiene un costo distinto al desfibrilador únicamente manual.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 37 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
- Donde solicitan Desfibrilación con electrodos externos de 2 a 200 J en 12 pasos como mínimo. Desfibrilación con electrodos internos de 2 a 50 J en 12 pasos como mínimo, solicitamos se puedan cotizar equipos con electrodos externos de 1 a 200 J en 12 pasos como mínimo. Desfibrilación con electrodos internos de 1 a 50 J en 6 pasos como mínimo, considerando que el límite superior es de 50J.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 38 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En donde Solicitan tiempo de carga de 0 a 360 joules en menos de 4 segundos, considerando que el equipo solicitado es de onda exponencial bifásica y que solicitan además defibrilación con electrodos externos de 2 a 200 joules, en la tecnología anterior monofásica se utilizaba carga de hasta 360 joules, sin embargo esa potencia es perjudicial para el paciente cuando se trata de tecnología bifásica, por lo que solicitamos respetuosamente se corrija esa especificación a: tiempo de carga de 1 a 200 joules en menos de 5 segundos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 39 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Donde dice: La operación de descarga debe de estar esquematizada en el propio equipo, tanto para la desfibrilación manual como en modo AED. Desfibrilación de modalidad electrodos externos, electrodos internos y manos libres con electrodos desechables, solicitamos aclarar si el modo DEA es necesario incluir, ya que al principio de las especificaciones técnicas dice: Desfibrilación automática AED y/o manual		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 40 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Donde solicitan: Almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes 7 segundos antes y hasta 12 segundos después de cada evento o desfibrilación, considerando que se trata de una especificación de una marca en particular, solicitamos se permitan ofertar desfibriladores con almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes 10 segundos antes y hasta 5 segundos después de cada evento o desfibrilación		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
SE ACEPTARAN RANGOS CON 10 S ANTES Y 5 S DESPUES DEL EVENTO DE DESFRIBILACION		

Consulta 41 - ITEM 15 ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
- Considerando que se trata de un equipo básico, se podrán ofertar equipos con pantalla fija y no plegable?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 42 - ITEM 15 ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
- Solicitamos se puedan ofertar equipos con memoria interna de 200 ECG, ampliables a 200 ECG con memoria USB?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 43 - ITEM 15 ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
- Considerando que la mayoría de los equipos cuenta con formato de informe PDF y XML son estándar, solicitamos que los demás formatos sean considerados opcionales		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 44 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNOGRAFO Y PRESION INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
- Donde dice: Tarjeta SD, a modo de salvaguardar la confidencialidad de los datos del paciente, solicitamos que este punto sea considerado opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 45 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNOGRAFO Y PRESION INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
- Donde solicitan: Protección: tensión de ruptura 4000 VAC 50/60 Hz, a prueba de desfibriladores, solicitamos se puedan ofertar equipos con protección contra desfibrilación sin indicar valores, ya que cada marca puede diferir en los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 46 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO donde solicitan 2 Barandas laterales, solicitamos que se aclare si serian dos barandas por cada lado o solamente una baranda por cada lado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
barandas laterales 1 de cada lado izquierdo y derecho		

Consulta 47 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Solicitamos a la convocante ordenar mejor las Especificaciones técnicas y ser mas claros en su redacción o poner separadores con líneas de cuadro o algo similar porque está muy confuso en todos los ítems especialmente los certificados de calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 48 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el Ítem 4 Carro Camilla de Transporte con Baranda y Soporte de Suero, en donde solicitan Sistema de Elevación, solicitamos a la convocante poder indicar cual seria el sistema de elevación, hidráulica, eléctrica o manual?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 49 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el Ítem 4 Carro Camilla de Transporte con Baranda y Soporte de Suero, donde solicitan Plástico en superficie de descanso y ruedas, favor aclarar cual seria la superficie de descanso la del paciente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Superficie sobre la cual el paciente es traslado		

Consulta 50 - Ítem 5 Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el Ítem 5 Carro de paro donde solicitan 850mm-520mm-950mm, solicitamos que se pueda cotizar equipos con Largo mínimo 60cm Acho mínimo 90 cm y alto minimo100cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 51 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Ítem 18 Estufa de Esterilización Donde dice indicadores lumínicos de funcionamiento Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con indicadores en el display e indicadores lumínico de encendido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 52 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
Ítem 18 Estufa de esterilización Donde dice Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5º C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Temperatura de fluctuación +/- 1ºC. Sugerimos Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5º C o temperatura de fluctuación de +/- 1ºC y Timer Programable. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 53 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos agregar que el equipo debe contar con un "Monitor de al menos 15" de tipo táctil" para un mejor manejo del menú, la calidad de imagen y las funciones del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIRGE A LA ADENDA		

Consulta 54 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, donde dice "Rango de frecuencia de al menos 1 15 MHz ", sugerimos modificar el punto a "Rango de frecuencia de al menos 1,5 a 16 MHz ", considerando que la diferencia es mínima y no afectará las funciones solicitadas del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 55 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, donde dice "Todos los programas en lengua francesa" solicitamos modificar a "Todos los programas en lengua española", considerando que es la lengua nacional oficial utilizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 56 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos agregar las siguientes funcionalidades "Doppler Color y Doppler de potencia", ya que se trata de funcionalidades muy solicitadas por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 57 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos incluir "Paquetes de mediciones para ecografía general, pequeñas partes, musculoesquelético, vascular, cerebro vascular, FAST, cardiología, pediatría, ginecología y obstetricia" de manera a contar con un equipo de alto rendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 58 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos incluir "Al menos 80.000 canales de procesamiento" de manera a contar con un equipo de alto rendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 59 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos incluir "Al menos un puerto para conexión de transductores", de manera a asegurar que el equipo ofertado cuente con todas las funcionalidades normalmente requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 60 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
"En el ítem 13, se sugiere incluir las siguientes funcionalidades básicas: ""- Software para eliminación de speckle de la imagen. - Software de mejoramiento de bordes. - Optimización automática de la imagen y el espectro doppler""		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 61 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos incluir que "El peso del Equipo no deberá superar los 7,5kg incluida la batería" de manera a asegurar que el mismo sea fácil de transportar de un Servicio a otro dentro del Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 62 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos incluir que el equipo "Deberá contar con función de armónicos tisulares", ya que esta es una funcionalidad básica y muy requerida por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 63 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos incluir que el equipo "deberá contar con función de Doppler tisular color y espectral", ya que esta es una funcionalidad básica y muy requerida por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 64 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos incluir que el equipo "Deberá contar con función de archivo de imagen, almacenamiento de estudios, imágenes y datos del paciente. Deberá poder realizar mediciones en imágenes almacenadas, impresión y exportación de las mismas, con un disco duro de al menos 180GB"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 65 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos incluir que el equipo cuente con "Memoria cine de al menos 1200 cuadros", ya que esta es una funcionalidad básica y muy requerida por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 66 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
"En el Ítem 13, favor aclarar si los transductores solicitados deberán tener las siguientes características: - Transductor Lineal con rango de frecuencia de 4 a 11 MHz - Transductor convexo con rango de frecuencia de 1.5 a 5.0 Mhz - Transductor sectorial con rango de frecuencia de 1.5 a 4.0 MHz"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 67 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el Ítem 13, favor aclarar si se debe incluir impresora térmica compatible con el equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 68 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, favor aclarar si se requiere incluir "carro de transporte de la misma marca del equipo ofertado, con soporte para transductores"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 69 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2022
En el ítem 13, sugerimos amablemente a la convocante incluir "Al menos 85.000 canales de procesamiento" de manera a contar con un equipo de alto rendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 70 - Ítem 13 ECÓGRAFO PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Donde dice Rango dinámico de al menos 180 dB Solicitamos muy amablemente a la convocante poder cotizar con rango dinámico 170 dB así de esta forma podrá tener mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 71 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
En el punto 6. de Requisito documental para evaluar la capacidad técnica donde solicitan Registro Sanitario para todos los ítems cotizados. Solicitamos a la convocante citar los ítems que solo requieren de registro Sanitario teniendo en cuenta que no todos los ítems solicitados lo requieren por DINAVISA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 72 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 9: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Preselección del tiempo de ejecución, de 10 s a 99 h 59 min ó continuo" aceptar "Preselección del tiempo de ejecución, de 0 s a 99 min"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 73 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 9: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 74 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 9: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Rango de velocidad: 200 - 13.000 rpm" aceptar "Velocidad máxima: 15.000 rpm"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ITEM 10: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 76 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 10: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Rango de velocidad: 200 - 14.000 rpm" aceptar "Velocidad máxima: 15.000 rpm"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 10: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Rotor con adaptadores para 36 tubos de 12 mm de diámetro y 75/100 mm de largo" aclarar cuantos tubos de diámetro 75/100 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 17: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 79 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 18: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 80 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 20: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 21: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 82 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 23

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
ÍTEM 23: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 83 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 15 Electrocardiografo Donde dice formato de ECG: PDF, XML, JPG, BMP. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con formato de ECG: PDF, XML, JPG, BMP una vez extraído los datos de la unidad electrocardiógrafo, ya sea mediante USB o Por transmisión a un software de gestión. Sugerimos, Formato de visualización de ECG en la PC: PDF, XML, JPG, BMP. De esta manera aclarar el punto sugerido y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 84 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 12 Desfibrilador Donde dice Desfibrilación con electrodos internos de 2 a 50 J en 12 pasos como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como OPCIONAL. Considerando que la desfibrilación con electrodos internos hace referencia a desfibrilación de descarga o desarme, este parámetro no requiere de selección de energía en la mayoría de los casos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 85 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 12 Desfibrilador Donde dice Tiempo de carga de 0 a 360 Julios en menos de 4 segundos (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 3,5 segundos. Solicitamos amablemente a la convocante que el tiempo de carga de 0 a 360 Julios sea inferior a 5 segundos (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 5 segundos. Sugerimos acotar de la siguiente manera. Tiempo de carga de 0 a 360 Julios en menos de 4seg +/-1seg (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 3,5seg +/-2seg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 86 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 18 Estufa de Esterilización Donde dice porta termómetro de control secundario, solicitamos amablemente a la convocante establecer este punto como opcional, considerando que el equipo se encuentra calibrado de fábrica y que a los equipos con controlador digital se le debe realizar calibración periódica acorde protocolo de fábrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 87 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 22 Monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con módulos de parámetros sin pantalla, considerando que cumple la misma función de guardar datos de los signos vitales de los pacientes durante su traslado y que además la pantalla debilita el dispositivo, puede sufrir golpe o daño durante el traslado del paciente. Esto permitirá ofertas de mejor costo, mayor dureza y además la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 88 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 22 monitor capnógrafo Donde dice Selección de derivaciones: I, II, III - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V6 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con selección de derivaciones de I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, considerando que la cantidad de derivaciones solicitadas corresponden a equipos con cable de ECG de 12 puntas, siendo que con la unidad se solicita cable con 3 o 5 puntas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 89 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 22 monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo Tiempo de funcionamiento ≥ 60 minutos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos modulares sin pantalla considerando que la pantalla debilita el dispositivo, puede sufrir golpe o daño durante el traslado del paciente. Esto permitirá ofertas de mejor costo, mayor dureza y además la participación de mayor cantidad de oferentes. Sugerimos que al requerimiento sea agregado como opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 90 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 3 Monitor con capnógrafo Donde dice Monitores con capnógrafos Pantalla LCD TFT de 17" antideslumbrante TACTIL, de alta resolución, compatible con ratón y teclado. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con monitores con pantalla LCD TFT de 15, considerando tamaño suficiente monitor de cabecera (internación o UTI) o de uso en salas de cirugía. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 91 - Mantenimiento preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
El PBC establece: "... Deberá ser realizado en base a los protocolos de mantenimiento preventivo sugeridos por el fabricante del equipo y será fiscalizado por un técnico del Departamento de Electromedicina. Los protocolos deberán presentarse en el Departamento de Electromedicina al momento de la entrega de los equipos...//..." El equipo solicitado para el ítem 13 Ecógrafo Portátil no tiene protocolo de mantenimiento preventivo, pues está preparado para que el propio usuario realice la limpieza del mismo. Lo mas parecido que existe es un reporte de los safety test, que son básicamente mediciones de corrientes de fuga, de tierra, etc. que se realizan cada 6 meses aproximadamente. Se solicita a la Convocante que incluya el reporte de los safety test en lugar de los protocolos.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
INCLUIR TEST DE SEGURIDAD		

Consulta 92 - Mantenimiento correctivo

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
El PBC establece: "...//...Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo solo podrán ser realizados por personal capacitado en el equipo en cuestión (marca, modelo y versión)...//..." Se solicita a la Convocante establecer que para el ítem 13 Ecógrafo portátil, el personal capacitado debe ser de la marca y modalidad ofertada, excluyendo modelo y versión, pues las capacitaciones de los fabricantes no se realiza por modelo ni versiones, habida cuenta estas pueden ser incontables, por lo que la capacitación es en forma genérica en la modalidad ofertada, en este caso Ecografía.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
LA CAPACITACION SERA ACORDE AL EQUIPO RECEPCIONADO		

Consulta 93 - Item 4.

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Donde dice: Espaldar ajustable a dos posiciones, recomendamos solicitar respaldar ajustable de 0 a 90°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE A LA EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 94 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Recomendamos solicitar que las barandas puedan ser usadas como puente entre la camilla y la cama para facilitar el traslado del paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 95 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Se recomienda solicitar porta casete de rayos X a todo lo largo de la camilla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
PORTA CASSETTE DE RAYOS X OPCIONAL		

Consulta 96 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Recomendamos solicitar que la camilla cuente con ajuste de altura de al menos 57 a 89 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 97 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Se recomienda incluir Colchon de espuma que permita una distribución uniforme de la presión del cuerpo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 98 - Ítem 13 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Recomendamos solicitar que el equipo sea resistente a caídas y golpes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
DIRIGIRSE AL EETT DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 99 - Suministros requeridos - Especificaciones Técnicas. ÍTEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
DONDE DICE: Rango dinámico 180dB, solicitamos diga Rango dinámico 165dB o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 100 - Suministros requeridos - Especificaciones Técnicas. ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Donde dice Todos los programas en lengua francesa, solicitamos diga Todos los programas en español		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 101 - Suministros requeridos - Especificaciones Técnicas. ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Rango de frecuencia de al menos 1 15Mhz, favor aclarar si debe decir Rango de frecuencia de al menos 1-15Mhz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 102 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Ítem 1 Aspirador portátil de Secreciones Donde dice Flujo máximo de aspiración (sin Vasos) 90L/min, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Flujo máximo de aspiración (con vasos) 80L/min. Considerar que el fabricante generalmente se suministra estas especificaciones con el Frasco de Aspiración instalado, o Especificar Flujo máximo de aspiración de 80L/min		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 103 - Item 13 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Recomendamos incluir que el equipo cuente con batería interna con autonomía de al menos 90 minutos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 104 - ITEM 17 Estufa de cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el rango de temperatura entre 60-80C y estabilidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE A LA EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 105 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 1 Aspirador de secreciones Donde dice Con frascos min de 3 litros con tapa y esterilizables. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con dos frascos de 2500ml, considerando que esta presentación es mas útil que un solo frasco de 3 litros. Sugerimos con frascos min de 3 litros o dos de 2.5 litros con tapa y esterilizables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE A LA EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 106 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 1 Aspirador portátil de Secresiones Donde dice Potencia Absorbida de 385VA, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con potencia de 400VA, sugerimos agregar rango a la solicitud 385VA +/-15VA. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 107 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 1 Aspirador portátil de Secresiones Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como valor aproximado. Considerando que existen equipos con menores potencia que requieren menor valor del fusible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE A LA EETT DEL PLIEGO DEL PBC		

Consulta 108 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Plazo de entrega: En todo los items presenta 60 dias de plazo de entrega a partir de la recepción del anticipo, solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 70 dias a partir de la recepción del anticipo, considerando que el tiempo de fabricación de los equipos solicitado suelen tardar mas de 15 dias, el tiempo de embarque aproximadamente 10 dias, y luego el tiempo de transporte, generalmente, ronda los 45 dias. Teniendo en cuenta estas consideraciones para cumplir en tiempo y forma con la convocante sugerimos ampliar a lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 109 - Item 13 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Recomendamos incluir que el equipo cuente con control de ganancia automática, software para reducción de ruidos y artefactos de imagen, software integrado de realce de las estructuras lineales de las agujas para facilitar su orientación durante el procedimiento de bloqueo de nervio		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 110 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Capacidad Técnica. Numeral 6, dice: Registro Sanitario para todos los Items cotizados. Respetuosamente solicitamos al convocante permita la presentación de este documento de la siguiente manera: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente para todos los Items cotizados, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre en inicio de trámite de registro, se deberá acompañar Constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en Inicio de trámites de Registro Sanitario.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 111 - Plan de entrega de los bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Plan de entrega de los bienes. Respetuosamente solicitamos al Convocante que este punto quede de la siguiente manera: 60 (sesenta) días corridos posteriores a la recepción del anticipo financiero en la cuenta bancaria del proveedor, para todos los items.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 112 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice para temperatura regulables desde ambiente +5°C hasta 80°C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura ambiente que van desde +5°C hasta 65°C. Teniendo en cuenta que las temperaturas de cultivos generalmente no ascienden a mas de 60°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 113 - Suministros requeridos - Especificaciones Técnicas. ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Donde dice: Incluir Transductores Lineal, convexo y sectorial. Recomendamos diga: Incluir: Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 6 a 13Mhz o mejor Transductor Convexo con rango de frecuencia de al menos 2 a 5 Mhz o mejor y profundidad de al menos 30cm Transductor sectorial con rango de frecuencia de al menos 1 a 4 Mhz y profundidad de al menos 34cm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 114 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Experiencia Requerida, dice: Demostrar la experiencia en Provisión de Equipos Médicos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3(tres) años 2019,2020 y 2021. Respetuosamente solicitamos al convocante permita la presentación de este documento de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en Provisión de Equipos Médicos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3(tres)años 2019,2020 y 2021. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 115 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice Estabilidad: +/- 0,1 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con estabilidad de +/- 1 °C como máximo en todo los puntos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 116 - ÍTEM 15: ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Suministros requeridos. Especificaciones técnicas, ÍTEM 15: ELECTROCARDIOGRAFO Respetuosamente solicitamos al convocante que especifique la cantidad de accesorios que requieren por cada equipo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 117 - TEM 17: ESTUFA DE CULTIVO

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Suministros requeridos. Especificaciones técnicas, ÍTEM 17: ESTUFA DE CULTIVO, dice: capacidad de aproximadamente de 150 litros o más Respetuosamente solicitamos al convocante que permita cotizar de la siguiente manera: capacidad de aproximadamente de 90 litros o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
IR A LA ADENDA		

Consulta 118 - ÍTEM 18: ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
Suministros requeridos. Especificaciones técnicas, ÍTEM 18: ESTUFA PARA ESTERILIZACION, dice: Capacidad 150 litros Respetuosamente solicitamos al convocante que permita cotizar de la siguiente manera: Capacidad 90 litros o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 119 - Ítem N° 14 Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Solicitamos amablemente a la convocante aclara el siguiente punto, donde dice : 1 (un) carro de transporte, con ruedas con frenos alimentación 100-220 VAC +/- 10% 50 Hz., favor aclarar porque aparentemente es un error de tipeo, ya que los carros de transporte de este tipo de equipo no poseen una fuente de alimentación sino que el equipo se conecta directamente a la red eléctrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2022
Error de tipeo, dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 120 - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Potencia de consumo: 1000W" aceptar "Potencia de consumo: 1000W aprox"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 121 - ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Se solicita amablemente a la convocante el punto "Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5° C TMP y TIMEP Programable" que sea opcional (no excluyente)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 122 - ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Temperatura de funcionamiento: de 80°C hasta 250°C." aceptar "Temperatura de funcionamiento: hasta 300°C"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 123 - ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Capacidad 150 litros" aceptar "Capacidad entre 150 y 200 litros" o "Capacidad mínima 150 litros"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 124 - Ítem 22 Monitor capnógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Ítem 22 Monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Solicitamos a la convocante aceptar equipos con módulos de parámetros sin pantalla, considerando que en la pantalla principal ya se muestran todos los datos de parámetros instalados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 125 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 1 Aspirador portátil de Secreciones Donde dice Con frascos min de 3 litros con tapa y esterilizables. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frascos de 2500ml. Sugerimos con frascos min de 2.5 litros con tapa y esterilizables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 126 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 1 Aspirador portátil de Secreciones Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como valor aproximado. Considerando que existen equipos con menores potencia que requieren menor valor del fusible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 127 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 1 Aspirador portátil de Secreciones Donde dice Funcionamiento Continuo Dimensiones del Tubo de Succión de Silicona 0,8 x 14 mm, solicitamos amablemente a la convocante que los tubos de succión de silicona sean medidas aproximadas, de esta manera dar posibilidad de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 128 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 4 Carro de curaciones Donde dice. Cuatro ruedas giratorias, medidas: 60cm x 40cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con medidas similares a lo solicitado. Sugerimos la siguiente descripción, cuatro ruedas giratorias, medidas aproximada de 60cm x 40cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 129 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 8 Cama eléctrica Cama eléctrica para paciente Donde dice Altura mínima 45cm. Se aceptará una medida inferior de hasta 10 cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con altura mínima que van hasta 34 cm o menor. Esto corresponde a equipos con mejores prestaciones que pueden ir más debajo de lo solicitado. Sugerimos Altura mínima 45cm. Se aceptará una medida inferior de 10cm o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 130 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 8 Cama eléctrica Colchón de 15 cm +1-5 cm de espesor. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con espesor de colchón con rango de +/- 5cm a lo solicitado. cardíaca, energía cargada y otros datos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 131 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 12 Desfibrilador Donde dice: Tres canales dinámicos observados en el monitor, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con visualización de 3 parámetros en el monitor, considerando que los canales hacen referencia a la capacidad de medición de un mismo parámetro, sin embargo, en la pantalla se observa valores de diferentes parámetros. Sugerimos tres canales dinámicos o tres parámetros observados en el monitor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 132 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 12 Desfibrilador Donde dice Desfibrilación con electrodos internos de 2 a 50 J en 12 pasos como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como OPCIONAL. Considerando que la desfibrilación con electrodos internos hace referencia a desfibrilación de descarga o desarme, este parámetro no requiere de selección de energía en la mayoría de los casos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 133 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 12 Desfibrilador Donde dice Tiempo de carga de 0 a 360 Julios en menos de 4 segundos (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 3,5 segundos. Solicitamos amablemente a la convocante que el tiempo de carga de 0 a 360 Julios sea inferior a 5 segundos (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 5 segundos. Sugerimos acotar de la siguiente manera. Tiempo de carga de 0 a 360 Julios en menos de 4seg +/-1seg (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 3,5seg +/-2seg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 134 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 15 Ecografo portátil Donde dice Incluir transductores, lineal frecuencia 4 a 11 Mhz, convexo 1.5 a 5.0 Mhz, sectorial 1.5 a 4.0 Mhz aprox. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar transductores lineal de 6 a 10 Mhz, convexo de 2.5 a 5 Mhz, sectorial de 2.5 a 4 Mhz. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, sugerimos transductores lineal frecuencia de 6Mhz o menor a 10Mhz o mayor Convexo de 2.5Mhz o menor a 5Mhz o mayor Sectorial de 2.5Mhz o menor a 4Mhz o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 135 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 14 Donde dice Reconocimiento automático de placa-paciente solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con reconocimiento de contacto de placa retorno con el paciente. Sugerimos Reconocimiento automático del placa-paciente o monitorización de superficie de contacto de placa de retorno. de esta manera permitir la participación mayor cantidad de oferente por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 136 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 15 Donde dice 3-5 y 12 canales seleccionables desde el menú. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 3 -6 y 12 canales seleccionables desde el menú. Considerando que los tipos de electrocardiógrafo existente en el mercado son de 1, 3,6, y 12 canales. Si existiese algún equipo con 5 canales sería de alguna marca específica. De esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mayor variedad de ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 137 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 15 Electrocardiógrafo Donde dice memoria interna para 10.000 o más estudios, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con almacenamiento para 250 casos o más con opción expandible a mayor capacidad mediante memoria SD, o USB. Considerando cantidad suficiente para almacenar datos en el equipo y luego trasladar al sistema de almacenamiento central de datos. De esta manera dar posibilidad de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mayor variedad de ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 138 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice para temperatura regulables desde ambiente +5°C hasta 80°C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura ambiente que van desde +5°C hasta 65°C. Teniendo en cuenta que las temperaturas de cultivos generalmente no ascienden a mas de 60°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 139 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice Estabilidad: +/- 0,1 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con estabilidad de +/- 1 °C como máximo en todo los puntos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 140 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 18 Estufa de Esterilización Donde dice capacidad de 150 litros, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con mayor capacidad de volumen de cámara interna, sugerimos capacidad de 150 litros o mayor. De esta manera dar oportunidad de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 141 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 18 Estufa de Esterilización Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura de funcionamiento de 80°C o menor hasta 250 °C. Considerando que existen equipos con mejores prestaciones capaz de operar con temperatura inferiores a 80°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 142 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 18 Estufa de esterilización Donde dice Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5° C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Temperatura de fluctuación +/- 1°C. Sugerimos Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5° C o temperatura de fluctuación de +/- 1°C y Timer Programable. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 143 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 22 Monitor con capnógrafo Donde dice Monitores con capnógrafos Pantalla LCD TFT de 17" antideslumbrante TACTIL, de alta resolución, compatible con ratón y teclado. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con monitores con pantalla LCD TFT de 15, considerando tamaño suficiente monitor de cabecera (internación o UTI) o de uso en salas de cirugía. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 144 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 22 Monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con módulos de parámetros sin pantalla, considerando que cumple la misma función de guardar datos de los signos vitales de los pacientes durante su traslado y que además la pantalla debilita el dispositivo, puede sufrir golpe o daño durante el traslado del paciente. Esto permitirá ofertas de mejor costo, mayor dureza y además la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 145 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
Item 22 Monitor capnógrafo Donde dice Tarjeta SD para los datos históricos de los pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con opción a memoria USB. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 146 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
En el ítem 13 Donde dice "Incluir batería interna de al menos 90 minutos autonomía" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos que incluyan "batería interna de al menos 60 minutos autonomía o mejor" debido a que esta característica no afecta a la calidad ni a las funciones solicitadas del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 147 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
En el Ítem 13, donde dice "Rango de frecuencia de al menos 1 15 MHz ", sugerimos modificar el punto a "Rango de frecuencia de al menos 1,5 a 16 MHz ", considerando que la diferencia es mínima y no afectará las funciones solicitadas del equipo. Permitiendo así una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 148 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
En el Ítem 13, donde dice "Rango de frecuencia de al menos 1 15 MHz ", sugerimos modificar el punto a "Rango de frecuencia de al menos 1,5 a 15 MHz ", considerando que la diferencia es mínima y no afectará las funciones solicitadas del equipo. Permitiendo así una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 149 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Donde dice: Desfibrilación automática AED y/o manual, por favor aclarar si será necesario el modo automático porque tiene un costo distinto al desfibrilador únicamente manual. No se aclaró este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC Desfibrilación automática AED y/o manual conjunción Y/O automático Y manual (Y) SOLO manual (O) CONJUNCIO		

Consulta 150 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Donde solicitan Desfibrilación con electrodos externos de 2 a 200 J en 12 pasos como mínimo. Desfibrilación con electrodos internos de 2 a 50 J en 12 pasos como mínimo, solicitamos se puedan cotizar equipos con electrodos externos de 1 a 200 J en 12 pasos como mínimo. Desfibrilación con electrodos internos de 1 a 50 J en 6 pasos como mínimo, considerando que el límite superior es de 50J. Insistimos con esta consulta ya que de no modificarse se estaría limitando la participación a otros potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 151 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
En la versión 2 del PBC este punto quedó modificado a lo siguiente: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 5 segundos (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 3,5 segundos. No es posible cumplir con los dos valores mencionados ya que son la misma especificación, solicitamos puedan modificar de esta manera: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 5 segundos (a red) e inferior a 10 segundos a batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 152 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Donde dice: La operación de descarga debe de estar esquematizada en el propio equipo, tanto para la desfibrilación manual como en modo AED. Desfibrilación de modalidad electrodos externos, electrodos internos y manos libres con electrodos desechables, solicitamos aclarar si el modo DEA es necesario incluir, ya que al principio de las especificaciones técnicas dice: Desfibrilación automática AED y/o manual. No se aclaró este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC Desfibrilación automática AED y/o manual conjunción Y/O automático Y manual (Y) SOLO manual (O) CONJUNCIO		

Consulta 153 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Donde solicitan: Almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes 7 segundos antes y hasta 12 segundos después de cada evento o desfibrilación, considerando que se trata de una especificación de una marca en particular, solicitamos se permitan ofertar desfibriladores con almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes 10 segundos antes y hasta 5 segundos después de cada evento o desfibrilación. Solicitamos nuevamente el cambio de esta especificación técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 154 - ITEM 15 ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Solicitan: Memoria interna para 10.000 o más estudios, considerando que el equipo solicitado es más bien básico, sugerimos se puedan ofertar equipos con memoria interna de 200 ECG, ampliables a 200 ECG con memoria USB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 155 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNOGRAFO Y PRESION INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
En las especificaciones técnicas solicitan del monitor con capnógrafo piden Tarjeta SD, a modo de dar participación a un mayor número de oferentes, podrían considerar la tarjeta SD como opcional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 156 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNOGRAFO Y PRESION INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Donde piden: Capnografía por favor aclarar si las líneas de toma de muestra son opcionales dependiendo si se utilizan o no. Considerando que con un sensor reusable no se necesitan las líneas de toma de muestra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO LA TARJETA SD NO QUEDA VISIBLE YA MANO PARA EXTRACCION, EN CAMBIO LA MEMORIA USB QUEDA A MANO A DISPOSICION DE CUALQUIER USUARIO O EXTRAVIO.		

Consulta 157 - ITEM 5 - CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Donde solicitan tabla de reanimación en plástico solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas en tabla de reanimación en plástico o material resistente al golpe, porque al solicitar solo tabla de plástico le están dando oportunidad a las marcas chinas dejando de lado a los que se fabrican en otros países		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 158 - ITEM 5 - CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Donde solicitan Tabla para paro cardiaco con sistema de sujeción al carro. Solicitamos a la convocante poder aclarar mejor esta especificaciones técnicas porque no es muy claro lo que están solicitando		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO TABLA CON SUJECCION SON ORIFICIOS EN LA TABLA, QUE SE ADHIEREN AL CORRO CON 2 PERNOS FIJOS DE SUJECCION A MODO DE SER DESMONTADO Y MONTADO FACILMENTE		

Consulta 159 - Item 4 Carro camilla de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
En la ultima adenda solicitan dimensiones Dimensiones; 2130 mm x 720mm L/A, altura mínima 580 mm x 890mm aprox. Solicitamos a la convocante poder cotizar Dimensiones; 2130 mm x 720mm (+/-50mm) L/A, altura mínima 580 mm x 890mm (+/- 50mm)aprox.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PLIEGO		

Consulta 160 - Item 13 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2022
Donde dice monitor táctil Monitor tipo táctil de 15". Solicitamos a la convocante excluir tipo táctil o opcional de esta manera se tendrá mayor cantidad de oferentes potenciales y no se dirigirá a una sola marca de ecógrafo. Y no contradecirá a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA		

Consulta 161 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2022
Donde dice: Dimensiones: 2130mm x 720mm L/A, altura minima 580mm x 890 aprox, solicitamos diga: Dimensiones: 2130mmx 720mm L/A +/-4cm, altura minima 580mm x 890 o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 162 - Ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2022
Donde dice Disfibrilación con electrodos externos de 2 a 200J en 12 pasos como mínimo. Desfibrilación con electrodos Internos de 2 a 50 J en 12 pasos como mínimo , favor aclarar a que se refiere esta solicitus		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 163 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2022
Donde dice Monitor tipo táctil de 15" solicitamos diga: Monitor de 10" o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 164 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2022
Solicitan Transductor lineal de 4 a 11 Mhz, solicitamos diga Transductor con frecuencia de 5 a 10 Mhz como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 165 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2022
Solicitan Transductor convexo con frecuencia de 1,5 a 5 Mhz, solicitamos diga Transductor convexo con frecuencia de 2 a 5 Mhz o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2022
DIRIGIRSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 166 - Plazo de Reposición de Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2022
En la versión 2 del PBC se establece: "Asistencia Técnica inmediata, con plazo de 15 días hábiles para reposición de bienes."		
Excluir la descripción de Asistencia Técnica inmediata considerando a que el apartado corresponde a reposición de los bienes y no al mantenimiento correctivo del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2022
ASISTENCIA TECNICA INMEDIATA 15 DIAS HABILES UNA VES SOLICITADO POR TECNICOS DE ELECTROMEDICINA DE LA INSTITUCION A LA FALLA POR POSTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA Y CUBRIENDO LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO		

Consulta 167 - Mantenimiento

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2022
En respuesta a la Consulta "...//...Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo solo podrán ser realizados por personal capacitado en el equipo en cuestión (marca, modelo y versión)...//..." Se solicita a la Convocante establecer que para el ítem 13 Ecógrafo portátil, el personal capacitado debe ser de la marca y modalidad ofertada, excluyendo modelo y versión, pues las capacitaciones de los fabricantes no se realiza por modelo ni versiones, habida cuenta estas pueden ser incontables, por lo que la capacitación es en forma genérica en la modalidad ofertada, en este caso Ecografía.- "		
La Convocante respondió " LA CAPACITACION SERA ACORDE AL EQUIPO RECEPCIONADO ".		
Se solicita aclaración si la expresión acorde al equipo recepcionado se refiere a la modalidad ofertada de manera genérica o también al modelo? Si se refiere al modelo, rogamos excluirlo, por las razones contenidas en la consulta precedente.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2022
LA CAPACITACION SERA ACORDE AL EQUIPO RECEPCIONADO, REFIERE YA UNA VES RECEPCIONADA LA OFERTA DEL EQUIPO SE SOBRE ENTIENDE QUE EL OFERENTE DEBE INCLUIR EN SU OFERTA PERSONAL CAPACITADO EN FABRICA PARA EL EQUIPO QUE OFRECE EN DICHO LLAMADO.		

Consulta 168 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Donde dice Rango dinámico de al menos 165dB, recomendamos solicitar Rango dinámico de al menos 250dB		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
Se aceptaran equipos con mejores rangos de dB, rango solicitado en el PBC requisito mínimo.		
Gracias por su consulta.		

Consulta 169 - Ítem 13 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Solicitan transductor sectorial, favor aclarar si el equipo debe tener la Licencia Cardiológica habilitada		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 170 - Ítem 13 ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Solicitan Incluir carro de transporte o maletín de transporte y más adelante solicitan maletín de transporte, favor aclarar si solo se debe hacer entrega de uno de ellos carro de transporte o maletín de transporte ya que hay una diferencia significativa entre el precio de estos items, es recomendable que el ecografo se use montado en su carro de transporte por lo que se recomienda solicitar: Incluir carro de transporte y maletín de transporte o para resguardo original de fábrica		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
DIRIJIRSE A LA ADENDA		

Consulta 171 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2022
En el ítem 13, donde dice "Incluir batería interna de al menos 90 minutos autonomía" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos que incluyan "batería interna de al menos 60 minutos autonomía" debido a que esta característica no afecta a la calidad ni a las funciones solicitadas del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA EETT DEL PBC		

Consulta 172 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2022
En el Ítem 13, donde dice "Rango de frecuencia de al menos 1 15 MHz ", sugerimos modificar el punto a "Rango de frecuencia de al menos 1,5 a 15 MHz ", considerando que la diferencia es mínima y no afectará las funciones solicitadas del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
DIRIJIRSE A LA ADENDA		

Consulta 173 - Ítem 13 Ecografo Portatil

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2022
Donde dice: Transductor convexo a 1.5-6MHz, sugerimos modificar para una mayor participación de oferentes el rango de frecuencia en el transductor convexo de 1.7-6MHz		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA EETT DEL PBC		

Consulta 174 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 18: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Capacidad 150 litros" aceptar "Capacidad entre 150 y 200 litros" o "Capacidad mínima 150 litros"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA EETT DEL PBC		

Consulta 175 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 18: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Temperatura de funcionamiento: de 80°C hasta 250°C." aceptar "Temperatura de funcionamiento: hasta 300°C"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA EETT DEL PBC		

Consulta 176 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 18: Se solicita amablemente a la convocante el punto "Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5° C TMP y TIMEP Programable" que sea opcional (no excluyente)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA EETT DEL PBC		

Consulta 177 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 20: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Potencia de consumo: 1000W" aceptar "Potencia de consumo: 1000W aprox"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA EETT DEL PBC		

Consulta 178 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 9: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Preselección del tiempo de ejecución, de 10 s a 99 h 59 min ó continuo" aceptar "Preselección del tiempo de ejecución, de 0 s a 99 min"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
DIRIJIRSE A LA ADENDA		

Consulta 179 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 9: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA EETT DEL PBC		

Consulta 180 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 9: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Rango de velocidad: 200 - 13.000 rpm" aceptar "Velocidad máxima: 15.000 rpm"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA EETT DEL PBC		

Consulta 181 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 10: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
ARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 182 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 10: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Rango de velocidad: 200 - 14.000 rpm" aceptar "Velocidad máxima: 15.000 rpm"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 183 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 10: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Rotor con adaptadores para 36 tubos de 12 mm de diámetro y 75/100 mm de largo" aclarar cuantos tubos de diámetro 75/100 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 184 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 17: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 185 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 18: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 186 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 20: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 187 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 21: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 188 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 23

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2022
ÍTEM 23: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485" aceptar "Normas de calidad ABNT NBR 14136"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 189 - Item 22 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Consulta 1: Sugerimos a la convocante que donde dice compatible con ratón y teclado Tarjeta SD para los datos históricos de los pacientes sea una característica OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 190 - Item 22 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Consulta 2: Sugerimos a la convocante que donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5" Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo sea una característica OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LA S EETT DEL PBC		

Consulta 191 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item N° 1 Aspirador Quirúrgico Donde dice Con frascos min de 3 litros con tapa y esterilizables. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con doble frascos de 2.5 litros o más. Sugerimos a la convocante Con frascos min de 3 litros con tapa y esterilizables o 2 frascos de 2 litros o más. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 192 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item N° 14 Electrobisturí Donde dice Reconocimiento automático del tipo de placa-paciente. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con sistema de detección de superficie de contacto de placa paciente. Sugerimos a la convocante Reconocimiento automático del tipo de placa-paciente o reconocimiento automático por impedancia de contacto de placa paciente. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 193 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item N°15 Electrocardiógrafo Donde dice Memoria interna para 10.000 o más estudios Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con memoria interna expandible mediante USB o dispositivo SD que pueda alcanzar o superar dicha cantidad de memoria. Sugerimos a la convocante Memoria interna para 10000 o más estudios o 250 estudios con memoria extraíble para 1000 o más estudios. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 194 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice para temperatura regulables desde ambiente +5°C hasta 80°C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura ambiente que van desde +5°C hasta 65°C. Teniendo en cuenta que las temperaturas de cultivos generalmente no ascienden a mas de 60°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 195 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice Estabilidad: +/- 0,1 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con estabilidad de +/- 1 °C como máximo en todo los puntos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 196 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item 18 Estufa de Esterilización Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura de funcionamiento de 80°C o menor hasta 250 °C. Considerando que existen equipos con mejores prestaciones capaz de operar con temperatura inferiores a 80°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 197 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item 18 Estufa de esterilización Donde dice Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5º C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Temperatura de fluctuación +/- 1°C. Sugerimos Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5º C o temperatura de fluctuación de +/- 1°C y Timer Programable. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 198 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item 22 Monitor multiparamétrico con capnógrafo y presión invasiva Normas de Calidad FDA, CE o al menos una de ellas Norma de Calidad General ISO 13485 Pantalla LCD TFT de 17" antideslumbrante TACTIL , de alta resolución ,compatible con ratón y teclado Tarjeta SD para los datos históricos de los pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 199 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item 22 Monitor con capnógrafo Donde dice Monitores con capnógrafos Pantalla LCD TFT de 17" antideslumbrante TACTIL, de alta resolución, compatible con ratón y teclado. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con monitores con pantalla LCD TFT de 15, considerando tamaño suficiente monitor de cabecera (internación o UTI) o de uso en salas de cirugía. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 200 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Ítem 22 Monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con módulos de parámetros sin pantalla, considerando que cumple la misma función de guardar datos de los signos vitales de los pacientes durante su traslado y que además la pantalla debilita el dispositivo, puede sufrir golpe o daño durante el traslado del paciente. Esto permitirá ofertas de mejor costo, mayor dureza y además la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 201 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item 22 monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo Tiempo de funcionamiento &#8805; 60 minutos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos modulares sin pantalla considerando que la pantalla debilita el dispositivo, puede sufrir golpe o daño durante el traslado del paciente. Esto permitirá ofertas de mejor costo, mayor dureza y además la participación de mayor cantidad de oferentes. Sugerimos que al requerimiento sea agregado como opcional.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 202 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
Item 22 monitor capnógrafo Donde dice Selección de derivaciones: I, II, III - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V6 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con selección de derivaciones de I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, considerando que la cantidad de derivaciones solicitadas corresponden a equipos con cable de ECG de 12 puntas, siendo que con la unidad se solicita cable con 3 o 5 puntas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 203 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2022
En el ítem 13 Donde dice "Incluir batería interna de al menos 90 minutos autonomía" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar ecógrafo portátil que incluya "batería interna de al menos 60 minutos autonomía o mejor" debido a que solo los ecógrafos de menor gamma que no cuentan con monitor táctil alcanzarían los 90 minutos de autonomía, además tener en cuenta que actualmente la mayoría de los ecógrafos de alta gamma cuentan con monitor táctil, por lo que la autonomía de 90 minutos excluiría a los mismos y solo daría oportunidad de ofertar equipos arcaicos, asimismo cabe resaltar que la autonomía de la batería interna del equipo no afecta a ninguna de las demás funciones solicitadas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC		

Consulta 204 - ítem 15 ECG EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Donde requieren "Memoria interna para 10.000 o más estudios" Solicitamos amablemente modificar a "Memoria interna de 700 ECG o más" Ya que los estudios también pueden almacenar en memoria externa, y no limitar la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 205 - ítem 15 ECG EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Donde solicitan "Pantalla color LCD plegable min 7 pulgadas", favor que el modo "plegable" sea opcional. Para dar participacion a equipos con pantalla fija. Tener en cuenta que la pantalla plegable es mas vulnerable a rotura/fallas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 206 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
En el ítem 13 Donde dice "Incluir batería interna de al menos 90 minutos autonomía" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipo que incluya "batería interna de al menos 60 minutos autonomía" debido a que esta característica no afecta a la calidad ni a las funciones solicitadas del equipo. Permitiendo así una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 207 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 1 Aspirador portátil de secreciones Donde dice Precisión de Vacío $\pm 5\%$, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con precisión de vacío $\pm 10\%$ considerando que esta varía con la fluctuación del suministro de energía eléctrica y la permisión de mayor porcentaje de precisión se compensa dicha situación, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 208 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 1 Aspirador portátil de secreciones Donde dice Con frascos min de 3 litros con tapa y esterilizables, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con dos frascos min de 2.5 litros con tapa y esterilizables. Considerar que dos frascos de 2.5 litros suman 5 litros. El requisito tal como se encuentra limita las prestaciones de equipos similares con mayor capacidad de reservorio. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 209 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 8 Cama Eléctrica para paciente Donde dice Altura ajustable: Altura mínima 45 cm. Se aceptará una medida inferior de hasta 10 cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con mejores prestaciones que permitan el descenso de la cama a mayor rango que lo solicitado, Sugerimos Altura ajustable: Altura mínima 45cm o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 210 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 12 Desfibrilador Donde dice Desfibrilación con electrodos internos de 2 a 50J. Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional o eliminar dicho requerimiento, considerando que los electrodos internos tipo cuchara son propias de la marca ZOLL, de esta manera dar apertura a participar a otros oferentes que puedan presentar ofertas de distinta marca y evitar cualquier suposición o interpretación de direccionamiento de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 211 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 15 Electrocardiografo Donde dice memoria interna para 10000 o mas estudios Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de almacenamiento de pacientes de hasta 250 pacientes. Sugerimos memoria interna para 10000 o más estudios o 250 pacientes. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 212 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice para temperatura regulables desde ambiente +5°C hasta 80°C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura ambiente que van desde +5°C hasta 65°C. Teniendo en cuenta que las temperaturas de cultivos generalmente no ascienden a mas de 60°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 213 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice Estabilidad: +/- 0,1 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con estabilidad de +/- 1 °C como máximo en todo los puntos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 214 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 18 Donde dice Capacidad entre 150 a 200 litros . Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de 220 litros, Sugerimos Capacidad entre 150 a 200 litros o mayor. De esta manera dar lugar de participación a oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 215 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 18 Estufa de esterilización Donde dice Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5° C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Temperatura de fluctuación +/- 1°C. Sugerimos Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5° C o temperatura de fluctuación de +/- 1°C y Timer Programable. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 216 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 22 Monitor con capnógrafo Donde dice Monitores con capnógrafos Pantalla LCD TFT de 17" antideslumbrante TACTIL, de alta resolución, compatible con ratón y teclado. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con monitores con pantalla LCD TFT de 15, considerando tamaño suficiente monitor de cabecera (internación o UTI) o de uso en salas de cirugía. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 217 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Ítem 22 Monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con módulos de parámetros sin pantalla, considerando que cumple la misma función de guardar datos de los signos vitales de los pacientes durante su traslado y que además la pantalla debilita el dispositivo, puede sufrir golpe o daño durante el traslado del paciente. Esto permitirá ofertas de mejor costo, mayor dureza y además la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 218 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Item 22 monitor capnógrafo Donde dice Selección de derivaciones: I, II, III - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V6 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con selección de derivaciones de I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, considerando que la cantidad de derivaciones solicitadas corresponden a equipos con cable de ECG de 12 puntas, siendo que con la unidad se solicita cable con 3 o 5 puntas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 219 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA De forma a permitir mayor participación de oferentes se solicita poder cotizar camilla con carga de 180kg o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 220 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el respaldo debe tener un rango de inclinación de 0 a 80º o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 221 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, se recomienda que donde dice: Incluir Metal y doble recubrimiento en la estructura de la camilla. Diga: Incluir Metal y doble recubrimiento en la estructura de la camilla o porta casete para rayos X		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 222 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener movimiento de Trendelenburg directo e inverso, se recomienda como mínimo una angulación de $\pm 12^\circ$.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 223 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener asas para transporte con ajuste de altura, para mayor ergonomía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 224 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, se solicita que donde dice: Sistema central de frenos. Diga: Sistema central de frenos con tres posiciones: Libre, Conducción y Freno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 225 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si la camilla debe tener una plataforma totalmente translúcida a los Rayos X y poseer un espacio para el almacenamiento de las pertenencias del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 226 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si la camilla debe porta suero y tener orificios para colocar porta sueros en las 4 esquinas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 227 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener soporte para equipo de aspiración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 228 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Solicitamos que el colchón debe ser de la misma marca que la cama, de forma a evitar adaptaciones locales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 229 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe cumplir con la nueva Normativa para camas IEC 60601-2-52, actualmente vigente y que define las recomendaciones para evitar atrapamientos de extremidades. Esta normativa es recomendación de la ISO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 230 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe contar con pausa en la posición de 30 grados Fowler, para facilitar posicionar al paciente para ventilación mecánica y atenuar los inconvenientes causados por la pulmonía asociada a la ventilación y mejorar la posición del paciente en ventilación no invasiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 231 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la plataforma que soporta el colchón de la cama debe ser desmontable para facilitar su limpieza y desinfección, indispensable para pacientes infectados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 232 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si la cama debe poseer barandas laterales abatibles en un solo movimiento y con dos barandales en la sección de la cabeza y dos en la sección de los pies. Con controles embutidos internos para el paciente y externos para la enfermera.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 233 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Se consulta si la cama debe poseer sistema de ruedas con tres (03) posiciones: Conducción, freno y libre con accionamiento centralizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 234 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe poseer indicador de ángulo digital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 235 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA De forma a evitar errores y confusiones, favor especificar los movimientos eléctricos que debe tener la cama: como por ejemplo: subida/bajada del respaldo, subida/bajada de piernas, subida/bajada de la cama, tredendelenburg directo e inverso, posición de silla cardiaca, posición de auscultación o vascular, RCP eléctrico y bloqueo de funciones en el panel de enfermería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 236 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si las barandas laterales y los porta pie y cabecera deben tener asideros para el mejor posicionamiento y conducción de la cama durante el transporte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 237 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer soporte extraíble para ropa de cama localizado en la parte inferior del porta pie.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 238 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Solicitamos que el colchón debe ser de la misma marca que la cama, de forma a evitar adaptaciones locales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 239 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer soportes de bolsas de drenaje integrados a ambos lados de la cama		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 240 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer parachoques giratorios en las cuatro esquinas de la cama, para evitar impactos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 241 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe poseer 3 posiciones de extensión estándar, corta y larga, para atender pacientes de diversas alturas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 242 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Se consulta si la Balanza Electrónica debe poseer botón mantenimiento de peso, de forma que se pueda agregar o remover accesorios a la cama (almohadas, frazadas, etc.) sin modificar el peso original del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 243 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Se consulta si la Balanza Electrónica debe poseer alarma de salida de paciente. Esta alarma sirve para indicar cuando el paciente abandona la cama sin autorización del personal médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 244 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Se consulta si la cama debe poseer Posición de inspección médico que es utilizada para la auscultación del médico o enfermera, accionado con un solo botón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 245 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la cama debe tener un panel de control principal para enfermería, con la capacidad de bloquear los botones de los controles laterales en las barandas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT. Por definición de Cama Eléctrica debe tener control tanto lateral como a distancia con todas las prestaciones que una cama de Terapia lo requiere.		

Consulta 246 - Item 8 CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Se consulta si la cama debe poseer sistema de detección movimiento que detecta y alarma cuando el paciente abandona la cama		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 247 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: En las especificaciones no se establecieron las potencias del electrobisturí. Para atender a todas las aplicaciones en cirugía general se recomiendan los siguientes valores: Corte monopolar 350W mínimo, Coagulación monopolar 170W mínimo, coagulación bipolar 120W mínimo, corte bipolar 350W mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 248 - ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 249 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 250 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. El equipo para la coagulación bipolar de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 251 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros solicitados para pacientes adulto y pediátricos son de superficie dividida o superficie única. Se recomienda de superficie dividida para la medición de la impedancia de contacto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 252 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 253 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el pedal de accionamiento solicitado es del tipo doble, para corte (de color Amarillo) y coagulación (de color Azul)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 254 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con resistencia al impulso de desfibrilación de acuerdo a la IEC 60601-1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 255 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con modos para endoscopia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 256 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 257 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe cumplir con la IEC 60601-2-2 para corrientes de fugas en alta frecuencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 258 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con test inicial para verificación del generador y sus accesorios después del encendido, con emisión de códigos de error en caso de falla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 259 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con tres tipos de coagulación monopolar: Suave, Forzada y Spray, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 260 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si el debe contar con tres tipos de mezcla en corte bipolar, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 261 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA De permitir mayor participación de oferentes y de forma a evitar dirigir las especificaciones, se solicita que donde dice: compatible con ratón y teclado Tarjeta SD para los datos históricos de los pacientes. Diga: compatible con ratón y teclado (opcionales) Tarjeta SD o puerto del tipo USB para transferencia y exportación de datos del paciente para análisis posterior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 262 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA De permitir mayor participación de oferentes y de forma a evitar dirigir las especificaciones, se solicita que donde dice: Pantalla LCD TFT en color de 5" Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo. Diga: Visualización automática de los parámetros cuando se conecta un módulo. Favor verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Favor ajustarse a las EETT del PBC		

Consulta 263 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, favor especificar los parámetros que debe tener el equipo: ECG/RESP, SPO2, NIPB, TEMP (2 canales), Presión Invasiva (2 canales), Capnografía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 264 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, favor especificar los accesorios que deben ser incluidos: Por ejemplo: Un (01) cable para medición de ECG (Adulto/Pediátrico) Un (01) brazal para medición de PANI reutilizable (Adulto/Pediátrico) Un (01) tubo para brazal para PANI Un (01) sensor de SPO2 dactilar del tipo que envuelve el dedo, reutilizable (Adulto/Pediátrico) Un (01) sensor de temperatura (Adulto/Pediátrico) reutilizable. Cincuenta (50) líneas de muestreo con trampa de agua para Capnografía. Favor verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 265 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicita un monitor para traslado, pero no se define el peso máximo aceptado para el traslado. Considerando que generalmente se transporta en camillas, se recomienda un peso máximo de 5kg o menor, incluyendo la batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 266 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA En las especificaciones no se establecieron el número de curvas simultáneas que pueden ser visualizadas. Se recomienda como mínimo 8 curvas o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 267 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Debido a que se trata de un monitor de traslados para centro de emergencias, solicitamos que el tamaño de la pantalla sea con pantalla del tipo touchscreen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 268 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Debido a que se solicita un monitor de traslado, se consulta si el equipo debe tener registro de tendencias, se recomienda por lo menos de 120horas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 269 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Debido a que se trata de un monitor de traslados para centro de emergencias, se consulta si el equipo debe tener registro de arritmias, se recomienda por lo menos 100 registros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 270 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener modo de espera. En modo de espera el monitor no muestra curvas ni alarmas, ni se registran los datos del paciente. Este modo es muy útil cuando el monitor no se usa y está en espera de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 271 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poder bloquear o desactivar la pantalla táctil, útil cuando para evitar errores involuntarios durante el traslado de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 272 - Item 32 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener ajuste automático del brillo de la pantalla. Esta función ajusta el brillo de la pantalla según la iluminación ambiental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 273 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA No todos los fabricantes tienen las dimensiones exactas solicitadas en las especificaciones. De forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que donde dice: Desfibrilador con monitor de 7 o más, de onda bifásica y de potencia constante exponencial truncada. Diga: Desfibrilador con monitor LCD color de 7 o más, de onda bifásica y de potencia constante exponencial truncada o bifásica rectilínea.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 274 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si en la pantalla del monitor se debe visualizar la energía seleccionada y la energía aplicada al paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 275 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Considerando las descargas del desfibrilador se realizan con batería sin estar conectado a la red y para evitar confusiones. Se solicita que donde dice: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 5 segundos (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 3,5 segundos. Diga: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 10 seg a batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 276 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que donde dice: Tiempo de estabilización de la curva de ECG después de la descarga no mayor a 4 segundos. Diga: Tiempo de estabilización de la curva de ECG después de la descarga no mayor a 4 segundos aproximadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 277 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, favor especificar los parámetros que deben ser monitorizados y los accesorios que deben ser incluidos en la oferta: Por ejemplo: Para ECG, incluir un (01) cable para medición de ECG (Adulto/Pediátrico) Para SPO2, incluir un (01) sensor de SPO2 dactilar del tipo que envuelve el dedo, reutilizable (Adulto/Pediátrico) Favor verificar y especificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 278 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que donde dice: Almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes 7 segundos antes o mejor y hasta 12 segundos después o mejor de cada evento o desfibrilación. Diga: Almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes 7 segundos antes o mejor y hasta 12 segundos después o mejor de cada evento o desfibrilación, aproximadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 279 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicitan: Desfibrilación de modalidad electrodos externos, electrodos internos y manos libres con electrodos desechables. Favor indicar si se deben incluir los electrodos para desfibrilación interna.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 280 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la velocidad de barrido de las curvas debe ser: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, seleccionable por el usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 281 - Item 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la pantalla debe tener capacidad para cuatro canales, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 282 - Ítem 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener marcapaso externo transcutáneo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 283 - Ítem 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe tener impresora incorporada, indispensable para la impresión automática de eventos, con velocidad de barrido de 25 mm/s y 50 mm/s., Con impresión manual y automática.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 284 - Ítem 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe detectar y monitorizar la profundidad de las compresiones en una RCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 285 - Ítem N° 01 "Aspirador de Secreciones"

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Ítem N° 01 "Aspirador de Secreciones" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Flujo Máximo de aspiración (con vaso) de al menos 80 L/min Respetuosamente solicitamos al convocante permita cotizar de la siguiente manera: Flujo Máximo de aspiración de 60 L/min como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Ajustarse a la EETT del PBC.		

Consulta 286 - Ítem N° 01 "Aspirador de Secreciones"

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Ítem N° 01 "Aspirador de Secreciones" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Funcionamiento Continuo Respetuosamente solicitamos al convocante permita cotizar de la siguiente manera: Funcionamiento Continuo o por pedal para succion intermitente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 287 - Ítem N° 01 "Aspirador de Secreciones"

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Ítem N° 01 "Aspirador de Secreciones" en una parte de las especificaciones técnicas dice: A ruedas trasportable Respetuosamente solicitamos al convocante permita cotizar de la siguiente manera: Con 4 ruedas antiestáticas de goma con al menos 2 frenos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 288 - Ítem N° 01 "Aspirador de Secreciones"

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Ítem N° 01 "Aspirador de Secreciones" Respetuosamente sugerimos al convocante indicar los accesorios que seran incluidos con el equipo, como ejemplo podemos indicar los siguientes accesorios: 2 (dos) Tubos de silicona autoclavable para succion. 2 (dos) Frascos de polycarbonato autoclavable de 3 litros de capacidad. 10 (diez) Filtro antibacteriano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 289 - Ítem N° 15 "Electrocardiógrafo"

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Ítem N° 15 "Electrocardiógrafo" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Pantalla color LCD plegable min 7 pulgadas Respetuosamente solicitamos al convocante declare como opcional la PANTALLA PLEGABLE, a modo de permitir una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Las EETT son mínimas , se podrán cotizar Equipos con mejores prestaciones que las solicitadas en EETT.		

Consulta 290 - Ítem N° 15 "Electrocardiografo"

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Ítem N° 15 "Electrocardiografo" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Memoria interna para 10.000 o mas estudios Respetuosamente solicitamos al convocante permita cotizar de la siguiente manera: Memoria interna para 200 estudios o mas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Ajustarse a la EETT del PBC.		

Consulta 291 - Ítem N° 24 "Silla de ruedas cromada"

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Ítem N° 24 "Silla de ruedas cromada" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Ruedas cromada plegable Respetuosamente solicitamos al convocante aclarar las especificaciones a modo de que quede de la siguiente manera: Silla de ruedas cromada plegable, a fin de evitar ambigüedad."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 292 - Ítem N° 15 "Electrocardiografo"

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Ítem N° 15 "Electrocardiografo" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Memoria interna para 10.000 o mas estudios Respetuosamente solicitamos al convocante permita cotizar de la siguiente manera: Memoria interna para 200 estudios con capacidad de ampliar mediante mediante tarjeta SD		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 293 - Ítem 4 - CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
En el punto donde dice: Sistema de dirección con quinta rueda Se consulta amablemente a la convocante si este punto podría ser OPCIONAL. En el mercado existen camillas con posición unidireccional que no necesitan de la quinta rueda para tal movimiento, ya que tienen un sistema mecánico que permite bloquear una rueda para que la camilla vaya en dirección recta durante el transporte.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 294 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
En el punto donde dice: Soporte de 220 kg max Se consulta a la convocante si es posible presentar ofertas que superen los 220 Kg de soporte, ya que en las especificaciones esto da a entender que lo máximo admisible en la oferta es de 220 Kg. Es obvio saber que una camilla que aguante más peso encima es más segura. Además, tener en cuenta que no solamente influye el peso del paciente, sino que también todos los equipos y elementos que son colocados en la camilla para el transporte de éste. En todo caso se recomienda colocar este punto como sigue: Soporte de 220 Kg como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 295 - Ítem N° 15 "Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
solicitamos al convocante que la Conectividad LAM se opcional de manera a permitir mas participación de oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 296 - Ítem N° 15 "Electrocardiografo"

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
las especificaciones técnicas Dice: Memoria interna para 10.000 o más estudios solicitamos al convocante permita cotizar: Memoria interna para 100 estudios o más con capacidad de ampliar mediante tarjeta SD. De esta manera podrán obtener mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 297 - Ítem N° 15 "Electrocardiografo"

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
En las especificaciones técnicas dice: Memoria interna para 10.000 o más estudios solicitamos al convocante permita cotizar memoria extraíble de manera a permitir mas participación de oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 298 - ítem 15 ECG EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
Donde solicitan "Pantalla color LCD PLEGABLE min 7 pulgadas" Solicitamos a la convocante que el requerimiento "Plegable" sea opcional, ya que con esto están limitando la participación de oferentes con equipos con mejores prestaciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 299 - ítem 15 ECG EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
Donde solicitan "Memoria interna para 10.000 o más estudios" Solicitamos a la convocante modificar a "Memoria para 500 estudios o más y/o con posibilidad de almacenamiento en memoria externa". Ya que con este requerimiento limitan la participación de potenciales oferentes, teniendo en cuenta que 10.000 estudios almacenados de ECG es un valor demasiado alto que no será de uso en la práctica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 300 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones se solicita que donde dice: Espaldar ajustable a dos (2) posiciones. Diga: Plataforma del paciente rígida totalmente radio translúcida a los RX, de dos secciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 301 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA De forma a permitir mayor participación de oferentes se solicita poder cotizar camilla con carga de 180kg o mayor.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 302 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el respaldo debe tener un rango de inclinación de 0 a 85° o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 303 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener movimiento de Trendelenburg directo e inverso. Se recomienda como mínimo una angulación de $\pm 12^\circ$.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 304 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener asas para transporte con ajuste de altura, para mayor ergonomía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 305 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si las barandas laterales integrales son de acero inoxidable y abatibles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 306 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, se solicita que donde dice: Sistema central de frenos. Diga: Sistema central de frenos con tres posiciones: Libre, Conducción y Freno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 307 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si la camilla debe tener una plataforma totalmente translúcida a los Rayos X y poseer un espacio para el almacenamiento de las pertenencias del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 308 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Debido a que la camilla va ser utilizada con pacientes de cualquier tipo, se recomienda que la camilla deba tener orificios para colocar porta sueros en las 4 esquinas y que también posea integrado un portasuero plegable en la cabecera de la camilla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 309 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener soporte para equipo de aspiración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 310 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el colchón sea de la misma marca de la camilla, de forma a evitar adaptaciones locales y si debe poseer cubierta reemplazable en caso de averías o daños.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 311 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe poder desinfectarse entre pacientes con desinfectantes comunes utilizados en los hospitales como: hipoclorito de Sodio y alcohol al 70%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 312 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se recomienda que las ruedas posean un diámetro de 20cm, o mayor, para facilitar el transporte ante obstáculos o desniveles que son comunes en cualquier hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 313 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Por bioseguridad, se solicita que donde diga: La plataforma de la cama deberá ser rígida, sin resortes. Diga: Plataforma de la cama del paciente deberá ser rígida, sin resortes, desmontable para su limpieza y desinfección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 314 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones favor aclara si la cama debe tener barandillas divididas totalmente rebatibles con panel de control interno para el paciente y panel de control externo para la enfermera. Y si debe tener panel de control principal externo, inalámbrico o con cable, para la enfermera.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 315 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Considerando que una altura menor de la cama siempre es mejor para facilitar el ascenso y descenso del paciente en la cama, se solicita que donde dice: Altura ajustable: Altura mínima 45 cm. Se aceptará una medida inferior de hasta 10 cm. Diga: Altura ajustable: Altura mínima 40 cm. Se aceptará una medida inferior de hasta 10 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 316 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, se solicita que donde dice: Con sistema de frenado y direccionamiento centralizado. Diga: Sistema centralizado de frenos con tres posiciones: Libre, Conducción y Freno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 317 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 318 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener ganchos para bolsas de orina y asas retenedoras de colchón a ambos lados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 319 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer botón para movimiento de trendelenburg directo/inverso para hipotensión con indicador digital de ángulos de la inclinación. Se recomienda Trendelenburg de $\pm 12^\circ$ o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 320 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Debido a que la cama debe soportar un peso de 220kg, favor especificar que el colchón debe por lo menos soportar 200kg y ser de la misma marca de la cama.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 321 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama tiene que tener pausa en 30° en la elevación del respaldo para posicionar el paciente en Fowler y botón para posicionamiento horizontal para auscultación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 322 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA De permitir mayor participación de oferentes y de forma a evitar dirigir las especificaciones, se solicita que donde dice: compatible con ratón y teclado Tarjeta SD para los datos históricos de los pacientes. Diga: compatible con ratón y teclado (opcionales) Tarjeta SD o puerto del tipo USB para transferencia y exportación de datos del paciente para análisis posterior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 323 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA De permitir mayor participación de oferentes y de forma a evitar dirigir las especificaciones, se solicita que donde dice: Pantalla LCD TFT en color de 5" Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo. Diga: Visualización automática de los parámetros cuando se conecta un módulo. Favor verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 324 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicita un monitor para traslado, pero no se define el peso máximo aceptado para el traslado. Considerando que generalmente se transporta en camillas, se recomienda un peso máximo de 5kg o menor, incluyendo la batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 325 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA En las especificaciones no se establecieron el número de curvas simultáneas que pueden ser visualizadas. Se recomienda como mínimo 8 curvas o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 326 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Debido a que se trata de un monitor de traslados para centro de emergencias, solicitamos que el tamaño de la pantalla sea con pantalla del tipo touchscreen color.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 327 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Debido a que se solicita un monitor de traslado, se consulta si el equipo debe tener registro de tendencias, se recomienda por lo menos de 120horas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 328 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Debido a que se trata de un monitor de traslados para centro de emergencias, se consulta si el equipo debe tener registro de arritmias, se recomienda por lo menos 100 registros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 329 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener puerto del tipo USB para transferencia y exportación de datos para análisis posterior de datos del traslado y/o conexión a una impresora externa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 330 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener modo de espera. En modo de espera el monitor no muestra curvas ni alarmas, ni se registran los datos del paciente. Este modo es muy útil cuando el monitor no se usa y está en espera de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 331 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poder bloquear o desactivar la pantalla táctil, útil cuando para evitar errores involuntarios durante el traslado de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 332 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener ajuste automático del brillo de la pantalla. Esta función ajusta el brillo de la pantalla según la iluminación ambiental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 333 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CATNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener detección automática de arritmias con clasificación de latidos. Se recomienda como mínimo 20 arritmias. Con medición del segmento S-T.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 334 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: En las especificaciones se establecieron potencias muy bajas para el electrobisturí, creemos que existe un error. Para atender a todas las aplicaciones en cirugía general se recomiendan los siguientes valores: Corte monopolar 350W mínimo, Coagulación monopolar 170W mínimo, coagulación bipolar 120W mínimo, corte bipolar 350W mínimo. Favor verificar y corregir.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 335 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 336 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. El equipo para la coagulación bipolar de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 337 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros solicitados para pacientes adulto y pediátricos son de superficie dividida o superficie única. Se recomienda de superficie dividida para la medición de la impedancia de contacto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 338 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 339 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el pedal de accionamiento solicitado es del tipo doble, para corte (de color Amarillo) y coagulación (de color Azul)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 340 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con resistencia al impulso de desfibrilación de acuerdo a la IEC 60601-1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 341 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con modos para endoscopia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 342 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 343 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer modos específicos para corte y coagulación monopolar para urología y corte y coagulación bipolar para urología.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 344 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe cumplir con la IEC 60601-2-2 para corrientes de fugas en alta frecuencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 345 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con test inicial para verificación del generador y sus accesorios después del encendido, con emisión de códigos de error en caso de falla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 346 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con tres tipos de coagulación monopolar: Suave, Forzada y Spray, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 347 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Se consulta si el debe contar con tres tipos de mezcla en corte bipolar, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 348 - Ítem N° 01 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Ítem N° 01 Aspirador de Secreciones, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Flujo Máximo de aspiración (con vaso) de al menos 80 L/min Por un lado dice flujo máximo, entiende que el aspirador puede llegar hasta 80 litros por minuto, esto deja entrever que un aspirador con una capacidad máxima de 50 litros ya cumple con lo solicitado. Por favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a la EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 349 - Ítem N° 01 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Ítem N° 01 Aspirador de Secreciones, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Flujo Máximo de aspiración (con vaso) de al menos 80 L/min No resulta claro del porqué incorpora el termino - con vaso - en esta parte. En otra parte de las especificaciones técnicas dice que este aspirador debe tener un frasco aspirador de 3 litros. Solicitamos eliminar el término con vaso a fin de evitar confusiones innecesarias, tanto en la evaluación como al momento de la entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a la EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 350 - Ítem N° 01 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Ítem N° 01 Aspirador de Secreciones, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Flujo Máximo de aspiración (con vaso) de al menos 80 L/min Por un lado dice flujo máximo por otro lado dice al menos. No resulta claro que característica es lo mínimo que hay que cumplir. Solicitamos corregir y dejar como sigue: Flujo de aspiración de al menos 50 L/min		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a la EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 351 - Ítem N° 01 Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Ítem N° 01 Aspirador de Secreciones, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Flujo Máximo de aspiración (con vaso) de al menos 80 L/min Por un lado dice flujo máximo por otro lado dice al menos. No resulta claro que característica es lo mínimo que hay que cumplir. Solicitamos corregir y dejar como sigue: Flujo de aspiración de al menos 50 L/min		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a la EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 352 - Ítem N° 15 Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Ítem N° 15 Electrocardiografo, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Memoria interna para 10.000 o mas estudios Esta descripción fue copiada - de manera incompleta - de un sitio de internet, en el cual se describe como sigue: Tarjeta microSD 8G estándar para memoria interna de 10,000 ECG A los efectos de permitir la presentación de ofertas claras y que permitan la participación de una mayor cantidad de oferentes, respetuosamente solicitamos se corrija y se deje como sigue: Tarjeta SD para memoria interna de 10.000 estudios o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a la EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 353 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Considerando las descargas del desfibrilador se realizan con batería sin estar conectado a la red y para evitar confusiones. Se solicita que donde dice: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 5 segundos (a red) e inferior a 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 3,5 segundos. Diga: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 10 seg a batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a la EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 354 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que donde dice: Almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes antes después de cada evento o desfibrilación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a la EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 355 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si en la pantalla del monitor se debe visualizar la energía seleccionada y la energía aplicada al paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Debe visualizarse en pantalla la descarga de energía seleccionada y aplicada.		

Consulta 356 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la velocidad de barrido debe ser: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, seleccionable por el usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 357 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la pantalla debe tener capacidad para cuatro canales, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 358 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener marcapaso externo transcutáneo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 359 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe tener impresora incorporada, indispensable para la impresión automática de eventos, con velocidad de barrido de 25 mm/s y 50 mm/s., Con impresión manual y automática.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 360 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe detectar y monitorizar la profundidad de las compresiones en una RCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 361 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA No todos los fabricantes tienen las dimensiones exactas solicitadas en las especificaciones. De forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que donde dice: Desfibrilador con monitor de 7 o más, de onda bifásica y de potencia constante exponencial truncada. Diga: Desfibrilador con monitor LCD color de 7 o más, de onda bifásica y de potencia constante exponencial truncada o bifásica rectilínea.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 362 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si en la pantalla del monitor se debe visualizar la energía seleccionada y la energía aplicada al paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Debe visualizarse en pantalla la descarga de energía seleccionada y aplicada.		

Consulta 363 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que donde dice: Tiempo de estabilización de la curva de ECG después de la descarga no mayor a 4 segundos. Diga: Tiempo de estabilización de la curva de ECG después de la descarga no mayor a 4 segundos aproximadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Ajustarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 364 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, favor especificar los parámetros que deben ser monitorizados y los accesorios que deben ser incluidos en la oferta: Por ejemplo: Para ECG, incluir un (01) cable para medición de ECG (Adulto/Pediátrico) Para SPO2, incluir un (01) sensor de SPO2 dactilar del tipo que envuelve el dedo, reutilizable (Adulto/Pediátrico) Favor verificar y especificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 365 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicitan: Desfibrilación de modalidad electrodos externos, electrodos internos y manos libres con electrodos desechables. Favor indicar si se deben incluir los electrodos para desfibrilación interna.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 366 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la velocidad de barrido de las curvas debe ser: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, seleccionable por el usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 367 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la pantalla debe tener capacidad para cuatro canales, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 368 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener marcapaso externo transcutáneo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 369 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe tener impresora incorporada, indispensable para la impresión automática de eventos, con velocidad de barrido de 25 mm/s y 50 mm/s., Con impresión manual y automática.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Las EETT del PBC son mínimas, el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 370 - Item 15 Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
Donde dice Memoria interna para 10.000 o mas estudios, Consulta: Sugerimos a la convocante aceptar electrocardiografo con memoria interna de 100 unidades de informes y que el equipo cuente con coneccion a USB para guardar los informes de los pacientes para dar oportunidad a mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 371 - Item 15 Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
Donde dice: Pantalla color LCD plegable minimo 7 pulgadas Consulta: Sugerimos a la convocante aceptar Electrocardiografo no plegable con memoria de 800 unidades de pacientes con la posibilidad de transferir los datos de los pacientes y almacenar en memoria USB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 372 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 1 Aspirador portátil de secreciones Donde dice Precisión de Vacío $\pm 5\%$, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con precisión de vacío $\pm 10\%$ considerando que esta varía con la fluctuación del suministro de energía eléctrica y la permisión de mayor porcentaje de precisión se compensa dicha situación, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes Item 1 Aspirador portátil de secreciones Donde dice Con frascos min de 3 litros con tapa y esterilizables, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con dos frascos min de 2.5 litros con tapa y esterilizables. Considerar que dos frascos de 2.5 litros suman 5 litros. El requisito tal como se encuentra limita las prestaciones de equipos similares con mayor capacidad de reservorio. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 373 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 8 Cama Eléctrica para paciente Donde dice Altura ajustable: Altura mínima 45 cm. Se aceptará una medida inferior de hasta 10 cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con mejores prestaciones que permitan el descenso de la cama a mayor rango que lo solicitado, Sugerimos Altura ajustable: Altura mínima 45cm o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 374 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 12 Desfibrilador Donde dice Desfibrilación con electrodos internos de 2 a 50J. Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional o eliminar dicho requerimiento, considerando que los electrodos internos tipo cuchara son propias de la marca ZOLL, de esta manera dar apertura a participar a otros oferentes que puedan presentar ofertas de distinta marca y evitar cualquier suposición o interpretación de direccionamiento de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 375 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 14 Electrobisturí Donde dice Reconocimiento automático del tipo de placa-paciente. Solicitamos amablemente a la convocante que este punto sea opcional. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 376 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 15 Electrocardiografo Donde dice memoria interna para 10000 o mas estudios Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de almacenamiento de pacientes de hasta 250 pacientes. Sugerimos memoria interna para 10000 o más estudios o 250 pacientes. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 377 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 15 Electrocardiografo Donde dice formato de impresión seleccionable PDF, XML Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con formato de impresión		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 378 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice para temperatura regulables desde ambiente +5°C hasta 80°C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura ambiente que van desde +5°C hasta 65°C. Teniendo en cuenta que las temperaturas de cultivos generalmente no ascienden a mas de 60°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		
Item 17 Estufa de cultivo Donde dice Estabilidad: +/- 0,1 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con estabilidad de +/- 1 °C como máximo en todo los puntos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 379 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 18 Donde dice Capacidad entre 150 a 200 litros . Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de 220 litros, Sugerimos Capacidad entre 150 a 200 litros o mayor. De esta manera dar lugar de participación a oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 380 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 18 Estufa de Esterilización Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temperatura de funcionamiento de 80°C o menor hasta 250 °C. Considerando que existen equipos con mejores prestaciones capaz de operar con temperatura inferiores a 80°C. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas Item 18 Estufa de esterilización Donde dice Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5° C. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Temperatura de fluctuación +/- 1°C. Sugerimos Incluir controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5° C o temperatura de fluctuación de +/- 1°C y Timer Programable. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 381 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Item 22 Monitor con capnógrafo Donde dice Monitores con capnógrafos Pantalla LCD TFT de 17" antideslumbrante TACTIL, de alta resolución, compatible con ratón y teclado. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con monitores con pantalla LCD TFT de 15, considerando tamaño suficiente monitor de cabecera (internación o UTI) o de uso en salas de cirugía. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes. Ítem 22 Monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con módulos de parámetros sin pantalla, considerando que cumple la misma función de guardar datos de los signos vitales de los pacientes durante su traslado y que además la pantalla debilita el dispositivo, puede sufrir golpe o daño durante el traslado del paciente. Esto permitirá ofertas de mejor costo, mayor dureza y además la participación de mayor cantidad de oferentes. Item 22 monitor capnógrafo Donde dice Pantalla LCD TFT en color de 5". Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo Tiempo de funcionamiento &#8805; 60 minutos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos modulares sin pantalla considerando que la pantalla debilita el dispositivo, puede sufrir golpe o daño durante el traslado del paciente. Esto permitirá ofertas de mejor costo, mayor dureza y además la participación de mayor cantidad de oferentes. Sugerimos que al requerimiento sea agregado como opcional. Item 22 monitor capnógrafo Donde dice Selección de derivaciones: I, II, III - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V6 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con selección de derivaciones de I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, considerando que la cantidad de derivaciones solicitadas corresponden a equipos con cable de ECG de 12 puntas, siendo que con la unidad se solicita cable con 3 o 5 puntas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 382 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones se solicita que donde dice: Espaldar ajustable a dos (2) posiciones. Diga: Espaldar ajustable a dos (2) posiciones o mejor.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 383 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA De forma a permitir mayor participación de oferentes se solicita poder cotizar camilla con carga de 180kg o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 384 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el respaldo debe tener un rango de inclinación de 0 a 85º o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 385 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener movimiento de Trendelenburg directo e inverso. Se recomienda como mínimo una angulación de $\pm 12^\circ$.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 386 - Item 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener asas para transporte con ajuste de altura, para mayor ergonomía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 387 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si las barandas laterales integrales son de acero inoxidable y abatibles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 388 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, se solicita que donde dice: Sistema central de frenos. Diga: Sistema central de frenos con tres posiciones: Libre, Conducción y Freno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 389 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si la camilla debe tener una plataforma totalmente translúcida a los Rayos X y poseer un espacio para el almacenamiento de las pertenencias del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 390 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Debido a que la camilla va ser utilizada con pacientes de cualquier tipo, se recomienda que la camilla deba tener orificios para colocar porta sueros en las 4 esquinas y que también posea integrado un portasuero plegable en la cabecera de la camilla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 391 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe tener soporte para equipo de aspiración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 392 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el colchón sea de la misma marca de la camilla, de forma a evitar adaptaciones locales y si debe poseer cubierta reemplazable en caso de averías o daños.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 393 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la camilla debe poder desinfectarse entre pacientes con desinfectantes comunes utilizados en los hospitales como: hipoclorito de Sodio y alcohol al 70%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 394 - Ítem 4 CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE CON BARANDA Y SOPORTE DE SUERO

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se recomienda que las ruedas posean un diámetro de 20cm, o mayor, para facilitar el transporte ante obstáculos o desniveles que son comunes en cualquier hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 395 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Por bioseguridad, se solicita que donde diga: La plataforma de la cama deberá ser rígida, sin resortes. Diga: Plataforma de la cama del paciente deberá ser rígida, sin resortes, desmontable para su limpieza y desinfección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 396 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Considerando que una altura menor de la cama siempre es mejor para facilitar el ascenso y descenso del paciente en la cama, se solicita que donde dice: Altura ajustable: Altura mínima 45 cm. Se aceptará una medida inferior de hasta 10 cm. Diga: Altura ajustable: Altura mínima 40 cm. Se aceptará una medida inferior de hasta 10 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 397 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Para evitar errores se solicita que donde dice: Barandales de material resistente al alto impacto, abatibles por debajo de la cama permitiendo una transferencia segura del paciente. Diga: Barandales de material resistente al alto impacto, abatibles por debajo de la cama permitiendo una transferencia segura del paciente y divididas con panel de control interno para el paciente y panel de control externo para la enfermera. Debe tener panel de control principal externo, inalámbrico o con cable, para la enfermera.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 398 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, se solicita que donde dice: Con sistema de frenado y direccionamiento centralizado. Diga: Sistema centralizado de frenos con tres posiciones: Libre, Conducción y Freno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 399 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener botón de CPR eléctrico en el panel de control y palanca de CPR mecánico en las laterales de la cama.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 400 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe tener ganchos para bolsas de orina y asas retenedoras de colchón a ambos lados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 401 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer botón para movimiento de trendelenburg directo/inverso para hipotensión con indicador digital de ángulos de la inclinación. Se recomienda Trendelenburg de $\pm 12^\circ$ o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 402 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Debido a que la cama debe soportar un peso de 220kg, favor especificar que el colchón también debe por lo menos soportar 200kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 403 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Debido a que la cama debe soportar un peso de 220kg, favor especificar que el colchón también debe por lo menos soportar 200kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 404 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama tiene que tener pausa en 30° en la elevación del respaldo para posicionar el paciente en Fowler y botón para posicionamiento horizontal para auscultación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 405 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer medidor digital de ángulos de la inclinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 406 - ITEM 8 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si la cama debe poseer botón para movimiento de Trendelenburg directo/inverso para hipotensión con indicador digital de ángulos de la inclinación. Se recomienda Trendelenburg de $\pm 12^\circ$ o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 407 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA De permitir mayor participación de oferentes y de forma a evitar dirigir las especificaciones, se solicita que donde dice: Pantalla LCD TFT en color de 5" Monitorización durante el traslado del paciente Transferencia automática de los datos del paciente cuando se conecta modulo. Diga: Visualización automática de los parámetros cuando se conecta un módulo. Favor verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 408 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicita un monitor para traslado, pero no se define el peso máximo aceptado para el traslado. Considerando que generalmente se transporta en camillas, se recomienda un peso máximo de 5kg o menor, incluyendo la batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 409 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener detección automática de arritmias con clasificación de latidos. Se recomienda como mínimo 20 arritmias. Con medición del segmento S-T.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 410 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA En las especificaciones no se establecieron el número de curvas simultáneas que pueden ser visualizadas. Se recomienda como mínimo 8 curvas o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 411 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Debido a que se trata de un monitor de traslados para centro de emergencias, solicitamos que el tamaño de la pantalla sea con pantalla del tipo touchscreen color.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 412 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Debido a que se solicita un monitor de traslado, se consulta si el equipo debe tener registro de tendencias, se recomienda por lo menos de 120horas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 413 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poder bloquear o desactivar la pantalla táctil, útil cuando para evitar errores involuntarios durante el traslado de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 414 - ITEM 22 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON CAPNÓGRAFO Y PRESIÓN INVASIVA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener ajuste automático del brillo de la pantalla. Esta función ajusta el brillo de la pantalla según la iluminación ambiental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 415 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Para evitar confusiones, donde dice: Potencia máxima de corte CUT: 80 W - 400 de Ohm. Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1: 60 W - 400 Ohm. Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2: 50W -400 Ohm. Potencia máxima de coagulación COAG: 20W - 600 Ohm. Diga: Potencia máxima de corte CUT: 80 W - 400 de Ohm. Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1: 60 W - 400 Ohm. Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2: 50W -400 Ohm. Potencia máxima de coagulación COAG: 20W - 600 Ohm. OPCIONAL o EXCLUIR de las especificaciones, porque ya fue definido en el parágrafo anterior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 416 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 417 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. El equipo para la coagulación bipolar de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 418 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si los electrodos neutros solicitados para pacientes adulto y pediátricos son de superficie dividida o superficie única. Se recomienda de superficie dividida para la medición de la impedancia de contacto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 419 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo regulación automática o respuesta automática de la potencia de salida de acuerdo a la impedancia de contacto del tejido. Con esto se consigue un corte y coagulación homogéneos independiente del tipo de tejido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 420 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con resistencia al impulso de desfibrilación de acuerdo a la IEC 60601-1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 421 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe contar con modos para endoscopia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 422 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 423 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe poseer modos específicos para corte y coagulación monopolar para urología y corte y coagulación bipolar para urología.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 424 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA: Se consulta si el equipo debe cumplir con la IEC 60601-2-2 para corrientes de fugas en alta frecuencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 425 - Ítem 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con test inicial para verificación del generador y sus accesorios después del encendido, con emisión de códigos de error en caso de falla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 426 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con tres tipos de coagulación monopolar: Suave, Forzada y Spray, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 427 - Item 14 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
CONSULTA Se consulta si el debe contar con tres tipos de mezcla en corte bipolar, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 428 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Las especificaciones son un poco confusas porque solicitan Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 10 segundos a batería y al mismo tiempo de 0 a 200 Julios en menos de 3,5 segundos. Para evitar confusiones se solicita que: Donde dice: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 10 segundos a batería y de 0 a 200 Julios en menos de 3,5 segundos. Diga: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en menos de 7 segundos ya sea a batería o conectado a la red eléctrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Ajustarse a las EETT del PBC.		

Consulta 429 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA De forma a permitir mayor participación de oferentes se solicita que: Donde dice: Almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes 7 segundos antes o mejor y hasta 12 segundos después o mejor de cada evento o desfibrilación. Diga: Almacenamiento y registro de la curva de ECG y los datos correspondientes 7 segundos antes aproximadamente y hasta 12 segundos después aproximadamente de cada evento o desfibrilación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 430 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA No todos los fabricantes tienen las solicitudes exactas de las especificaciones. De forma a permitir la mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones a un fabricante en específico, se solicita que donde dice: Tiempo de estabilización de la curva de ECG después de la descarga no mayor a 4 segundos. Diga: Tiempo de estabilización de la curva de ECG después de la descarga no mayor a 4 segundos aproximadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 431 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si en la pantalla del monitor se debe visualizar la energía seleccionada y la energía aplicada al paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 432 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si la velocidad de barrido de las curvas del monitor debe ser: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, seleccionable por el usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 433 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener marcapaso externo transcutáneo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 434 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Favor aclarar la impresora incorporada debe poseer velocidades de barrido de 25 mm/s y 50 mm/s., Con impresión manual y automática.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 435 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe detectar y monitorizar la profundidad de las compresiones en una RCP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 436 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicitan: Desfibrilación de modalidad electrodos externos, electrodos internos y manos libres con electrodos desechables. Favor indicar si se deben incluir los electrodos para desfibrilación interna.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 437 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poseer controles de Seleccionar energía, Carga y Descarga localizados en las palas y el panel frontal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 438 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe presentar tendencias de todos los valores monitorizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 439 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Favor aclarar si las alarmas deben ser audiovisuales con códigos de colores para las prioridades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		

Consulta 440 - ITEM 12 DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe monitorizar la frecuencia y profundidad de las compresiones en una Resucitación Cardio Pulmonar (RCP).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
Las especificaciones técnicas del pliego son mínimas, podrá ofertarse equipos con mejores prestaciones.		