

Consultas Realizadas

Licitación 412791 - LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS

Consulta 1 - Item 13

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Solicitamos a la convocante aclarar el material de fabricación del insumo ya que menciona "silicona 100% poliuretano", recomendamos que el material sea Poliuretano Grado Médico y que el item sea "Catéter Umbilical" sin la palabra Venoso ya que no corresponde la diferenciación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
Favor Ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Item 10 Catèter para medición de presión intracaneal

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Solicitamos a la convocante aclarar si el mencionado Catéter que solicitan se refiere a Infantil o Adulto, la consulta es referente a que el de la medida Infantil ya se solicito en el llamado con ID 405762 que se encuentra pendiente de apertura, repitiendo la compra del mismo item y no adquiriéndose aún el Adulto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Se aclara que se solicita "INFANTIL", porque en la LPN Nº 02/22 con ID: 405.762 lo solicitado es "ADULTO".		

Consulta 3 - Item 16 Catéter Epicutáneo PICC

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Solicitamos a la convocante volver a verificar el precio referencial establecido, ya que el mismo corresponde a un catéter epicutáneo de un lumen y en este llamado solicitan de doble lumen, deberían de haber tomado el item 169 del ID 366005 debería de ser mínimo de Gs. 1.415.000 ya que son productos diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 4 - item 41 Cánula Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Solicitamos se verifique el precio referencial del mencionado item ya que solicita en material 100% Silicona y el precio establecido no esta acorde a la especificación, recomendamos tener en cuenta el ID 399595 que se encuentra actualizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 5 - Item 1 Circuito para ventiladores NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
En el Item 1 Solicitan Circuito para ventiladores NEONATAL Neonatal. Universal. Con conexiones adecuadas para respirador. Con 2 trampas de agua y cámara humidificadora. Al solicitar Cámara Humidificadora el circuito tiene que ser con una sola trampa de agua, ya que el circuito inspiratoria viene con los alambres calentadores y la rama expiratoria es la que usa la trampa de agua, por lo tanto solicitamos poder cotizar con una sola trampa de agua.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
Favor Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Item 10 Cateter p/ Medicion de Presion Intra-Craneal

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
En el Item 10 solicitan Cateter para medición de presión intracaneal donde solicitan bolsa colectora milimetrada blanda de 500 a 1500cc, solicitamos a la convocante aclarar si es que se refiere a que las bolsas cotizas tiene que tener un mínimo de 500 cc y como máximo a cotizar de 1.500cc		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
Se aclara que la bolsa colectora milimetrada blanda debe ser de 500 cc como mínimo y máximo de 1500 cc. Favor Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - Item 11 Cateter p/ Medicion de Presion Intra-Craneal

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
En el Item 11 solicitan Cateter para medición de presión intracaneal donde solicitan bolsa colectora milimetrada blanda de 500 a 1500cc, solicitamos a la convocante aclarar si es que se refiere a que las bolsas cotizas tiene que tener un mínimo de 500 cc y como máximo a cotizar de 1.500cc		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
Se aclara que la bolsa colectora milimetrada blanda debe ser de 500 cc como mínimo y máximo de 1500 cc. Favor Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 8 - Item 36 Filtro para Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
En el item 36 solicitan filtros antibacteriano, solicitamos a la convocante poder alzar el precio referencial en 22.500gs que es lo que se ajusta a los últimos precios cotizados en varias licitaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 9 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
En el ítem 42 solicitan Cateter de aspiracion, solicitamos a la convocante poder alzar el precio referencial en 170.000gs que es lo que se ajusta a los últimos precios cotizados en varias licitaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 10 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
Solicitamos a la convocante que los plazos de entrega para la primera entrega del 20% de la cantidad mínima sea a los 30 días corridos posterior a la orden de compra y no desde la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
Favor Ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Ítem 30 Papel para Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
Solicitamos a la convocante que para el ítem 30 Papel de registro para ecografía, no soliciten los documentos de registro sanitario, para algunos países al ser papel para impresora no necesita de documentaciones para registrar y tampoco se requiere de intervencion de DNVS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
Se aclara que el papel de electrocardiograma debe estar incluido en el registro sanitario del equipo biomédico como accesorio.		

Consulta 12 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
Donde solicitan Papel de Ecografo del ítem 30 Tipo II HD (alta densidad). De 110 mm x 20 m, El precio referencial no se ajusta al actual del mercado que es de 160.000; O en todo caso permitir ofertar Papel del tipo I normal High Quality		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 13 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
1. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 3: Sonda nasogastrica adulto a gs 3.300		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 14 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
2. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 4: Sonda nasogastrica adulto a gs. 3.300		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 15 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
3. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 20: Equipo volutrol microgotero para soluciones a gs. 9500		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 16 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
4. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos: ITEM 21 Llave de tres vías a gs. 2750		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 17 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
5. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos ITEM 26 Sonda Vesical a gs. 8.800		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 18 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
6. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos ITEM 27: Sonda Vesical a gs 8.800		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 19 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
7. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos ITEM 28 Sonda Vesical a gs 8.800		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 20 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
8. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos ITEM 29: Bolsa de papel con indicador químico a gs. 550		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 21 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
9. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos ITEM 36 Filtro para Ventilador Pulmonar a gs 22.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.		

Consulta 22 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

10. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos
ITEM 37 Venda enyesada a gs 8.800

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.

Consulta 23 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

11. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos

ITEM 38: Venda semi elástica a gs 3.300

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.

Consulta 24 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

12. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos

ITEM 40 Aguja Raquidea a gs. 11.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.

Consulta 25 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

13. Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem que se detallan más abajo, ya que el mismo se encuentran desactualizados en cuanto a los precios actuales del mercado, por lo tanto proponemos

ITEM 42 Cateter de aspiración a gs 110.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.

Consulta 26 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ITEM 20: Equipo volutrol microgotero para soluciones, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 14.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.

Consulta 27 - ITEM 36 - Filtro Para Ventilador Pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante actualizar el precio de referencia en base a la LPN 30/21 con ID 397861, adjudicado en Gs. 41.041 y/o en la LPN 02/2022 con ID 405762, ítem 35 "Filtro para ventilador Pulmonar" con un precio referencial de Gs. 50.521 c/u de modo a actualizar los precios que se manejan actualmente en nuestro mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que su observación sera considerada al momento de la evaluación si correspondiere, se solicita para su cotización tener en cuenta los precios actuales de mercado.

Consulta 28 - Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ítem 6 Sonda Traspilórica para alimentación Enteral: Tubos para alimentación naso enteral 12 Fr. Con lastre y mandril, para alimentación enteral (Naso yeyunal) libre de latex y PVC, silicona 100 %, longitud 120 cm. Mínimo. Mandril semi rígido, radiopaco, marcada a 10, 20, 30 ,40 cm. Con punta de tungsteno

Consultamos a la convocante si se podría ofertar de material Silicona o Poliuretano, para facilitar la mayor participación de oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, teniendo como referencia el llamado de la LPN N° 70/2021 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS ID 392.704, en el ITEM 69

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
 Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios; teniendo en cuenta que el material de silicona 100 % produce menos riesgo de infección, colonización, es de larga permanencia y da seguridad para el paciente.

Consulta 29 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ítem 7 Sonda Traspilórica para alimentación Enteral: Tubos para alimentación naso enteral 10 Fr. Con lastre y mandril, semi rígido, para alimentación enteral (Naso-yeyunal), libre de látex y PVC, silicona 100%, longitud de 120 cm. mínimo. Radiopaco, marcada a 10, 20, 30 , 40 cm. Con punta de tungsteno</p> <p>Consultamos a la convocante si se podría ofertar de materia SILICONA O POLIURETANO, para facilitar la mayor participación de oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, teniendo como referencia el llamado de la LPN N° 70/2021 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS ID 392.704, en el ITEM 69</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios; teniendo en cuenta que el material de silicona 100 % , produce menos riesgo de infección , colonización , es de larga permanencia y da seguridad para el paciente, debido a que esta medida es de uso exclusivo pediátrico, por la vulnerabilidad que estos representan para el Sistema de Salud</p>		

Consulta 30 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ítem 8 Sonda Traspilórica para alimentación Enteral: Tubos para alimentación naso enteral 6 Fr. Con lastre y mandril, para alimentación enteral (Naso yeyunal), libre de látex y PVC, silicona 100 % , longitud 100 cm. mínimo, Mandril semi rígido, atraumático, radiopaco, marcada a 10, 20, 30, 40 cm. del extremo distal. Extremo distal cerrado con 3 orificios laterales. Con punta de tungsteno</p> <p>Consultamos a la convocante si se podría ofertar de material SILICONA O POLIURETANO, para facilitar la mayor participación de oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, teniendo como referencia el llamado de la LPN N° 70/2021 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS ID 392.704, en el ITEM 69</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios; teniendo en cuenta que el material de silicona 100 % , produce menos riesgo de infección , colonización , es de larga permanencia y da seguridad para el paciente, debido a que esta medida es de uso exclusivo pediátrico, por la vulnerabilidad que estos representan para el Sistema de Salud.</p>		

Consulta 31 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ítem 9 Sonda Traspilórica para alimentación nasoyeyunal: Tubos para alimentación naso enteral 8 Fr. Con lastre y mandril, para alimentación enteral (Naso yeyunal) libre de látex y PVC, silicona 100 %, longitud 100 cm mínimo, Mandril semi rígido, traumático, radiopaco, marcada a 10,20, 30 , 40 cm. Con punta de tungsteno</p> <p>Consultamos a la convocante si se podría ofertar de material SILICONA O POLIURETANO, para facilitar la mayor participación de oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, teniendo como referencia el llamado de la LPN N° 70/2021 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS ID 392.704, en el ITEM 69</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios; teniendo en cuenta que el material de silicona 100 %, produce menos riesgo de infección, colonización, es de larga permanencia y da seguridad para el paciente, debido a que esta medida es de uso exclusivo pediátrico, por la vulnerabilidad que estos representan para el Sistema de Salud.</p>		

Consulta 32 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: ítem 20 Equipo volutrol microgotero para soluciones: Set para administración intravenosa de bureta Microgotero. Bureta graduada flexible 100- 150 ml, con escala graduada legible válvula de cierre , filtro de soluciones, respiro lateral ,clamp protector de espiga, cámara de llenado o gotero , válvula de seguridad con regulador micrométrico de caudal. La longitud del set debe ser 160 cm como mínimo. Atendiendo lo contemplado en el Art. 4 de la Ley 4659 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES.</p> <p>Requerimos a la convocante ampliar las EETT solicitando que el producto cuente con Puerto de Inyección libre de aguja, a fin de beneficiar a los pacientes y profesionales de blanco con productos que brinden seguridad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 33 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: Ítem 40 Aguja para anestesia raquídea: Aguja para anestesia espinal en adulto en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25 G, longitud 90mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal, Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar Envoltorio con triple empaque.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 34 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la sección de Especificaciones Técnicas la convocante solicita: Ítem 41 Cánula para oxigenación nasal: Bigotera pediátrico. Diámetro externo 3.00, de silicona 100%. Libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables. Tubuladura de PVC transparente longitud mínima de 100 cm. Solicitamos a la convocante ampliar el diámetro externo de 3.0 a 3.5, de silicona 100%. Libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulares. Tubuladura de PVC transparente longitud mínima de 100 cm.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>Favor ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 35 - ITEM 2 CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>FAVOR ACLARAR EN QUE SERVICIO SE ENCUENTRA EL EQUIPO ESTERILIZADOR</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>El equipo se encuentra en el Hospital Nacional</p>		

Consulta 36 - ITEM 2 CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>EN QUE INSTITUCION O REGIONAL SE ENCUENTRA EL EQUIPO ESTERILIZADOR?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>El equipo se encuentra en el Hospital Nacional</p>		

Consulta 37 - Item 22 Esfigmomanometro o tensiómetro

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. Los 60 mm que menciona es el diámetro del reloj. Consultamos ¿se puede ofertar con escala de 55 mmo mayor?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>Favor Ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 38 - Item 22 Esfigmomanometro o tensiómetro

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice De 7 x 38 cm (ancho x largo). Solicitamos incorporen un rango de variación de +/- 2 cm. En caso afirmativo quedaría de la siguiente forma: De 7 x 38 cm (ancho x largo) con un rango de variación permitida +/- 2 cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>Favor Ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 39 - Item 23 Esfigmomanometro o tensiómetro para Adultos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm.
Los 60 mm que menciona es el diámetro del reloj. Consultamos ¿se puede ofertar con escala de 55 mmo mayor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

Favor Ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 40 - Item 24 Esfigmomanometro o tensiómetro para Adultos Obesos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm.
Los 60 mm que menciona es el diámetro del reloj. Consultamos ¿se puede ofertar con escala de 55 mmo mayor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

Favor Ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 41 - Item 25 Termometro axilar

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice graduado de 32 a 43,9 °C.
Solicitamos incorporen un rango de variación de +/- 1 °C (grado centígrado), para permitir la participación de varios oferentes y no de uno solo. En caso afirmativo quedaría redactada de la siguiente forma: graduado de 32 a 43,9 °C (grados centígrados) con un rango de variación permitida +/-1 °C (grado centígrado).

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

Favor Ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 42 - Item 31 ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR PARA ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice TUBO SIN LATEX,.
Consultamos ¿se puede ofertar con Latex?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios.

Consulta 43 - Item 32 ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice TUBO SIN LATEX,.
Consultamos ¿se puede ofertar con Latex?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios.

Consulta 44 - Item 33 ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR NEONOTAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice TUBO SIN LATEX,.
Consultamos ¿se puede ofertar con Latex?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios.

Consulta 45 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

Item 6: Sonda Traspilorica para alimentación Tubos para alimentación naso enteral 12 Fr. Con lastre y mandril, para alimentación enteral (Naso yeyunal) libre de latex y PVC, silicona 100 %, longitud 120 cm. Mínimo. Mandril semi rígido, radiopaco, marcada a 10, 20, 30 ,40 cm. Con punta de tungsteno. Solicitamos poder ofertar de material Silicona o Poliuretano, así dar oportunidad de participación a mayores oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia. Es importante mencionar que ya en llamados anteriores la convocante ha solicitado solamente de material poliuretano.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios; teniendo en cuenta que el material de silicona 100 % produce menos riesgo de infección, colonización, es de larga permanencia y da seguridad para el paciente

Consulta 46 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

Item 7 Sonda Traspilorica para alimentación: Tubos para alimentación naso enteral 10 Fr. Con lastre y mandril, semi rígido, para alimentación enteral (Naso-yeyunal), libre de látex y PVC, silicona 100%, longitud de 120 cm. mínimo. Radiopaco, marcada a 10, 20, 30 , 40 cm. Con punta de tungsteno. Solicitamos poder ofertar de material Silicona o Poliuretano, así dar oportunidad de participación a mayores oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia. Es importante mencionar que ya en llamados anteriores la convocante ha solicitado solamente de material poliuretano

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios; teniendo en cuenta que el material de silicona 100 % , produce menos riesgo de infección , colonización , es de larga permanencia y da seguridad para el paciente, debido a que esta medida es de uso exclusivo pediátrico, por la vulnerabilidad que estos representan para el Sistema de Salud.

Consulta 47 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>Ítem 8: Sonda Traspilorica para alimentación: Tubos para alimentación naso enteral 6 Fr. Con lastre y mandril, para alimentación enteral (Naso yeyunal), libre de látex y PVC, silicona 100 %, longitud 100 cm. mínimo, Mandril semi rígido, atraumático, radiopaco, marcada a 10, 20, 30, 40 cm. del extremo distal. Extremo distal cerrado con 3 orificios laterales. Con punta de tungsteno. Solicitamos poder ofertar de material Silicona o Poliuretano, así dar oportunidad de participación a mayores oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia. Es importante mencionar que ya en llamados anteriores la convocante ha solicitado solamente de material poliuretano.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios; teniendo en cuenta que el material de silicona 100 %, produce menos riesgo de infección, colonización, es de larga permanencia y da seguridad para el paciente, debido a que esta medida es de uso exclusivo pediátrico, por la vulnerabilidad que estos representan para el Sistema de Salud</p>		

Consulta 48 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>Item 9: Sonda Traspilorica para alimentación Tubos para alimentación naso enteral 8 Fr. Con lastre y mandril, para alimentación enteral (Naso yeyunal) libre de látex y PVC, silicona 100 %, longitud 100 cm mínimo, Mandril semi rígido, traumático, radiopaco, marcada a 10,20, 30 , 40 cm. Con punta de tungsteno. Solicitamos poder ofertar de material Silicona o Poliuretano, así dar oportunidad de participación a mayores oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia. Es importante mencionar que ya en llamados anteriores la convocante ha solicitado solamente de material poliuretano.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la convocante solicita de acuerdo a la necesidad de los Servicios; teniendo en cuenta que el material de silicona 100 %, produce menos riesgo de infección, colonización, es de larga permanencia y da seguridad para el paciente, debido a que esta medida es de uso exclusivo pediátrico, por la vulnerabilidad que estos representan para el Sistema de Salud</p>		

Consulta 49 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
<p>Se solicita amablemente a la convocante considerar 30 días como plazo para la primera entrega, teniendo en cuenta los tiempos de importación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>Favor ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 50 - Vencimiento de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
<p>Se solicita amablemente a la convocante aceptar insumos con un vencimiento mínimo de 12 meses.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de bases y Condiciones Se aclara que la solicitud de adquisición es para una cobertura de 24 meses aproximadamente.</p>		

Consulta 51 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT de los ítems n° 6, 7, 8 y 9 - Sonda Traspilorica para alimentación, y que las mismas sean de material de Silicona y/o Poliuretano indistintamente, ya que ambos permiten una larga duración y permanencia en el paciente teniendo la misma eficacia, y la convocante se beneficiara contando con más ofertas susceptible de adjudicación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
Favor ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 52 - Item 25 Termometro axilar

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Item 25 Termometro axilar En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: graduado de 32 a 43,9 °C. Volvemos a solicitar que el Convocante incorpore un rango de variación de +/- 1 °C (grado centígrado), de tal forma a permitir la participación de varios oferentes y no de uno solo. En caso afirmativo esta parte quedaría redactada de la siguiente forma: graduado de 32 a 43,9 °C (grados centígrados) con un rango de variación permitida +/- 1 °C (grado centígrado).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		