

Consultas Realizadas

Licitación 413587 - 08 - Adquisición de Insumos y Reactivos para Laboratorio

Consulta 1 - Ítem Nº 29 HDL Colesterol

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Favor aclarar si están necesitando HDL Colesterol de 100 determinaciones para precipitar la muestra en forma manual o HDL Colesterol Directo de 80 ml en prueba enzimática para equipo automatizado. Entiéndase que son 2 presentaciones y uso diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Métricas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - HDL Colesterol de 100 determinaciones para precipitar la muestra en forma manual		

Consulta 2 - Ítem Nº 51 Proteína C. Reactivo (P.C.R.)

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Favor aclarar si podemos ofertar PCR en presentación de 100 determinaciones como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Métricas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - PCR en presentación de 100 determinaciones como mínimo.		

Consulta 3 - Ítem Nº 58 Termómetro

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Favor aclarar si podemos ofertar Termómetro de mercurio de - 20 °C a + 150 °C		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Métricas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - Si pueden presentar oferta.		

Consulta 4 - Ítem Nº 30 Reactivo para Colesterol

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Favor aclarar si están necesitando en presentación de 400 determinaciones o 100 ml. Entiéndase que son 2 presentaciones diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Métricas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - En presentación de 400 determinaciones		

Consulta 5 - Ítem Nº 63 Reactivo para Triglicéridos

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Favor aclarar si están necesitando en presentación de 400 determinaciones o 100 ml. Entiéndase que son 2 presentaciones diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Métricas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - En presentación de 400 determinaciones		

Consulta 6 - Ítem Nº 65 Tubos

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Favor aclarar si están necesitando Tubos de ensayo de vidrio con tapa rosca o Tubos de plástico con EDTA de 1 ml o 2,5 ml con tapa de goma o de plástico. Entiéndase que son 2 insumos totalmente diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Métricas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - Tubos cónicos de plástico con tapa a rosca de 10 ml.		

Consulta 7 - Ítem Nº 66 Tubos

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Favor aclarar si están necesitando Tubos de ensayo de vidrio con tapa rosca o Tubos de plástico con EDTA de 1 ml con tapa de goma o de plástico. Entiéndase que son 2 insumos totalmente diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Métricas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - Tubos de plástico con EDTA de 1 ml con tapa de goma o de plástico.		

Consulta 8 - Ítem Nº 67 Tubos

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Favor aclarar si están necesitando Tubos de ensayo de vidrio con tapa rosca o Tubos de plástico sin anticoagulantes con tapa de goma o de plástico. Entiéndase que son 2 insumos totalmente diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Métricas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - Tubos de plástico sin anticoagulantes de 5 ml con tapa de goma o de plástico.		

Consulta 9 - Requisitos de comercialización de productos controlados

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Favor informar si cuenta la Facultad de Ciencias de la Salud con Regente ante el MSP y BS y SENAD. En el listado del PBC hay varios reactivos controlados por la Ley 1340		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Médicas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - El documento se encuentra en tramite.		

Consulta 10 - ITEM 46

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Favor considerar una presentación mínima de 20 determinaciones por kit . A modo de dar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Médicas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - Presentación mínima de 20 determinaciones por kit.		

Consulta 11 - ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Favor considerar una presentación mínima de caja por 100 determinaciones, a fin de dar mayor oportunidad a más oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Médicas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - Presentación mínima de caja por 100 determinaciones.		

Consulta 12 - ITEM 69

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2022
Se podría oferta VDRL con control en kit x 250 test ?. También Favor especificar si el kit ofertado debe contar con control o debe ser sin control.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
En relación a la consulta los responsables de la Dirección de Centro de Investigaciones Médicas (CIM) - Laboratorio responde lo siguiente: - VDRL con control en kit x 250 test		