

Consultas Realizadas

Licitación 414928 - LPN 48/22 ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA VI REGION SANITARIA - CAAZAPA - MSPBS

Consulta 1 - Inspecciones y Pruebas

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Solicitamos a la convocante establecer el criterio de inspecciones y pruebas, para evitar inconvenientes posteriores. En otros llamados similares, este apartado queda redactado de la siguiente manera:		
Una vez realizada la entrega de acuerdo al plan de entrega, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia; en la Dirección de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se elaborará el Acta de Recepción Definitiva, en un plazo máximo de 15 (quince) días de la entrega de los Suministros requeridos, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada y a partir de esa fecha se ejecutará la garantía de los productos entregados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Favor considerar las especificaciones tecnicas inicialmete establecidas en el PBC		

Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Solicitamos indicar el lugar donde serán entregados los equipos: el Taller de la Dirección Biomédica o la VI Región Sanitaria Caazapá.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Los Equipos deberán ser entregados en la VI Región Sanitaria Caazapá		

Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Solicitamos ampliar el plazo de entrega a por lo menos 60 días, contados desde la recepción de la Orden de compra por parte del proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Favor considerar las especificaciones tecnicas inicialmete establecidas en el PBC		

Consulta 4 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Los precios referenciales fijados para varios ítems están muy por debajo del precio promedio en el mercado, recomendamos verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
El análisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificación y Presupuesto, respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican		

Consulta 5 - Ítem 11 Lámpara cialítica de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Donde dice: Fuente de luz halógena 40W /12-24V, aproximadamente. ¿Se podría cotizar fuente de luz halógena o LED?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 6 - Ítem 12 Monitor de signos vitales

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Donde dice: Monitor modular ¿Se podría cotizar monitor modular o preconfigurado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 7 - Ítem 12 Monitor de signos vitales

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Peso del equipo menor a 4.5kilos ¿Se podría cotizar menor a 6K?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 8 - Ítem 12 Monitor de signos vitales

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Los monitores deben contar con espacios RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio de hardware no el software ¿En caso de permitir cotizar equipos preconfigurados, este requisito podría ser considerado OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 9 - Ítem 12 Monitor de signos vitales

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Presión invasiva Rango de medición de -50 a 400mmHg. ¿Se podría cotizar en el rango de -50 a 300mmHg o mejor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 10 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Scialítica principal Diámetro del campo luminoso concentrado = 18cm ± 1cm ¿Se podría cotizar 18cm ± 5cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 11 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Scialítica principal Índice de Rendimiento Cromático (CRI) = 93%. ¿Se podría cotizar 93% ± 5%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 12 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Scialítica principal Diámetro d10 = 18cm ± 2cm ¿Se podría cotizar 18cm ± 5cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Se aclara Diametro del Campo Luminoso concentrado = 18cm +-2 cm		

Consulta 13 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Scialítica principal Irradiancia horizontal difusa Ee de 552W/m2 ¿Se podría cotizar 345W/m2 o mejor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 14 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Scialítica principal Reducción de sombras. En presencia de una máscara = 65% aproximadamente Reducción de sombras. En presencia de dos máscaras = 54% aproximadamente Reducción de sombras. En el fondo de un tubo = 97% aproximadamente Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara = 60% aproximadamente Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con dos máscaras = 52% aproximadamente ¿Se podría otorgar un rango de $\pm 10\%$?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 15 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Scialítica satélite Diámetro del campo luminoso concentrado = 18cm \pm 2cm ¿Se podría cotizar ± 5 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Se aclara Diametro del Campo Luminoso concentrado = 18cm +-2 cm		

Consulta 16 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
Scialítica satélite Reducción de sombras. En presencia de una máscara = 40% aproximadamente Reducción de sombras. En presencia de dos máscaras = 45% aproximadamente Reducción de sombras. En el fondo de un tubo = 99% aproximadamente Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara = 39% aproximadamente Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con dos máscaras = 44% aproximadamente ¿Se podría otorgar un rango de $\pm 15\%$?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 17 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
<p>Provisión de 16 (diez y seis) Lámparas de la misma marca y modelo que utiliza el equipo (no genérica ni reemplazo) por cada Scialítica ofertada.</p> <p>El reemplazo de las lámparas (mano de obra y lámpara) durante el periodo de garantía correrá por cuenta del oferente. ¿Estos requisitos podrían quedar redactados de la siguiente forma, para casos de cotizar cialíticas con tecnología LED?</p> <p>Provisión de 16 (diez y seis) Lámparas de la misma marca y modelo que utiliza el equipo (no genérica ni reemplazo) por cada Scialítica ofertada, en caso de ofertar con tecnología halógena.</p> <p>El reemplazo de las lámparas (mano de obra y lámpara) durante el periodo de garantía correrá por cuenta del oferente, en caso de cotizar con tecnología halógena</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 18 - Ítem 13 Lámpara cialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
<p>Protección de las cúpulas tipo IP42</p> <p>¿Se podría cotizar con protección IP42 o IP54?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 19 - Ítem 09 Silla de rueda plegable

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>Ítem 09 Silla de rueda plegable</p> <p>El precio referencial está muy debajo de los precios que se encuentran en el mercado local. Solicitamos reverificar el precio referencial del mismo y ajustar a por lo menos Gs. 3.000.000 (guaraníes tres millones)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
El análisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificación y Presupuesto. respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican		

Consulta 20 - Ítem 10 Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>Ítem 10 Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio</p> <p>El precio referencial está muy debajo de los precios que se encuentran en el mercado local. Solicitamos reverificar el precio referencial del mismo y ajustar a por lo menos Gs. 15.000.000 (Guaraníes quince millones).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
El análisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificación y Presupuesto. respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican		

Consulta 21 - Ítem 12 Monitor de signos vitales

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Ítem 12 Monitor de signos vitales Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descriptas en el PBC, el equipo es un Monitor Multiparamétrico Modular, por tanto, El precio referencial está muy debajo de los precios que se encuentran en el mercado local. Solicitamos reaverificar el precio referencial del mismo y ajustar a por lo menos Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
El análisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificación y Presupuesto. respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican		

Consulta 22 - Ítem N° 8 "Saturómetro"

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Ítem N° 8 "Saturómetro" en una parte de las especificaciones técnicas dice: peso aproximado de 50g incluyendo baterías. Respetuosamente solicitamos al Convocante que permita la cotización de equipos con Peso aproximado máximo de 240g incluyendo baterías."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 23 - Ítem N° 8 "Saturómetro"

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
"Ítem N° 8 ""Saturómetro"" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Pulsos 1 BMP (pulsos por minuto) o mejor Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con Pulsos 1 BMP (± 1 BMP)."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 24 - Ítem N° 8 "Saturómetro"

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Ítem N° 8 "Saturómetro" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Pulsos 40 - 254 BMP (pulsos por minuto) Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con Pulsos 40 - 250 BMP (pulsos por minuto) o mejor"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 25 - Ítem N° 8 "Saturómetro"

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Ítem N° 8 "Saturómetro" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Peso: 50 gr. con pilas incluidas (lleva 4 AA incluidas con el equipo) Respetuosamente solicitamos al Convocante que permita la cotización de equipos con Peso: 240 gr. como máximo incluida la batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 26 - Ítem N° 8 "Saturómetro"

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Ítem N° 8 "Saturómetro" en una parte de las especificaciones técnicas dice: lleva 4 AA incluidas con el equipo. Respetuosamente solicitamos al Convocante que permita la cotización de equipos con 4 pilas tipo AA o Batería recargable de Litio de 2000 mAh		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 27 - Ítem N° 10 "Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio"

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
"Ítem N° 10 ""Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio"En una parte de las especificación técnicas dice: Diámetro del manómetro: 56 mm o más. Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: ""Diámetro del manómetro: 55 mm (± 2mm)."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 28 - Ítem N° 10 "Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio"

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Ítem N° 10 "Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio" en una parte de las especificaciones técnicas dice: Libre de látex. Solicitamos a la convocante aclare si este punto es causal de descalificación?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Se aclara que SI es causal de descalificación ya que no estaria cumpliendo con las EETT solicitadas como requerimiento		

Consulta 29 - precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Solicitamos a la convocante verificar los precios refrencales de los items 5,8,12 y 19, las mismas se encuentran por debajo del precio que se maneja en el mercado. Sujerimos a la convocante actualizar los precios referenciales con los potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
El analisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificacion y Presupuesto. respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolucin DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican		

Consulta 30 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Tratandose de equipos en su mayoría importados, solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los items solicitados a 60 días desde la emision de la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Favor considerar las EETT inicialmente establecidas en el PBC		

Consulta 31 - Documentación requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>donde dice: EQUIPOS MÉDICOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICOS (SEGÚN LO COTIZADO), solicitamos a la convocante eliminar el texto segun lo cotizado. la provision de equipamientos medicos es suficiente para comprobar la experiencia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
<p>Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICOS (SEGÚN LO COTIZADO) a través de copias de Contratos y/o Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019,2020,2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado.</p> <p>SE ACLARA:</p> <p>1. QUE SI EL OFERENTE OFERTA EQUIPOS MEDICOS: DEBE PRESENTAR COPIAS DE CONTRATOS Y FACTURACIONES, ETC POR VENTAS DE EQUIPOS MEDICOS PARA AVALAR SU OFERTA</p> <p>2. QUE SI EL OFERENTE OFERTA DISPOSITIVOS MEDICOS:DEBE PRESENTAR COPIAS DE CONTRATOS Y FACTURACIONES ETC POR VENTAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AVALAR SU OFERTA</p>		

Consulta 32 - Lugar de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>Solicitamos a la convocante aclarar el lugar de entrega de los items solicitados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
<p>Los Equipos deberán ser entregados en la VI Región Sanitaria Caazapá Los Equipos deberán ser entregados en la VI Región Sanitaria Caazapá</p>		

Consulta 33 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>donde dice: Para los Productos Importados: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente. Solicitamos amablemente que se cite lo siguiente a modo de aclarar. Para los Productos Importados: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente. expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. donde figure el nombre del oferente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
<p>Favor considerar las EETT inicialmente establecidas en el PBC</p>		

Consulta 34 - ITEM 2 - CARACTERISTICAS GENERALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>En este punto se solicita a la convocante aclarar si pide 3 planos con barandillas o 3 cajones?. En el caso de poseer cajones que admita cajones como máximo 4. Esto a modo que hay hay cajones que viene en modulos pares.? favor Aclarar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
<p>Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión</p>		

Consulta 35 - ITEM 2- CARACTERISTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Se podría cotizar carros de acero inoxidable o carros de acero pintado con resina epoxy. Ambos materiales cumplen la función de fácil limpieza y las normas internacionales.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 36 - ITEM 2- CARACTERISTICAS-

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Tres planos con barandillas en tres lados o provisto de cajones.		
Se podría ofertar en el caso de que el carro posea cajones también aceptar si posee aparte una bandeja superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 37 - ITEM 2- CARACTERISTICAS - CAJON SUPERIOR

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En este punto, se consulta a la convocante "cajon superior" se refiere si el equipo posee cajones y no planos con barandillas?. En el caso que si, se podría tener en la parte superior una bandeja y debajo los cajones?. Esta disposición no cambiaría la funcionalidad del equipo al ser solo una badeja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 38 - ITEM 2- CARACTERISTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Con equipo de oxigeno - aspiración (Balón de O2, Porta suero regulable, Porta sondas, Regulador de O2, Aspirador)		
En este punto , aclarar si hay un volumen especifico para el balón de O2, y el aspirador va a ir conectado a la linea de vacio del hospital?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 39 - Ítem 10 "Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio"

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 10 "Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio" El precio referencial está por debajo de los que se encuentran en el mercado local. Solicitamos ajustar al alza dicho precio referencial, tener en cuenta para el efecto el ítem Número 34; ID 402751, LPN 05/21

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

El análisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificación y Presupuesto. respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican

Consulta 40 - Ítem N° 10 Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

Ítem N° 10 Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "Xenón o halógena de 3,5 V. Por lo menos 3(tres) por equipo. Debido a que el precio referencial está por debajo de los precios de mercado, respetuosamente solicitamos disminuir la cantidad de focos a 1 (uno) por equipo.
Debería quedar redactada de la siguiente manera: Xenón o halógena de 3,5 V. Por lo menos 1 (uno) por equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las EETT inicialmente establecidas en el PBC

Consulta 41 - ÍTEM 2- CARACTERISTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

Ancho: 70 cm +/- 5cm. Profundo: 60 cm +/- 5cm. Alto: 85 cm +/- 5cm.
En este punto, se solicita a la convocante admitir las dimensiones para alto 85cm_140cm, profundo 47cm_65cm y ancho 65cm_75cm. Esto a que con esas dimensiones las prestaciones del equipo no disminuye, se pueden tener todos los accesorios necesarios para una alta prestación en una urgencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión

Consulta 42 - Ítem N° 10 Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

Ítem N° 10 Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Espejuelos reusables pediátricos: 10 unidades. Espejuelos reusables para adultos: 10 unidades.
Debido a que el precio referencial está por debajo de los precios de mercado, respetuosamente solicitamos disminuir la cantidad de espejuelos a 2 unidades por tamaño.
Debería quedar redactada de la siguiente manera: Espejuelos reusables pediátricos: 2 unidades. Espejuelos reusables para adultos: 2 unidades

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las especificaciones técnicas inicialmente establecidas en el PBC

Consulta 43 - ITEM 4- CARACTERISTICAS GENERALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Vacuómetro con fuerza o presión de aspiración regulable con lectura en mm Hg/mbar/Pa. En este punto, se solicita a la convocante admitir una de las unidades de lectura o dos. En el caso caso de Pa admitir el rango en kPa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 44 - ITEM 4 - CARACTERISTICAS TECNICAS - ACCESORIOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
10 Picos y sondas de succión generales, descartables. Se puede especificar la definición de picos y sondas. Los picos sería la cánula tipo Yankauer? La sonda el tubo más fino que ingresa en la boca o endotraqueal?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Se aclara que se refiere a canulas de succion con sus respectivos conectores		

Consulta 45 - Ítem N° 10 Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Ítem N° 10 Set de Diagnostico Oftalmoscopio/Otoscopio En una parte de las especificaciones técnicas dice: Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables. Por lo menos 3(tres). Debido a que el precio referencial está por debajo de los precios de mercado, respetuosamente solicitamos disminuir la cantidad de olivas a 1 (un) par por equipo. Debería quedar redactada de la siguiente manera: Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables. Por lo menos 1(un) par		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Favor considerar las especificaciones tecnicas inicialmete establecidas en el PBC		

Consulta 46 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 3 Cama Manual para paciente Donde dice: Manija para la altura ajustable en el rango de 47 cm. a 75 cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango ajustable de 47 o menos a 75cm o más considerando que existen equipos con mejores prestaciones y que tienen un rango de ajuste superior. De esta manera dar lugar de participación a oferentes que puedan presentar mejores prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 47 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 3 Cama manual para paciente Donde dice: Ruedas embaladas de 5" de diámetro, dos de ellas con freno. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con ruedas central, sugerimos ruedas de % de diámetro, al menos dos de ella con freno o freno central. De esta manera dar lugar de participación a oferentes que puedan presentar mejores prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 48 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 3 Cama manual para paciente Donde dice - Dimensiones 95 cm ancho, 220 cm. largo +/- 5 cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con dimensiones de 95cm de ancho +/- 5cm, 220 cm de largo +/- 10 cm, considerando que el largo promedio de las camas ronda entre 200 a 210 cm. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 49 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 2 Carro de paro Donde dice Fabricado en acero inoxidable, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos fabricado con polímero resistente a la corrosión, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 50 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 2 Carro de paro Donde dice dimensiones aproximadas, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con las medidas solicitadas con rangos de +/-10cm, considerando que existen distintas formas y fabricaciones acorde a cada fabricante o diseño, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 51 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 4 Aspirador de secreciones Donde dice Panel frontal del aspirador que visualiza todas las funciones operativas y el estado de carga de la batería Solicitamos amablemente a la convocante aceptar que el estado de carga de la batería se visualice en el panel posterior o en otra locación, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 52 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 5 Electrocardiografo Donde dice Operación manual y automática con teclado identificado con simbología universal y en español para la selección de las derivaciones. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con simbología universal, en español o ingles teniendo en cuenta que las pictografías suelen ser símbolos y entendible para todos los usuarios, y de esta manera dar lugar de participación a potenciales oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 53 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 6 Balanza con tallímetro para adulto Donde dice Sistema de Calibrado de fácil manejo; permitir que la balanza se calibre en forma manual, sin necesidad de ninguna herramienta. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con sistema de calibración con herramientas mínimas, de manera a evitar descalibración por usuario o paciente. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto, mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 54 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 7 Balanza con Pediátrica Donde dice Este sistema debe ser de fácil manejo: debe permitir que la balanza se calibre en forma manual, sin necesidad de ninguna herramienta. El equipo debe presentar estabilidad en su calibración, las variaciones entre pesadas no deberán ser significativas. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos que requieran de herramientas mínimas para su calibración de manera a evitar descalibración por el usuario. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto, mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 55 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 8 Saturómetro en pacientes adultos Donde dice su peso aproximado de 50g incluyendo baterías. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con peso 250g incluido la batería, considerando que de esta manera aún sigue siendo bastante ligero para su uso y transporte. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Se aclara Saturometro con peso aproximado maximo 250gr incluyendo Baterias		

Consulta 56 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 8 Saturómetro en pacientes adultos Donde dice Saturación Oxígeno: 0 - 99% o mejor Solicitamos amablemente a la convocante aceptare equipos con rango de indicación de 35%- 100% o mejor, y rango de medición de 0-99% o mejor. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Se aclara Rango de medicion: 0-99% o mejor		

Consulta 57 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 8 Saturómetro en pacientes adultos Donde dice Pulsos 40 - 254 BMP (pulsos por minuto). Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frecuencia de pulso de 20 250 BMP, sugerimos 40 o menor a 250 o mayor, el rango sugerido es muy cercano a lo solicitado y con la aceptación se da lugar de participación a mas oferentes, además esto no disminuye ni altera las prestaciones del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 58 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 11 Lampara Scialitica de Pie Donde dice Tamaño del campo luminoso 15 a 25 cm., regulable. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con tamaño del campo luminoso de 10cm o mayor a 25cm o mayor. Sugerimos a la convocante tamaño del campo luminoso de 15cm o menor a 25cm o mayor. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y aceptar equipos con mejores prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 59 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 12 Monitor de signo vitales Donde dice Los monitores deben contar con espacio RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con módulos intercambiables, de manera a dar lugar de participación a todos los tipos de monitores modulares y no solamente a modulos con RACK. Sugerimos que se agregue opcional posterior a dicho requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 60 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 12 Monitor de signo vitales Donde dice Despliegue simultáneo de al menos 12 formas de onda. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con despliegue de al menos 8 formas de ondas o más, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 61 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 12 Monitor de signo vitales Donde dice Detección de marcapasos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con función indicador de marcapasos. Sugerimos detección o función indicador de marcapasos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 62 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 12 Monitor de signo vitales Donde dice Rango de medición de -50 a 400 mmHg. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rangos de -10 a 300mmHg considerando rango suficiente de medición, y de esta manera dar participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 63 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, dice: Plazo de entrega será de: 30 días como máximo, contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Respetuosamente solicitamos al convocante que este punto quede de la siguiente manera: Plazo de entrega será de: 60 días hábiles como máximo, contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Favor considerar las especificaciones técnicas inicialmente establecidas en el PBC		

Consulta 64 - REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, dice: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año.</p> <p>Respetuosamente solicitamos al convocante que este punto quede de la siguiente manera:</p> <p>El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS.</p> <p>En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año.</p> <p>En caso de estar en inicio de Trámite de Registro, presentar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en inicio de trámite de Registro Sanitario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Favor considerar las especificaciones técnicas inicialmente establecidas en el PBC		

Consulta 65 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>En una parte de las especificaciones dice:</p> <p>Provisión de 16 (diez y seis) Lámparas de la misma marca y modelo que utiliza el equipo (no genérica ni reemplazo) por cada Scialítica ofertada.</p> <p>Las mejores lámparas que se comercializan en el mercado tienen una vida útil de más de 60.000 horas, lo cual no creemos que no hace falta solicitar lámparas de repuesto, al estar solicitando lámpara de repuesto abren la posibilidad a lámparas de menor calidad y dificultan la posibilidad de ofertar lámparas de mayor calidad por cuestiones de precio, además las lámparas tienen una garantía de 5 años contra cualquier falla que pueda tener el equipo. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la Convocante eliminar este punto</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Última Versión		

Consulta 66 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice: Profundidad de Iluminación = 130cm ± 5cm Este punto no permite la cotización de mejores equipos que tienen mayor profundidad de iluminación. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la Convocante poder cotizar equipos con: Profundidad de Iluminación = 130 cm o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 67 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice: Focalización del campo luminoso: 70cm a 140 cm Solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar mejor a que se refiere en este punto ¿Se está refiriendo a la profundidad de iluminación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Se refiere a la capacidad de focalizar el haz luminoso		

Consulta 68 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice: Irradiancia horizontal difusa Ee de 552W/m2 Esta especificación técnica es muy cerrada, la cual impediría la participación de muchos oferentes. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Irradiancia horizontal difusa Ee de 552W/m2 (variación permitida +/- 3 W/m2)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 69 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice: Reducción de sombras. En presencia de una máscara = 65% aproximadamente Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con: Iluminancia residual con 1 máscara de sombreado= 65% (variación permitida +/- 5 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 70 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice: Reducción de sombras. En presencia de dos máscaras = 54% aproximadamente Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con: Iluminancia residual con 2 máscaras de sombreado= 54% (variación permitida +/- 5 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 71 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice: Reducción de sombras. En el fondo de un tubo = 97% aproximadamente Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con: Iluminancia residual con 1 tubo= 97% (variación permitida +/- 5 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 72 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice: Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara = 60% aproximadamente Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con: Iluminancia residual con 1 tubo y 1 máscara de sombreado= 60% (variación permitida +/- 5 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 73 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice: Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con dos máscaras = 52% aproximadamente Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con: Iluminancia residual con 1 tubo y 2 máscaras de sombreado = 52% (variación permitida +/- 5 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 74 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Principal dice:
Una Empuñadura esterilizable
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar mejor este. ¿Se está refiriendo al Mango estéril?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se refiere al mango estéril

Consulta 75 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Satélite:
Reducción de sombras. En presencia de una máscara = 40% aproximadamente
Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con:
Iluminancia residual con 1 máscara de sombreado= 40% (variación permitida +/- 5 %)

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 76 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Satélite:
Reducción de sombras. En presencia de dos máscaras = 45% aproximadamente
Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con:
Iluminancia residual con 2 máscaras de sombreado= 45% (variación permitida +/- 5 %)

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 77 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Satélite:
Reducción de sombras. En el fondo de un tubo = 99% aproximadamente
Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con:
Iluminancia residual con 1 tubo= 99% (variación permitida +/- 5 %)

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 78 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Satélite: Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara = 39% aproximadamente Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con: Iluminancia residual con 1 máscara de sombreado= 39% (variación permitida +/- 5 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 79 - ITEM 13 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas para la Scialítica Satélite: Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con dos máscaras = 44% aproximadamente Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con: Iluminancia residual con 2 máscaras de sombreado= 44% (variación permitida +/- 5 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 80 - ÍTEM 11. LAMPARA CIALITICA DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Fuente de luz halógena 40 W/12-24V. aproximadamente Las mejores lámparas que se comercializan en el mercado son luz LED, por su mejor tecnología, por la durabilidad, por la reproducción fiel de cada color, y sobre todo porque la Luz LED no emite calor. Por tal motivo solicitamos respetuosamente a la Convocante poder cotizar equipos con: Fuente de luz LED.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 81 - ÍTEM 11. LAMPARA CIALITICA DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas dice: 10 lámparas o ampollitas de luz halógena de repuesto. Las mejores lámparas que se comercializan en el mercado son con luz LED y tienen una vida útil de más de 60.000 horas, lo cual no creemos que no hace falta solicitar lámparas de repuesto, al estar solicitando lampara de repuesto abren la posibilidad a lámparas de menor calidad y dificultan la posibilidad de ofertar lámparas de mayor calidad por cuestiones de precio. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la Convocante eliminar este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 82 - ÍTEM 11. LAMPARA CIALITICA DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Intensidad lumínica a 1 metro 55.000 lux. Aproximadamente Solicitamos respetuosamente a la convocante ser más específicos en este punto. Por lo tanto, solicitamos a la Convocante poder cotizar equipos con: Intensidad lumínica a 1 metro 55.000 lux o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 83 - ÍTEM 11. LAMPARA CIALITICA DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Índice de reproducción cromática Ra (general) 85 96 aproximadamente. Esta especificación técnica es muy cerrada lo cual impediría la participación de muchos oferentes. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Índice de reproducción cromática 96% o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 84 - ÍTEM 11. LAMPARA CIALITICA DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Índice de reproducción cromática R9 (rojo) 80-92 aproximadamente. Esta especificación técnica es muy cerrada lo cual impediría la participación de muchos oferentes. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Índice de reproducción cromática R9 (rojo): 97 % o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 85 - ÍTEM 11. LAMPARA CIALITICA DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Tamaño del campo luminoso 15 a 25 cm., regulable Esta especificación técnica es muy cerrada lo cual impediría la participación de muchos oferentes. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Tamaño del campo luminoso 16 cm a 25 cm, (o mejor tamaño), regulable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 86 - ÍTEM 11. LAMPARA CIALITICA DE PIE

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Distancia de trabajo regulable de 70-150 cm Esta especificación técnica es muy cerrada lo cual impediría la participación de muchos oferentes. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Distancia de trabajo regulable de 70 cm -150 cm (o mejor distancia).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 87 - ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En donde piden: Multi Pantalla seleccionable; Pantalla Estandar, Pantalla Tendencia, Pantalla Letra Grande, Pantalla de vista dinámica OxyCRG y Modo Noche, solicitamos que el Modo noche sea considerado opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 88 - ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Solicitan: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, como una futura actualización con central de monitoreo, considerando que estos monitores no se utilizarán en terapia y que son solo 4 unidades, solicitamos que esta especificación sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 89 - ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Solicitan: Peso del equipo menor a 4.5 kilos para su utilización en caso de transporte, sugerimos se puedan ofertar monitores con peso hasta 6,5 Kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 90 - ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Como se indica en el ítem anterior, los monitores podrán ser usados para transporte y considerando que no se solicita monitor modular, pedimos gentilmente que se elimine la siguiente especificación técnica: Los monitores deben contar con espacio RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 91 - ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Donde solicitan: Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 150 RPM, solicitamos se puedan cotizar equipos con rango de medición de respiración de 3 a 150 rpm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 92 - ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Donde solicitan: Rango de medición de 0 a 50° C, solicitamos se puedan cotizar monitores con rango de medición de temperatura de 25 a 45 °C, ya que esto no afecta la funcionalidad de la medición.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 93 - ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Donde solicitan: Rango de medición de -50 a 400 mmHg, solicitamos se puedan coitzar monitores con rango de medición de presión invasiva -40 a 360 mmHg que son valores más que suficientes para la medición de la presión no invasiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
Favor considerar las especificaciones tecnicas inicialmete establecidas en el PBC		

Consulta 94 - ITEM 12 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Entre los accesorios solicitan: (1) cable de paciente para ECG de doce (12) puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones, este cable debe ser de diez (10) puntas ya que con las mismas se obtienen las 12 derivaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 95 - ITEM 19 MONITOR FETAL DE USO HOSPITALARIO CONTINUO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
De manera a dar participación a un mayor numero de oferentes solicitamos que se permitan ofertar monitores fetales con rango FHR: de 50 a 210bpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 96 - ITEM 19 MONITOR FETAL DE USO HOSPITALARIO CONTINUO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Frecuencia que responde: DC 0,5HZ, por favor aclarar a qué corresponde

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se refiere a la respuesta de frecuencia a las contracciones

Consulta 97 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En el PBC dentro del plan de entrega de los bienes en el punto 1 lugar de entrega no indica el lugar definido para su entrega por lo tanto es difícil calcular los precios porque una cosa sería entregar dentro de los depósitos del MSPyBS y otra entregar en el Hospital de Caazapa, por lo tanto solicitamos indicar correctamente donde sería el lugar de entrega

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
-----------	--------------------	------------

Los Equipos serán entregados en la VI RS Caazapa

Consulta 98 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En el PBC dentro del plan de entrega de los bienes en el punto 2 Cronograma de entrega indica que el plazo de entrega sería de 30 días como máximo contados desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Solicitamos a la convocante poder realizar la entrega en un plazo de 90 días, esto obedece a que los tiempos de flete han cambiado desde la pandemia y hasta el día de hoy no a podido regularizar este tema.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las especificaciones técnicas inicialmente establecidas en el PBC

Consulta 99 - ITEM 1 CAMILLA FIJA

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En el Item 1 Solicitan Camilla fija con unas especificaciones técnicas de camilla de rescate, solicitamos a la convocante poder especificar si sería las camillas fijas o las camillas de rescate

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicitan camillas fijas

Consulta 100 - ITEM 2 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En el Item 2 Carro de Paro solicitan Ancho: 70 cm +/- 5cm. Profundo: 60 cm +/- 5cm. Alto: 85 cm +/- 5cm. Solicitamos a los oferentes poder cotizar equipos con Ancho 90 cm +/- 5 cm y alto de 102 cm +/- 5 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 101 - ITEM 2 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 2 Carro de Paro no observamos de cuantas gavetas están solicitando, podrían aclarar si solicitan de 5 gavetas 3 de ochos centímetros con doce compartimientos interiores y 2 gavetas aptas para guardar equipos adicionales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 102 - ITEM 2 CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En el Ítem 2 Carro de paro su precio referencia es de 15.364.600 solicitamos a la convocante poder alzar el precio referencial en 18.000.000 ya que están solicitando un carro de paro de acero inoxidable y también están pidiendo balones de oxígeno, estos materiales después de la pandemia han incrementado mucho el precio y hoy el precio que el MSP tiene están por debajo a las eett solicitadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

El análisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificación y Presupuesto. respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican

Consulta 103 - ITEM 3 CAMAS MANUALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

. En el Ítem 3 camas manuales para paciente observamos que no están solicitando certificado de calidad, por lo tanto solicitamos a la convocante incluir en su eett iso 13485 y Certificado internación FDA de esta forma la convocante contara con camas actas para su uso y que tenga la seguridad necesaria para ofrecer a sus pacientes calidad y confort

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 104 - ITEM 3 CAMAS MANUALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En el Ítem 3 Camas Manuales en el punto dimensiones solicitan 95 cm de ancho y 220 cm de largo, solicitamos a la convocante que 95 cm sea como mínimo de ancho y 220 cm como máximo de largo

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 105 - ITEM 3 CAMAS MANUALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
----------	-------------------	------------

En el Ítem 3 Camas Manuales en el punto Colchon como mínimo de 10 cm de espesor, solicitamos a la convocante que el mínimo sea de 13 cm esto dará mayor confort y comodidad al paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 106 - ITEM 14 CAMAS MANUALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el Item 14 camas manuales para paciente observamos que no están solicitando certificado de calidad, por lo tanto solicitamos a la convocante incluir en su eett iso 13485 y Certificado internación FDA de esta forma la convocante contara con camas actas para su uso y que tenga la seguridad necesaria para ofrecer a sus pacientes calidad y confort.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 107 - ITEM 14 CAMAS MANUALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

. En el Item 14 Camas Manuales en el punto dimensiones solicitan 95 cm de ancho y 220 cm de largo, solicitamos a la convocante que 95 cm sea como mínimo de ancho y 220 cm como máximo de largo

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 108 - ITEM 14 CAMAS MANUALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el Item 14 Camas Manuales en el punto Colchon como mínimo de 10 cm de espesor, solicitamos a la convocante que el mínimo sea de 13 cm esto dará mayor confort y comodidad al paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 109 - ITEM 14 CAMAS MANUALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el Item 14 Camas manuales se observa que las EETT son iguales a las del item 3 por lo tanto solicitamos a la convocante que el precio referencial para este ítems sea modificada al monto del item 3 A LA SUMA DE GS 18.530.769gs

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
------------------	---------------------------	------------

El analisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificacion y Presupuesto. respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolucin DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican

Consulta 110 - ITEM 20 CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el Item 20 Camilla Ginecológica solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 30.000.000, esto obedece a que una camilla donde van a pasar las gloriosas mujeres del estado paraguayo no se merecen tener una camilla sin el confort adecuado y sin las certificaciones de calidad para el uso de estas camillas

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
------------------	---------------------------	------------

El analisis de Precio realizado por el Dpto. de Planificacion y Presupuesto. respaldada en el Dictamen DOC N° 133/22, contemplan todo lo establecido en la Resolucin DNCP N° 1890/20, y por lo cual, todos los precios de las mismas se ratifican

Consulta 111 - ITEM 20 CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>. En el Item 20 camillas Ginecologicas solicitamos a la convocante incluir en su eett iso 13485 y Certificado internación FDA de esta forma la convocante contara con camillas actas para su uso y que tenga la seguridad necesaria para ofrecer a sus pacientes calidad y confor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
<p>Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión</p>		

Consulta 112 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>Item 12 Donde dice Dos(2) cables troncales y cinco (5) cables de paciente para ECG de tres puntas. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como opcional, considerando que en el siguiente parámetro la convocante solicita cables de ECG de 5 vías el cual es suficiente para su uso y aplicación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
<p>Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión</p>		

Consulta 113 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>Item 13 Lampara Cialitica de techo Donde dice Sistema unifocal con backup, con reducción de sombras. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con enfoque y reducción de sombras, sugerimos a la convocante. Sistema unifocal con backup, o con sistema de enfoque con reducción de sombras. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
<p>Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión</p>		

Consulta 114 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
<p>Item 13 Lampara Cialitica de techo Donde dice Diámetro del campo luminoso concentrado = 18cm ± 1cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con enfoque y diametro de campo ajustable de 25cm o menor a 30 cm o mayor. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y permitir la oferta de equipos con mejores prestaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
<p>Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión</p>		

Consulta 115 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 13 Lampara Cialitica de techo Donde disse Diámetro d10 = 18cm ± 2cm. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar dicho requerimiento; si hace referencia al diámetro de campo, solicitamos que sea ajustable de 25 cm o menos a 30 cm o más. De esta manera dar lugar a oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 116 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 13 Lampara Cialitica de techo Donde dice Irradiancia horizontal difusa Ee de 552W/m2, Solicitamos amablemente a la convocante establecer un rango al requerimiento. Sugerimos rango +/- 10%. De manera a permitir que las especificaciones se adecuen a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 117 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 13 Lampara Cialitica de techo Donde dice Profundidad de Iluminación = 93cm ±10cm, solicitamos a la convocante agregar al requerimiento 93cm como mínimo de manera a permitir la oferta de equipos con mejores prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 118 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 14 Cama manual para paciente Donde dice - Manija para la altura ajustable en el rango de 47 cm. a 75 cm. Solicitamos amablemente a la convocante agregar rangos al requerimiento de manera a permitir la oferta de equipo con mejores prestaciones. Sugerimos - Manija para la altura ajustable en el rango de 47 cm o menor. a 75 cm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 119 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 14 Cama manual para paciente Donde dice - Ruedas embaladas de 5" de diámetro, dos de ellas con freno. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento el rango mínimo. Sugerimos - Ruedas embaladas de 5" de diámetro como mínimo, al menos dos de ellas con freno. De manera a permitir la aceptación de equipos con mejores prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 120 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 14 Donde dice - Dimensiones 95 cm ancho, 220 cm. largo +/- 5 cm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con dimensiones de 95cm de ancho y 210 cm de largo. Sugerimos - Dimensiones 95 cm ancho, 220 cm. largo +/- 10 cm. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 121 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 15 Aspirador de secreciones Donde dice Panel frontal del aspirador que visualiza todas las funciones operativas y el estado de carga de la batería Solicitamos amablemente a la convocante aceptar que el estado de carga de la batería se visualice en el panel posterior o en otra posición, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 122 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 16 Electrobisturí Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el tipo de display o pantalla para visualizar los valores de potencia y funciones del equipo. Sugerimos que se requiera de pantalla táctil LCD para visualización de funciones y potencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 123 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 16 Electrobisturí Solicitamos amablemente a la convocante aclarar la potencia máxima del equipo. Sugerimos el requerimiento mínimo de potencia de 350 Watt. Esta aclaración es importante para determinar la aplicación del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 124 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 19 Monitor fetal Donde dice Intensidad: 10mW/cm2 o mas. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con intensidad 5mW/cm2 o más. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, además la aceptación de la sugerencia no disminuye las prestaciones del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 125 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 19 Monitor fetal Donde dice Fidelidad de FHR: 2% del rango Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con precisión de 3%. Sugerimos a la convocante la siguiente descripción, Fidelidad o precisión del FHR: 3% del rango o mejor, de esa manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 126 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
Item 19 Monitor Fetal Donde dice Frecuencia que responde: DC 0,5HZ. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frecuencia de 1Hz. Sugerimos que la solicitud exprese de la siguiente manera Frecuencia que responde: DC 0,5 o 1.0 Hz de esta manera dar lugar a participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión		

Consulta 127 - Item 5 Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Principios de derivación Einthoven y Wilson.

Solicitamos a la convocante poder presentar equipo con una de las dos opciones, para dar oportunidad a la participacion de mas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión

Consulta 128 - ITEM 12 . Monitor de Signos Vitales

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
----------	-------------------	------------

Peso del equipo menor a 4.5 kilos para su utilización en caso de transporte

Solicitamos a la convocante poder ofertar como minimo equipo con mas de 4.5 kilos y maximo 6kg.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a la Adenda N° 3 y al PBC Ultima Versión