

Consultas Realizadas

Licitación 415490 - MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Consulta 1 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
Sería posible incluir en la experiencia mantenimiento preventivo y/o correctivo de Plantas de Tratamiento de agua para servicio de soporte operacional de Equipos Biomédicos y/o Equipos de Industria Farmacéutica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2022
Experiencia: Se debe demostrar experiencia en Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Plantas de Tratamiento de Agua para servicios de soporte operacional de Equipos Biomédicos. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 2 - Experiencia del profesional biomedico

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
El profesional biomédico de la proveedora, acreditado por el MSPyBS, debe tener experiencia técnica en los equipos biomédicos consumidores del agua tratada producida por las plantas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP		