

Consultas Realizadas

Licitación 415762 - LPN N° 58/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUA

Consulta 1 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
En el ítem de capacidad técnica se solicita: Habilitación vigente o constancia en trámite, de Servicio Técnico en Dispositivos Médicos, emitida por el M.S.P.B.S.		
Consultamos amablemente a la convocante si puede ser aceptado como documento demostrable para cumplir este requisito mediante carnet de ingeniero químico emitido por el MSPyBS por la dirección de registro y control de profesionales. El ingeniero debe ser parte del plantel de la empresa oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
La convocante se mantiene en lo establecido inicialmente en el PByC, en atención a que se solicita habilitación vigente o constancia en trámite. La empresa puede solicitar la habilitación mencionada donde la convocante acepta como constancia en trámite. Así también el responsable del mantenimiento y arreglo de una planta tratadora de agua para hemodiálisis debe ser un profesional con experiencia en el área biomédica específicamente agua pura para hemodiálisis, que no es lo mismo que producir agua pura para una instalación industrial o laboratorio.		

Consulta 2 - Capacidad de experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
Consultamos amablemente si podrían incluir como capacidad de experiencia la provisión y/o instalación de plantas tratadoras y/o potabilizadoras de agua.		
Esto dará lugar a un número mayor de oferentes con las capacidades técnicas de ofertar en la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Ajustarse a la versión N° 2 del PByC.		