

Consultas Realizadas

Licitación 416084 - LPN N° 63/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CHACO (PTE. HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY) - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.

Consulta 1 - LOTE 11: Test Rápido para Hepatitis B

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Se podría ofertar kits con capacidad de realizar como máximo 50 determinaciones por presentación? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 07 DEL PBC | | |

Consulta 2 - LOTE 17: Test Rápido para Virus respiratorio

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Se podría ofertar kits cuya sensibilidad no sea menor a 92%? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBC | | |

Consulta 3 - LOTE 22: Test Rápido para Rotavirus

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Se podría ofertar kits con una sensibilidad y especificidad no menor a 97,0 %? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSIÓN 03 DEL PBC | | |

Consulta 4 - LOTE 105: Test Helicobacter Pylori

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Se podría ofertar kits con una sensibilidad y especificidad no menor al 93,0 %? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBC | | |

Consulta 5 - LOTE 112: Test Rápido para Hepatitis B

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podría ofertar kits con capacidad de realizar como máximo 50 determinaciones por presentación?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSIÓN 03 DEL PBC

Consulta 6 - LOTE 118: Test Rápido Virus Respiratorio

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podría ofertar kits cuya sensibilidad no sea menor a 92%?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSIÓN 03 DEL PBC

Consulta 7 - LOTE 121: Test Rápido para Rotavirus

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podría ofertar kits con una sensibilidad y especificidad no menor a 97,0 %?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSIÓN 03 DEL PBC

Consulta 8 - LOTE 200: Test Rápido para Hepatitis B

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podría ofertar kits con capacidad de realizar como máximo 50 determinaciones por presentación?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSIÓN 03 DEL PBC

Consulta 9 - LOTE 208: Test Rápido para Rotavirus

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

¿Se podría ofertar kits con una sensibilidad y especificidad no menor a 97,0 %?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSIÓN 03 DEL PBC

Consulta 10 - LOTE 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Se podría separar el lote 1 de acuerdo a los servicios solicitados como Hospitales Regional y Centros de Salud debido a la cantidad de determinaciones?, además así se estaría dando mayor oportunidad a los oferentes y se obtendría mejores ofertas a ser analizadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN EL PBC. LOS REQUERIMIENTOS FUERON PLANTEADOS ESTRATEGICAMENTE DE MANERA A PODER CONTAR CON TODOS LOS LABORATORIOS FUNCIONANDO EN UNA RED DE LABORATORIOS ORGANIZADA POR NIVELES DE COMPLEJIDAD. | | |

Consulta 11 - LOTE 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Se podría separar el lote 3 de acuerdo a los servicios solicitados como Hospitales Regional y Centros de Salud debido a la cantidad de determinaciones? Además así se estaría dando mayor oportunidad a los oferentes, y se obtendría mejores ofertas a ser analizadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|--|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. LOS REQUERIMIENTOS FUERON PLANTEADOS ESTRATEGICAMENTE DE MANERA A PODER CONTAR CON TODOS LOS LABORATORIOS FUNCIONANDO EN UNA RED DE LABORATORIOS ORGANIZADA POR NIVELES DE COMPLEJIDAD | | |

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Se podría realizar Chagas por otra metodología para completar el panel solicitado? A fin de dar mayor oportunidad a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBC | | |

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Se podría realizar Chagas por otra metodología para completar el panel solicitado? A fin de dar mayor oportunidad a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBC | | |

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Se podría ofertar un equipo automatizado de 100 test/hora para realizar las determinaciones de química del ítem 32 al 49? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN EL PBC. | | |

Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 26

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Se podría ofertar dos kits confirmatorios, una para VIH 1 y otro kit para VIH 2? A fin de dar mayor oportunidad a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBC | | |

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 125

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Se podría ofertar dos kits confirmatorios, una para VIH 1 y otro kit para VIH 2? A fin de dar mayor oportunidad a los oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBC | | |

Consulta 17 - Muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Favor confirmar si la muestras solicitadas deben ser de todos los ítems o solo de los insumos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|--|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. EL COMITE DE EVALUACIÓN GENERALMENTE TIENE LA ATRIBUCIÓN DE PEDIR MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN CASO DE NECESIDAD | | |

Consulta 18 - LOTE 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| LOTE 3. Se solicita al convocante aclarar cuales son las determinaciones de inmunología para el lote 3, ya que no figuran en el PBC ni en el portal, a pesar de que en el pliego, en la pg. 25 figura la provision de un equipo en comodato para inmunología. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 22-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBC | | |