

## Consultas Realizadas

# Licitación 417083 - LPN SBE 110-22 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA DEL IPS

### Consulta 1 - ITEM 31 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica. CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE DEJAR COMO OPCIONAL, NO EXIGIDO. DE MODO A NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MÁS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 2 - ITEM 31 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: Capacidad de detección a baja perfusión y movimiento del paciente. CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE DEJAR COMO OPCIONAL, NO EXIGIDO. DE MODO A LO LIMITAR A LOS DEMÁS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - ITEM 31 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
DONDE DICE: Con silenciador de alarmas temporizado. CONSULTA:CONSULTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE DEJAR COMO OPCIONAL, NO EXIGIDO. DE MODO A LO LIMITAR A LOS DEMÁS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 4 - Item 17 EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
El PBC Solicita en el Punto 4.2.3: Con 500 mA. o mayor Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con parámetros de 600 mA o mayor, siendo mejor para mayor rango de estudios, y a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Oferente podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 5 - Item 17 EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC solicita en el Punto 4.2.4: Rango de kV de 40 kV o menos a 150 kV o más. Rango de mA de 10 mA o menos a 500 mA o más. Solicitamos aceptar equipos con Rango de mA de 10 mA o menos a 600 mA o más, a fin de dar mayor oportunidad de participacion a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 6 - Item 17 EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC solicita en el Punto: 4.3.3 Capacidad térmica del ánodo de al menos 350 KHU. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Capacidad térmica del ánodo 230 KHU o mayor de manera a dar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 7 - Item 17 EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC solicita en el Punto: Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con el siguiente rango Tamaño de 43 cm. x 43 cm. (17" x 17") o mayor, siendo estas medidas óptimas para los Flat Panels a ser insertados en mesa o bucky.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 8 - Item 17 EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC solicita en el Punto: 4.6.3 Matriz de 2000x2000 pixeles o más. Solicitamos a la Convocante equipos con Matriz de 3000x3000 pixeles o más, a fin de dar mayor oportunidad de participacion a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 9 - Item 17 EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC solicita en el Punto: 4.6.5 Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o mayor. Solicitamos a la Convocante equipos con rango de Tamaño de 43 cm. x 43 cm. (17" x 17") o mayor, de manera a realizar mayores y mejores estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 10 - Item 17 EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC Solicita en el Punto: 4.6.6 Tamaño del pixel de 200 micrones o menor Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rango de Tamaño del pixel de 140 micrones o menor, para obtener mejor calidad de imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 11 - Item 17 EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC Solicita en el Punto 4.6.7 DQE de 50 % o mayor a 3.1 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rango de: DQE de 50 % o mayor a 4 lp./mm. o menor para una dosis de 2 uGy o menor, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 12 - Item 27 EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC Solicita en el Punto: 4.1 Generador de Rayos X Solicitamos aclaración de la potencia mínima del generador del mamografo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 13 - Item 27 EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
EL PBC Solicita en el Punto: 4.1.2 Rango de mAs: 5 mAs (o menor) a 400 mAs (o mayor) Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Rango de mAs: 5 mAs (o menor) a 600 mAs (o mayor). A fin de dar mayor oportunidad de participacion a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 14 - Item 27 EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

EL PBC solicita en el Punto: 4.1.3 Rango de KV: 23 KV (o menor) a 35 KV (o mayor), con incrementos de 1KV o menor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Rango de KV: 20 KV (o menor) a 40 KV (o mayor), con incrementos de 1KV o menor, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.

## Consulta 15 - Item 27 EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

EL PBC solicita en el Punto: 4.2.3 Capacidad de calor del ánodo: 150.000 HU o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Capacidad de calor del ánodo: 300.000 HU o mayor, de manera a realizar estudios continuos, sin necesidad de realizar enfriamiento del tubo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 16 - Item 27 EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

EL PBC Solicita en el Punto: 4.2.3 Capacidad de calor del ánodo: 150.000 HU o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Capacidad de calor del ánodo: 300.000 HU o mayor, de manera a realizar estudios continuos, sin necesidad de realizar enfriamiento del tubo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.

## Consulta 17 - Item 27 EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la Convocante el valor minimo del Pixel pitch del Detector.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 18 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
<p>El PBC Solicita Demostrar la experiencia en provisión de equipos biomédicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p> <p>Solicitamos a la Convocante aceptar experiencia en equipos biomédicos y/ equipos médicos y/o dispositivos médicos a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes y unificar el criterio adoptado en varios otros llamados de su institución y otra como el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 19 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
<p>El PBC Solicita Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. h. - En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada. Solicitamos a la Convocante que la formalidad exigida para productos importados sea para la firma del Contrato, es decir legalizado por el Consulado del país de origen, ya que no existe una igualdad de competencia en caso de productos nacionales que solo están exigiendo una simple de declaración jurada. El pedido obedece a modo de dar mayor oportunidad a los oferentes y que exista una igualdad de competencia entre todos los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 20 - ítem 18 - Equipo de Rayos X móvil digital

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
<p>Precio de referencia para. Solicitamos amablemente a la convocante ajustar el precio de referencia del equipo de rayos x rodante digital, debido a que el valor fijado como referencia no representa un valor real de mercado de equipos digitales, y que los precios fueron tomados de procesos donde fueron adquiridos equipos analógicos con un precio muy por debajo a un equipo digital y más aun considerando la fecha de los llamados teniendo en cuenta que estos equipos son importados y sus precios están fijados en dólares cuyo valor ha sufrido un incremento importante en los últimos 2 años.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en loa Datos cargados en el SICP.</p>		

## Consulta 21 - Item 1 Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
<p>Punto 4.2.1 donde solicitan Movimiento vertical motorizado de 45 cm o más solicitamos a la convocante permitir la participación de equipos con movimiento vertical motorizado o contrabalanceado, y así permitir una mayor participación de oferentes sin comprometer el desempeño del equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 22 - Item 1 Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 4.5.3 donde solicitan Rango de kV para Radiografía: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numérica) solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con rango de kV de radiografía de 40 kV a 110 kV considerando que este ajuste no compromete el normal desempeño del equipo, considerando que estos equipos son mayormente utilizados para la realización de fluoroscopia, y así se permitirá una mayor apertura en cuanto a los posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 23 - Item 1 Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 4.5.4 donde solicitan Rango de kV para Fluoroscopia: de 40 o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numérica) solicitamos a la convocante permitir cotizar equipos con rango de kV de fluoroscopia de 40 kV a 110 kV que es el rango estándar de valores para fluoroscopia, y de esta manera no estar excluyendo a un gran número de oferentes y considerando que este valor cubre el rango necesario para la realización de la gran mayoría de las prácticas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 24 - Item 1 Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 4.5.6 donde solicitan Potencia mínima nominal del generador 12.5kW solicitamos permitan cotizar con equipos de 2 kW como potencia nominal de salida, considerando este valor es un valor estándar en equipos de Arco en C, y que además el precio referencial fijado no se adecuan a equipos con el parámetro solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 25 - Item 1 Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 4.6.2 donde solicitan Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 250.000 HU ó mayor Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos con capacidad calórica del ánodo de 100.000 HU considerando el precio de referencia fijado. Este valor de capacidad calórica solicitado es muy superior a los valores estándares por lo cual equipos tienen un costo muy superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 26 - Ítem 27 Mamógrafo digital

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Referente a la resolución espacial Eficiencia del detector solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con detectores con DQE @ 1 mGy > 53% @ 1 lp/mm o mayor, > 24% @ 5 lp/mm o mayor considerando que no todos los fabricantes dan la eficiencia cuántica con las condiciones de dosis y resolución requeridas. En todo caso aceptar mediciones equivalentes a las solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 27 - Ítem 27 Mamógrafo digital

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante especificar el tamaño máximo del píxel, sugerimos un valor igual o menor a 84 micras a fin de garantizar una calidad de imagen óptima tal como lo requieren los estudios de mamografía en la actualidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 28 - Ítem 27 Mamógrafo digital

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.3.2 donde solicitan "Sistema de compresión manual y motorizado mediante pedal con liberación automática o manual" Solicitamos permitan cotizar equipos de mamografía con "Sistema de compresión motorizado mediante pedal con varios niveles de ajuste con liberación automática o manual" Esto a fin de dar una mayor apertura a los oferentes sin comprometer la calidad final de la imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 29 - Ítem 17 Equipo de rayos x fijo digital

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En e punto 4.3.1 Puntos focales: Foco fino de 0,6 o menor / Foco grueso 1,0 mm o mayor" Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos de rayos x con tubos de Punto focal de 0,6mm o menor / 1,2 mm o menor a fin de permitir una mayor apertura garantizando la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 30 - Contrato

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice: El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación, emitida por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen.

Se solicita amablemente a la convocante que se pueda modificar este punto a la siguiente manera para así poder presentar ofertas de equipos nuevos, las cuales sean más convenientes para la convocante:

El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 31 - Item 7

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

El precio referencial del producto solicitado es muy bajo al punto que no permite la participación de ninguna marca con las certificaciones requeridas en las especificaciones técnicas. Se pide a la convocante poder revisar dicho costo referencial porque al parecer hubo alguna confusión en el promedio del precio de las camas eléctricas.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.

## Consulta 32 - Item 7

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se pide a la convocante poder abrir más el punto donde dice:

7. 4.4 Dimensiones de la superficie del paciente. Longitud mínima 200 cm. Ancho mínimo 90 cm.

Se pide colocarlo de la siguiente manera para poder permitir participación de más oferentes:

7. 4.4 Dimensiones de la superficie del paciente. Longitud mínima 200 cm. Ancho mínimo 88 cm

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 33 - Item 10 Camilla de traslado

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto: 4.11.1 Trendelenburg de 20° ±2 cm como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.

Se pide a la convocante poder abrir más este punto para permitir la participación de más oferentes, siendo que la indicación para este movimiento específico es siempre a partir de 15°. A partir de ahí no hay diferencias clínicas que demuestren que una graduación mayor de Trendelenburg sea efectiva. Favor colocar este punto de la siguiente manera: 4.11.1 Trendelenburg de 15° o mayor como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.



## Consulta 34 - Ítem 10 Camilla de traslado

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto donde dice: 10. 4.11.4 Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 88 cm o más. Altura mínima: 60 cm o menos. Se pide a la convocante poder considerar la participación de más oferentes, abriendo más este punto de la siguiente manera: 10. 4.11.4 Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 87 cm o más. Altura mínima: 60 cm o menos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 35 - Ítem 10 Camilla de traslado

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto donde dice: 4.8.3 Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 180 minutos de monitoreo continuo ó 120 minutos de funcionamiento continuo del marcapasos. Se pide amablemente a la convocante poder abrir este punto de la siguiente manera, para poder permitir mayor participación: 4.8.3 Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 140 minutos de monitoreo continuo o 120 minutos de funcionamiento continuo del marcapasos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 36 - Ítem 18 - Equipo de Rayos X móvil digital

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 5.6 donde solicitan DQE de 50 % o mayor a 3.1 lp./mm. o mayor para una dosis de 2 uGy o menor, solicitamos a la convocante permitan ofertar equipos con DQE de 25 % o mayor a 3.0 lp./mm. o mayor para una dos de acuerdo con el estándar, IEC 62220-1, esto a fin de dar mayor apertura y permitir una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 37 - Ítem 17 - Equipo de Rayos X fijo digital

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.6.7 donde solicitan DQE de 50 % o mayor a 3.1 lp./mm. o mayor para una dosis de 2 uGy o menor, solicitamos a la convocante permitan ofertar equipos con DQE de 25 % o mayor a 3.0 lp./mm. o mayor para una dos de acuerdo con el estándar, IEC 62220-1, esto a fin de dar mayor apertura y permitir una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 38 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 120 días para los ítems 1; 3; 17 y 18 considerando que son equipos de gran porte, que por su peso y tamaño deben ser embarcados por vía marítima y que dado las especificaciones técnicas solicitados deberán ser fabricados especialmente siguiendo los requerimientos de la presente licitación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 39 - Período de validez de la Garantía de lo Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo será realizado por el personal técnico de la empresa proveedora del servicio al llamado, ante cualquier problema surgido con los equipos. La empresa adjudicada deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados. de 08hs a 17 hs., con 4 (cuatro) horas de respuesta para equipos instalados en el Hospital Central y el Área Central (excluyendo domingos y feriados).

Considerando que los equipos serán instalados en el interior del país, solicitamos ampliar el plazo para dar respuesta a por lo menos 24 horas, después de recibido el reclamo

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 40 - Ítem 11 Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.  
¿Se podría considerar Normas del Mercosur?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 41 - Ítem 11 Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.  
¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 42 - Ítem 14 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 43 - Ítem 24 Lámpara scialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 44 - Ítem 24 Lámpara scialítica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Se podría presentar Normas del Mercosur?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 45 - Ítem 25 Lámpara scialítica móvil

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Se podría presentar Normas del Mercosur?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 46 - Ítem 25 Lámpara scialítica móvil

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 47 - Ítem 29 Mesa quirúrgica radiolúcida

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Se podría presentar Normas del Mercosur?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 48 - Ítem 29 Mesa quirúrgica radiolúcida

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
4.9 Ancho de la mesa: 55cm o más. ¿Se podría cotizar: 52cm o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 49 - Ítem 31 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 50 - Ítem 32 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 51 - Ítem 44 Torre de videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.		
¿Sería válido el Certificado vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 52 - Ítem 45 Unidad electroquirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.		
¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 53 - Ítem 46 Unidad electroquirúrgica de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
4.5 Memoria interna: 8G capacidad de almacenamiento, como mínimo		
¿Se podría cotizar con memoria interna de 8G o para al menos 100 programas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 54 - Ítem N° 45 Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar un rango de memoria de 99 espacios, ya que esta mínima diferencia no afecta a la operación básica del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 55 - Ítem 11 Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.		
¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 56 - Ítem 14 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. ¿Sería válido el Certificado ISO 13485 vigente, que indique la marca y el tipo o categoría de equipo cotizado, considerando que en algunos casos no incluyen el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 57 - EETT Item 11 Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.2.2, donde requieren Energía seleccionable de 2 Joules o menos y 200 joules o más, solicitamos modificar el límite superior a 360 Joules o más de manera a soportar mayor rango de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 58 - ítem 11 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.3.1, donde solicitan palas para pacientes adultos, recomendamos incluir "palas para pacientes adultos y pediátricos".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Ítem 33: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "2.3 Altura fija de 180 cm ( $\pm 5$ cm)." aceptar "2.3 Rango de altura variable de 1,00 a 2,50 m". Esto permite ofrecer una altura variable que incluya esa altura (1,80 cm), además brindará mayor comodidad y flexibilidad al usuario y permitirá mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Ítem 33: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "2.2 Base con 4 (cuatro) o 5 (cinco) patas fijas" aceptar "2.2 Base con 4 (cuatro) o 5 (cinco) patas con ruedas". Esto permite ofrecer un desplazamiento variable, además brindará mayor comodidad y flexibilidad al usuario y permitirá mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 33: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "2.1 Estructura tubular de acero inoxidable" aceptar "2.1 Estructura tubular con terminación de acero inoxidable". Esto permitirá mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 62 - CERTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante, para todos los ítems, donde dice "Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.

Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado" aceptar "Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, ANVISA o JIS al menos alguna de ellas", los criterios son equivalentes pero de distintos países (ANVISA=Brasil) y así también obtener mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 63 - CERTIFICACIONES ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 3 - EETT Certificaciones: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.

Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado" aceptar "Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, ANVISA o JIS al menos alguna de ellas", los criterios son equivalentes pero de distintos países (ANVISA=Brasil) y así también obtener mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 64 - ítem 28 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el punto 4.2.1 donde solicitan flujómetros electrónicos o virtuales para O2 y N2o y Aire, Solicitamos eliminar el parámetro N2O, ya que este gas no es utilizado en la actualidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 65 - ítem 28 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

en el punto 5.2.1 donde solicitan pantalla de 12 pulgadas, solicitamos a la convocante que requiera pantalla de 15 pulgadas, de manera a una mejor visualización de los parámetros en la máquina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.

## Consulta 66 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 90 días, teniendo en cuenta que los equipos son importados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 67 - ítem 28 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 8.8 donde requieren BIS o entropía, Solicitamos a la convocante que este parámetro pueda ser equipado inidistintamente en el monitor o en la máquina de anestesia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 68 - ítem 31 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
en el punto 4.1 donde solicitan "monitor modular", solicitamos a la convocante requieran "monitor pre-configurado" de esta manera mejorar los precios finales obteniendo ya los parámetros deseados en el monitor preconfigurado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 69 - ítem 44 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
en el punto 3.1 donde solicitan "Flujo de gas: 0 a 30 lpm", solicitamos a la convocante modificar este requerimiento a "0 a 50 l/min" de tal manera a tener mayores prestaciones para los pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 70 - ítem 47 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
en el punto 6.16 donde requieren "Cálculo de Índice F/VT o Índice de Respiración Rápida y Superficial (RSB) o Índice de respiración poco profunda (SBI)." solicitamos eliminar este punto porque es una característica unica de la marca Leigstum		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
Se aclara que el parámetro solicitado en las E.E.T.T no es exclusivo de la marca referida. Tal parámetro está presente en la mayoría de los equipos de asistencia respiratoria mecánica para definir el grado de éxito a una posible extubación del paciente en cuidados críticos. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		



## Consulta 71 - ítem 47 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
en el punto 9.11 donde solicitan Conectividad mediante MEDICAL INFORMATION BUS / ISO / IEEE 11073 (Incluyendo accesorios y software necesario para la conexión)." Solicitamos eliminar este requerimiento que corresponde a la marca Leigstum		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
Se aclara que el estándar MEDICAL INFORMATION BUS o MIB documentado a través de la normativa ISO/IEEE 1073 de conectividad de dispositivos médicos a redes hospitalares es implementado ampliamente por los fabricantes en sus equipos y no es exclusivo de uno en particular. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 72 - Visita al Sitio de Instalacion

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Visita al sitio de Ejecución de Contrato, Pág. 5, en el PB se indica que las visitas al sitio NO APLICAN En base a las características de los ítems 17 y 27, y considerando la importancia de que el sitio de instalación para cada equipo cumpla con los requerimientos de espacio y condiciones eléctricas que permitan el correcto funcionamiento e instalación. Solicitamos a la convocante: - Definir el sitio de instalación. - Incluir la realización de una visita de verificación a las salas destinadas para la instalación. La importancia de lo consultado obedece a que los posibles proveedores puedan conocer la situación actual de cada sala.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al pliego de Bases y Condiciones Última Versión. Punto Plan de Entrega de Bienes.		

## Consulta 73 - Adecuaciones Edilicias

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Para los ítems 17 y 27, se solicita a la convocante definir el responsable de las remodelaciones edilicias que sean necesarias para la instalación y correcto funcionamiento de cada equipo (piso, cielo raso, pintura, climatización, protección radiológica, adecuaciones para la instalación) y definir los materiales constructivos que deberán ser utilizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al pliego de Bases y Condiciones Última Versión. Punto Plan de Entrega de Bienes.		

## Consulta 74 - Requerimiento Electrico de los Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Para los ítems 17 y 27, se solicita a la Convocante definir el responsable de realizar las adecuaciones eléctricas necesarias como ser transformador eléctrico con potencia suficiente, alimentación eléctrica desde el tablero principal hasta la sala destinada a cada equipo y un sistema de puesta a tierra, entre otros, de acuerdo con los requerimientos del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al pliego de Bases y Condiciones Última Versión. Punto Plan de Entrega de Bienes.		

## Consulta 75 - Requerimiento Electrico de los Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Para los ítems 1 y 18, se solicita a la Convocante definir el responsable de realizar las adecuaciones eléctricas necesarias como ser tomas eléctricas con sistema de puesta a tierra para el funcionamiento de cada equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión. Punto Plan de Entrega de Bienes.		

## Consulta 76 - Garantía del Bien Adquirido

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
La empresa adjudicada deberá proveer garantía del bien de 3 (tres) años desde la emisión del Acta de Recepción Definitiva, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo. 1- Solicitamos a la convocante aclarar si el tubo de rayos y detectores de los equipos de los ítems 1, 17, 18 y 27, también deberán tener una garantía de 3 años. Los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante. 2- Solicitamos a la convocante aclarar que la garantía no incluye los daños que pudieren sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgates natural.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
Se aclara que al solicitar 3 años de garantía el oferente solicitara al fabricante la correspondiente extensión para incluir todo lo necesario a reemplazar por el uso del equipo. Obviamente el mal uso de los bienes no estará cubierto por la garantía proveída.		

## Consulta 77 - Alimentación eléctrica ítem 27, equipo de mamografía

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Ítem 27, punto 5.3 Alimentación eléctrica: 220 VAC $\pm$ 10%, 50 Hz. Cable de alimentación con toma eléctrica tipo Schuko (se aceptará otro tipo de tomas) Solicitamos a la Convocante poder incluir otras formas de conexión como ser a través de un tablero eléctrico, ya que las nuevas tecnologías precisan de señales de control y sistemas de protección eléctrica más complejas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 78 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de equipos biomédicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación, a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 79 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida en la provisión de equipos biomédicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 80 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos a la Convocante exigir para los ítems 1- Equipo de Rayos X Arco en C, ítem 17- Rayos X Fijo, ítem 18- Rayos X Móvil, ítem 27- Mamógrafo; la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR como empresa encargada de realizar IMPORTACIÓN de Fuentes de Radiación Ionizante, conforme lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 81 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos a la Convocante exigir para los ítems 1- Equipo de Rayos X Arco en C, ítem 17- Rayos X Fijo, ítem 18- Rayos X Móvil, ítem 27- Mamógrafo, la AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CATEGORÍA III, IV, y V que otorga la AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR para Equipos ARCO en C (emisores de Fluoroscopia) según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 que reglamente la LEY 5169/14.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 82 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos a la Convocante exigir para los ítems 1- Equipo de Rayos X Arco en C, ítem 17- Rayos X Fijo, ítem 18- Rayos X Móvil, ítem 27- Mamógrafo, a todo el Plantel Técnico encargado para la prestación de servicio técnico durante el periodo de Garantía. Que cuente con AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) que es la credencial habilitante y obligatoria de cumplimiento individual a todos los técnicos encargados para prestar servicios a los equipos emisores de radiación ionizante establecida en la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 83 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos a la Convocante exigir para los ítems 1- Equipo de Rayos X Arco en C, ítem 17- Rayos X Fijo, ítem 18- Rayos X Móvil, ítem 27- Mamógrafo, CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en el marco de la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016 cualquier Dispositivo Médico, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección individual, debe contar con la concesión a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Registro Sanitario por el cual se INSCRIBE y consecuentemente se AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN de un Dispositivo Médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 84 - Ítem N° 45 Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante, extender a por lo menos 90 días el tiempo de entrega, debido a la situación conocida a nivel mundial de las cadenas de suministros y transporte que dificultan el tiempo de las entregas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 85 - Ítem N° 46 Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante, extender a por lo menos 90 días el tiempo de entrega, debido a la situación conocida a nivel mundial de las cadenas de suministros y transporte que dificultan el tiempo de las entregas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 86 - Ítem N° 46 Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos a la convocante poder ofertar 2G o 300 espacios de almacenamiento de ajustes, ya que 8G es específicamente del modelo FT10 de la marca Medtronic y no afecta a la finalidad del funcionamiento básico de la programación del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 87 - Ítem N° 46 Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitamos amablemente poder ofertar un rango de temperatura de transporte y conservación: intervalo de temperatura ambiente: -20 a +50 °C, y así poder dar mayor oportunidad a más oferentes y como consecuencia tener una mejor oferta para la convocante, ya que estas especificaciones no son un punto que afecta al funcionamiento básico de equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 88 - Ítem N° 46 Electrobiturí.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente poder ofertar un rango de humedad en funcionamiento: Humedad relativa: de 30% a 75% sin condensación, y así poder dar mayor oportunidad a más oferentes y como consecuencia tener una mejor oferta para la convocante, ya que estas especificaciones no son un punto que afecta al funcionamiento básico de equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 89 - Multas

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En la página 134 del PBC, establece El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: Cero coma uno por ciento (0,1%) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso.

Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0.01%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: Cero coma cero uno por ciento (0,01 %) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 90 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

ANTICIPO

El PBC establece: No aplica.

Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever 20% en concepto de pago por Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio año 2022/2023 y en consecuencia se emita un CDP por dicho valor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 91 - Acta de Recepción Definitiva

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

Página 123 del PBC - Respecto al Acta de Recepción Definitiva

Solicitamos a la convocante establecer el plazo de 5 días para la emisión de Acta de Recepción Definitiva.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 92 - Item 11 Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 93 - Item 11 Desfibrilador con carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 5.5: Electrodo autoadheribles descartables para marcapaso, 12 (doce) pares (o kits) por equipo. Por favor aclarar que esto se refiere a parches o paletas multifunción para marcapaso y no electrodos comunes para ECG		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 94 - Item 13 Detector fetal

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Puntos 2.4 y 3.4: Solicitamos que la fuente de alimentación externa sea considerada opcional, por la característica del detector fetal es un equipo totalmente portátil que no se utiliza conectado a la corriente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 95 - Item 14 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2 Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 96 - Item 28 Máquina de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 97 - Item 30 Monitor fetal

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.1, por favor aclarar si a dos pacientes se refiere a la madre y al feto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
Se aclara que se refiere a dos fetos. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 98 - Item 30 Monitor fetal

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.8 Solicitamos se puedan ofertar monitores fetales con Rango FHR: 50-210 bpm o mayor rango, considerando que este rango no afectaría la performance del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 99 - Item 31 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 100 - Item 31 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, solicitamos que este punto sea considerado opcional o actualización a futuro con la conexión a una central de monitoreo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 101 - Item 32 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 1.1 Descripción general: Instrumento médico que sirve para visualizar y examinar el conducto auditivo externo y el tímpano, solicitamos por favor corregir esta descripción general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 102 - Item 32 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 103 - Item 32 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.4 Despliegue en pantalla LCD de ondas plestismográficas, solicitamos se puedan cotizar equipos con despliegue en pantalla TFT como opción		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 104 - Item 37 Sierra cortadora de yeso con aspirador

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 3.2: Los certificados ISO 13485 se emiten por fábrica y solo se menciona genéricamente los equipos que están autorizados a fabricar, solicitamos se modifique esta especificación de la siguiente manera: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
Se aclara que el punto 3.2 ya cuenta con la descripción consultada.		

## Consulta 105 - Item 37 Sierra cortadora de yeso con aspirador

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 5.1 Donde solicitan: Potencia regulable mínima 1000 W, solicitamos se puedan cotizar aspirador con potencia de continua: 400 a 750 vatios y potencia máxima de 900 vatios, considerando que no es un aspirador quirúrgico o de secreciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 106 - Item 37 Sierra cortadora de yeso con aspirador

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Punto 5.1 Donde solicitan: Potencia regulable mínima 1000 W, solicitamos se puedan cotizar aspirador con potencia de continua: 400 a 750 vatios y potencia máxima de 900 vatios, considerando que no es un aspirador quirúrgico o de secreciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		



## Consulta 107 - ITEM 1 ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.3.2 donde dice Al menos dos campos de entrada solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con al menos un campo de entrada, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 108 - ITEM 1 ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.4.8 donde dice Dispositivo de grabación en CD y DVD solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar como opción de dispositivo de grabación en formato USB, considerando que la utilización de CD y DVD actualmente no es común y prácticamente el 100% de las computadoras actuales ya no cuenta con estos dispositivos como CD o DVD. Por lo señalado solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Dispositivo de grabación en CD y DVD, ó en USB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 109 - ITEM 1 ARCO EN C.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.5.3 donde dice Rango de kV para Radiografía: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numérica) solicitamos amablemente a la convocante que el rango de kV para radiografía sea de 40 kV o menos a 110 kV o más, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 110 - ITEM 1 ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.5.4 donde dice Rango de kV para Fluoroscopia: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numérica) solicitamos amablemente a la convocante que el rango de kV para fluoroscopia sea de 40 kV o menos a 110 kV o más, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 111 - ITEM 1 ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.5.5 donde dice Tiempo de exposición: de 0,003 s o menos a 4 s o más solicitamos amablemente a la convocante que este parámetro y rango sea opcional, puesto que es un parámetro que se encuentra indirectamente dado por los valores de mAs y mA, y los fabricantes al tener como variable o parámetro de control mAs y mA no requiere ajuste o fijación de un valor de tiempo de exposición. Por este motivo solicitamos que este ítem sea opcional y así también dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 112 - ITEM 1 ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el ítem 4.5.6 donde dice Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor solicitamos amablemente a la convocante que el rango de mAs sea de 0.5 mAs o menos a 100 mAs o mayor, así ampliar el espectro de utilización del rango de mAs a los valores que son mas utilizados en la práctica médica, y además en dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 113 - ITEM 1 ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el ítem 4.5.7 donde dice Potencia mínima nominal del generador 12.5kW solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos con potencia mínima nominal del generador de al menos 2 kW, considerando que con esta potencia se logra cumplir sin ningún inconveniente con todos los rangos de mA, mAs y kV solicitada en los diversos ítems de estas especificaciones técnicas, y además no afecta ni disminuye las prestaciones final que se le dará al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 114 - ITEM 1 ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el punto 4.6.2 donde dice Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 250.000 HU ó mayor solicitamos amablemente que permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de al menos 40.000 HU, considerando que la manera como se disipa el calor en este tipo de equipos avanza de manera considerable en la ultima década que permite la utilización continua del equipo mediante el uso de circulación de aceite y sistemas de ventilación óptimos que mantienen frio el ánodo y en condiciones optimas de funcionamiento, y que cada fabricante cuenta con su manera de desarrollar e implementar este tipo de ventajas de diseño y por ende se puede utilizar con total seguridad anodos con capacidad térmica del orden de los 40 kHU sin ningún inconveniente. Por todo lo mencionado y para dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 40.000 HU ó mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 115 - ITEM 1 ARCO EN C

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 4.6.3 donde dice Uno o dos focos entre 0,3 o menor y 1,5 mm solicitamos amablemente que permitan cotizar equipos con dos focos entre 0.6 o menor y 1.5 mm, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes, quedando el ítem de la siguiente manera: Uno o dos focos entre 0,6 o menor y 1,5 mm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 116 - ITEM 27 MAMOGRAFO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 4.5.1 donde dice Estación de adquisición con monitor de 19" o mayor matriz de 5MP o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con monitor matriz de 2 MP, considerando que en la estación de adquisición, como su nombre lo indica se realiza la adquisición de imágenes y NO es utilizada para realizar informes, ni mediciones ni ningún análisis de las imágenes obtenidas con el mamógrafo, es meramente para uso del usuario para el ajuste y configuración de parámetros. En la estación de trabajo si es utilizado para análisis y realizar el informe medico, es por eso que en el ítem 4.6.1 solicitan monitor de 5MP y es totalmente correcto para este punto. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Estación de adquisición con monitor de 19" o mayor matriz de 2MP y así la convocante no incurra en gastos totalmente innecesarios

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 117 - ITEM 47 VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 8.1 donde dice Aire: Suministro externo de alta presión (Aproximadamente 50 PSI) solicitamos amablemente a la convocante considere este punto como opcional, considerando que se cuenta con equipos que no requieren conexión a un punto de aire externo de alta presión, puesto que cuentan con la tecnología y capacidad de una turbina o compresor interno dentro del ventilador que le permite tener la autonomía de funcionamiento sin necesidad de ningún suministro de aire comprimido externo al equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 118 - ITEM 47 VENTILADOR PULMONAR

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 9.3 donde dice Se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía solicitamos amablemente a la convocante cuantifique la cantidad de sensores de flujo que desea se incluya en la oferta, considerando que estos elementos son consumibles del equipo, y que su vida útil esta en función del cuidado, trato y ciclos de limpieza/esterilización a la que es sometida, para que hay igualdad de condiciones entre todos los potenciales oferentes y que el IPS pague el justo precio por este bien solicitamos que cuantifique la cantidad de sensores que la convocante desea le coticemos

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 119 - Item 18 EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 2.3 donde dice Cable de alimentación de al menos 5m +/- 1 m solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con cable de alimentación de al menos 3 metros, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 120 - Item 18 EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 3.6 donde dice Punto focal de 1.5 mm. ó menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con doble punto focal, considerando que en el ítem 3.4 señala que se puede cotizar de esa manera y además esta característica es propia de cada fabricante, sugerimos que el doble punto focal sea en el rango de 0.8 o menor y 1.1 o mayor. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Punto focal de 1.5 mm. ó menor, ó Doble punto focal de 0.8 o menor y 1.1 o mayor

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 121 - Item 18 EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 5.6 donde dice DQE de 50 % o mayor a 3.1 lp./mm. o mayor para una dosis de 2 uGy o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de mejor característica con DQE de 50 % o mayor a 3.1 lp/mm o menor para una dosis de 2uGy o menor, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de mejores ofertas y oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 122 - ITEM 17 RX FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 4.3.3 donde dice Capacidad térmica del ánodo de al menos 350 KHU solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad térmica del ánodo de al menos 300 KHU, considerando que la manera como se disipa el calor en este tipo de equipos avanza de manera considerable en la última década que permite la utilización continua del equipo mediante el uso de circulación de aceite y sistemas de ventilación óptimos que mantienen frío el ánodo y en condiciones óptimas de funcionamiento, y que cada fabricante cuenta con su manera de desarrollar e implementar este tipo de ventajas de diseño y por ende se puede utilizar con total seguridad ánodos con capacidad térmica del orden de los 300 KHU sin ningún inconveniente. Por todo lo mencionado y para dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Capacidad térmica del ánodo de al menos 300 KHU

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 123 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
<p>Solicitamos a la convocante pueda revertir los precios referenciales debido que el promedio utilizado son de licitaciones del 2019 que han desfazado en su totalidad y sin tener en cuenta la variacion del Dolar y suba excesiva de los precios de logistica, si bien determinan que solo es un precio "referencial" hay que tener en cuenta que en el PBC establece 15% sobre el precio rereferencial para determinar una adjudicacion o bien quedando a criterio de la convocante. Por lo que puede quedar en desierto los item y la convocante sin equipo solicitado, por lo expresado solicitamos puedan variar los precios referenciales a costos reales actualmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 124 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
<p>Recordamos a la convocante tener presente que el ISO 13485 es es una norma reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la calidad en la industria de dispositivos médicos. Está pensada y concebida para su uso en organizaciones para el diseño y desarrollo, producción, instalación, servicios y ventas de productos sanitarios. Por lo expresado y debido que en la mayoría de los item solicitan que en el ISO 13485 este determinado el modelo del equipo esto NO es posible por el concepto global del tal y mencionado ISO. Por lo que solicitamos muy amablemente soliciten ISO 13485 que certifican la fabrica como es tal cosa sin referirse a un modelo de equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 125 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Atendiendo a la situación compleja que se presenta en la cadena logística a nivel mundial, se solicita a la Convocante extender el plazo de entrega para los ítems 1,17,18 y 27. Estos bienes son fabricados según demanda y el método de transporte más costo efectivo es el marítimo, por lo que resulta imposible entregarlos en 60 días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 126 - Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Se solicita a la Convocante aclarar si durante la garantía de 3 años solicitada para los bienes solicitados en los ítems 1,17,18 y 27 es necesario contemplar Tubos de Rayos X. Es importante mencionar que se menciona garantía "por defectos de fabricación", los cuales normalmente se dan solo en el primer año de uso. En el segundo y tercer año normalmente los defectos presentados tienen que ver con el desgaste natural de los componentes. Solicitamos aclarar las situaciones en las cuales los Oferentes deben activar los reemplazos en garantía.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>Se aclara que en base a lo solicitado, lo que se pretende en el tiempo de garantía establecido por la convocante es que: El oferente pueda reponer cualquier dispositivo, repuesto o accesorio que registre mal funcionamiento por desperfectos de manufactura, y, reemplazar todo aquello que presente agotamiento o falla por el desgaste y uso normal del equipo, o por cumplir las horas de uso que establece el fabricante y estar indicado en procedimientos de mantenimiento preventivo/correctivo a ejecutar en el periodo de garantía estipulado.</p>		

## Consulta 127 - ITEM 16: Equipo de Luminoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 1, ITEM 16: En el punto 16.4.4 solicitan Leds que emitan luz de 420 a 480 nm de longitud de onda luego de ser filtrada. Solicitamos amablemente a la convocante que de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes se requiera este parámetro de la siguiente manera: Leds que emitan luz dentro de los límites del rango de 420 a 480 nm de longitud de onda luego de ser filtrada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 128 - ITEM 28: Maquina de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 1, ITEM 28: En el punto 28.4.2.3 solicitan Dispositivo antihipoxia de al menos 21% de O2. Actualmente existe una tendencia en aumento de trabajar con bajos flujos y considerando el efecto dilución que ocurre en la mezcla de gases frescos con los gases de recirculación, sugerimos que para dar mayor seguridad al paciente y asegurar de que no se produzca una concentración hipóxica en la mezcla de gases, se solicite Dispositivo antihipoxia de al menos 25% de O2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 129 - Capacitaciones a Personal Técnico y a Usuarios

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Solicitamos a la Convocante definir los plazos para el desarrollo de estas actividades. Estas actividades representan un costo para el Oferente que forma parte de la estructura de precios, por lo que es importante establecer claramente la duración de las mismas, de manera a garantizar la competencia en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
Se aclara que los plazos deberá coordinarse una vez entregado los equipos.		

## Consulta 130 - Consulta 2, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 2, ITEM 28: En el punto 28.4.3.5 solicitan Válvula de sobrepresión (APL), de 5 a 70 cmH2O. Para proveer al usuario de un mayor rango de trabajo en la ventilación manual, sugerimos solicitar Válvula de sobrepresión (APL) con un rango de ajuste de 1 o menor a 70 cmH2O o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

### Consulta 131 - Consulta 3, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 3, ITEM 28: En el punto 28.4.3.6 solicitan Canister con sistema que permita realizar cambio de cal sin necesidad de detención de la ventilación o con válvula bypass de CO2.

De modo a dar mayor seguridad al Médico usuario del equipo y al paciente durante el acto quirúrgico, sugerimos solicitar Canister reutilizable con Sistema que permita realizar cambio de cal sodada sin necesidad de detención de la ventilación o con válvula bypass de CO2 y con detección automática y aviso en pantalla de conexión y desconexión del mismo

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.

### Consulta 132 - Consulta 4, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 4, ITEM 28: En el punto 28.4.3.7 solicitan Soporte para la bolsa de reinhalacion

Considerando mejorar el flujo de trabajo del usuario de estos equipos y dar más practicidad y facilidad al desarrollo del acto de ventilación manual, sugerimos solicitar la característica de que el soporte de la bolsa sea móvil a los lados y regulable en altura, quedando el punto de esta manera: Soporte para la bolsa de reinhalacion, móvil a los lados y regulable en altura

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.

### Consulta 133 - Consulta 5, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 5, ITEM 28: En el punto 28. 5.2.1 solicitan Con medición y aplicación de los parámetros respiratorios en pantalla LCD color, de 12 pulgadas como mínimo.

La monitorización de la ventilación (en la pantalla del Ventilador) es clave durante el acto anestésico, por lo cual al solicitar un Equipo que monitoriza curvas de Flujo, Presión y/o Volumen, así como lazos de espirometría, curva de Capnografía y parámetros numéricos, este requiere de una pantalla de tamaño acorde que mejore la visualización del usuario, sumado a los beneficios de tener pantalla táctil que aporta rapidez a los cambios en las configuraciones de los parámetros y facilita el flujo de trabajo del Anestesiólogo, considerando que las actuales tecnologías en Anestesia, Ventilación y Monitoreo ya cuentan con pantallas del tipo táctil.

Teniendo en cuenta lo expuesto, sugerimos solicitar: Medición y aplicación de parámetros respiratorios en pantalla táctil a color de 15 pulgadas o mayor, tipo móvil, que permita la visualización desde diferentes puntos del Quirófano.

Esto es importante en casos donde el Doctor no pueda trabajar en la cabecera de la mesa de cirugía y necesite girar la pantalla para visualizar y configurar los parámetros del ventilador, entonces al tener un brazo que permita dicho movimiento hace que no se tenga que mover ni desplazar toda la Máquina de Anestesia, sino que solo deberá ajustar la ubicación de la pantalla del ventilador.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 134 - Consulta 6, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 6, ITEM 28: En el punto 28.5.2.5 solicitan Despliegue de curva de presión y curva de flujo o de volumen por lo menos dos de ellas. Sugerimos a la convocante que a modo de dar mayor precisión a la característica solicitada se requiera que las dos curvas sean desplegadas de manera simultanea, quedando el punto de esta manera: Despliegue de curva de presión y curva de flujo o de volumen por lo menos dos de ellas en simultaneo en pantalla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 135 - Consulta 7, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 7, ITEM 28: En el punto 28.5.2.6 solicitan Control para ajuste de Volumen de 10 ml o menor a 1400 ml o mayor. De modo a dar participación a una mayor cantidad de oferentes, sugerimos solicitar Control de ajuste de Volumen de 20 ml (o menor) a 1400 ml (o mayor). O en su defecto solicitar Rango de entrega de Volumen de 10 ml o menor a 1400 ml o mayor. Se debe considerar que si se va a ventilar a un paciente neonatal con volumen bajo (menor a 10 ml) lo ideal es que sea ventilado en un modo de Presión Control (donde el equipo puede entregar y medir valores de volúmenes menores a 10 ml). Esto se recomienda entre otras cosas para tener un mejor control de las fugas, evitando el riesgo de que valores tan bajos de volumen no lleguen al pulmón del paciente (asegurar que el paciente reciba los 10 ml y no solo sea un valor que está saliendo de la rama inspiratoria de la Maquina, como ocurre en modo VCV). Para ventilar con volúmenes bajos la recomendación es utilizar el modo PCV, donde se genera un movimiento torácico donde entra el aire a los pulmones y el equipo debe ser capaz de entregar y medir volúmenes menores a 10 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 136 - Consulta 8, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 8, ITEM 28: En el punto 28.5.4 solicitan Control para ajuste de relación I:E. Sugerimos solicitar: Control para ajuste de relación I:E con un rango de 2:1 a 1:8 o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 137 - Consulta 9, ITEM 28

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 9, ITEM 28: En el punto 28.5.12 solicitan Control de Flujo inspiratorio, solicitamos amablemente a la convocante que este parámetro sea OPCIONAL, ya que es una característica de ventiladores de Terapia Intensiva. En la ventilación de anestesia, los modos ventilatorios tienen flujos inspiratorios adaptables a la mecánica pulmonar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		



### Consulta 138 - Consulta 10, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 10, ITEM 28: En el punto 28.6.2.4 solicitan Lazo Flujo/Volumen, sugerimos a la convocante que, para ser consistente con la complejidad de los equipos solicitados, se requieran 3 tipos de flujos, quedando el punto de la siguiente manera: Lazos Flujo/Volumen, Presión/Flujo y Presión/Volumen

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 139 - Consulta 11, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 11, ITEM 28: En el punto 28.7.2.1 y 28.7.2.2 solicitan Pantalla Tipo LCD, Tamaño 12 o más. De modo a tener mejor visualización de los parámetros monitorizados en el Monitor Multiparamétrico sugerimos solicitar Pantalla táctil de 15 pulgadas o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.

### Consulta 140 - Consulta 11, ITEM 28:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 11, ITEM 28: Para el Monitor Multiparamétrico sugerimos agregar el parámetro de Transmisión Neuro Muscular (TNM) teniendo en cuenta que están solicitando parámetros avanzados de monitorización y esta medición es clave para evaluar el estado anestésico de relajación muscular del paciente, midiendo el nivel de bloqueo neuromuscular. Dentro de los accesorios además deberían solicitar Cable y Sensor reutilizable para medición de transmisión neuromuscular.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 141 - ÍTEM 31: Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

ÍTEM 31: Monitor Multiparamétrico  
 Consulta 1, ITEM 31: En el punto 31.4.13 solicitan Función o perfil de cálculos hemodinámicos  
 De modo a dar participación a una mayor cantidad de oferentes, solicitamos amablemente a la convocante que este requisito sea OPCIONAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 142 - ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA El precio referencial para el Ítem 5 se encuentra muy por debajo del precio del mercado. Teniendo en cuenta que se solicita camas con características de especiales que dan un costo mucho mayor al bien, como ser chasis de RX, movimientos Trendelenburg, Sistema de RCP y otros. Solicitamos al Convocante adecuar el precio referencial a por lo menos Gs. 20.000.000 o permita algunos de los puntos sean opcionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		

## Consulta 143 - Consulta 2, ITEM 31:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 2, ITEM 31: En el punto 31.4.14 solicitan Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación De modo a dar participación a una mayor cantidad de oferentes, solicitamos amablemente a la convocante que este requisito sea OPCIONAL, además que esta opción normalmente se encuentra en el Ventilador Pulmonar y no en el Monitor Multiparamétrico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 144 - ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA Donde dice: 4.2 Capacidad de soporte de peso de 220 kg como mínimo. Solicitamos permita cotizar Capacidad de soporte de peso de 200 kg como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 145 - ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA Donde dice: 4.5 Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX. Solicitamos permita este punto sea declarado opcional OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 146 - ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA Donde dice: 4.9 Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte. Solicitamos permita cotizar Sistema de freno en las cuatro ruedas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 147 - ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA Donde dice: 4.12 Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera. Solicitamos permita este punto sea declarado opcional OPCIONAL, considerando que no es una característica indispensable de la cama		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 148 - ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA Para los siguientes puntos: 5.2 "Trendelenburg. Rango de 0° a 10° como mínimo.", 5.3 "Trendelenburg inverso Rango de 0° a 10° como mínimo y 5.5 Sistema de RCP mecánico. Solicitamos permita estos puntos sean declarados OPCIONALES. Teniendo en cuenta el precio referencial que se encuentra desfasado y estas características encarecen al ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 149 - ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA Donde dice: 6.3 Que soporte un peso de 220 Kg como mínimo. Solicitamos permita cotizar 6.3 Que soporte un peso de 200 Kg como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 150 - ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 5 CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA Donde dice: 8.2 Balón de oxígeno con su respectivo soporte incorporado a la cama. Solicitamos permita este punto sea declarado opcional OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 151 - ITEM 24 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.2.6 del PBC el Convocante solicita: Temperatura de color en el rango de 4200 o menos a al menos 6000 grados Kelvin. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Temperatura de color en el rango de 4200 o menos a al menos 5000 grados Kelvin.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 152 - ITEM 24 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.4.3 del PBC el Convocante solicita: Diámetro de 60 cm o mayor. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Diámetro de 60 cm o mayor (principal). Diámetro de 50 cm o mayor (satélite).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 153 - ITEM 25 LAMPARA SCIALITICA MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.2.1 del PBC el Convocante solicita. Giro rotatorio de al menos 180°. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Giro rotatorio de al menos 90°.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 154 - ÍTEM 25 LAMPARA SCIALITICA MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.3.3 del PBC el Convocante solicita: Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Temperatura de color en el rango de 4200 a 5000 grados Kelvin.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 155 - Ítem 29 - MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 6.12 del PBC el Convocante solicita: Prolongadores laterales para pacientes bariátricos, para todas las secciones de la mesa. Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar OPCIONAL este punto, teniendo en cuenta que las demás características técnicas descritas en el PBC no hacen referencias a camas bariátricas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 156 - Ítem 29 - MESA QUIRURGICA RADIOLUCIDA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.17 del PBC el Convocante solicita: Resistencia mínima de: 250 kg. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Resistencia mínima de: 200 kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 157 - Ítem 45 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.4 del PBC el Convocante solicita: Coagulación monopolar de 120 W o mayor. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir cotizar equipos con: Coagulación monopolar de 100 W o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 158 - Ítem 45 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.14 del PBC el Convocante solicita: Rango de memoria y/o configuración para usuarios de por lo menos 100 espacios. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir cotizar equipos con: Rango de memoria y/o configuración para usuarios de por lo menos 50 espacios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 159 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.5 del PBC el Convocante solicita: Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento Esta característica es de un solo fabricante, por lo que solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento o según característica del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 160 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.2 del PBC el Convocante solicita: Puertos de salida: Dos salidas monopolares y una salida para bipolar convencional. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Puertos de salida: Dos salidas monopolares y una salida (o más) para bipolar convencional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 161 - Ítem 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 4.2.1, solicitamos a la Convocante la modificación del punto a "Movimiento vertical motorizado de 40 cm o más" considerando que este parámetro constituye una característica constructiva, sujeta al diseño de cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 162 - Item 24 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 3.1 donde dice Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos a la convocante incluir Normas del Mercosur que es una Norma de Calidad igual standar que las solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 163 - Item 24 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el Punto 3.2 donde dice Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado; Nos extraña que soliciten marca y modelo en el ISO sabiendo que dicho certificado de Normas solo califica a la fabrica en su gestion produccion y no certifica al modelo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 164 - Consulta 2, ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 2, ITEM 16: En el punto 16.4.5 solicitan Irradiancia regulable por el usuario entre 4 a 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ . Solicitamos poder cotizar también equipos con dos niveles de irradiación, alto y bajo, de valores fijos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 165 - Item 24 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde solicitan Ajuste vertical mínimo de 80cm. Solicitamos a la convocante que sea ( $\pm$ ) 5cm de lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 166 - Item 24 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
n donde solicitan Tiempo de vida útil de 30.000 horas. Recomendamos a la convocante puedan solicitar de 50.000 horas de vida util		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 167 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 4.3.3, solicitamos a la Convocante aceptar equipos con un monitor LCD o TFT de por lo menos 17", de manera a dar participación a un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 168 - Item 24 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde solicitan Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera Temperatura de color 3.800K o mejor de esta manera se tendra mayor participacion de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 169 - Consulta 3, ITEM 16:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 3, ITEM 16: En el punto 16.4.6 solicitan Reloj que muestre el tiempo de exposición total por paciente. Solicitamos amablemente a la convocante que este requerimiento sea OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 170 - ITEM 6 CAMA DE NACIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 6 CAMA DE NACIMIENTO Las especificaciones técnicas solicitadas para este ítem son para una mesa quirúrgica eléctrica de especialidad obstétrica, el precio referencial aplicaría para una mesa de procedimiento o parto natural, por lo antes mencionado el precio se encuentra desfasado a los requerimientos técnicos y accesorios del presente ítem. Solicitamos al Convocante adecuar el precio referencial a por lo menos Gs. 90.000.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos Cargados en el SICP.		

## Consulta 171 - Consulta 4, ITEM 16:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 4, ITEM 16: En el punto 16.4.10 solicitan Contador de horas de uso de la lámpara y temporizador para monitoreo de dosis. Solicitamos amablemente a la convocante que este requerimiento sea OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		



## Consulta 172 - Arco en C

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consulta 1, ITEM 1: En el punto 1.4.2.1 solicitan Movimiento vertical motorizado de 45 cm o más, solicitamos a la convocante movimiento vertical motorizado de 44,5 cm o más.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 173 - Arco en C

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consulta 2, ITEM 1: En el punto 1.4.5.3 solicitan Rango de KV para radiografía de 40 KV o menos a 120 KV o más, solicitamos a la convocante Rango de KV para radiografía de 40 KV o menos a 110 KV o más, teniendo en cuenta que los 110 KV son suficientes para un arco en C.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 174 - Arco en C

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consulta 3, ITEM 1: En el punto 1.4.5.4 solicitan Rango de KV para fluoroscopia de 40 KV o menos a 120 KV o más, solicitamos a la convocante Rango de KV para fluoroscopia de 40 KV o menos a 110 KV o más, teniendo en cuenta que los 110 KV son suficientes para un arco en C.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 175 - ítem 47 ventilador pulmonar EETT

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

en el punto 4.3 Solicitamos amablemente a la convocante modificar el límite superior a 80 cm H2O o mayor

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 176 - Arco en C

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consulta 4, ITEM 1: En el punto 1.4.5.5 solicitan Tiempo de exposición de 0,003 s o menos a 4s o más, solicitamos a la convocante Tiempo de exposición de 0,1 s o menos a 4s 0 más, teniendo en cuenta que el tiempo mínimo de 0,1 seg es un valor suficientemente bajo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 177 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 5, ITEM 1: En el punto 1.4.5.7 solicitan Potencia mínima nominal del generador 12.5 KW, solicitamos a la convocante Potencia mínima nominal del generador 2,2 KW o mayor, teniendo en cuenta los otros parámetros solicitados y el valor referencial del arco en C solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 178 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 6, ITEM 1: En el punto 1.4.6.2 solicitan Capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 250.000 HU o mayor, solicitamos a la convocante movimiento Capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 76.000 HU o mayor, teniendo en cuenta los otros parámetros solicitados y el valor referencial del arco en C solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 179 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Con respecto al punto 4.3.3, solicitamos a la Convocante aceptar equipos con un monitor LCD o TFT de por lo menos 23,8", de manera a dar participación a un mayor número de oferentes. El monitor de 23 pulgadas permite ver la imagen en vivo e informaciones relevantes de forma más rápida y con una mejor distribución, así beneficiando el manejo, flujo de uso y finalmente el procedimiento de cirugía

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.

## Consulta 180 - Equipo de Rx movil digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 1, ITEM 18: En el punto 18.5.8 solicitan Estación de adquisición integrada en el equipo, solicitamos a la convocante que dicha característica sea opcional, teniendo en cuenta el valor referencial del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 181 - ítem 47 ventilador pulmonar EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en el punto 4.4 solicitamos a la convocante modificar los parametros de frecuencia respiratoria en los limites : inferior 1 o menor y superior 100 o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 182 - Equipo de Rx movil digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 2, ITEM 18: En el punto 18.5.9 solicitan Posibilidad de visualización de la imagen capturada en el equipo, solicitamos a la convocante que dicha característica sea opcional, teniendo en cuenta el valor referencial del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 183 - Ítem 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al ítem 4.4.8, Solicitamos a la Convocante categorizar el dispositivo de grabación en CD y DVD como opcional y aceptar extracción de imágenes por USB, de manera a dar participación a un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 184 - Equipo de Rx movil digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 3, ITEM 18: En el punto 18.6.1 solicitan Rodamiento con soporte de motores eléctricos en las ruedas, solicitamos a la convocante que dicha característica sea opcional, teniendo en cuenta el valor referencial del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 185 - Mamografo Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 1, ITEM 27: En el punto 27.4.2.4 solicitan Filtros de dos o más tipos de materiales, solicitamos a la convocante Filtro de uno o más tipo de materiales, teniendo en cuenta que dicho equipo se utilizaría para screening.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 186 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 4.2.1, solicitamos a la Convocante la modificación del punto a "Movimiento vertical motorizado de 40 cm o más" considerando que el movimiento depende de la estructura de cada marca de Arco en C, además que la altura de movimiento vertical normal estándar parten desde los 40 cm y permite ser utilizado con la mayoría de las mesas de cirugía del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 187 - Mamografo Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 2, ITEM 27: En el punto 27.4.3.5 solicitan Selección automática de filtros, solicitamos a la convocante que dicha característica sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 188 - Mamografo Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
onsulta 3, ITEM 27: En el punto 27.4.4.2solicitan Resolución de 5 lp/mm o superior, solicitamos amablemente a la convocante resolución de 2 lp/mm o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 189 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 4.5.3, solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rangos de kV de 40 kV a 110 kV, con sensibilidad de 1 kV o menor, considerando que no es necesario sumar a niveles tan altos de KV, ya que los niveles más bajos de dosis se consiguen con menores niveles de KV y que las tecnologías actuales utilizan altos niveles de corriente del tubo de rayos, los que permiten imágenes de alta calidad a baja dosis		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 190 - Mamografo Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 4, ITEM 27: En el punto 27.4.5.1 solicitan Estación de adquisición de 19 o mayor matriz de 5 MP o mayor, solicitamos a la convocante matriz de 3 MP o mayor, teniendo en cuenta que solicitan una estación de trabajo con monitores de 5 Megapixeles, en donde es el sitio en donde informan los estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 191 - Mamografo Digital

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 3, ITEM 27: En el punto 27.4.4.2solicitan Resolución de 5 lp/mm o superior, solicitamos amablemente a la convocante resolución de 2 lp/mm o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 192 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 4.5.3, solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rangos de kV de 40 kV a 110 kV, con sensibilidad de 1 kV o menor, considerando que no es necesario sumar a niveles tan altos de KV, ya que los niveles más bajos de dosis se consiguen con menores niveles de KV y que las tecnologías actuales utilizan altos niveles de corriente del tubo de rayos, los que permiten imágenes de alta calidad a baja dosis		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 193 - item 47 ventilador pulmonar EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en el punto 10.3 donde solicitan batería con 45 minutos de autonomía. Solicitamos a la convocante que el requerimiento de batería sea como mínimo 3 horas o mejor. Ya que se trata de un equipo de soporte de vida, la duración de la batería es crucial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 194 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 1.4.5.4, solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rangos de kV de 40 kV a 110 kV, con sensibilidad de 1 kV o menor, considerando que no es necesario sumar a niveles tan altos de KV, ya que los niveles más bajos de dosis se consiguen con menores niveles de KV y que las tecnologías actuales utilizan altos niveles de corriente del tubo de rayos, los que permiten imágenes de alta calidad a baja dosis		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 195 - Criterios de evaluacion

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>donde dice: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.</p> <p>la norma ISO13485 de dispositivos médicos óptima para la industria médica, por la definición y naturaleza es la norma de dispositivos médicos óptima para la industria médica, que garantiza que todos los dispositivos médicos cumplen con las leyes adecuadas y con las necesidades de los clientes. La certificación ISO 13485 es un valioso credencial que garantiza la seguridad de los profesionales y clientes en clínicas, hospitales y otros entornos médicos. Dicho documento no debe necesariamente indicar marca y modelo debido a que es la fábrica la que es acreditada con la norma ISO13485 la cual está basada en la Norma ISO9001, es decir que lo normal sería que soliciten ISO13485 donde figure la naturaleza de los equipos fabricados.</p> <p>también debemos tener en cuenta que no en todos los ítems están solicitando de esta forma. a modo de ejemplo en el ítem arco en C lo solicitan correctamente.</p> <p>esta además de decir que actualmente las fábricas tienen varios modelos dentro de una misma naturaleza.</p> <p>Solicitamos amablemente al convocante unificar la solicitud de la ISO 13485 a lo siguiente,</p> <p>Normas de calidad generales: ISO 13485 donde figure la naturaleza del equipo ofertado debidamente apostillada o consularizada.</p> <p>esto se debe a que es la forma correcta de solicitar y así establecer la libre participación de la mayor cantidad de oferentes sin entorpecer ni direccionar la licitación pública.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 196 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 4.5.5, solicitamos a la Convocante modificar el rango de tiempo de exposición requerido a 0,007s o menor a 4s a más, de manera de dar participación a un mayor número de oferentes y considerando que el cambio es mínimo. Estos factores son poco relevantes para conseguir imágenes de alta calidad a baja dosis, ya que dependen de cada marca de tubo, es decir, de cada fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 197 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 4.5.6, solicitamos a la Convocante modificar Rango de mAs de 20 mAs o menos a 160 mAs o más, de manera a dar participación a un mayor número de oferentes y considerando que el cambio es mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 198 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 1.4.5.7, solicitamos a la Convocante modificar la potencia mínima del generador a 2.5 kW, considerando que la potencia solicitada corresponde a equipos con alto consumo de energía, pero con similares parámetros en cuanto a desempeño que equipos con 2.5 kW. Además, los equipos con la potencia solicitada tienen un precio de mercado muy superior al precio referencial de este ítem. Una potencia de 2.5 KW es suficiente para procedimientos, ya que de forma continua se puede tener activa la fluoroscopia 45 minutos a 300W de potencia, esto resulta suficiente, ya que los tiempos de uso son alternos en la cirugía, permitiendo cirugías de horas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 199 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 4.6.2, solicitamos a la Convocante modificar la capacidad de almacenamiento de calor térmico del ánodo de 100.000 HU o mayor. La capacidad de almacenamiento de calor no es el único parámetro que mide rendimiento del Tubo de Rayos X, se debe considerar además la capacidad de disipar calor de este componente, lo que permite que requiera almacenar menos calor. La capacidad calórica requerida está pensada en equipos que requieren uso de mayores niveles de KV, pero en tecnologías que se optimizan los niveles de corriente como base de la tecnología, se requieren tubos con capacidad calórica alta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 200 - ítem 28 Maquina de Anestesia EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Recomendamos a la convocante solicitar "Sistema de Calefacción del bloque respiratorio", de manera a favorecer la seguridad del paciente y eliminar riesgos por condensación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 201 - Item 1 - Arco en C

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Con respecto al punto 4.6.2, solicitamos a la Convocante que permita cotizar uno o dos focos entre 0.6 o menor y 1 mm o mayor, ya que los tamaños de los puntos focales constituyen parámetros constructivos, dependientes del diseño de cada fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 202 - Capacida Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Respecto al punto F- Donde Pide Certificación emitida por el fabricante, legalizado por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. h. - En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada:

Solicitamos no sea considerado como un requisito fundamental teniendo en cuenta, que en los llamados anteriores en donde fue solicitada la misma documentación, como en el ID N° 233755 en la cual la respuesta fue remitida a la ADENDA 2 en la Pag1

Y en el ID N° 319072 a la Adenda 15 de la Pag 64 donde también se puede visualizar que no es un motivo de descalificación o perjuicio para el oferente.

este punto fue modificado y al mismo tiempo no evito que los oferentes incumplieran con el contrato, por experiencia sabemos que este tipo de documentaciones solo evitan participacion de una mayor cantidad de oferentes.

Solicitamos amablemente a la convocante sea justo para todos los oferentes y cite lo siguiente  
 Declaración Jurada del Oferente el cual garantice que los equipos son nuevos y no remanufacturados. esta solicitud permite una mayor cantidad de oferentes y no afecta a la ejecucion del contrato en tiempo y forma. segun lo observado en los id anteriormente mencionados

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 203 - ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

El precio referencial para el Ítem 7 se encuentra por debajo del precio del mercado. Teniendo en cuenta que se solicita camas con movimientos eléctricos y batería de respaldo junto con características que hacen del bien solicitado una cama de internación de grandes prestaciones.

Solicitamos al Convocante adecuar el precio referencial a por lo menos Gs. 60.000.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los datos Cargados en el SICP.



## Consulta 204 - ítem 17 Mesa de Rayos X EETT

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.1 donde solicitan "puntos focales: foco fino 0,6 o menor / foco grueso 1,0 mm o mayor", solicitamos amablemente modificar este punto a "foco fino 0,6 o menor y foco grueso 1,2 o mayor" de tal manera a dar mayor oportunidad a los oferentes

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 205 - ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA  
Donde dice: 4.9 Movimiento en línea recta con giro y libre para movimiento en cualquier dirección. Con control para pie. Solicitamos permita cotizar Sistema de freno en las cuatro ruedas.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 206 - ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA  
El precio referencial para el ítem 7 se encuentra por debajo del precio del mercado. Teniendo en cuenta que se solicita camas con movimientos eléctricos y batería de respaldo junto con características que hacen del bien solicitado una cama de internación de grandes prestaciones.  
Solicitamos al Convocante adecuar el precio referencial a por lo menos Gs. 60.000.000

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a los Datos Cargados en el SICP.

## Consulta 207 - ítem 17 Mesa de Rayos X EETT

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

en el punto 4.3.3 donde solicitan capacidad termica del anodo de al menos 350 KHU, solicitamos a la convocante amablemente modificar el requerimiento a "al menos 300 KHU", de esta manera dar mayor oportunidad a los participantes

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 208 - ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA  
Para los siguientes puntos: 5.6 Sistema de RCP mecánico y eléctrico.  
Solicitamos permita cotizar Sistema de RCP mecánico Y/O eléctrico.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	07-12-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 209 - ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA Donde dice: 8.1 Batería de respaldo en caso de falla eléctrica para todos los movimientos. Solicitamos permita este punto sea declarado opcional OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 210 - ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA Donde dice: 5.9 Posición de silla para el paciente. Solicitamos permita este punto sea declarado opcional OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 211 - ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 7 CAMAS DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA Donde dice: 8.3 Balón de oxígeno con su respectivo soporte incorporado a la cama. Solicitamos permita este punto sea declarado opcional OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 212 - ISO 13485

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde dice Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485.Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.  A modo de no limitar la participacion de potencial oferente solicitamos a la convocante cite lo siguiente Norma de calidad ISO13485		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 213 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde dice: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485.Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos diga: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485.Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado (Camilla de Traslado)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 214 - item 25 Lampara scialitica movil EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en el punto 4.3 donde solicitan "Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360°C y rotación de la cúpula en torno de su propio eje también en 360°C."solicitamos a la convocante de modificar al parametro de rotación a "Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 180° y rotación de la cúpula en torno de su propio eje en al menos 180°"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 215 - Item 16 LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 3.1 solicitan Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos que además de las Normas de calidad solicitada, se permita además la habilitación del Ministerio de Salud del país de origen a través de una Institución Técnica de países miembros del MERCOSUR tales como la ANMAT y ANVISA. Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 216 - Item 16 LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.4 solicitan Leds que emitan luz de 420 a 480 nm de longitud de onda luego de ser filtrada, solicitamos amablemente a la convocante poder cotizar equipo de 450 o menor a 480 o mayor, esto dará oportunidad a que se tenga mayor participación en la licitación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 217 - ítem 25 Lampara scialitica movil EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en el punto 4.3.2.3 Solicitamos a la convocante requiera lámparas con tiempo de vida útil de al menos 70.000 horas, de tal manera a que tengan mayor tiempo de utilización de las lámparas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 218 - ítem 24 lampara scialitica de techo EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en el punto 4.2.5 donde solicitan tiempo de vida util de 30.000 horas, solicitamos a la convocante requieran "tiempo de vida util de 70.000 horas o más, y obtener mayor durabilidad en las lámparas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 219 - Certificación emitida por el fabricante.

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Donde Dice Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. h. - En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada</p> <p>Dicho enunciado limita la participación a los Oferentes, solicitamos cite lo siguiente :Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado.</p> <p>Esto permite mayor participación de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 220 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Donde Solicitan Demostrar la experiencia en provisión de equipos biomédicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Sugerimos a la convocante que solo sean de los 3 ultimos años 2019-2020-2021Pudiendo quedar de la siguiente manera . Demostrar la experiencia en provisión de equipos biomédicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (tres) ( 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 221 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde dice: Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total 210 cm o menos. Ancho total 95 cm o menos. Solicitamos diga: Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total 211 cm o menos. Ancho total 95 cm o menos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 222 - Item 16 LUMINOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 5.1 y 5.2 solicitan protectores oculares reutilizables, solicitamos a la convocante poder cotizar protectores oculares descartables que son los que estan habilitados para poder utilizar en estos procedimientos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 223 - ítem 44 torre de videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Solicitamos a la convocante amablemente eliminar el punto 2.1 teclado para introduccion de datos del paciente, ya que comunmente este accesorio no es de utilización y la mayoría de los equipos hoy en día no cuentan con eso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 224 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.3 del PBC el Convocante solicita: Modo Coagulación Monopolar: Suave 120 W, Fulguración 120 W, Fulguración Compartida 120 W, Spray 120 W, Spray Compartido 120 W. El Convocante solicita Rangos de ajuste de potencia con parámetros muy cerrados, que solo puede cumplir una marca en particular, solicitamos respetuosamente al Convocante modificar dicho punto a: Modo Coagulación Monopolar: Suave 120 W, Fulguración 120 W, Fulguración Compartida 120 W, Spray 120 W, Spray Compartido 120 W. O una cantidad mínima de 5 (cinco) tipos de Coagulación monopolar con nombres propios de cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 225 - ITEM 8 CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 8 CAMILLA GINECOLOGICA El precio referencial para el Ítem 8 aplicaría para una Camilla ginecológica manual estándar del tipo nacional, no así para una de características con movimientos eléctricos y Trendelemburg como las requeridas para este ítem. Solicitamos al Convocante adecuar el precio referencial a por lo menos Gs. 30.000.000 o permita algunos de los puntos sean opcionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 226 - Ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde dice: Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno. Solicitamos diga: Base o compartimiento integrado en la parte inferior o cabecera para almacenamiento de tanques de oxígeno		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 227 - ítem 44 torre de videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en el punto 5.1 donde solicitan monitor de grado medico de al menos 19 pulgadas, solicitamos a la convocante que requieran monitores de grado médico de 26 pulgadas o mayor, de este modo tener mejor visualización para los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se podrá cotizar equipos cuyas características sean superiores a lo solicitado.		

## Consulta 228 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.3 del PBC el Convocante solicita: Modo Bipolar Predeterminado: Preciso 70 W, Estándar 70 W, Macro 70 W El Convocante solicita Rangos de ajuste de potencia con parámetros muy cerrados, que solo puede cumplir una marca en particular, solicitamos respetuosamente al Convocante modificar dicho punto a: Modo Bipolar Predeterminado: Preciso 70 W, Estándar 70 W, Macro 70. O una cantidad mínima de 3 (tres) tipos de modos bipolares con nombres propios de cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 229 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.3 del PBC el Convocante solicita: Corte Monopolar: Puro 00 W, Blend 200 W Favor aclara la potencia del corte monopolar puro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 230 - Ítem 27-Mamógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al ítem 27, punto 4.4.1, se solicita sistema digital de imagen con un área del detector plano de 24x29 cm o mayor. Favor permitir un área de detector de 23x30cm, dicha variación mínima no influye en la toma de imágenes, permitiendo el uso de diferentes tamaños de formatos de exposición para todo tipo de mamas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 231 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.7 del PBC el Convocante solicita: Transporte y conservación: Intervalo de temperatura ambiente: -10 a +60 °C. Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Transporte y conservación: Intervalo de temperatura ambiente: -15 a + 60 °C. (variación permitida +/- 10 °C)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 232 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.9 del PBC el Convocante solicita: Transporte y conservación: Humedad relativa: de 15 % a 90 % sin condensación Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Transporte y conservación: Humedad relativa: de 15 % a 95 % (variación permitida +/- 5 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 233 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 4.10 del PBC el Convocante solicita: En funcionamiento: Humedad relativa: de 15 % a 85 % sin condensación Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: En funcionamiento: Humedad relativa: de 20 % a 85 % sin condensación (variación permitida +/- 10 %)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 234 - ítem 44 torre de videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en el punto 6.5 donde requieren "al menos 2 puertos USB" solicitamos amablemente a la convocante requerir "al menos 1 puerto de USB", ya que solamente es necesario 1 puerto para la grabación de fotos o videos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 235 - Ítem 46 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el punto 7.5 del PBC el Convocante solicita: 2 pinzas bipolar de 1.5 mm Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar la longitud de la pinza.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 236 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde solicitan Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. h. - En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada. Solicitamos a la convocante excluyan que la certificación este legalizada y consularizada en el país de origen debido al alto costo que conlleva esta documentación y este costo debe ser incluido con el equipo ofertado lo que haría es elevar los costos de cada equipo y también por los tramites extensos que tienen estos tipos de legalizaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		



## Consulta 237 - ítem 27-Mamógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al ítem 27, punto 4.4.2, se solicita Sistema digital de imagen con un área del detector plano de 24x29 cm o mayor, De silicio amorfo o selenio amorfo, resolución de 5 lp/mm o superior. Favor permitir un área de detector de 23x30cm, dicha variación mínima no influye en la toma de imágenes, permitiendo el uso de diferentes tamaños de formatos de exposición para todo tipo de mamas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 238 - ítem 27 - Mamógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al ítem 27, punto 4.4.3, se solicita para el detector una matriz de 2800 x 3500. Favor aceptar una variación mínima de 2790 x 3580, variación que no influye en la resolución ni calidad de imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 239 - ITEM 8 CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 8 CAMILLA GINECOLOGICA Donde dice: 4.2 Mesa de 3 secciones ajustables eléctricamente. Solicitamos permita cotizar: Mesa de 3 secciones ajustables manualmente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 240 - ITEM 8 CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 8 CAMILLA GINECOLOGICA Donde dice: 4.3 Trendelemburg yTrendelemburg inverso. Solicitamos permita este punto sea declarado OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 241 - ITEM 8 CAMILLA GINECOLOGICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
ITEM 8 CAMILLA GINECOLOGICA Donde dice: 4.9 Ruedas con sistema de freno en las 4 ruedas. Solicitamos permita este punto sea declarado OPCIONAL. Teniendo en cuenta que para los procedimientos ginecológicos la camilla debe ser de base estable y fija.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 242 - requisitos documentales

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Donde dice "Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. h. - En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada." Solicitamos amablemente a la convocante solicitar este requerimiento en carácter de declaración Jurada cuando es de origen extranjero, considerando que dicho certificado no forma parte de documentos solicitado para el registro de productos en nuestro País (Asi como ISO13485,CE, FDA, CLV, y Carta de Autorización), además no rigen las normas de fabricación ni hace parte de los requisitos para registrar equipos fabricados en el país extranjero. Sugerimos dar lugar a este requerimiento considerando que se podría interpretar como direccionamiento del llamado hacia alguna empresa o marca especifica que ya de antemano habría sugerido que se solicite dicho documento. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.</p> <p>También se considera que en llamados anteriores del IPS ya se había solicitado lo mismo y que a través de peticiones o consultas se dio lugar a la supresión del requisito.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 243 - ítem 27 - Mamógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Con respecto al ítem 27, punto 4.4.4, se solicita Plataforma de soporte de mamas de fibra de carbono. Dimensiones: 29 x 24 cm o mayor. Favor permitir Dimensiones 24x30cm o mayor, dicha variación mínima no influye en la toma de imágenes, permitiendo el uso de diferentes tamaños de formatos de exposición para todo tipo de mamas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 244 - ítem 27 - Mamógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Con respecto al ítem 27, punto 4.5.1, se solicita estación de adquisición con monitor de 19" o mayor, matriz de 5MP o mayor. El estándar para estaciones de ADQUISICIÓN son máximo 3 MP. Para las estaciones de diagnóstico se utilizan 5MP. Como en este caso es solo estación de adquisición, solicitamos permitan considerar un monitor de 3MP.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 245 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Solicitamos ampliar a 120 dias el plazo de entrega de los equipos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 246 - Item 17-EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al ítem 17, punto 4.1.6, se solicita "Movimiento longitudinal de la mesa relativo al tubo de +/- 45 cm o más" Favor aceptar una variación de 1 cm, es decir +/-44 cm, sin afectar en ningún sentido las prestaciones clínicas finales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 247 - Item 17-EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al ítem17, punto 4.5.1, en el ítem colimador, solicitan Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o mayor. Favor corroborar que es el tamaño solicitado para el detector.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
Se aclara que corresponde al tamaño del detector.		

## Consulta 248 - Item 11

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde dice: Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485.Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Solicitamos diga Presentar Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485.Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 249 - Item 18 - Equipo de Rayos X Movil

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Con respecto al punto 5.6 donde dice "DQE de 50 % o mayor a 3.1 lp./mm. o mayor para una dosis de 2 uGy o menor" se solicita a la convocante aceptar valores de DQE 50 % at 1 lp/mm para una dosis de 2 uGy, e incorporar que los parámetros estén avalados por la IEC622201.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 250 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, En el ítem N° 14 Electrocardiografo, dice: Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia. Solicitamos Respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con: Detección Automatica de Arritmias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 251 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, En el Ítem N° 21 Estufa de secado y esterilización, dice: Temperatura de operación: 5 a 40°C. Solicitamos respetuosamente al convocante permita cotizar equipos con. Temperatura de operación: 5 a 40°C o mayor rango.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 252 - ítem 36 Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el ítem 36 Servocuna en el punto 3.1 solicitan Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos que además de las Normas de calidad solicitada, se permita además la habilitación del Ministerio de Salud del país de origen a través de una Institución Técnica de países miembros del MERCOSUR tales como la ANMAT y ANVISA. Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 253 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, En el Ítem N° 23 Lampara de Hendidura, dice: Rango de medición: 0-60 mmHg (o más). Incrementos de 1 mmHg Solicitamos respetuosamente al convocante permita cotizar equipos con: Rango de medición: 0-60 mmHg (o más). Incrementos de 2 mmHg (±1mmhg).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 254 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, En el Ítem N° 42 SILLON OFTALMOLOGICO, dice: Carga máxima: al menos 180kg Solicitamos respetuosamente al convocante permita cotizar equipos con: Carga máxima: al menos 150kg o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 255 - ítem 36 Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el ítem 36 Servocuna en el punto 4.5.2 solicitan las medidas de la cuna Largo 90 cm o mas, solicitamos a la convocante poder cotizar 70 cm o mas de esta manera se dará mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 256 - ítem 31 monitor EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Solicitamos a la convocante amablemente eliminar el punto 4.19 donde solicitan "rack para agregar posteriormente modulos", ya que no se solicitan modulos, minimizar los costos incluyendo todos los parametros requeridos en el monitor pre-configurado en fábrica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 257 - ítem 36 Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el ítem 36 Servocuna en el punto 4.6.5 solicitan Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados mecanicamente o eléctricamente, de al menos $\pm 10^\circ$ . Claramente vemos que esta especificaciones son de la marca Famen, por lo tanto solicitamos a la convocante poder cotizar como mínimo $13^\circ$		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 258 - Consulta 5, ITEM 1:

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Consulta 5, ITEM 1: En el punto 1.4.5.6 solicitan Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor, solicitamos a la convocante Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 80 mAs o mayor, teniendo en cuenta los otros parámetros solicitados y el valor referencial del arco en C solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 259 - ítem 20 Espirometria

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el ítem 20 Espirometria en el punto 5.3 solicitan el flujo entre 0 y 20 L/seg, solicitamos a la convocante poder cotizar equipos entre Entre 0,1 y 16 l/s, como mínimo de esta manera se dará mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 260 - ítem 20 Espirometría

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el ítem 20 Espirometría en el punto 5.4 solicitan Precisión: entre 0 y 18 L/seg: 2 % - entre 18 y 20 L/seg: 5%, solicitamos a la convocante por cotizar Entre 0,1 y 14 l/s: 5 % o 0,2 l/s como mínimo para dar mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 261 - ítem 31 monitor EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en el punto 5.1.4 donde requieren detección de al menos 10 arritmias, solicitamos a la convocante requerir "al menos detección de 24 arritmias"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 262 - ítem 20 Espirometría

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el ítem 20 Espirometría en el punto 6.2 solicitan Rango: entre 0 y 20 L, solicitamos a la convocante poder cotizar equipos con volumen entre Entre 0,5 y 8 l, creemos que esto es mas que suficiente para una espirometría y es lo que últimamente se esta adquiriendo en el mercado local, y creemos que es un error involuntario para este punto dicha medida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 263 - ítem 20 Espirometría

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
En el ítem 20 Espirometría en el punto 10 solicitan Parámetros mínimos en Oscilometría de impulso, creemos que desde este punto seria una opción en el equipo ya que este tipo de equipo supera ampliamente el precio de referencia que utilizaron para el llamado, estos tipos de equipos estan cotizados en 110.000.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 264 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Punto 4.7.2. Donde dice: para papel de 48 a 50 mm, solicitamos diga para papel de 48 a 80 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 265 - ítem 31 monitor EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

en el punto 4.8 donde solicitan 'Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas " solicitamos a la convocante requieran el menos 120 horas de tendencias, de tal manera a tener mayor respaldo de los datos del paciente

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 266 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, En el ítem N° 31 MONITOR MULTIPARAMETRICO, dice: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.

Solicitamos respetuosamente al convocante permita cotizar equipos con: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica (OPCIONAL)

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 267 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
----------	-------------------	------------

Consulta 5, ITEM 1: En el punto 1.4.5.6 solicitan Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor, solicitamos a la convocante Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 80 mAs o mayor, teniendo en cuenta los otros parámetros solicitados y el valor referencial del arco en C solicitado., ITEM 1:

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.