

Consultas Realizadas

Licitación 417455 - Adquisición de Equipos Médicos - Cooperación Gobierno de Taiwan

Consulta 1 - Experiencia requerida - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2022
Donde dice "Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MÉDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación)" solicitamos a la convocante admitir para el ítem 2, la experiencia en ventas de equipos de laboratorio, y así poder permitir la mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2022
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Ventilación controlada por presión con frecuencia respiratoria mínima garantizada (PC-PSV) o SIMV(PC)+PS. El modo ventilatorio solicitado SIMV(PC)+PS no tiene relación con el modo PC-PSV que pide originalmente el punto. El modo ventilatorio SIMV(PC)+PS ya es solicitado en un punto anterior donde dice: Ventilación intermitente asistida controlada por presión (PC-SIMV), por lo que como esta detallado este punto se puede presentar un equipo con una prestación menor a lo solicitado. Solicitamos a la convocante modificar este punto a Ventilación controlada por presión con frecuencia respiratoria mínima garantizada (PC-PSV) de manera a asegurarse que los equipos presentados cumplan con este tipo de modo ventilatorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ambos modos permiten que el paciente respire de forma espontanea con una presión soporte y son controlados por presión.		

Consulta 3 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2022
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Duración de PEEP intermitente de 1 a 20 ciclos espiratorios (OPCIONAL). Solicitamos a la Convocante modificar este punto de manera a que NO sea OPCIONAL, ya que este punto es un parámetro de suma importancia que debe ser medido por el ventilador, mas aun teniendo en cuenta el tipo de paciente a que esta dirigido este equipo que son pacientes neonatales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 4 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2022
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Relación I: E.. Solicitamos a la Convocante modificar este punto de manera a solicitar los rangos de medición, ya que este punto es un parámetro de suma importancia que debe ser medido por el ventilador, más aún teniendo en cuenta el tipo de paciente a que está dirigido este equipo que son pacientes neonatales. Solicitamos modificar a Relación I: E de 1:150 a 150:1 o mejor rango.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Se solicita monitorización mostrada en pantalla sin limites.		

Consulta 5 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2022
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Tiempo de alarma de apnea De 5 a 20 seg o mayor. Solicitamos a la Convocante modificar este punto ya que el rango superior es muy bajo. Recalcamos que este equipo será destinado a pacientes neonatales por lo que debe contar con todas las funciones disponibles y con las mejores prestaciones teniendo en cuenta lo delicado que son estos tipos de pacientes. Solicitamos modificar a Tiempo de alarma de apnea De 5 a 50 seg o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Se solicita tiempo de alarma de apnea de 5 a 20 seg o mayor, lo cual incluye el rango solicitado.		

Consulta 6 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2022
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Compensación de fugas del volumen corriente (o volumen tidal) fijado. Solicitamos a la Convocante modificar este punto a Compensación de fugas hasta el 100% del volumen corriente (o volumen tidal) fijado Recalcamos que este equipo será destinado a pacientes neonatales por lo que debe contar con todas las funciones disponibles y con las mejores prestaciones teniendo en cuenta lo delicado que son estos tipos de pacientes. Lo solicitado se ajusta a las tecnologías disponibles en el mercado, como así también a las especificaciones solicitadas en un llamado anterior por la misma Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Se solicita tiempo compensación de fugas del volumen corriente (o volumen tidal) fijado por la que indica que debe compensar hasta llegar al volumen fijado.		

Consulta 7 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2022
<p>En el documento antecedentes_de_precio_referencial_1660159539680 relacionado a este llamado, podemos apreciar que para el ítem 3 toman como referencia un historial de precio de la licitación de la Policía Nacional ID: 399759 del año 2021, el precio del equipo adquirido en esa licitación fue de 225.000.000 Gs. Sin embargo, cabe señalar que el equipo solicitado en esa licitación era un Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad destinados a pacientes Adultos y Pediátricos, no así uno de Alta Frecuencia destinados a pacientes Pediátricos y NEONATALES. Las especificaciones de ambos equipos son totalmente diferentes como así también sus precios finales. Un ventilador para pacientes Neonatales es mucho mas costoso que uno para pacientes Adultos, esto se puede comprobar con las otras dos ofertas tomadas como referencia, se puede ver que la diferencia de precio es sustancial. Solicitamos a la Convocante que no tome en cuenta el precio obtenido de la licitación mencionada por no ajustarse al mismo equipo solicitado en este llamado y porque reduce significativamente el precio referencial para esta liciación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Dicho precio no será modificado.</p>		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
<p>item 2: Aceptaría la convocante un autoclave sin puerta deslizante?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.</p>		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
<p>ítem 2:Se puede ofertar un autoclave de 82 litros?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.</p>		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
<p>item 2: Aceptaría la convocante un autoclave sin control por microprocesador?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
<p>item 2: Aceptaría la convocante un autoclave sin temporizador?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
item 2: Aceptaría la convocante que el autoclave posea otro tipo de protección contra sobrecalentamiento, distinto al corte automático de energía?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
item 2: Aceptaría la convocante un sistema de alarmas sin código de errores pero que indique el tipo de error?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
item 2: Aceptaría la convocante un autoclave sin resistencias sumergibles?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 15 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Peso del equipo inferior a 4 Kg." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Peso del equipo inferior a 8 Kg." debido a que lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 16 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que la mayor parte de los ecógrafos portátiles del mercado no cuentan con Panel de control con pantalla táctil y a que lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 17 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet para mejorar la interacción con el equipo" solicitamos amablemente a la convocante modificar a " Pantalla táctil con control de gestos" lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 18 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Memoria CINE de al menos 1.000 cuadros o superior" debido a que la finalidad del cine es revisar breves instantes del estudio y evaluar el movimiento del tejido para lo cual el valor solicitado es más que suficiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 19 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Dispositivo Wifi para transferencia inalámbrica de imágenes y videos" debido a que la tecnología WiFi ofrece conexiones más rápidas y con más ancho de banda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 20 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo." solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que por temas de protección del medioambiente la mayoría de las casas comerciales han reemplazado el uso de CD/DVD por soporte digital en implementos reutilizables USB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 21 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Medición automática de la íntima media en tiempo real" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Medición automática de la íntima media" o que dicho punto sea opcional debido a que dicha característica no es utilizada en estudios pediátricos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 22 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 8 MHz. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 23 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 MHz a 5 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 1,5 MHz a 4 MHz. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 24 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Donde dice "Transductor Lineal con ancho de banda de 6 MHz a 16 MHz. Cantidad: 01 unidad" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor Lineal con ancho de banda de 5 MHz a 15 MHz. Cantidad: 01 unidad" ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 25 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2022
Para el ítem 1 Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece a los retrasos en el transporte que son ocasionados por inconvenientes registrados en la cadena logística a nivel mundial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - íTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2022
Donde dice: Peso del equipo inferior a 4 Kg, solicitamos diga: Peso del equipo inferior a 7		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 27 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2022
Donde dice: Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos., solicitamos diga: Donde dice: Memoria CINE de al menos 1000 cuadros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 28 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2022
Donde dice: Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos, solicitamos que este punto sea opcional de manera a permitir mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 29 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2022
Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo, solicitamos que se permita ofertar equipos con Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD externo al equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 30 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2022
Donde dice: Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 a 5Mhz, solicitamos diga: Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 a 4Mhz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 31 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2022
Donde dice: Rango dinámico del sistema de 280 dB, Solicitamos diga: Rango dinámico del sistema de 250 dB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 32 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
Donde dice: Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido de 250GB o superior, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido o disco duro (HDD) de 500 GB o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 33 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
Donde dice: Rango dinámico del sistema de 280 dB, Solicitamos diga: Rango dinámico del sistema de 250 dB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 34 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
Solicitan Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz, solicitamos permita ofertar Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 9 MHz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 35 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
Recomendamos solicitar: Posibilidad de agregar en el futuro transductor transesofágico adulto y pediátrico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 36 - Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
Solicitan Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz, solicitamos diga Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 5 MHz a 10 MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 37 - Capacidad Financiera:

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que los estados financieros solicitados para el análisis de la capacidad financiera sean auditados conforme lo establece el art. 33 de la LEY Nº 2.421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 38 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que los estados financieros solicitados para el análisis de la capacidad financiera sean auditados conforme lo establece el art. 33 de la LEY Nº 2.421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 39 - Ítem 2 Autoclave vertical

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Autoclave de esterilización vertical de 80 litros solicitamos a la convocante poder cotizar de Apartir de 75 litros Asi dara mayor participacion de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.

Consulta 40 - Otros criterios que la convocante requiera:

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

El punto 3 expresa: - El oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los Limites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falta de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos o debido al diseño, material o fabricación defectuosa.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el lugar de funcionamiento del bien es el Hospital Pediatrico, se solicita amablemente a la Convocante establecer que cualquier cambio del lugar inicial de entrega y funcionamiento del bien en el marco de la ejecución del contrato y periodo de garantía, debe ser comunicado al proveedor antes de proceder al cambio de lugar, de modo a que este tome todos los recaudos necesarios, pues cualquier daño al bien durante el traslado puede implicar obligaciones para el mismo.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.

Consulta 41 - Suministro y Especificaciones Técnicas:

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
<p>El PBC establece: //El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato.</p> <p>Se solicita a la Convocante aclarar qué tipo de ítems podrían ser incluidos en torno a este requisito, pues los mismos deben ser contemplados por los oferentes debido a que la inclusión de los mismos conlleva gastos adicionales que repercuten en el precio ofertado.</p> <p>En ese sentido, el oferente debe conocer exactamente todos los bienes y accesorios que debe ofertar.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Dicha condicion es parte del Pliego Estandar. Para cada bien requerido se establece claramente las especificaciones tecnicas, para que el oferente elabore su oferta.</p>		

Consulta 42 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
<p>El Pliego de Bases y Condiciones indica: // Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo, deberá ser sustituido por uno nuevo sin costo para la Convocante. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales//</p> <p>Solicitamos a la convocante aclarar ¿quién determinara el tipo de daño y cuál sería el procedimiento para el mismo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.</p>		

Consulta 43 - Ítem 2 Autoclave vertical

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
<p>Donde dice Temporizador de 0 a 99 horas Solicitamos que este punto quede de la siguiente manera Temporizador de 0 a 999 minutos de manera a tener mayor participacion de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.</p>		

Consulta 44 - Acta de Recepción definitiva:

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
<p>Teniendo en cuenta que el Acta de Recepción Definitiva es un documento que indica el cumplimiento del contrato y por ende habilita al proveedor a solicitar el pago, solicitamos a la convocante establecer que la misma será emitida inmediatamente después de entregado el bien o en su defecto dentro de los siguientes 5 días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.</p>		

Consulta 45 - Porcentaje de Multa:

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
El PBC establece: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,10%		
Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,01%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 46 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
Se solicita contemplar el pago de anticipo de 20% del valor del contrato.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 47 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
Donde dice Capacidad de cámara interna de 80 litros Solicitamos que este punto pueda quedar de la siguiente manera Capacidad de cámara interna de mínimo 75 litros esto es a fin de dar mayor cantidad oportunidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 48 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
Donde dice 2 (dos) resistencias sumergibles Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente forma por lo menos 1 (una) resistencia sumergible de esta manera dara oportunidad de mayor participacion a oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
El equipo debe ser entregado con dos resistencias sumergibles, esto no indica que el equipo debe contar con 2 resistencias en su interior. Lo que se solicita es una resistencia adicional para repuesto.		

Consulta 49 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
<p>Teniendo en cuenta la naturaleza del bien licitado, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:</p> <p>Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (7,5 %) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:</p> $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ <p>Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de Remisión y/o Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 50 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
<p>En el I Pliego de Bases y Condiciones, página 25 se indica para el ítem 1 Eco cardiógrafo: " Accesorios: Unidad de Alimentación ininterrumpida (UPS) del tipo TRUEONLINE de acuerdo a los requerimientos eléctricos del equipo ofertado con autonomía mínima de 20 minutos.</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante colocar el requisito como "opcional" considerando los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por las características de peso y dimensiones de la UPS dificultará el transporte del equipo de ecografía y su uso en las dependencias del Hospital. - El equipo de ecografía solicitado ya cuenta con batería incorporada, que se menciona como requerimiento "Batería interna con autonomía de 60 minutos como mínimo", la cual permitirá el uso del equipo ante una falla en la energía eléctrica, por lo que el uso de una UPS ya es redundante, así también evitará encarecer el precio del bien ofertado. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 51 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
<p>Donde dice Copia de contratos acompañados de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (que correspondan al bien o bienes que cotiza en esta contratación) Favor aclarar si la experiencia solo será de acuerdo al bien cotizado debido que solicitan experiencia en EQUIPOS MEDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Para calificar la experiencia el oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del "bien que cotiza en esta contratación"</p>		

Consulta 52 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Peso del equipo inferior a 4 Kg. Solicitamos a la convocante no limitar y direccionar con esta característica bastante especifica, por lo que solicitamos dejar cotizar 8 kilos en adelante así dará mayor participación a oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.

Consulta 53 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente. Solicitamos a la convocante aclarar si lo que solicita es un equipo portátil o un equipo modular debido a que mas arriba solicitan pantalla de 15 pulgadas y para la introducción de pacientes una pantalla de 8, Favor eliminar este punto debido a que se contradice con el pedido de pantalla principal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

La pantalla principal es para la visualización de estudios y el panel táctil para el manejo interactivo del menú.

Consulta 54 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Pantalla táctil secundaria con gestos tipo tablet para mejorar la interacción con el equipo. Solicitamos eliminar este requerimiento debido a que es limitante para oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 55 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

En el punto donde solicitan Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 y redes inalámbricas Wireless. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 ó redes inalámbricas Wireless de esta forma dará no limitara a la participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.

Consulta 56 - item1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice 02 (dos) puertos USB para conexión de periféricos. Solicitamos a la convocante dejar cotizar de al menos un puerto en el equipo de esta forma dará mayor participación a oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 57 - ítem1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos a la convocante aclarar si es transductor Pediatrico o transductor Neonatal el requerido, debido a que el rango solicitado es Neonatal y no pediátrico

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al ancho de banda solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 58 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Transductor lineal con ancho de banda de 6 MHz a 16 MHz. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos poder cotizar transductor Lineal de 3 a 12 Mhz de esta forma dará mayor cantidad de oferentes posibles

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.

Consulta 59 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos a la convocante que el plazo de entrega sea de 90 días una vez emitio la orden de Compra debido al problema actual de logidtica exixtente

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 60 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante ampliar la entrega a 90 días corridos después de la firma del contrato, puesto que son equipos importados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 61 - ÍTEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
----------	-------------------	------------

En el punto donde dice Volumen Corriente (ml). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 300 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango de Volumen corriente solicitado considerando que el uso que se dará al equipo no es solo a neonatos, también es para pediátricos donde se llega a volúmenes de incluso 500 mL y además considerando la definición técnica de los ventiladores de alta frecuencia que emplea pequeños volúmenes corrientes con rápidas frecuencias respiratorias, reduciendo las presiones pico y el riesgo de volutrauma, los volúmenes inferiores deben ser del orden de 0.5 mL. Por lo expresado y para que la especificación del rango se ajuste a todos los pacientes neonatales y pediátricos sugerimos que el rango de Límite inferior sea de 0.5 o menor y el rango de limite superior sea de 500 mL

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
-----------	--------------------	------------

La modificación del rango solicitado, se encuentra dentro de los rangos establecidos en las especificaciones técnicas. Ajustarse.

Consulta 62 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H ₂ O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH ₂ O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH ₂ O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H ₂ O). De 5 o menor a 80 o mayor.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 63 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
En el punto donde dice Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior 4 o menor. Límite superior 150 o mayor solicitamos a la convocante mejorar el rango del limite inferior de frecuencia respiratoria. El valor usual inferior de la frecuencia respiratoria en los ventiladores de alta frecuencia es del orden de 2 rpm. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 150 o mayor		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
La modificación del rango solicitado, se encuentra dentro de los rangos establecidos en las especificaciones técnicas. Ajustarse.		

Consulta 64 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
En el punto donde dice Tiempo Inspiratorio (s). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 3 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo inspiratorio con limite superior de al menos 2 seg, y dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 65 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
En el punto donde dice Tiempo de aumento de la presión o Rampa (s). Límite inferior 0. Límite superior 2 o mayor ó de 0 a 30% de la duración del ciclo respiratorio como mínimo solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango inferior indicando un valor, ya que el valor 0 señala que no hay rampa o tiempo de aumento y en realidad este parámetro debe iniciar desde un valor como por ejemplo 0.1 seg. La manera en que es solicitado da a entender que beneficiara a un solo fabricante que diseña los equipos para direccionar especificaciones técnicas en licitaciones y de esta manera se limita la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
En las especificaciones tecnicas se establece "Tiempo de aumento de la presión o Rampa (s). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 2 o mayor ó de 0 a 30% de la duración del ciclo respiratorio como mínimo"		

Consulta 66 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 67 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente solicitamos amablemente a la convocante considere el parámetro Nebulizador como opcional, considerando que en la practica y de acuerdo con las exigencias de la FDA no habilita la nebulización en pacientes neonatales, y claramente este parámetro da a entender que se encuentra direccionado a un solo fabricante que diseña sus equipos para el direccionamiento de las especificaciones técnicas en licitaciones. La nebulización se da en ventilación convencional en pacientes pediátricos y adultos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 68 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice Elastancia solicitamos amablemente a la convocante considere como opción el parámetro Compliance, que es la inversa de la Elastancia. Ya que se cuenta con fabricantes que dan este parámetro y también es interpretado por los médicos indistintamente, y no se indique el rango ya que direcciona las especificaciones a un solo fabricante. Por lo expuesto solicitamos que el item quede de la siguiente manera: Elastancia o Compliance.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.

Consulta 69 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 31 días solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 70 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En donde dice Pantalla gráfica LCD a colores de 15" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla gráfica LCD a colores de al menos 10, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 71 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante elevar el precio referencial del ítem 3, teniendo en cuenta que en el documento antecedentes_de_precio_referencial_1660159539680 relacionado a este llamado toman como referencia un historial de precio de la licitación de la Policía Nacional ID: 399759 del año 2021, el precio del equipo adquirido en esa licitación fue de 225.000.000 Gs. Sin embargo, cabe señalar que el equipo solicitado en esa licitación era un Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad destinados a pacientes Adultos y Pediátricos, no así uno de Alta Frecuencia destinados a pacientes Pediátricos y NEONATALES. Un ventilador para pacientes Neonatales es mucho más costoso que uno para pacientes Adultos, esto se puede comprobar con las otras dos ofertas tomadas como referencia. Solicitamos a la Convocante que no tome en cuenta el precio obtenido de la licitación mencionada de manera a poder elevar el precio referencial del ítem 3 y ajustarse a los precios disponibles en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Dicho precio no será modificado.

Consulta 72 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto Plan de entrega de los bienes, para el ítem 3 solicitan una Fecha final de Ejecución de los bienes de 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar este plazo de tiempo, teniendo en cuenta que los equipos deben ser importados y el tiempo de importación oscila entre las 6 a 8 semanas esto sin tener en cuenta el tiempo de despacho que de nuevo oscila unas 2 semanas, pudiendo demorar contar con el equipo recién unas 10 semanas luego de realizar el pedido, lo cual supera ampliamente el tiempo solicitado por la Convocante. Por ello solicitamos modificar este punto por 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Contrato..

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 73 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H₂O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH₂O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH₂O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H₂O). De 5 o menor a 80 o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 74 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes. Solicitamos que el item quede de la siguiente manera Presión Soporte (mbar) Límite inferior 2 o menor. Límite superior 80 o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 75 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
En el punto donde dice Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente solicitamos amablemente a la convocante considere el parámetro Nebulizador como opcional, considerando que en la practica y de acuerdo con las exigencias de la FDA no habilita la nebulización en pacientes neonatales, y claramente este parámetro da a entender que se encuentra direccionado a un solo fabricante que diseña sus equipos para el direccionamiento de las especificaciones técnicas en licitaciones. La nebulización se da en ventilación convencional en pacientes pediátricos y adultos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 76 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
En el punto donde dice Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar Nebulizador continuo externo, así de esta manera se apertura al item para la participación de potenciales oferentes. Entonces, solicitamos que el item quede de la siguiente manera: Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente externo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 77 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 31 días solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 78 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
----------	-------------------	------------

En donde dice Pantalla gráfica LCD a colores de 12" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla gráfica LCD a colores de al menos 10, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.

Consulta 79 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
----------	-------------------	------------

En donde dice Volumen Tidal Bajo ó VTE no alcanzado solicitamos que estos parámetros sean considerados como variables de medición del ventilador y no exclusivamente como variables de alarma. Así de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y no se limita al cumplimiento de un solo fabricante. Por este motivo solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Alarmas de Volumen Tidal Bajo ó VTE, ó Medición de Volumen tidal bajo o VTE.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
-----------	--------------------	------------

En parámetros monitorizados mostrados en pantalla se solicita la medición de estos parámetros.

Consulta 80 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los ítems, el plazo de entrega de 40 días resulta inaplicable considerando los tiempos de fabricación de estos equipos especializados (6 a 8 semanas aprox), tiempo de tránsito (2 a 3 semanas) y no menos importante el tiempo de despacho de nuestra aduana (2 a 4 semanas) que normalmente ocupa este tipo de importación. De esta manera se ajusta a tiempos reales actuales y no se beneficiaría solo a aquella empresa que pueda tener estos equipos en su depósito para entrega inmediata. Por lo expuesto y para garantizar la libre competencia solicitamos que el tiempo de entrega mínimo solicitado sea de 90 días luego de la emisión de la orden de compra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 81 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente" solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Panel de control con pantalla táctil de 8 o monitor táctil (se refiere al monitor del equipo) para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil o físico que permita la introducción de datos del paciente"

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.

Consulta 82 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
<p>Donde dice "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet para mejorar la interacción con el equipo" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo" debido a que lo solicitado es una "característica constructiva" que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.</p>		

Consulta 83 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
<p>Donde dice "Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Memoria CINE de al menos 1.250 cuadros o 60 segundos" debido a que la finalidad del cine es revisar breves instantes del estudio para analizar las imágenes adquiridas sin necesidad de escanear al paciente permanentemente, realizar mediciones y/o el movimiento del tejido, para lo cual el valor solicitado es más que suficiente. Por lo que solicitamos que modifiquen dicho punto a fin de tener una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.</p>		

Consulta 84 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
<p>Donde dice "Medición automática de la íntima media en tiempo real" solicitamos amablemente a la convocante modificar dicho punto a "Medición automática de la íntima media en tiempo real o en imagen congelada" debido a que la mayoría de las marcas realizan dicha medición en imagen congelada, lo cual mejora la exactitud del resultado y no afecta a la funcionalidad del equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.</p>		

Consulta 85 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
<p>Para el ítem 3 Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
<p>Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 86 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
Donde dice "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 8 MHz. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 87 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
Donde dice "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 8 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 88 - ECOCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2022
SOLICITAN Memoria cine de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos, solicitamos permita ofertar equipos con Memoria Cine de al menos 1000 cuadros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 89 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. Plan de entrega de los Bienes, dice: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos Respetuosamente al convocante que este punto quede de la siguiente manera: 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 90 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, en el numeral 7 dice: Registro Sanitario para todos los Items. Solicitamos respetuosamente al Convocante se elimine este requisito para el Ítem N° 2 Autoclave de esterilización, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N° 669/16, Art. 18 Que estarán excluidos de la presente normativa los dispositivos médicos clasificados como instrumento de laboratorio y dispositivo médico para diagnóstico de uso in vitro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 91 - Ítem N° 2 Autoclave de Esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Ítem N° 2 Autoclave de Esterilización, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Autoclave de Esterilización Vertical de 80 litros Solicitamos respetuosamente al convocante permita cotizar equipos con: Autoclave de Esterilización Vertical de 80 litros (+/- 5).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 92 - ECOCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Donde dice Cine Memory 10000 cuadros o 1000 segundos, solicitamos diga Cine Memory 4000 cuadros o 1000 segundos de manera a permitir mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 93 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Donde dice "Normas de calidad específica: FDA y/o CE y/o Mercosur o al menos una de ellas". Solicito consideren solicitar de la siguiente manera: "Normas de calidad específica: FDA y/o CE y/o Mercosur y/o CLV emitido por el Ministerio de Salud del país de origen o al menos una de ellas"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 94 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Donde dice "Ciclos de programación con temperaturas entre 121° y 134°C". Solicito amablemente a la convocante consideren solicitar de la siguiente manera: "Ciclos de programación con temperaturas entre 121° y 127°C o más"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 95 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
ítem 2: Se solicita amablemente a la convocante considerar: Puerta deslizante o con cierre hermético o con manijas de bloqueo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 96 - ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO Donde dice: Adaptador para conexión de tres transductores en simultáneo en el carro de transporte Solicitamos a la convocante permita cotizar: Adaptador para conexión de dos o tres transductores en simultáneo en el carro de transporte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 97 - ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO Donde dice: Software para Eco Stress. Solicitamos a la convocante permita es te punto sea OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
El Software para Eco Stress es fundamental para evaluar los casos en los que el corazón del paciente sufra ante un esfuerzo, especialmente aquellos con limitaciones para realizar esfuerzo físico.		

Consulta 98 - ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO Donde dice: Calculo de Strain Global con despliegue de Ojo de Buey. Solicitamos a la convocante permita es te punto sea OPCIONAL. Atendiendo a que es una característica muy limitativa para una competencia abierta entre oferentes y teniendo en cuenta que el punto anterior a este ya se solicita Software para el análisis cuantitativo del movimiento de las paredes del VI STRAIN con cálculos de strain longitudinal y circunferencial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Se solicita ecógrafo de uso específico y no general. Ajustarse a los solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 99 - Ítem 2 Autoclave vertical

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
Donde dice Temporizador de 0 a 99 horas, se solicita amablemente a la convocante admitir Temporizador de 0-999 minutos debido a que con este tiempo se cubren los procesos de esterilización requeridos en laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 100 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
----------	-------------------	------------

en el punto Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanuméricotáctil que permita la introducción de datos del paciente. Solicitamos a la convocante poner como opcional debido a que limita la participacion de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.

Consulta 101 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
----------	-------------------	------------

En el punto donde dice Pantalla táctil secundaria con gestos tipo tablet para mejorar la interacción con el equipo. Solicitamos a la convocante dejar como opcional debido a que limita la participacion de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.

Consulta 102 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor.

Cantidad: 01 unidad. Solicitamos a la convocante dejar cotizar transductores de 3 a 8 MHz, así de esta forma podrá tener mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 103 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Transductor lineal con ancho de banda de 6 MHz o menor a 15 MHz o mayor. Solicitamos a la convocante dejar cotizar transductores Lineales con misma especificidad de trabajo con MHz de 3 a 12 de esta forma tendrá mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
----------	-------------------	------------

Item 2 Datos Generales: Donde dice "Normas de calidad específica: FDA y/o CE y/o Mercosur o al menos una de ellas". Solicito consideren solicitar de la siguiente manera: "Normas de calidad específica: FDA y/o CE y/o Mercosur y/o CLV emitido por el Ministerio de Salud del país de origen (en caso de ser del Mercosur) o al menos una de ellas"

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 105 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
En el punto Plan de entrega de los bienes, para el ítem 3 solicitan una Fecha final de Ejecución de los bienes de 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar este plazo de tiempo, teniendo en cuenta que los equipos deben ser importados y el tiempo de importación mas despacho de los equipos demoraría unas 10 semanas. El tiempo solicitado hace entender de que la licitación va direccionada a oferentes que ya cuenten con los equipos a disposición, limitando la participación de otros oferentes. Insistimos en ampliar el tiempo de entrega a 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Contrato..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 106 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H ₂ O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH ₂ O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH ₂ O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H ₂ O). De 5 o menor a 80 o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.		

Consulta 107 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera Presión Soporte (mbar) Límite inferior 2 o menor. Límite superior 80 o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.		

Consulta 108 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 109 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
En donde dice Volumen Tidal Bajo ó VTE no alcanzado solicitamos que estos parámetros sean considerados como variables de medición del ventilador y no exclusivamente como variables de alarma. Así de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y no se limita al cumplimiento de un solo fabricante. Por este motivo solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Alarmas de Volumen Tidal Bajo ó VTE, ó Medición de Volumen tidal bajo o VTE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas. Remitirse al apartado "Parámetros monitorizados mostrados en pantalla"		

Consulta 110 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los ítems, el plazo de entrega de 40 días resulta inaplicable considerando los tiempos de fabricación de estos equipos especializados (6 a 8 semanas aprox), tiempo de tránsito (2 a 3 semanas) y no menos importante el tiempo de despacho de nuestra aduana (2 a 4 semanas) que normalmente ocupa este tipo de importación. De esta manera se ajusta a tiempos reales actuales y no se beneficiaría solo a aquella empresa que pueda tener estos equipos en su depósito para entrega inmediata. Por lo expuesto y para garantizar la libre competencia solicitamos que el tiempo de entrega mínimo solicitado sea de 90 días luego de la emisión de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 111 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
Donde dice, Panel de control con pantalla táctil de 8 o monitor táctil (se refiere al monitor del equipo) para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil o físico que permita la introducción de datos del paciente; Solicitamos a la convocante no direccionar las especificaciones técnicas limitando la participación de potenciales oferentes por lo expuesto solicitamos que este punto sea opcional permitiendo la libre Competencia como lo establece la ley de contrataciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4. igualmente se aclara que para el caso de que el equipo cuente con monitor táctil para manejo de funciones no será necesario panel de control táctil de 8" y para el caso de que el monitor no sea táctil se requiere que el equipo cuente con panel de control con pantalla táctil de 8" para manejo de sus funciones.		

Consulta 112 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
donde solicitan Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo. Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional permitiendo la libre competencia entre oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas. Se indican 2 (dos) posibles opciones.		

Consulta 113 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
Donde solicitan Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos o dispositivo WIFI para transferencia inalambrica de imagenes y videos. Solicitamos eliminar este punto punto debido a la privacidad y vulnerabilidad de robos de datos del paciente y por ser característico de una marca en específica que limita a la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Se indican 2 (dos) opciones, adecuarse a alguna de ellas.		

Consulta 114 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Recomendamos a la convocante no ser engañado por un transductor que no es apto para neonatos la frecuencia es solo pediátrico y no así de neonatos la frecuencia en neonatos es de 4 a 12 Mhz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.		

Consulta 115 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
Donde solicitan Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 MHz o menor a 4 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Sugerimos a la convocante se sesiore del pedido debido a que la frecuencia que solicita es solo transductor adulto y no es apto para uso en pediatría.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 116 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
Donde solicitan Transductor lineal con ancho de banda de 6 MHz o menor a 15 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos bajar los rangos de frecuencia a estándares para la libre competencia entre oferentes rango de frecuencia estándar en lineal 12 a 3 MHz, tzy no direccionar a que solo un competidor cumpla con el requerimiento violando todo el derecho de la igualdad y la libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 117 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Temporizador de 0 a 999 minutos o mayor.
Aclarar como para que querrian temporizar un proceso con alguna duracion con este tiempo. para cada ciclo ya trae su tiempo preestablecido y los fabricantes a modo de cerrar y hacer un poco diferente sus equipos tratan de imponer este tipo de especificaciones tecnicas sin sentido. de los ciclos de los autoclaves a vapor dificilmente superan los 90 min y mucho menos alcanzarian 16,65 hs de trabajo. solicitamos al departamento tecnico tenga en cuenta que esto dice mucho de la falta de conocimiento tecnico sobre lo solicitado, existen otros parametros mas importantes que este punto. favor eliminar. adjuntamos un modelo con referencia bibliografica que indica los ciclos de esterilizacion

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.

Consulta 118 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

solicitamos a la convocante requiera en la especificaciones tecnicas que la fabrica este habilidad para realizar Fabricación de recipientes a presión bajo norma ASME o Ped de esta forma estariamos asegurando que el el autoclave no implote ni explote en ninguna circunstancia y la misma norma es solicitada en la mayoría de los llamados realizados por el MSPyBS.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 119 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: ciclos de programación entre 121º y 134º (+/- 10°C) solicitamos a la convocante ampliar la especificaciones tecnicas debido a que los ciclos 121 y 134 grados deben ser configurados de diferentes modos, desde el punto de vista tecnico se necesitan ciclos configurados para cumplir ampliamente las necesidades del servicio.(intrumental, tejidos, gomas, liquidos)

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
-----------	--------------------	------------

El equipo será destinado para ser utilizado en el Servicio de Laboratorio.

Consulta 120 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

donde dice: Sistema de alarmas mediante código de errores o mensajes que indiquen el error.
Solicitamos ampliar a Sistema de alarmas audible y visuales mediante código de errores o mensajes que indiquen el error.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.

Consulta 121 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

solicitamos a la convocante requiera lo siguiente: tanque de agua incorporado al equipo para optimización del agua y reutilización de la misma, esto se torna amigable al ambiente y evita el uso desmedido de agua destilada. facilita notablemente la utilización del equipo. con esto verdaderamente el equipo sería con ciclo de esterilización automatizado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 122 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad., solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3.0 MHz o menor a 8 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Considerando que la diferencia es mínima y no afectará al normal desempeño del equipo, con las mismas funciones del transductor de banda ancha, frecuencias armónicas y profundidad para realizar los estudios cardiológicos pediátricos solicitados. Además los parámetros solicitados son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía de comprobada calidad en el mercado paraguayo e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de obtener una mayor cantidad de oferentes potenciales, sin afectar el desempeño del equipo o la calidad imagen.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 123 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de equipos con comprobada calidad en el mercado local e internacional

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 124 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Garantía escrita valida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. (Vigencia: de 1 año como mínimo otorgado por el fabricante y el año restante carta garantía del proveedor) solicitamos modificar a: Garantía escrita valida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales. (Vigencia: de 1 año como mínimo otorgado por el fabricante y el año restante carta garantía del proveedor). Lo solicitado se debe a que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos añadir que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 125 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de equipos con comprobada calidad en el mercado local e internacional

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 126 - Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la Convocante aumentar los tiempos de entrega de los bienes a por lo menos 120 días, esto debido a que los equipos deben ser importados (en algunos casos desde Europa) y el tiempo de importación más despacho de los equipos demoraría unas 10 semanas como mínimo. Este punto sería la única limitante para la participación de oferentes que cumplen con todas las especificaciones pero les será imposible cumplir con los tiempos de entrega de los equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 127 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 128 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
En donde dice Volumen Tidal Bajo ó VTE no alcanzado solicitamos que estos parámetros sean considerados como variables de medición del ventilador y no exclusivamente como variables de alarma. Así de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y no se limita al cumplimiento de un solo fabricante. Por este motivo solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Alarmas de Volumen Tidal Bajo ó VTE, ó Medición de Volumen tidal bajo o VTE.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Se solicita la medición y alarmas de los parámetros solicitados. Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 129 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los ítems, el plazo de entrega de 40 días resulta inaplicable considerando los tiempos de fabricación de estos equipos especializados (6 a 8 semanas aprox), tiempo de tránsito (2 a 3 semanas) y no menos importante el tiempo de despacho de nuestra aduana (2 a 4 semanas) que normalmente ocupa este tipo de importación. De esta manera se ajusta a tiempos reales actuales y no se beneficiaría solo a aquella empresa que pueda tener estos equipos en su depósito para entrega inmediata. Por lo expuesto y para garantizar la libre competencia solicitamos que el tiempo de entrega mínimo solicitado sea de 90 días luego de la emisión de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 130 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
Donde dice Panel de control con pantalla táctil de 8" o monitor táctil (se refiere al monitor del equipo de 15") que permita el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación, aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil o físico que permita la introducción de datos del paciente. Solicitamos a la convocante no direccionar a un solo competidor y dej en opcional este punto para dar mayor participación de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		

Consulta 131 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el punto donde solicitan Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo, solicitamos a la convocante no direccionar a un solo competidor y permita la libre competencia como lo establece la ley de contrataciones dejando sin efecto este requerimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.

Consulta 132 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Rango dinámico del sistema de 250 dB o mayor. solicitamos permita cotizar con rango dinámico de a partir 170dB de esta forma tendrá mayor cantidad de oferentes y este requerimiento no afecta al rendimiento o calidad de imagen

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 133 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos a la convocante requiera en la especificaciones técnicas que la fábrica este habilitada para realizar fabricación de recipientes a presión bajo norma ASME o PED de esta forma estaríamos asegurando que el autoclave no implote ni

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.

Consulta 134 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos a la convocante requiera lo siguiente: tanque de agua incorporado al equipo para optimización del agua y reutilización de la misma, esto se torna amigable al ambiente y evita el uso desmedido de agua destilada. facilita notablemente la utilización del equipo. con esto verdaderamente el equipo sería con ciclo de esterilización automatizado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
------------------	---------------------------	------------

No es un requisito, pero si el equipo cuenta con dicha especificación será aceptado.

Consulta 135 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: ciclos de programación entre 121° y 134° (+/- 10°C) solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas debido a que los ciclos 121 y 134 grados deben ser configurados de diferentes modos, desde el punto de vista técnico se necesitan ciclos configurados para cumplir ampliamente las necesidades del servicio. (instrumental, tejidos, gomas, líquidos) en los servicios de laboratorio como indicaron.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
------------------	---------------------------	------------

No es un requisito, pero si el equipo cuenta con dicha especificación será aceptado.

Consulta 136 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
donde dice:Indicadores para confirmar el proceso de esterilización. Solicitamos: Indicadores visuales para confirmar el proceso de esterilización mediante curva grafica de la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		

Consulta 137 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
"Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor.Cantidad: 01 unidad." solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con ancho de banda de rango superior a 8 MHz. El ancho de banda solicitado de 8MHz es suficiente para los estudios cardiológicos solicitados, además de considerar que el transductor a ser ofertado tiene un tamaño reducido para los pacientes pediátricos/neonatales, lo cual permitirá el normal desempeño del equipo y permitirá la participación de oferentes potenciales. El ancho de banda es propio de cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 138 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
Donde dice Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad., solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3.0 MHz o menor a 8 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Considerando que la diferencia es mínima y no afectará al normal desempeño del equipo, con las mismas funciones del transductor de banda ancha, frecuencias armónicas y profundidad para realizar los estudios cardiológicos pediátricos solicitados. Además los parámetros solicitados son estándar en la mayoría de los transductores pediátricos/neonatales de comprobada calidad en el mercado paraguayo e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de obtener una mayor cantidad de oferentes potenciales, sin afectar el desempeño del equipo o la calidad de imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 139 - Plazo de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar aumentar los tiempos de entrega de los bienes a por lo menos 90 días, resultaría imposible cumplir con los tiempos propuestos por la Convocante, ya que los equipos solicitados deben ser importados. Este punto sería una limitante a la participación de oferentes de equipos que cumplen con los solicitado en las especificaciones técnicas pero no podrán cumplir con los plazos de entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 140 - DATOS GENERALES

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 2: Para las normas de calidad, se solicita amablemente a la convocante considerar también el Registro ANVISA, en vez del certificado CE o FDA, en caso de ofertar un autoclave de origen Brasileiro. Puesto que la obtención de dicho certificado elevaría el costo y sobrepasaría el precio referencial estimado

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicita la presentación de Normas de Calidad Especificas que pueden ser FDA y/o CE y/o Mercosur, como mínimo una de las certificaciones mencionadas.

Consulta 141 - DATOS GENERALES

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 2: Se solicita amablemente a la convocante considerar declaraciones de la empresa que indiquen que la misma construye los equipos de acuerdo a las normas ASME o PED; en vez del certificado como tal. Puesto que la obtención de dicho certificado elevaría el costo y sobrepasaría el precio referencial estimado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 142 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder ofertar equipos con transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 8 MHz o mayor. La frecuencia solicitada se ajusta a las recomendaciones de la asociación americana de ecocardiología para realizar estudios cardiológicos en niños. Además la mínima diferencia entre lo actualmente solicitado por la Convocante y nuestro pedido de modificación no representa ninguna restricción en la atención del tipo de pacientes a ser examinado ni afecta a la calidad de imagen que se obtendría.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
-----------	--------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V6.

Consulta 143 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 144 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante aclarar si los transductores, que son elementos sujetos a desgaste natural y que se rigen por condiciones de garantía especiales, deberán ser reemplazados dentro del período de garantía de dos años o su garantía estará sujeta a las condiciones de cada fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Siempre que el Transductor presente defectos de fabricación, deberá ser reemplazado.

Consulta 145 - Item 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con ancho de banda de 4 MHz o menor a 8 MHz o mayor. El ancho de banda solicitado de 8MHz es suficiente para los estudios cardiológicos solicitados, además de considerar que el transductor a ser ofertado tiene un tamaño reducido para los pacientes pediátricos/neonatales, lo cual permitirá el normal desempeño del equipo y permitirá la participación de oferentes potenciales. El ancho de banda es propio de cada fabricante, el mismo es establecido por la penetración y calidad de imagen necesaria para cada estudio a ser realizado por el equipo, por lo que varía entre las diferentes marcas, por lo que la funcionalidad del transductor no disminuye por esta característica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V6.

Consulta 146 - Item 2 - Autoclave de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante que considere como opcional los indicadores visuales del proceso de esterilización mediante curva gráfica, ya que existen autoclaves que indican también proceso de esterilización de manera visual, pero por etapas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.

Consulta 147 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plazo de entrega sea ampliado a 90 días a partir de la emisión de la orden de compra, este pedido obedece a que la cadena logística se encuentra saturada y esto se agrava en fechas cercanas a fin de año.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 148 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
<p>CONSULTA Considerando que las siglas PC-MMV (Ventilación controlada por presión por volumen minuto mandatorio) corresponde a DRAGER y para no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando sus siglas, se solicita que donde: Dice: Ventilación controlada por presión por volumen minuto mandatorio (PC-MMV). Diga: Ventilación controlada por presión por volumen minuto mandatorio o Ventilación controlada por presión por volumen corriente mandatorio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.</p>		

Consulta 149 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
<p>CONSULTA No todos los fabricantes poseen suspiro en alta frecuencia, generalmente lo poseen los ventiladores basados en sistema Venturi y no todos utilizan Venturi para realizar una ventilación en alta frecuencia. Favor considerar esta solicitud opcional de forma a no limitar los oferentes. Se solicita que donde Dice: Ajustes adicionales de Suspiro y Suspiro para HFO. Diga: Ajustes adicionales de Suspiro y Suspiro para HFO opcional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.</p>		

Consulta 150 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
<p>CONSULTA Se consulta si el equipo también debe presentar los lazos espirométricos de Presión/Flujo y Volumen/Flujo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
<p>Se aceptarán equipos con dicha función.</p>		

Consulta 151 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
<p>CONSULTA De forma a permitir mayor participación de oferentes, se solicita que donde Dice: Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo. Diga: Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo o grabación de las curvas y parámetros en pantalla a través de una memoria USB para su posterior análisis en un PC.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
<p>Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.</p>		

Consulta 152 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Compensación de fugas del volumen corriente (o volumen tidal) fijado. Diga: Compensación de fugas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 153 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA Debido a la cantidad de curvas y parámetros solicitados en las especificaciones, se recomienda que la Pantalla gráfica LCD a colores de 15" o mayor. Porque una pantalla de 10es muy pequeña para ver 3 curvas y lazos, además de los parámetros monitorizados en tiempo real.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
En las especificaciones técnicas se solicita de 10" "o mayor". Se deben poder visualizar las curvas en tiempo real, parametros monitoreados y alarmas.		

Consulta 154 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA De forma a evitar confusiones, se solicita que donde Dice: Calentador/Humidificador compatible para uso con el ventilador de este ítem con sensor de temperatura y cable calentador. Diga: Calentador/Humidificador activo compatible para uso con el ventilador de este ítem con sensores de temperatura y cable calentador para la rama inspiratoria y la rama espiratoria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 155 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico del tipo micro bomba que debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente programado del ventilador agregando flujo adicional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El quipo debe contar con nebulizador sincronizado o nebulizador continuamente externo.		

Consulta 156 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros. Diga: Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros o en memoria tipo USB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 157 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
De forma a no dirigir las especificaciones al ventilador fabricado por DRAGER se solicita que La compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal o ATC sea considerada OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 158 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
Favor considerar la solicitud: Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen minuto mandatorio (PC-MMV) como OPCIONAL porque dirige las especificaciones al ventilador del fabricante Drager		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 159 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
Favor considerar la solicitud: Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen minuto mandatorio (PC-MMV) como OPCIONAL porque dirige las especificaciones al ventilador del fabricante Drager		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 160 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Medición volumen minuto: - Volumen minuto espiratorio, - Volumen minuto inspiratorio, - Volumen minuto, - Volumen minuto espiratorio mandatorio y/o espontaneo. Diga: Medición volumen minuto: - Volumen minuto espiratorio, - Volumen minuto inspiratorio y lo demás sea considerado opcional o retirado porque es confuso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 161 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Medición del volumen tidal: - Volumen tidal mandatorio y/o espontaneo,- Volumen inspiratorio tidal,- Volumen espiratorio tidal, (VTE),- Volumen tidal inspiratorio mandatorio y/o espontaneo, - Volumen tidal espiratorio mandatorio y/o espontaneo. Diga: Medición del volumen tidal:- Volumen inspiratorio tidal,- Volumen espiratorio tidal, y lo demás sea considerado opcional o retirado porque es confuso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 162 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Tiempo de desconexión de alarma (Tdiscon) de 0 a 60 segundos.Diga: Tiempo de desconexión o silencio de alarma de 0 a 60 segundos o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 163 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicita Elastancia o Compliance. Favor aclarar si el equipo debe medir Compliancia Dinámica y Compliancia estática. Y aclarar si debe medir también Elastancia en forma independiente, porque los conceptos de Elastancia, Compliancia Dinámica y Estática son diferentes, favor verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El equipo debe contar con la medición de Elastancia o Compliance o ambos.		

Consulta 164 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe medir la relación entre el volumen tidal espirado y el pedo corporal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Se aceptarán equipos con dicha medición.		

Consulta 165 - ITEM 3. Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicita Resistencia de las vías aéreas del paciente o resistencia. Favor aclarar si el equipo debe medir la Resistencia inspiratoria y la Resistencia respiratoria de las vías aéreas, que son parámetros muy utilizados en patologías pulmonares restrictivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
El equipo debe contar con la función de medir la resistencia de las vías aéreas.		

Consulta 166 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
Se solicita amablemente a la convocante que considere como opcional los indicadores visuales del proceso de esterilización mediante curva gráfica, ya que existen autoclaves que indican también proceso de esterilización de manera visual, pero por etapas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 167 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		

Consulta 168 - ITEM 3 - VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
En donde dice Volumen Tidal Bajo ó VTE no alcanzado solicitamos que estos parámetros sean considerados como variables de medición del ventilador y no exclusivamente como variables de alarma. Asi de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y no se limita al cumplimiento de un solo fabricante. Por este motivo solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Alarmas de Volumen Tidal Bajo ó VTE, ó Medición de Volumen tidal bajo o VTE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Las especificaciones técnicas ya se encuentran detalladas tal como se solicita modificar.		

Consulta 169 - Especificaciones Técnicas-ítem Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
<p>Solicitamos amablemente a la Convocante Incluir las características dentro de los requerimientos técnicos del equipo.</p> <p>- Posibilidad de Incorporar a futuro adquisición volumétrica 4D transesofágica con las siguientes capacidades:</p> <p>Adquisición de Volumen 4D Transesofágico completo sin necesidad de conexión a ECG.</p> <p>Modo triplanar tiempo real con doppler tisular color en la sonda transesofágica 4D.</p> <p>4D Doppler color con técnicas de sombreado e iluminación para percepción definida de chorro regurgitante central sin ser oscurecido por flujo periférico.</p> <p>Software de cuantificación automática de ventrículo izquierdo en 4D con curva de volumen.</p> <p>Análisis automático 4D del tracto salida Ventrículo Izquierdo que obtenga dimensiones mínimas, medias y máximas para selección de dispositivos tipo TAVI.</p> <p>Software para el análisis cuantitativo del movimiento de las paredes del VI STRAIN con cálculos de strain longitudinal y circunferencial:</p> <p>Sugerimos: Análisis de Ventrículo Izquierdo de Strain Longitudinal, que permita eliminación de segmentos individuales por dificultad técnica, con análisis de todo el grosor miocárdico, con medición de FE del VI en el mismo proceso.</p> <p>Cálculo de Strain Global con despliegue de Ojo de Buey.</p> <p>Sugerimos: Análisis de Ventrículo Derecho de Strain Longitudinal, que permita eliminación de segmentos individuales por dificultad técnica, con análisis de todo el grosor miocárdico, con medición de TAPSE</p> <p>Análisis de Aurícula Izquierda de Strain Longitudinal 2CH y 4CH.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
<p>Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.</p>		

Consulta 170 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
<p>REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. Plan de entrega de los Bienes, dice: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato.</p> <p>Solicitamos Respetuosamente al convocante que este punto quede de la siguiente manera:</p> <p>90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Contrato.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
<p>Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		