

## Consultas Realizadas

# Licitación 417655 - ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A GAS PLASMA PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL

### Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
donde dice: 1 Sellador de bolsa. Solicitamos a la convocante que indique si el sellador es manual o automatico con funcion de sellado de bolsa de uso en plasma. recomendamos el sellador automatico esto asegura que la esterilizacion sea llevada con exito en todos los casos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

### Consulta 2 - plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
Solcitamos a la convocante tener en cuenta que actualmente los tiempos de importacion y produccion de los equipos no estan siendo los mas rapidos y ajustar el plazo de entrega a 90 dias hábiles posteriores a la recepci3n del Anticipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

### Consulta 3 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
solicitamos a la convocante tener en cuenta que existen productos o equipos que tienen una mayor dificultad en el secado, tenga en cuenta que debe solicitar un ciclo de secado al vacio para utilizarlo cuando se trate de este tipo de esterilizadores que tienen muy en cuenta la humedad durante el proceso de esterilizacion debido a que el ciclo puede abortar si hay un exceso de humedad, echandose a perder tiempo, insumos, y el proceso mismo de esterilizacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

## Consulta 4 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
<p>NORMATIVAS: Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.</p> <p>Solicitamos cite lo siguiente:</p> <p>NORMATIVAS: Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Normas de calidad generales: ISO 13485.</p> <p>esto se debe a que la mayoría de las fabricas obtienen estos documentos por la totalidad de las familias de dispositivos medicos. esta solicitud no evita que se onbtengan equipos con dichas certificaciones y no afecta sustancialmente al llamado permitiendo asi la participacion de potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

## Consulta 5 - CONSULTAS GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
<p>Donde solicitan: Tiempo de entrega del bien de 30 días hábiles.</p> <p>Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 120 días corridos, considerando que los tiempos de transporte han cambiado desde la aparición del COVID-19, y hasta el momento no se han normalizado principalmente para las importaciones desde Asia y Europa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 6 - CONSULTAS GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
<p>Donde solicitan: a. Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos.</p> <p>Solicitamos permitan participar con autorizaciones del fabricante, con la posibilidad de tenerlos listo Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos, para la firma del contrato en caso de ser adjudicados, de manera a dar mayor participación, ya que los trámites de apostillados demoran mucho en origen, así como la inscripción en Registros Públicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

### Consulta 7 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
DONDE SOLICITAN: Cámara cuadrada o rectangular, y fabricada en aluminio.		
Solicitamos permitan cotizar cámaras del tipo cuadrada, rectangular o cilíndrica, esta especificación no hace a una mejor prestación del equipo si consideramos cotizar un equipo a mayor capacidad a 130 litros, además daría mayor participación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

### Consulta 8 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
DONDE SOLICITAN: Temperatura de esterilización: de 55°C o menor.		
Solicitamos permitan cotizar equipos con una temperatura de esterilización de 55°C +/-2°C, de manera a no limitar a un número superior fijo, que limita la participación de otros fabricantes y por sobre todo porque uno o dos grados centígrados no hacen la diferencia en el funcionamiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

### Consulta 9 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
DONDE SOLICITAN: El equipo debe contar con monitor de Tensión y secuencia de fase en su tablero de control.		
Solicitamos muy respetuosamente considerar este punto como OPCIONAL, ya que esta especificación aplica a equipos con voltajes del tipo Trifásica 380V no se precisa para equipos con voltajes monofásicos de 220V que como podrán verificar se habilitan a cotizar, además de limitar innesariamente a equipos habilitados en otras especificaciones. Favor notar se solicita: Voltaje: monofásica 220V o Trifásica 380V.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

### Consulta 10 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
DONDE SOLICITAN: Pantalla táctil color de 9 pulgadas o mayor para control del equipo.		
Solicitamos permitan cotizar equipos con pantalla táctil color de 5 pulgadas como mínimo, este tipo de especificaciones no hacen diferencia de uno u otro equipo en cuanto a prestación, sino solo limitar participación. Son criterios de cada fabricante, no son especificaciones que sirvan para certificar calidad y/o prestación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 11 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
DONDE SOLICITAN: Incubador biológico interconstruida al equipo.		
Favor aclarar suficientemente el punto mencionado, no conocemos de esta tecnología, respetuosamente solicitamos considerar este punto como OPCIONAL o soliciten la provisión como accesorio de una incubadora biológica como habitualmente corresponde. Si no se estaría limitando notablemente a una marca cuyo fabricante incluya esta tecnología.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 12 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Solicitan : Puerta con deslizamiento vertical y tener abertura/cierre mediante pantalla de control e interruptor a pedal adherido al equipo.		
Solicitamos a la convocante puede modificar este requerimiento por lo siguiente: Puerta simple, Gabinete a pedal adherido al equipo o mejor. Esto es modo de dar mayor participación a oferentes y contar con mayores propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 13 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Solicitan: Volumen de la cámara 450 (alto) x 450 (ancho), 700 de profundidad.		
Solicitamos pueda ser modificado este requerimiento por lo siguiente,. Volumen de la cámara 400 (alto) x 400 (ancho), 700 de profundidad. Medidas mínimas requeridas.		
Esto a modo de contar con la participación de marcas competitivas,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 14 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
<p>CARACTERÍSTICAS.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante pueda incluir dentro de los requerimientos del equipo en el apartado de ciclos cuanto sigue:</p> <p>Cuatro Ciclos de Esterilización pre programados: Ciclo Sin Lumen (aproximadamente 28 minutos), Ciclo Rápido Sin Lumen (aproximadamente 16 minutos), Ciclo Flexible (aproximadamente 35 minutos) y Ciclo con Lumen (aproximadamente 52 minutos).            Y Cada Ciclo de Esterilización debe contar con tres fases: CONDICIÓN, ESTERILIZACIÓN y AIREACIÓN.            A modo de contar con ofertas de equipos de completos y mejor calidad para la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 15 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
<p>Solicitamos amablemente a la convocante pueda considerar cuanto sigue:</p> <p>Incluir dentro de ciclos la fase de CONDICIÓN.            CONDICIÓN Es la fase del ciclo que incluye un vacío que se EXTRAE a un punto de ajuste para eliminar el aire y el agua, seguido de un chequeo de humedad, vacío continuo para ayudar a eliminar la humedad). Y de este modo se evita la perdida de consumibles por ciclos abortados.</p> <p>Es un requerimiento de suma importancia debido a que con esto la institución no estará derrochando consumibles, tiempo y ahorrara montos considerables puesto que los procesos de esterilización por peróxido son costosos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 16 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
<p>30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo.</p> <p>Solicitamos este punto pueda ser modificado a 90 días hábiles posterior a la recepción de anticipo, debido al conocimiento mundial de crisis de contenedores y demoras excesivas en importaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

## Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
<p>En donde dice Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. Solicitamos a la convocante que elimine desde Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. La normativa de Calidad general ISO 13485 es una norma reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la calidad en la industria de dispositivos médicos. Está pensada y concebida para su uso en organizaciones para el diseño y desarrollo, producción, instalación, servicios y ventas de productos sanitarios. En síntesis, refiere a la fabrica y no al equipo por tal motivo solicitamos excluyan texto mencionado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Favor ajustarse a la Adenda N° 1.</p>		

## Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
<p>Solicitan Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos que además de las Normas de calidad solicitada, se permita además la habilitación del Ministerio de Salud del país de origen a través de una Institución Técnica de países miembros del MERCOSUR tales como la ANMAT y ANVISA. Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplan con estándares de calidad</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Favor ajustarse al PBC.</p>		

## Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
<p>Solicitan Capacidad: Entre 130 y 160 litros, Solicitamos a la convocante soliciten Capacidad de entre 100 a 210 litros y no direccionar la capacidad de litraje y contradiciendo a la La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
<p>Favor ajustarse al PBC.</p>		

## Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Tamaño de la bandeja de 40x60cm o más. Solicitamos a la convocante excluir las medidas y solicitar bandejas o cestas al menos 2 unidades, Esto a modo de permitir mayor cantidad de oferentes posibles

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse al PBC.

## Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Cámara cuadrada o rectangular, y fabricada en aluminio. Solicitamos a la convocante soliciten Cámara cuadrada, rectangular o Circular y fabricada en Acero inoxidable

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse al PBC.

## Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Incluir cartuchos para 200 ciclos de esterilización, Solicitamos a la convocante este punto pueda quedar de la siguiente manera Incluir Cartuchos o Frasco esterilizante para 200 ciclos de esterilización, a manera de permitir mayor cantidad de oferentes potenciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse al PBC.

## Consulta 23 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
----------	-------------------	------------

Plan de entrega de los bienes. Se solicita amablemente a la convocante modificar 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Se sugiere 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo teniendo en cuenta los tiempos de producción e importación de los equipos, que aún se encuentran en proceso de regularización luego de la pandemia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse al PBC.

## Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Precio Referencial. Se solicita amablemente a la convocante una revisión y actualización del precio referencial ya que el valor promediado presentado está por debajo del valor del mercado de un equipo confiable con la tecnología solicitada en el PBC, considerando también, que se solicita incluir consumibles, kit de mantenimiento, garantía de 2 años, sellador para bolsa, entre otros.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse al PBC.

## Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar Dimensiones externas máxima: 1200 (Largo) x 800 (Ancho) x 1750 (Alto) mm. Se sugiere Dimensiones externas máxima: 1300 (Largo) x 900 (Ancho) x 1950 (Alto) mm medidas que no difieren mucho de lo indicado inicialmente, con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar Dimensiones externas máxima: 1200 (Largo) x 800 (Ancho) x 1750 (Alto) mm. Se sugiere Dimensiones externas máxima: 1200 (Largo) x 1000 (Ancho) x 1900 (Alto) mm medidas que no difieren mucho de lo indicado inicialmente, con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Tamaño de la bandeja de 40x60cm o más. Se sugiere Tamaño de la bandeja de 30x60cm o más con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Capacidad: Entre 130 y 160 litros. Se sugiere Capacidad: Entre 100 y 160 litros con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 29 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación ciclo rápido de 30 minutos o mejor. Se sugiere ciclo rápido de 35 minutos o mejor con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		



## Consulta 30 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Pantalla táctil color de 9 pulgadas o mayor para control del equipo.. Al tratarse de una especificación que no afecta el correcto funcionamiento del equipo y no reduce las prestaciones del mismo, se sugiere Pantalla táctil color de 7 pulgadas o mayor para control del equipo. con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Todas las tuberías y válvulas deben estar fabricados en acero inoxidable y cobre. Se sugiere Todas las tuberías y válvulas deben estar fabricados en acero inoxidable con el fin de asegurar el correcto mantenimiento y la vida útil del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

## Consulta 32 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Puerta con deslizamiento vertical y tener abertura/cierre mediante pantalla de control e interruptor a pedal adherido al equipo.. Se sugiere Puerta con deslizamiento vertical y tener abertura/cierre mediante pantalla de control. Interruptor a pedal adherido al equipo, opcional con el fin de contar con mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Puerta con deslizamiento vertical y tener abertura/cierre mediante pantalla de control e interruptor a pedal adherido al equipo.. Se sugiere Puerta con deslizamiento vertical y tener abertura/cierre mediante pantalla de control. Interruptor a pedal adherido al equipo, opcional con el fin de contar con mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-10-2022
Ítem 1. Esterilizador a Gas Plasma. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Incubador biológico interconstruida al equipo.. Se sugiere Incubador biológico interconstruida al equipo, opcional con el fin de contar con mayor participación de oferentes.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	19-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		