

Consultas Realizadas

Licitación 418217 - Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE

Consulta 1 - EETT incompletas

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
NO PODEMOS VISUALIZAR por completo lo solicitado en todos los ítems, esto es debido a que APARECEN INCOMPLETAS LA DESCRIPCIONES DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PBC. Favor ver adjunto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 2 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
Solicitamos a la convocante en el apartado de Experiencia Requerida, habilitar los años de presentación de experiencia hasta el 2.022, para dar participación de empresas nuevas con menos de 3 (tres) años de antigüedad en nuestro país y/o que hayan tomado nuevas representaciones de marcas y que puedan tener mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante solicita experiencia requerida en ejercicios fiscales cerrados por lo que no es posible el presente pedido.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
para el Item 1 Solicitamos a la convocante donde dice Cálculo de resultados: automático, archivado en ControlPad, cambiar por Cálculo de resultados automático con generación de reportes debido a que ControlPad es una característica/nombre comercial exclusiva de la marca VELP, donde dice Interfaces: 3 x USB (balanza, mouse, memoria USB), Ethernet (Pc) considerar otros tipos de puerto como por ejemplo Puertos COM a modo de favorecer la participación de mayor cantidad de oferentes, donde dice Consumo de agua: desde 1,0 l / min cambiar por Consumo de agua: desde 0,1 l / min, donde dice Dimensiones: 546x546x450 mm. (Apóx). Cambiar por Dimensiones hasta 650x610x680 porque las dimensiones solicitadas coinciden exactamente con un equipo de la marca VELP, donde dice Consumo de energía: 630/850 W cambiar por Consumo de energía hasta 1300 W porque el consumo de energía solicitado coincide exactamente con un equipo de la marca VELP, donde dice Incluye: ControlPad, 6 vasos de extracción, 25 cartuchos de extracción, tubo de entrada, protección térmica cambiar por Incluye: interface con pantalla táctil, 6 vasos de extracción, 25 cartuchos de extracción, tubo de entrada, protección térmica debido a que ControlPad es una característica/nombre comercial exclusiva de la marca VELP, donde dice 1 año de licencia para la plataforma utilizada en el equipo cambiar por licencia perpetua debido a que es una adquisición para el Estado y con eso evitaremos gastos posteriores a la adquisición del sistema, en el mismo ítem no se habla ni menciona la norma que se debe cumplir ni el método de extracción a ser utilizado, tampoco se habla de la inclusión de un chiller que es un periférico fundamental para obtener resultados repetibles y confiables, favor considerar la inclusión de un chiller.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 4 - ÍTEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante especificar el volumen neto deseado del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 5 - ÍTEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Favor indicar a qué se refieren los códigos 12KWSG, AVC001S, AJP150, AAQ503 o si se trata de un error de tipeo al redactar el PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 6 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Cabeza Trinocular Siedentopf inclinada a 45° y rotable 360° respecto al tubo con movimiento basculante de mariposa que aumenta la altura de visión 40mm solicitamos a la convocante admitir un cabezal trinocular tipo siendentopf de 45° con ajuste de altura.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 7 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice División de luz 100/0, 20/80 solicitamos a la convocante admitir de igual manera una división de luz de 100/0, 0/100.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 8 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos oculares con protectores de caucho. Solicitamos a la convocante que solo tenga en cuenta el aumento de 10X y FN.20 como mínimo, ya que la especificación solicitada corresponde solo a una marca

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 9 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice De alto punto focal para permitir usuarios con anteojos solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere cuando menciona el alto punto focal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Oculares ajustables a Dioptrias (para no utilizar anteojos)		

Consulta 10 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice Pueden ser asegurados con tornillo allen para evitar ser removidos solicitamos a la convocante solo considerar el tornillo para evitar ser removido, ya que no depende de tipo del tornillo para lograr ser asegurados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 11 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice Objetivos Plan Acromáticos CCIS Plan Fase Ph4X/0.1, DT12.6 Ph0 solicitamos a la convocante considerar solo el tipo de objetivo ya que CCIS solo se refiere a una sola marca de objetivos y el PH0 refiere de igual manera a una sola marca, sugerimos que sea de la siguiente manera Objetivos Plan Acromáticos Plan Fase Ph4X/0.1, DT12.6		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 12 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice Plan Fase Ph4X/0.1, DT12.6 solicitamos a la convocante admitir una distancia de trabajo de 16,4 para este objetivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 13 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice Ph10X/0.25, DT4.1. Ph1 solicitamos a la convocante admitir una distancia de trabajo de 10 y un A.N. de 0.3 para este objetivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 14 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice Ph20X/0.4 DT4.7 Ph1. solicitamos a la convocante admitir una distancia de trabajo de 6,6 como mínimo para este objetivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 15 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice Corredera de contraste de fases con tres posiciones centrables Ph0, BF,Ph1 Solicitamos a la convocante solo tener en cuenta las tres posiciones centrable, ya que las especificaciones son de una sola marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 16 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice Iluminación halógena brillante incorporada de 6V/30W intercambiable con 3W LED, con control de intensidad e indicador de intensidad luminosa LED solicitamos a la convocante ser como opcional el indicador de intensidad luminosa, de modo a poder ofertarse varias marcas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 17 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice Sistema automático de encendido/apagado por sensor infrarrojo solicitamos a la convocante tomar como opcional esta especificación ya que solo una marca cumple con lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 18 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Donde dice certificada UL y CE solicitamos a la convocante admitir equipos solo con certificados CE y que sea opcional el certificado UL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 19 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Filtros azul, interferencia verde y de Densidad Neutra de 45mm con corredera de filtros solicitamos a la convocante que el filtro azul sea requerido solo para iluminadores de luz halógena ya que la iluminación LED ya no es requerido

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 20 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Incluye: objetivos mencionados, filtros azul , verde y densidad neutra, incluir objetivos para aceite de inmersión , platina , software para traspaso de datos y accesorios utilizados para su uso. Puesta en marcha. Manual de instrucciones en español, Garantía, servicio técnico y repuestos garantizados. Solicitamos a la convocante aclarar sobre el objetivo de inversión y software solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 21 - ÍTEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Favor indicar con qué tipo de agua desean que se alimente el desionizador o si directamente desean alimentarlo con agua de grifo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 22 - ÍTEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Favor indicar la cantidad de toallitas desechables que precisan

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
----------	-------------------	------------

item 1 Se solicita un año de licencia para plataforma utilizada en el equipo, esto es especifico de marca Velp, hay otras marcas que no necesitan esa licencia. Para permitir la libre competencia entre oferentes, se podría cotizar un equipo sin esa licencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Item 5 Se podría cotizar un equipo sin torreta, con 4 posiciones de lámparas y con una rejilla holográfica de 1200 líneas/mm? Las lámparas podrían ser multielementos y de esa forma no se sacrifican metales en la misma medición?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Item 33

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Item 33 Se solicita un año de licencia para plataforma ERMES, esto es específico de marca Velp, hay otras marcas que no necesitan esa licencia. Para permitir la libre competencia entre oferentes, es posible cotizar un equipo sin esa licencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 41

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Item 41 1- A qué se refieren con insumos y mano de obra para adecuación eléctrica? Detallar lo que se debe hacer y lo que quieren que se incluya 2- Por favor detallar los estándares que desean y/o el código del producto NIST.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Item 14 cabina de seguridad biologica Donde dice Motores de doble Corriente Continua para equilibrar automáticamente las velocidades de entrada y salida de aire. - Certificaciones NSF/ANSI 49 UL, CE. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Motores de doble corriente Alterna, considerando que al aceptar este requerimiento no altera las prestaciones del equipo y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de proveedores, y evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 28 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>Item 14 cabina de seguridad biologica Donde dice Dimensiones (LxAxA) 80 x 130 x 156.8cm o 79,5 x 138 x 145 (aproximadamente) - Filtros HEPA. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a la medida de la altura incluyendo la base o el pedestal, sugerimos una altura aproximada de 212 cm. También solicitamos a la convocante aceptar equipos con filtro ULPA de mayor prestación. Sugerimos Dimensiones (LxAxA) 80 x 130 x 213cm o 79 x 134 x 213 cm (aproximadamente) - Filtros HEPA o mejor. De esta manera permitir la oferta de equipos con mejores prestaciones considerando que el monto referencial esta acorde a lo solicitado y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas y evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca, considerando que las dimensiones suelen variar acorde al fabricante y no altera a las prestaciones del equipo las mínimas diferencias.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.</p>		

Consulta 29 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>Item 15 Cabina de seguridad biológica Donde dice Velocidad promedio de flujo: 0,3-0,5m/s; Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con velocidades promedio de flujo de 0,3-0,5 m/s (+/-0,05) o agregar velocidad promedio de flujo de entrega 0,5 +/-0,05m/s, y velocidad promedio de flujo de salida de 0,3 +/-0,05m/s. considerando que son requerimiento distinto y de esta manera aclara el pedido y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.</p>		

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>Item 15 Cabina de seguridad biológica Donde dice filtro HEPA eficiencia 99,99% a 0,30µm. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con filtro ULPA de mejor prestación. Sugerimos filtro HEPA eficiencia 99,99% a 0,3µm o mejor filtración. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, ampliar los requerimientos y evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marcas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.</p>		

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>Item 15 Cabina de seguridad biológica Donde dice lampara LED 8W, Lampara UV 20W Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento la palabra aproximadamente. Sugerimos lampara LED 8W aprox, Lampara UV 20W aprox. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, ampliar los requerimientos y evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marcas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.</p>		

Consulta 32 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
ITEM 12 Autoclave digital con impresora integrada Donde dice Donde dice, sistema automático de purga de aire temporizado. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con sistema automático de purga de aire por pulsos de pre-vacio. La extracción de aire de la cámara por pulso de pre vacio, actualmente es el método más eficiente para la eliminación completa de aire antes de iniciar la etapa de calentamiento y esterilización. De ser posible que se pueda corroborar la eficiencia de esta etapa con ciclo o test de Bowie & Dick. De esta manera mejorar los requerimientos y asegurar la adquisición de equipamientos realmente efectivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 33 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
ITEM 12 Autoclave digital con impresora integrada Donde dice 12KWSG Generador de vapor integral AVC001S Aspiradora Pulso avanzado (se adapta a autoclaves de 152 litros y menos) Requiere vapor integral de 12KWSG Solicitamos amablemente a la convocante extraer los códigos que pertenecen a una marca en especifica. Sugerimos que el parámetro se requiera de la siguiente manera, Generador de vapor incorporado de 12KW o mejor. De esta manera evitar confusiones y cualquier interpretación de direccionamiento de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 34 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
ITEM 12 Autoclave digital con impresora integrada Donde dice Proporciona un secado eficiente para cargas de telas/instrumentos envueltos combinado con una chaqueta térmica.AJP150 Chaqueta térmica AJP150C Camisa de refrigeración por agua AAR014 Temporización del proceso de detección de carga (sonda de temperatura del líquido). AAQ503 Compresor de aire integral AAR130 Impresora de datos integral (un tercer método de salida de datos después de la pantalla y el puerto USB).IQ/OQ001 Paquete de documentos IQ/OQ. Instalación y puesta en marcha. Solicitamos amablemente a la convocante Suprimir los códigos pertenecientes a una marca en especifica. Sugerimos Proporciona un secado eficiente para cargas de telas/instrumentos envueltos combinado con una chaqueta térmica. Temporización del proceso de detección de carga (sonda de temperatura del líquido). Compresor de aire, Impresora de datos integral. Instalación y puesta en marcha. De esta manera evitar confusiones y cualquier interpretación de direccionamiento de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 35 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>ITEM 12</p> <p>Autoclave digital con impresora integrada</p> <p>Donde dice Recipiente a presión de acero inoxidable electropulido 5 ciclos preestablecidos Sistema de cierre de acceso rápido Puerto de entrada de termopar interfaz USB.Capacidad: 120 l Rango de temperatura: 100-138°C Rango de presión: 0,2-2,4 bares. Indicador de agua baja.Drenaje del depósito. Sistema automático de purga de aire temporizado. Manómetro. Válvula de ventilación y controlador de pantalla táctil a color. Solicitamos amablemente a la convocante agregar rangos a los requerimientos de valor o aclarar que son requerimientos mínimos. Sugerimos</p> <p>Recipiente a presión de acero inoxidable electropulido de 316L</p> <p>5 ciclos preestablecidos o más: Tejido, líquido, instrumental, Bowie and dick, termolábil.</p> <p>Sistema de cierre de acceso rápido, mediante botón en la pantalla o en panel frontal</p> <p>Puerto de entrada de termopar o sonda de medición externa interfaz USB.</p> <p>Capacidad: 120 l o mayor</p> <p>Rango de temperatura: 100-138°C o mejor</p> <p>Rango de presión: 0,2-2,4 bares. O mejor</p> <p>Indicador de agua baja.</p> <p>Drenaje del depósito.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 36 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>ITEM 12</p> <p>Autoclave digital con impresora integrada</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento normas de calidades. Sugerimos, Norma de calidad: CE, FDA, ISO13485, JIS al menos 2 de ellas.</p> <p>También sugerimos que incluyan normas de calidad de fabricación de recipientes a presión, como certificado de calidad de fabricación ASME o PED. De esta manera garantizar la adquisición de productos de alta calidad diseñada acorde a normas de calidad internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 37 - ítem 5 . Espectrofotómetro de absorción atómica

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>Solicitamos a la convocante eliminar este punto: EMISIÓN, SIN BGC, BGC-D2, BGC-SR ya que esta dirigido a una marca en particular , así como permitir ofertar equipo con un monocromador diferente al Montaje Czerny-Turner con corrección de aberraciones , de esta manera se podrá dar mas oportunidades a otras marcas y así permitir la libre competencia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 38 - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
A modo de fomentar la libre competencia entre proveedores, y en mención al Artículo 20, inc. w de la Ley 2051/03, se solicita a la convocante la flexibilidad en la especificación técnica de un año de licencia para plataforma utilizada en el equipo, viendo que existen marcas que no necesitan la licencia, e igualmente pueden cumplir con la performance esperada, y así dar oportunidad a otras marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 39 - Ítem 9. Gabinete de almacenamiento de inflamables

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Solicitamos a la convocante si es posible ofertar gabinetes que cuenten con las siguientes características: ventilaciones dobles con para llamas, cuatro patas autonivelantes ajustables y un conector de conexión a tierra incorporado pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 40 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ítem 49

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Item 49		
Se podría cotizar un equipo digestión automatizada capaz de ejecutar todos los pasos de dosificación y filtración necesarios para el análisis de fibra cruda, así como la determinación de ADF y NDF para hasta 12 muestras simultáneamente? Esto permitirá completar el análisis de fibra en un tiempo de 90 minutos		
Se podría cotizar un equipo que permite almacenar hasta 10 programas para asegurar la automatización del análisis? Esto permitirá garantizar las mejores condiciones posibles y reproducibles para la digestión		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 41 - Ítem 15 - Cabina de seguridad biológica

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Consultamos a la convocante si el precio de referencia es correcto?, ya que si hablamos de una cabina de bioseguridad Clase II no se podría ofertar ya que no entra dentro de ese rango de precio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 42 - Item 19- Digestor de microondas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder ofertar vasos de 75 ml, de manera a permitir una mayor participación de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 43 - ítem 22 - Equipo analizador automatico de mercurio

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante aumentar el plazo de entrega a 180 días hábiles aproximadamente ya que con este equipo en particular es imposible cumplir la entrega, 60 días calendarios es un plazo muy corto y ningún proveedor podrá cumplir

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 44 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

1.Es posible cotizar un equipo digestión automatizada capaz de ejecutar todos los pasos de dosificación y filtración necesarios para el análisis de fibra cruda, así como la determinación de ADF y NDF para hasta 12 muestras simultáneamente, con un tiempo de análisis total de 90 minutos, y con las siguientes especificaciones: capacidad de 1.8 litros, dimensiones aproximadas: ancho 340 mm, profundidad 640 mm, alto 860 mm, con un peso de 42 kg, potencia 1900 W, voltaje 230 V, ya que las especificaciones indicadas en el pliego corresponden a un equipo marca Tecnal, lo cual impide la libre competencia entre los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 45 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

A modo de fomentar la libre competencia entre proveedores, y en mención al Artículo 20, inc. w de la Ley 2051/03, se solicita a la convocante la flexibilidad en la especificación técnica de un año de licencia para plataforma utilizada en el equipo, viendo que existen marcas que no necesitan la licencia, e igualmente pueden cumplir con la performance esperada, y así dar oportunidad a otras marcas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 46 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>A modo de fomentar la libre competencia entre proveedores, y en mención al Artículo 20, inc. w de la Ley 2051/03, se solicita a la convocante considerar equipos sin torreta, pero con 4 posiciones de lámparas y con una rejilla holográfica de 1200 líneas/mm.</p> <p>Las lámparas pueden ser multielementos y de esa forma no se sacrifican metales en la misma medición. Esto para dar oportunidad a otras marcas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC</p>		

Consulta 47 - Item 33

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>A modo de fomentar la libre competencia entre proveedores, y en mención al Artículo 20, inc. w de la Ley 2051/03, se solicita a la convocante excluir la especificación técnica de un año de licencia para plataforma ERMES, ya que esto es específico de una marca, y habiendo otras que no necesitan de esta licencia para cumplir con el propósito de análisis y la performance esperada, y por ello limitando a otros oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.</p>		

Consulta 48 - Item 41

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>Se consulta a la convocante ¿a qué se refieren con insumos y mano de obra para adecuación eléctrica? Favor detallar cuales son las operaciones requeridas y/o materiales que se debe incluir y tambien detallar los estándares que desean y/o el código del producto NIST.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.</p>		

Consulta 49 - Item 49

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
A modo de fomentar la libre competencia entre proveedores, y en mención al Artículo 20, inc. w de la Ley 2051/03, se solicita a la convocante rever las especificaciones técnicas que no aportan a la calidad y performance esperada del equipo, como ser : el color de la pintura electrostática, dimensiones (que puedan encontrarse en un rango de mm), peso (que puedan encontrarse en un rango de kg) , ya que estas son características específicas de una marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 50 - Item 14

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Podrían por favor aclarar cual es el porcentaje de recirculación de aire requerido para esta cabina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 51 - Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Podrían por favor aclarar cual es el porcentaje de recirculación de aire requerido para esta cabina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 52 - Item 33

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Podrían aceptar tambien equipos con capacidad de 20 muestras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 4. Plancha calefactora de vitroceramica. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar "con panel de control elevado para proteger frente a líquidos que puedan derramarse". Sugerimos "con panel de control elevado para proteger frente a líquidos que puedan derramarse opcional" con el fin de poder contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 54 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 4. Plancha calefactora de vitroceramica. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar "velocidad de calentamiento 5K/mín". Sugerimos "velocidad de calentamiento 5K/mín opcional" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 55 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 4. Plancha calefactora de vitroceramica. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar Dimensiones aproximada de la superficie de la placa: 250 x 250 mm (aproximadamente). Sugerimos Dimensiones de la superficie de la placa de 220 x 220 mm a 300 x 300 mm con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 56 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 11. Refrigerados/Congelador Combinado. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar Rango de trabajo aproximado entre +1 a +10°C y -10 a -30°C. Sugerimos Rango de trabajo aproximado entre +2 a +8°C y -15 a -30°C con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 11. Refrigerados/Congelador Combinado. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar Backup de batería aprox. 72 Hs. Sugerimos Backup de batería aprox. 48 Hs con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 58 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 14. Cabina de Bioseguridad para Laboratorio. Especificaciones técnicas: Se solicita amablemente a la convocante modificar 1 UPS acorde al equipo. Sugerimos 1 UPS acorde al equipo opcional con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se trata de un equipo portátil o de mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Alta precisión ($\pm 1,5\%$ de la lectura). Se sugiere Alta precisión ($\pm 2\%$ de la lectura) con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Precisión: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Se sugiere Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 62 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Resolución: $+0,1^{\circ}\text{C}$. Se sugiere Resolución: $+0,5^{\circ}\text{C}$ con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Interfaz USB para la fácil transferencia de datos. Se sugiere Interfaz USB para la fácil transferencia de datos opcional con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Con memoria mínimo de 1 GB. Se sugiere Con memoria mínimo de 1 GB con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Software para manejo de datos. Se sugiere Software para manejo de datos opcional con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 66 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Hora y Fecha interna real para registro de datos. Se sugiere Hora y Fecha interna real para registro de datos opcional con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 67 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Sugerimos a la convocante adminitr un ancho espectral de 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,8 hasta 1,2nm. Esto, permitirá una mejor deteccion (precisión y resolucion) de los metales a analizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 68 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Sugerimos a la convocante requerir que el equipo posea el sistema automatico de limpieza del cabezal del quemador para evitar formacion de hollin y evitar asi la limpieza manual del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Electrodo Coaxial en acero inoxidable K= 0,2.. Se sugiere Electrodo de acero inoxidable con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 70 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Sensor de Temperatura: - RTD de Platino con calibración trazable a NIST. Se sugiere Sensor de Temperatura: - RTD de Platino con calibración trazable a NIST opcional con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 71 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Solicitamos a la convocante especificar los limites de detección de cada lampara de cátodo hueco		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
No especificamos el límite de detección por que depende de cada equipo.		

Consulta 72 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 24. Conductivímetro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Soporte para mesada. Se sugiere Soporte para mesada opcional con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 73 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 34. Refrigerador. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Rango de temperatura de trabajo de 2 a 20°C. Se sugiere Rango de temperatura de trabajo de 2 a 8°C ya que es el rango de temperatura de la mayoría de los refrigerados y permitiría contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 74 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Sugerimos a la convocante establecer un plazo de garantía mínima del banco óptico para el equipo ofertado

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Ítem 38. pH-metro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación electrodo de pH de gel, cable de 1 m con transferencia segura de datos por USB con electrodo inteligente que conservan el historial de calibración y la configuración del método para reducir al mínimo los errores y el tiempo de preparación. Se sugiere electrodo de pH de gel, cable de 1 m con transferencia segura de datos por USB o DIN ya que la especificación de electrodo inteligente es redundante cuando el equipo tiene dicha capacidad y cierra este ítem a un solo oferente, por lo tanto permitiría contar con mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 76 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Ítem 38. pH-metro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Correa de mano y pie de apoyo. Se sugiere Correa de mano y pie de apoyo opcional ya que es un accesorio que no condiciona el buen funcionamiento del equipo y permitiría contar con mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.

Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Ítem 38. pH-metro. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Tampón de pH de un solo uso, pH 4,01, paquete de 20, Tampón de pH de un solo uso, pH 7,00, paquete de 20, Tampón de pH de un solo uso use pH Buffer, pH 10.01, pk/20. Se sugiere Tampón de pH 4,01, Tampón de pH 7,00, Buffer de pH 10.01. ya que las cantidades y presentaciones de soluciones buffer pueden variar de acuerdo a cada proveedor y esto permitiría una mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.

Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Ítem 40. Desionizador. Especificación técnica. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Deionizador con monitor de pureza de lectura directa 120V. Se sugiere Deionizador con monitor de pureza de lectura directa 240V ya que el voltaje solicitado no es compatible con la red eléctrica local y esto permitiría una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 79 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
Sugerimos a la convocante que determine una antigüedad máxima del modelo del equipo ofertado, así asegurar la provisión de servicios y repuestos por más tiempo, antes que el equipo sea descontinuado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
La convocante realizara una adenda con relación a la consulta.		

Consulta 80 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Item 14 cabina de seguridad biológica Donde dice Motores de doble Corriente Continua para equilibrar automáticamente las velocidades de entrada y salida de aire. - Certificaciones NSF/ANSI 49 UL, CE. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Motores de corriente Alterna, considerando que al aceptar este requerimiento no altera las prestaciones del equipo y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de proveedores, y evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 81 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
ITEM 14 Cabina de seguridad biológica Donde dice Filtros HEPA. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con filtros ULPA de mejor prestación. Considerando que el valor referencial da lugar al requerimiento y además permitir la participación de mayor cantidad de oferentes. Sugerimos Filtro HEPA o Mejor. Además evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca y aperturar las especificaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 82 - Ítem 7 Campana de Extracción grande

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
donde dice Apertura máxima de la puerta: 80 cm Solicitamos muy amablemente consideren apertura máxima de por lo menos 70cm de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 83 - Ítem 11 Refrigerados/Congelador Combinado

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
- Se solicita amablemente a la convocante que la especificación gráfico de temp sea opcional, a su vez podría considerar pantalla que indique la temperatura de cada cámara de manera a permitir mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 84 - Ítem 12 Autoclave digital con impresora integrada

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Se solicita amablemente a la convocante que donde dice Rango de temperatura: 100-138°C se considere Rango de temperatura: 105 136°C aproximadamente, teniendo en cuenta que las temperaturas habituales de esterilización en autoclave se encuentran aproximadamente en ese rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 85 - Ítem 13 Estufa de laboratorio estufa refrigerada

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
- Se solicita amablemente a la convocante que en la capacidad Neta del equipo se considere un rango de 150 a 200 litros en vez de las dos opciones 135 L o 169L solicitadas en el pliego actual, de manera a permitir mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 86 - Ítem 14 Cabina de Bioseguridad para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
- Se solicita amablemente a la convocante que considere el filtro ULPA como opción, para la cabina de bioseguridad de laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 87 - ÍTEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Favor aclara si donde dice: "Presentar Compromiso de Garantía mínima de 1 año y mantenimiento por 2 años" Significa que el oferente ya debe incluir la cotizacion del mantenimiento dentro de la oferta o solo comprometerse a que el servicio de mantenimiento debe disponibilizarse por esos 2 años		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 88 - ÍTEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Solicitamos a la convocante aclarar si donde dice: "Resolución mV: 0.1 Mv." No debería decir: "Resolución mV: 0.1 mv."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 89 - ÍTEM 25

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
consultamos a la convocante si admite una balanza analitica de 210g		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 90 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Donde dice Cabeza Trinocular Siedentopf inclinada a 45° y rotable 360° respecto al tubo con movimiento basculante de mariposa que aumenta la altura de visión 40mm solicitamos a la convocante admitir un cabezal trinocular tipo siendentopf de 45° con ajuste de altura, ya que las demás características son específicas de una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 91 - ITEM 47 MICROSCOPIO INVERTIDO

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Donde dice Condensador de Extra Larga Distancia de Trabajo ELWD A.N. 0.30, DT72mm con ranura para corredera de fases y diafragma de iris. Solicitamos a la convocante omitir el modelo del condensador ELWD, ya que dicho modelo corresponde a una sola marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 92 - Especificaciones Técnicas Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Donde dice Interfaces: se puede considerar otro tipo de puertos teniendo en cuenta que tenga 3 entradas o mas x USB (balanza, mouse, memoria USB), Ethernet (Pc) Favor considerar Debe contar con puertos para la extracción de información debido a que este detalle de la cantidad de 3 entradas USB (balanza, mouse, memoria USB), Ethernet (Pc) es una característica exclusiva de la marca VELP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 93 - Precio Referencial Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Solicitamos reconsiderar el valor referencial, puesto que inicialmente no se contempla la provisión de Chiller y ahora la convocante solicita incluir este periférico, por lo cual el precio final es muy superior al indicado actualmente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 94 - Item 49

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Donde dice: Gabinete: Construido en acero carbono con pintura electrostática blanca se consulta a la convocante si se podría cotizar un equipo, construido en acero inoxidable con pintura de color amarilla? Dado que el color del equipo, no afectaría en ningún criterio de calidad del análisis, ni en los resultados esperados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 95 - Item 49

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Donde dice: Capacidad de la cámara: 3000 ml, se consulta a la convocante si se podría ofertar un equipo automatico, con una capacidad de cámara de 1.8L, ya que ofrecería ventajas propia de una automatización del análisis , como reducción del consumo de sustancias químicas y energía, La normalización y automatización de las condiciones de análisis que permiten obtener en todo momento resultados precisos y reproducibles y los usuarios no tienen contacto directo con sustancias químicas, lo que incrementa la seguridad en el laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 96 - Item 49

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Donde dice: Tapa condensadora: En vidrio borosilicato permitiendo la visualización, Se consulta a la convocante si se podría ofertar un equipo con un sistema de sellado diferente, con elevador neumático, tratándose de un equipo automático, en el cual la tapa de PTFE forma parte del sistema de sellado. Se adjunta la foto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 97 - Item 49

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Donde dice: Dimensiones aproximada: Ancho=450 x Profundidad=300 Alto=490mm Peso: 17 kg Potencia: 1100 Watts Voltaje: 220 Volts Se consulta a la convocante si se puede ofrecer un equipo automático, pero con dimensiones de Ancho=340 x Profundidad=640 Alto=860, mm Peso: 42 kg, Potencia: 1900 W, y Voltaje de 230V? y además haciendo hincapié en que estas características /especificaciones no afectarían en ningún criterio de calidad del análisis, ni en los resultados esperados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 98 - Item 49

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Podrían aceptar equipos con capacidad de procesamiento de hasta 12 muestras en forma simultanea		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Respetar las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.		