

## Consultas Realizadas

# Licitación 418557 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TOMÓGRAFO DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS

### Consulta 1 - INSPECCIONES Y PRUEBAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2022
<p>En el punto 1 del ítem INSPECCIONES Y PRUEBAS dice: "El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante."</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto: El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones referidas a la(s) pieza (s) cambiada(s) por su cuenta y sin costo alguno para la contratante toda vez que se refiera a la misma falla.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>El texto que se solicita modificar: "El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante", corresponde a un texto estándar del PBC publicado por la DNCP, en el punto de Inspecciones y Pruebas, por lo que no podrá ser modificado. Lo que se menciona en ese punto en la parte completada por la Convocante según el siguiente detalle: "Una vez realizado el servicio de reparación y mantenimiento de acuerdo al cronograma de entregas, se procederá a su inspección y verificación, con las planillas pertinentes. Cuando se verifique que los servicios se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, se procederá a realizar los trámites pertinentes para el informe final que habilitara al proveedor a solicitar el pago de los servicios efectuado", aclara que se refiere a los servicios solicitados en el llamado.</p>		