

Consultas Realizadas

Licitación 418788 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE UROLOGIA, PLACAS RADIOGRAFICAS, CONTENEDOR DE ORINA E INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406070-PLURIANUAL

Consulta 1 - Ítem 14 Sonda Foley

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se consulta si el material debe ser 100% siliconado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|----------------------------------------|--------------------|------------|
| Las sondas deben ser 100% siliconadas. | | |

Consulta 2 - Ítem 15 Sonda Foley

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se consulta si el material debe ser 100% siliconado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|----------------------------------------|--------------------|------------|
| Las sondas deben ser 100% siliconadas. | | |

Consulta 3 - Ítem 17 Catéter / Stent

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ¿Se podría cotizar de 4.8 a 5Fr? ¿Se podría cotizar de 24 a 28cm? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 4 - Ítem 19 Vaina introductora

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|------------------------------------------|-------------------|------------|
| ¿Se podría cotizar 10 / 13Fr, 35 a 36cm? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 5 - Ítem 20 Vaina introductora

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|------------------------------------------|-------------------|------------|
| ¿Se podría cotizar 10 / 13Fr, 45 a 46cm? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 6 - Ítem 19 Vaina introductora

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ¿Se podría cotizar 10-12Fr? ¿Se podría cotizar 35-36cm? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 7 - Ítem 20 Vaina introductora

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ¿Se podría cotizar 10-12Fr? ¿Se podría cotizar 45-46cm? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 8 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ITEM 3 COLECTOR / CONTENEDOR DE ORINA: En el PBC en la Sección de las Especificaciones Técnicas solicitan, Frasco colector de plástico con tapa rosca, con indicador de volumen, de 100 ml de capacidad. Estéril. Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar Frasco colector de plástico con tapa rosca, con indicador de volumen, de 80 a 100 ml de capacidad. Estéril. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 9 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>ITEM 13 SET PARA BOMBA DE INFUSION: En el PBC en la Sección de las Especificaciones Técnicas solicitan: Set de Infusión Parenteral: Descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas intravenosa y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo de seguridad. Conexión a rosca tipo luer loc. Compatible con bomba de la marca BBRAUN. Transparente.</p> <p>Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar Set de Infusión Parenteral: Descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas intravenosa y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo de seguridad. Conexión a rosca tipo luer loc. Compatible con bomba de la marca MEDCAPTAIN. Transparente.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p> | | |

Consulta 10 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-09-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>ITEM 16 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE: Tira reactiva para la lectura de glucosa capilar en sangre. Compatible con el glucómetro CODEFREE con que cuenta el Hospital de Policía. Envase conteniendo tubo x 25 tiras como mínimo. Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar: Tira reactiva para la lectura de glucosa capilar en sangre. Compatible con el glucómetro ONCALL SURE. Envase conteniendo tubo x 25 tiras como mínimo</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p> | | |

Consulta 11 - ITEM 1 Esfinterotomo endoscópico

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consultamos si la longitud de punta distal se refiere al largo del alambre , y si es así si solicitamos que este debería ser de 20mm.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p> | | |

Consulta 12 - ITEM 4 Cateter guia

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante que ampliar las EETT ya que aquí pone un nombre y esto dirige a solo una marca por lo que para mayor participacion de oferentes solicitamos que sea: Guia Zebra o Hidrofilica: 0,35 x 1,50 cm punta recto y angulada</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se realiza la modificación correspondiente. Se solicita Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, Versión 2.</p> | | |

Consulta 13 - ITEM 4 Cateter guia

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante tener en cuenta que el nombre del producto es una cosa y las eett se refieren a otro producto. Piden Cateter guia , que es un cateter y las EETT detallan un hilo guia . | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Se solicita Guía hidrofílica. | | |

Consulta 14 - ITEM 17 Cateter / Stent urinario uretral

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante si el Stent debe venir con hilo guia- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| en la especificación técnica, se menciona hidrofílico, lo que corresponde al hilo guía. | | |

Consulta 15 - ITEM 18 Cateter / Stent urinario uretral

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante si el Stent debe venir con hilo guia- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| en la especificación técnica, se menciona hidrofílico, lo que corresponde al hilo guía. | | |

Consulta 16 - ITEM 19 Vaina Introdutora

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Vaina de acceso Ureteral 10,5/13 x 35 a 36 cm, con introductor flexible, anillo radiopaco, Hidrofílico | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 17 - ITEM 20 Vaina Introdutora

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Vaina de acceso Ureteral 10,5/13 x 45 a 46 cm, con introductor flexible, anillo radiopaco, Hidrofílico | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 18 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 15 días desde la recepción de la orden de compra ya que la mayoría de los productos son importados.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.

Consulta 19 - Plan de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Plan de entrega de los bienes, dice:

30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.
70% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.

Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera:

30% de lo Adjudicado a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.

70% de lo Adjudicado a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se solicita adecuarse al pliego de bases y condiciones, el plan de entrega esta establecido debido a la necesidad de contar con los bienes en el menor tiempo posible.

Consulta 20 - Ítem 1 Esfinterotomo Endoscópico

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: diámetro de parte distal 5 a 6 Fr., Longitud de trabajo.

Se consulta a la convocante si el diámetro de la parte distal podría ser desde 4.5 a 6 Fr. , de manera de dar más oportunidades a mas oferentes

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.

Consulta 21 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Plan de entrega de los bienes, dice: 30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. 70% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato. Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera: 30% de lo Adjudicado a los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. 70% de lo Adjudicado a los 30(treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato. Ya que los insumos deben ser importados.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se solicita adecuarse al pliego de bases y condiciones, el plan de entrega esta establecido debido a la necesidad de contar con los bienes en el menor tiempo posible.</p> | | |

Consulta 22 - Item 17 - Cateter / Stent urinario uretral .

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>PBC DICE: Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 5 FR - 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico. Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera las EETT Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 4.8 o mayor 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico o percuflex revestido de hidroplus, para mayor participación de oferentes.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p> | | |

Consulta 23 - Item 18 - Cateter / Stent urinario uretral .

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 7 FR - 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera las EETT Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 7 FR 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico o percuflex revestido de hidroplus, para mayor participación de oferentes</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p> | | |