

Consultas Realizadas

Licitación 419507 - CVE N° 47/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HISTOCOMPATIBILIDAD - MSPYBS - LCSP.

Consulta 1 - REACTIVOS EN COMODATO - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
El PBC de bases y Condiciones menciona cuanto sigue: " El oferente deberá realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos a ser entregados en comodato de manera inmediata, incluyendo los insumos Y Consumibles Necesarios Para El Funcionamiento, contados a partir de la firma del Contrato. El proveedor adjudicado se hará responsable de cualquier modificación en la estructura del servicio (edilicia, eléctrica, cañería para desagüe u otros), de ser necesario, para la instalación y puesta en marcha de los mismos. Se establece que el proveedor adjudicado podrá conectarse al generador disponible, cuyo costo de interconexión será sin costo extra para la convocante. El proveedor adjudicado deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios, incluidos, calibraciones y controles para la puesta en funcionamiento del equipo en comodato sin costo para la convocante " Pregunta: Pudiera la convocante aclarar y/o eliminar el punto de adecuación edilicia o indicar exactamente donde se instalará el equipo fluorómetro, en vista a que el espacio podría ser insuficiente en las actuales instalaciones. del departamento correspondiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
El área de Histocompatibilidad cuenta con la instalación edilicia y eléctrica, no así con la mesada sobre la cual debe ir el equipo a ser entregado en comodato, por lo que se extiende la invitación a los oferentes para acercarse a verificar el área seleccionada para constatar los requerimientos para lo solicitado.		

Consulta 2 - TIEMPO DE RESPUESTA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
El PBC menciona cuanto sigue: "...El tiempo de respuesta deberá ser de 24 horas o menor y dentro del horario de trabajo del laboratorio, con personal calificado." Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante puedan aclarar específicamente el horario de trabajo del Laboratorio, esto permite al oferente poder coordinar acciones de su servicio técnico especializado.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
El horario de funcionamiento del área de Histocompatibilidad es de 24 hs.		

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Plan de entrega: Se solicita amablemente a la convocante que el plan de la 1° entrega se amplie a por lo menos 45 días, debido a que los artículos son importados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Lote 1 ítem 7: Solicitamos amablemente a la convocante que el reactivo sea compatible con el equipo fluorometro en comodato a ser entregado por los ítems 1 al 6, en lugar de utilizar el equipo fluorometro Lumix 200TM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones.		

Consulta 5 - ítem 1 del lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
Favor aclarar si con "capacidad para aislar al menos 200 uL de ADN de alta pureza" se refieren al volumen de elución o al volumen de muestra inicial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
Se refiere a la capacidad para aislar 200 uL de elución.		