

Consultas Realizadas

Licitación 419643 - ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO Y EQUIPO DE NEFROSCOPIO PERCUTANEO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO

Consulta 1 - Requisitos de capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice: Listado del personal técnico en reparación de equipos médicos (minimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de CI vigente de cada personal y copia de planilla de seguro social en donde figure el personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal medico Se solicita a la convocante amablemente considerar la aceptación del personal técnico que sea miembro de la patronal y razón por la cual no figura en la planilla del seguro social, para poder brindar la capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
El personal técnico encargado de la capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico, podrá ser miembro de la patronal de la empresa. Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas. ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
ÍTEM 1 1. (4.3) Se solicita la posibilidad de ofertar touchscreen de 10 o más. 2. (4.12) Se solicita admitir el rango dinámico de 265dB o más. 3. (4.4) Se solicita modificar el requerimiento a opcional Solicitamos a la convocante puedan ser modificados estos requerimientos a modo de contar con mayor cantidad de propuestas económicas y técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
1. Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La pantalla táctil debe ser de 13 pulgadas o mayor, es para mejor manejo de funciones y confort del usuario. 2. Rango dinámico del sistema de 265 dB o superior. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Versión 2. 3. Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La pantalla táctil debe tener gestos tipo Tablet para mejor flujo de trabajo del operador.		

Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato. Solicitamos la ampliación de dicho requerimiento, el plazo solicitado es excesivamente corto puesto que se trata de un bien importado y todas las importaciones se están viendo afectadas por la crisis de contenedores y por los excesivos costos de las importaciones. Solicitamos el plazo de entrega sea de 60 días calendario a partir de la recepción de la Orden de entrega nimiamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse al plazo de entrega establecido en el PBC, debido a la necesidad de contar con el equipo médico de manera urgente.		

Consulta 4 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos ampliar el plan de entregas del ítem Nº 2 Nefroscopio pecutáneo a por lo menos 60 días, desde la firma del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse al plazo de entrega establecido en el PBC, debido a la necesidad de contar con el equipo médico de manera urgente.		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Item 1 Ecocardiógrafo Donde dice Posibilidad de admitir transductor transesofágico a futuro. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como opcional, considerando que esto se debe solicitar en fábrica la preconfiguración por software el cual eleva el costo en la mayoría de los equipos, y que con los transductores ya solicitado en este llamado se cumple con los propósitos de aplicación (cardiológica, general), sugerimos Posibilidad de admitir transductor transesofágico a futuro (OPCIONAL). De esta manera dar mayor participación a oferentes y obtener mejores propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se acepta la Posibilidad de admitir transductor transesofágico a futuro como (OPCIONAL). Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Item 1 Ecocardiógrafo Donde dice Software para Eco Stress. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional, considerando que esta función en específica cuentan solamente algunas marcas, y son funciones que se deben utilizar con otros equipamientos, de esta manera no limitar la participación de potenciales oferentes con equipamientos que cuentan con otras funciones de mejor prestación, y también obtener mejores ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC, debido a que la función de Eco stress es fundamental para contar con estudios avanzados de cardiología.		

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Item 1 Ecocardiógrafo Donde dice Modo Physio para adquisición de señal ECG, solicitamos amablemente a la convocante agrega a esta función como opcional, o sustituir por otro tipo de función, considerando que son modos y denominaciones específica de una marca, de esta manera ampliar los requerimientos para que haya mayor participación de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La función de ECG tienen todos los equipos de Ecocardiografía, y se utiliza para realizar sincronización durante la realización de estudios de ECO STRESS y STRAIN.		

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Item 1 Ecocardiógrafo Donde dice Cable ECG de tres derivaciones. Cantidad: 01 (una) unidad. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional. Considerando que son accesorios propicios de equipos que cuentan con salida o conexión para electrocardiograma. De esta manera aclarar la solicitud, considerando que no se especifica en requerimientos anteriores un puerto de conexión para electrocardiograma.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. El cable de ECG se utiliza durante los estudios de ECO STRESS y STRAIN para la sincronización de la señal de electrocardiograma, al solicitar el módulo Physio ECG se entiende que esta debe tener entrada para conectar cable ECG.		

Consulta 9 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Condiciones de Entrega: Todos los equipos deberán contar con un grabado en un lugar visible y que no afecte al equipo... Solicitamos que se excluya este requisito para el ítem Nº 2 Nefroscopio pecutáneo, considerando que son instrumentos delicados y de tamaño reducido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
En el PBC se establece: Todos los equipos deberán contar con un grabado en un lugar visible y que no afecte al equipo, en bajo relieve o pirograbado, o en su defecto una placa metálica, con el texto USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO (2022), según el tamaño del área disponible. En caso de que el grabado pueda ocasionar daño al equipo la leyenda se hará con etiqueta adhesiva de seguridad. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el PBC, teniendo en cuenta que la leyenda USO EXCLUSIVO es según el tamaño del área disponible y en el caso de que el grabado pueda ocasionar daño al equipo la leyenda se hará con etiqueta adhesiva de seguridad.		

Consulta 10 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Visita al sitio de Ejecución de Contrato, Pág. 7, en el PBC se indica que las visitas al sitio NO APLICAN		
En base a lo solicitado en el apartado de instalación (pagina 25) y considerando la importancia de que el sitio de instalación para cada equipo cumpla con los requerimientos de espacio y condiciones eléctricas que permitan el correcto funcionamiento e instalación. Solicitamos a la convocante:		
Definir la sala destinada al equipo.		
Incluir la realización de una visita de verificación a la sala destinada para la instalación.		
La importancia de lo consultado obedece a que los posibles proveedores puedan conocer la situación actual de dicha sala.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
No aplica la Visita Técnica, teniendo en cuenta que el equipo requerido no requiere de una instalación especializado ni altera partes edilicias. Además, el bien requerido se va a instalar en la misma sala de ecografía del hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
El PBC establece: "Demostrar haber suministrado satisfactoriamente equipos médicos para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2019 2020 y 2021) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total ofertado" Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de equipos médicos "de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación", a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (tres) años (2019 2020 2021).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a los requisitos establecidos en el PBC, teniendo en cuenta que el objeto del llamado es la adquisición de equipos médicos, y al establecer experiencias específicos estaríamos limitando la participación de más oferentes.		

Consulta 12 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Se solicita a la Convocante establecer: Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida en la provisión de equipos médicos" de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a los requisitos establecidos en el PBC, teniendo en cuenta que el objeto del llamado es la adquisición de equipos médicos, y al establecer experiencias específicos estaríamos limitando la participación de más oferentes.		

Consulta 13 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la Convocante permitir la presentación del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente, o constancia en trámite de renovación, pues el procedimiento está teniendo bastante retraso, estando pendientes de emisión solicitudes de incluso tres meses atrás.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que el oferente deberá necesariamente contar con el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente, a fin de dar cumplimiento a las normativas del M.S.P. Y B.S.		

Consulta 14 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en el Reajuste, Página 45, la fórmula se basa en la variación del IPC. El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar utilizando la siguiente fórmula: $V1 = P * \{(Cmc/Co) - 1\};$ P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Las fórmulas de reajustes de precios aplicadas y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones son Universales utilizados en caso de que se diera los casos citados en el PBC. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos, Solicitamos diga: Dispositivo Bluetooth y/o conexión WiFi para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. En el punto 1.4.14 ya se solicita conexión Wireless o WIFI.		

Consulta 16 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: Panel de control con pantalla táctil de 13 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Solicitamos diga Panel de control con pantalla táctil de 8 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La pantalla táctil debe ser de 13 pulgadas o mayor para mejor manejo de funciones y confort del usuario.		

Consulta 17 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En el Punto 5.17. El usuario puede hacer Modo M, Modo M anatómico y Modo M anatómico curvado, partiendo de un video clip guardado en el archivo del equipo, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnostico desde un archivo guardado en el equipo, donde se puede hacer un buen seguimiento del paciente.		

Consulta 18 - ITEM 1. ECOCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Punto 4.3. Solicitan: Panel de control con pantalla táctil de 13 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Solicitamos permita ofertar equipos con Panel de control con pantalla táctil de 10 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La pantalla táctil debe ser de 13 pulgadas o mayor para mejor manejo de funciones y confort del usuario.		

Consulta 19 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Punto 4.11. Donde dice: Memoria CINE de al menos 1.000 cuadros o superior o 1.000 segundos o superior. Recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 4.000 cuadros o superior o 1.000 segundos o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Se establecen los valores mínimos de 1000 segundos, los oferentes podrán presentar características que superen las especificaciones técnicas solicitadas.		

Consulta 20 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Punto 4.13 Solicitan: Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos solicitamos que este punto sea opcional de manera a permitir una mayor participación de oferentes lo que se traducirá en un gran beneficio para la institución		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para la transferencia directa de imágenes y videos a dispositivos por ejemplo teléfonos celulares para realizar interconsultas de manera rápida y eficiente.		

Consulta 21 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Punto 5.16. Donde dice: Modo M anatómico curvado, el usuario puede dibujar la línea de modo M libremente, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnóstico.		

Consulta 22 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Punto 7.2 Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz a 6 MHz. Cantidad: 01 unidad., solicitamos diga: Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz a 5 MHz. Cantidad: 01 unidad. Teniendo en cuenta que se pide transductor pediátrico neonatal que alcanza frecuencias mayores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Los parámetros solicitados para este transductor son utilizados también en pacientes pediátricos donde se necesita frecuencias altas con una mayor profundidad.		

Consulta 23 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Punto 7.3. Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos permita ofertar Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 9 MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Se solicita frecuencias más altas para mejor calidad de estudios en pacientes recién nacidos donde se tiene mejor calidad de imagen superficial.		

Consulta 24 - ITEM 1 ECOGRAFO MODULAR

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En el ítem 4.1.3 donde dice Panel de control con pantalla táctil de 13 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla táctil de 12 o mayor ya que comercialmente la mayoría de los ecógrafos que tienen pantalla táctil adherida son de 12 y esta característica no disminuye ni afecta a la aplicación de diagnóstico que se le da a un equipo de ultrasonido, sino mas es una característica técnica propia de cada fabricante y además de esta forma no se limita la participación de posibles oferentes. Por lo expuesto sugerimos que el ítem de la siguiente manera: dice Panel de control con pantalla táctil de 12 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La pantalla táctil debe ser de 13 pulgadas o mayor para mejor manejo de funciones y confort del usuario.		

Consulta 25 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En el ítem 1.4.13 donde dice Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos solicitamos amablemente a la convocante permitir que dispositivo bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos sea OPCIONAL, considerando que el ecógrafo puede exportar imágenes y videos por medio USB y el mismo puede entregar los informes y resultados de estudios a través de formatos impresos. En este sentido sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos opcional y así no limitar la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para la transferencia directa de imágenes y videos a dispositivos por ejemplo teléfonos celulares para realizar interconsultas de manera rápida y eficiente.		

Consulta 26 - Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
7.3 Donde dice: Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos diga: Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 5 MHz a 10 MHz, teniendo en cuenta que el transductor adulto/pediatrico cubre las frecuencias más bajas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Se solicita frecuencias más altas para mejor calidad de estudios en pacientes recién nacidos donde se tiene mejor calidad de imagen superficial.		

Consulta 27 - ITEM 1 ECOGRAFO MODULAR

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En el ítem 1.5.1.5 donde dice El Modo M anatómico puede tener 3 líneas independientes en tiempo real solicitamos amablemente a la convocante permitir la cotización de equipos que tengan 1 o más líneas independientes en tiempo real; de esta manera más oferentes tendrían la oportunidad de participar. En este sentido sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: El Modo M anatómico puede tener 1 o más líneas independientes en tiempo real.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico en tres niveles, ápice, válvula mitral y músculos papilares, y dar mejor diagnóstico.		

Consulta 28 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En el ítem 1.5.1.6 donde dice Modo M anatómico curvado, el usuario puede dibujar la línea de modo M libremente solicitamos amablemente a la convocante que el modo M anatómico curvado donde el usuario puede dibujar la línea de modo M libremente sea considerando OPCIONAL ya que este ítem limita la participación de potenciales oferentes. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Modo M anatómico curvado, el usuario puede dibujar la línea de modo M libremente (OPCIONAL)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas en el PBC. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnóstico.		

Consulta 29 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En el ítem 1.5.1.7 donde dice El usuario puede hacer Modo M, Modo M anatomico y Modo M anatomico curvado, partiendo de un video clip guardado en el archivo del equipo solicitamos amablemente a la convocante que el modo M anatómico curvado partiendo de un video clip guardado en el archivo del equipo sea considerado OPCIONAL ya que este ítem limita la participación de potenciales oferentes. Por lo tanto sugerimos que el ítem quede de la siguiente forma: El usuario puede hacer Modo M, Modo M anatomico y Modo M anatomico curvado, partiendo de un video clip guardado en el archivo del equipo, opcional		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnostico desde un archivo guardado en el equipo, donde se puede hacer un buen seguimiento del paciente.		

Consulta 30 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En el ítem 1.6.2.5 donde dice Analisis para la evaluacion de Zscore solicitamos muy amablemente a la convocante que el Analisis para la evaluacion de Zscore sea considerada OPCIONAL ya este ítem limita la participación de potenciales oferentes y el único fabricante que cumple con esta característica el la marca GE. Por lo tanto sugerimos que el ítem quede de la siguiente forma: Analisis para la evaluacion de Zscore. Opcional.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se acepta Análisis para la evaluación de Zscore. OPCIONAL. Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 31 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice:"Panel de control con pantalla táctil de 13 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones." Solicitamos a la convocante modificar a "Panel de control con pantalla táctil de 10" o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones." lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La pantalla táctil debe ser de 13 pulgadas o mayor para mejor manejo de funciones y confort del usuario.		

Consulta 32 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice:"Pantalla táctil secundaria con gestos tipo tablet para mejorar la interacción con el equipo." solicitamos a la convocante poner como opcional esta característica, Lo solicitado se debe a que la mayoría de las marcas cuentan con el manejo interactivo del menú y acceso a modos de operación, aplicaciones y configuraciones del equipo en el monitor tipo táctil.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La pantalla táctil debe tener gestos tipo Tablet para mejor flujo de trabajo del operador.		

Consulta 33 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco duro de 1 TB o superior" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro de 500 GB o superior" ya que la capacidad de los discos varía ampliamente entre las diferentes marcas, esta diferencia no afecta el normal desempeño del equipo ni las funciones de almacenamiento		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se acepta la Capacidad en disco duro de 500 GB o superior. Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 34 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: "Rango dinámico del sistema de 280 dB o superior" solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Rango dinámico del sistema de 265 dB o superior" a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
acepta Rango dinámico del sistema de 265 dB o superior. Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 35 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice "Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Dispositivo Wifi para transferencia inalámbrica de imágenes y videos" debido a que la tecnología WiFi ofrece conexiones más rápidas y con más ancho de banda.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. En el punto 1.4.14 ya se solicita conexión Wireless o WIFI.		

Consulta 36 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: "Modo M anatómico curvado, el usuario puede dibujar la línea de modo M libremente" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que con la función del Modo M anatómico de libre movimiento se puede realizar la evaluación de las mismas proyecciones		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnóstico.		

Consulta 37 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: "El usuario puede hacer Modo M, Modo M anatómico y Modo M anatómico curvado, partiendo de un video clip guardado en el archivo del equipo" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que corresponde a una característica de un equipo de una única marca, además la mayoría de los estudios y mediciones se realizan en tiempo real.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnóstico desde un archivo guardado en el equipo, donde se puede hacer un buen seguimiento del paciente.		

Consulta 38 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan: Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz a 6 MHz. Cantidad: 01 unidad., solicitamos diga: Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz a 5 MHz. con profundidad de al menos 34cm Cantidad: 01 unidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Los parámetros solicitados para este transductor son utilizados también en pacientes pediátricos donde se necesita frecuencias altas con una mayor profundidad.		

Consulta 39 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice:"Análisis para la evaluación de Zscore." solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se acepta Análisis para la evaluación de Zscore. OPCIONAL. Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 40 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice:"Medición automática de la íntima media en tiempo real." solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Medición automática de la íntima media en tiempo real o en imagen congelada Lo solicitado se debe a que la mayoría de las marcas realizan la Medición automática de la íntima media en imagen congelada lo cual mejora la exactitud del resultado y no afecta a la funcionalidad del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se acepta Medición automática de la íntima media en tiempo real o en imagen congelada. Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 41 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice:"Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz a 6 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz o menor a 4 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Los parámetros solicitados para este transductor son utilizados también en pacientes pediátricos donde se necesita frecuencias altas con una mayor profundidad.		

Consulta 42 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: "Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 8 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Se solicita frecuencias más altas para mejor calidad de estudios en pacientes recién nacidos donde se tiene mejor calidad de imagen superficial.		

Consulta 43 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: "Garantía: 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, según protocolo del fabricante durante el tiempo de garantía." Solicitamos a la convocante considerar que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC. Además, aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiese sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Los transductores deben estar cubiertos por la garantía de fábrica por el periodo solicitado.		

Consulta 44 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice " Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato., solicitamos que el plazo de entrega del equipo sea de al menos 60 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse al plazo de entrega establecido en el PBC, debido a la necesidad de contar con el equipo médico de manera urgente.		

Consulta 45 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice" Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato., solicitamos a la convocante aceptar el préstamo de equipos de igual o mayor prestación durante el tiempo de fabricación e importación del ecocardiógrafo al país. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse al plazo de entrega establecido en el PBC, debido a la necesidad de contar con el equipo médico de manera urgente.		

Consulta 46 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: Análisis para la evaluación de Zscore, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
RESPUESTA: Se acepta Análisis para la evaluación de Zscore. OPCIONAL. Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 47 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Recomendamos incluir herramienta que permite mejorar la definición endocárdica, a través del uso de un agente de contraste		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. El alto costo de los medios de contraste y considerando que los equipos cuentan cada vez con mayor resolución y calidad de imagen hacen que esta función pueda ser prescindible.		

Consulta 48 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Recomendamos incluir: Evaluación de deformación del ventrículo derecho y Ventrículo izquierdo por speckle tracking		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Se establecen los valores mínimos de Strain los oferentes podrán presentar características que superen las especificaciones técnicas solicitadas.		

Consulta 49 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice: Medición automática de la íntima media en tiempo real., recomendamos diga: Medición automática de la íntima media en tiempo real con precisión de 21µm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se acepta Medición automática de la íntima media en tiempo real o en imagen congelada. Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Versión 2.		

Consulta 50 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Software que permita la corrección la posición automática del ROI y del volumen de muestra y angulación automática del ROI siguiendo la angulación del vaso con un solo botón		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Se establecen los valores mínimos para el equipo, los oferentes podrán presentar características adicionales que superen las especificaciones técnicas solicitadas.		

Consulta 51 - Item 1 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Donde dice "Rango dinámico del sistema de 280 dB o superior", podría decir "Rango dinámico del sistema de 240dB o superior", esto sería para dar mayor oportunidad a otros participantes. Siendo este componente uno de varios factores que influyen en la imagen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. El rango dinámico mínimo solicitado es de 265 dB modificado en el PBC versión 2.		

Consulta 52 - Item 1 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Donde Dice "Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos", podría decir "Dispositivo de transferencia de datos a otros dispositivos externos" siempre y cuando realice esta funcion, sería aceptable otro tipo de comunicacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta función es importante para la transferencia directa de imágenes y videos a dispositivos por ejemplo teléfonos celulares para realizar interconsultas de manera rápida y eficiente.		

Consulta 53 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice:"Panel de control con pantalla táctil de 13 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones." Solicitamos a la convocante modificar a "Panel de control con pantalla táctil de 10" o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones." lo solicitado CONSTITUYE UNA CARACTERÍSTICA MERAMENTE CONSTRUCTIVA QUE NO AFECTA AL ESTUDIO NI A LA CALIDAD DE IMAGEN, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. La pantalla táctil debe ser de 13 pulgadas para mejor manejo de funciones y confort del usuario.		

Consulta 54 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice:"Pantalla táctil secundaria con gestos tipo tablet para mejorar la interacción con el equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo" Lo solicitado se debe a que la mayoría de los equipos ya cuentan con el manejo interactivo del equipo en el monitor principal táctil. "POR LO QUE SE PUEDE REALIZAR LA MISMA FUNCIÓN SOLICITADA EN EL MONITOR TÁCTIL PRINCIPAL"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. La pantalla táctil debe tener gestos tipo Tablet para mejor flujo de trabajo del operador.		

Consulta 55 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice "Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos o dispositivo WIFI para transferencia inalámbrica de imágenes y videos." lo solicitado se debe a que la tecnología WiFi ofrece conexiones más rápidas y con más ancho de banda, por lo que modificando este punto permitirán la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta función es importante para la transferencia directa de imágenes y videos a dispositivos por ejemplo teléfonos celulares para realizar interconsultas de manera rápida y eficiente.		

Consulta 56 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
En el punto 5.1.5 donde dice El Modo M anatómico puede tener 3 lñeas independientes en tiempo real Solicitamos que este punto quede de la siguiente manera "El Modo M anatómico puede tener de 1 o 3 líneas independientes en tiempo real" a modo de permitir mayor cantidad de oferentes posibles		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico en tres niveles, ápice, válvula mitral y músculos papilares, y dar mejor diagnóstico.		

Consulta 57 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
En donde solicitan Modo M anatómico curvado, el usuario puede dibujar la línea de modo M libremente. Solicitamos muy amablemente a la convocante que este punto sea Eliminado o OPCIONAL debido a estar dirigido a una sola marca y contradice con lo que dice La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta modalidad está disponible en la mayoría de los fabricantes de equipos de Ecocardiografía, no es específico de una sola marca.		

Consulta 58 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
En el punto 5.1.7 El usuario puede hacer Modo M, Modo M anatómico y Modo M anatómico curvado, partiendo de un video clip guardado en el archivo del equipo. Solicitamos muy amablemente a la convocante que este punto sea Eliminado o OPCIONAL debido a estar dirigido a una sola marca y contradice con lo que dice La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnostico desde un archivo guardado en el equipo, donde se puede hacer un buen seguimiento del paciente. Además, esta modalidad está disponible en la mayoría de los fabricantes de equipos de Ecocardiografía, no es específico de una sola marca.		

Consulta 59 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice:"Despliegue de Ojo de Buey" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta función es importante para la evaluación de los valores de Strain.		

Consulta 60 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
En el punto 6.2.6 Software para el analisis cuantitativo del movimiento de las paredes del VI, STRAIN con calculos de strain longitudinal y circunferencial Solicitamos a la conovcante este punto deba ser OPCIONAL por ser un software especifico de una marca en especial, y por lo que contradice a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. El software de Strain está disponible en la mayoría de los fabricantes de equipos de Ecocardiografía, no es específico de una sola marca.		

Consulta 61 - Ítem 1 Ecocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
En el punto donde solicitan Despliegue de Ojo de Buey. Solicitamos muy amablemnte que este punto sea OPCIONAL debido al direccionamiento irregular a un marca en especifica y en el cual contradice con lo que estipula la La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta función es importante para la evaluación de los valores de Strain. Además, Está disponible en la mayoría de los fabricantes de equipos de Ecocardiografía, no es específico de una sola marca.		

Consulta 62 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice: "Calculo de Strain Global, Volumen Sistólico, Volumen Diastólico y fracción de eyección" solicitamos a la convocante modificar a "Calculo de Strain Global, cálculo mediante Auto left Heart o tecnología similar del: Volumen Sistólico, Volumen Diastólico y fracción de eyección" lo solicitado se debe a que cada casa comercial realiza los cálculos de volumen sistólico, volumen diastólico y fracción de eyección mediante diferentes tipos de softwares.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen los valores mínimos para el equipo, los oferentes podrán presentar características adicionales que superen las especificaciones técnicas solicitadas.		

Consulta 63 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice" Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE IGUAL O MAYOR PRESTACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DEL ECOCARDIOGRAFO AL PAÍS. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse al plazo de entrega establecido en el PBC, debido a la necesidad de contar con el equipo médico de manera urgente.		

Consulta 64 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice:"Garantía: 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, según protocolo del fabricante durante el tiempo de garantía." Solicitamos a la convocante considerar que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC. Además, aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiese sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. Los transductores deben estar cubiertos por la garantía de fábrica por el periodo solicitado.		

Consulta 65 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice: "Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 8 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia en +/- 2MHZ, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita frecuencias más altas para mejor calidad de estudios en pacientes recién nacidos donde se tiene mejor calidad de imagen superficial.		

Consulta 66 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice: "Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz a 6 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor sectorial adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 MHz o menor a 4 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada tipo de transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia en +/- 2MHZ. Así también cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que también solicitamos eliminar la palabra cristal único de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Los parámetros solicitados para este transductor son utilizados también en pacientes pediátricos donde se necesita frecuencias altas con una mayor profundidad.		

Consulta 67 - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Solicitan panel de control con pantalla táctil de 13 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones Considerando que esto no es del todo relevante ni determinará la calidad de los estudios, solicitamos amablemente permita ofertar equipos con: Panel de control con pantalla táctil de 10 o mayor para el manejo interactivo del menú, acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Esta pantalla táctil no se utiliza para visualización de los estudios sino como dice solo para el menú y considerando que no solicitan herramientas avanzadas de cardiología la cantidad de menú y opciones será limitada y perfectamente visible en 10" consideramos que insistir con este punto (13") solo evita la participación de oferentes sin que esto le brinde al diagnostico ni al usuario del equipo ningún beneficio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La pantalla táctil debe ser de 13 pulgadas o mayor para mejor manejo de funciones y confort del usuario.		

Consulta 68 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Punto 7.2 Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz a 6 MHz. Cantidad: 01 unidad., solicitamos diga: Transductor sectorial adulto/pediátrico de cristal único con ancho de banda de 2 MHz a 5 MHz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Los parámetros solicitados para este transductor son utilizados también en pacientes pediátricos donde se necesita frecuencias altas con una mayor profundidad.		

Consulta 69 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Punto 7.3. Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos permita ofertar Transductor sectorial pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 9 MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita frecuencias más altas para mejor calidad de estudios en pacientes recién nacidos donde se tiene mejor calidad de imagen superficial.		

Consulta 70 - Item 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice:"Modo M anatómico curvado, el usuario puede dibujar la línea de modo M libremente" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que con la función del Modo M anatómico de libre movimiento se puede realizar la evaluación de las mismas proyecciones, permitiendo así una mayor cantidad de oferentes potenciales. Además el modo M anatómico salió de las guías ASE de ecocardiografía en el año 2015, pues el mismo distorsiona el resultado clínico. Para el caso de la utilización del Modo M anatómico Curvo se recomienda actualmente reemplazarlo con Strain, para el estudio de la pared ventricular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnóstico. Se solicitó adicionalmente la función de Strain.		

Consulta 71 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice:"El usuario puede hacer Modo M, Modo M anatómico y Modo M anatómico curvado, partiendo de un video clip guardado en el archivo del equipo" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que con la función del Modo M y Modo M anatómico de libre movimiento en tiempo real se puede realizar la evaluación de todas las proyecciones. Además el modo M anatómico salió de las guías ASE de ecocardiografía en el año 2015, pues el mismo distorsiona el resultado clínico. Para el caso de la utilización del Modo M anatómico Curvo se recomienda actualmente reemplazarlo con Strain, para el estudio de la pared ventricular en tiempo real y en video clip archivado. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de obtener la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnostico desde un archivo guardado en el equipo, donde se puede hacer un buen seguimiento del paciente.		

Consulta 72 - Ítem 1 - Ecocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice:"Modo M anatómico curvado, el usuario puede dibujar la línea de modo M libremente" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que con la función del Modo M anatómico de libre movimiento se puede realizar la evaluación de las mismas proyecciones. Además el modo M anatómico salió de las guías ASE de ecocardiografía en el año 2015, pues el mismo distorsiona el resultado clínico. Para el caso de la utilización del Modo M anatómico Curvo se recomienda actualmente reemplazarlo con Strain, para el estudio de la pared ventricular. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de obtener la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Se solicita al Oferente ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta función es importante para que el usuario pueda corregir el posicionamiento anatómico y dar mejor diagnóstico. Se solicitó adicionalmente la función de Strain.		