

Consultas Realizadas

Licitación 420001 - LPN Nº 02/2023 - "ADQUISICIÓN DE NEURONAVEGADOR PARA EL ÁREA DE NEUROCIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"

Consulta 1 - Personal Tecnico Calificado

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Consultamos amablemente a la convocante en cuanto al personal técnico calificado, solicitar al menos dos ingenieros biomedicos entrenados la solicitud atiende ya que el equipo solicitado necesita asistencia técnica durante el uso con el personal médico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Resulta indispensable éste requerimiento, debido a la calidad de la inversión y complejidad que se hará en ésta adquisición. La empresa debe dar respaldo de garantía, certificación técnica y respuesta inmediata, ante cualquier situación que lo amerite, considerando además que, en experiencias anteriores, empresas que cuentan con escaso o nulo personal calificado, no pueden resolver a tiempo los servicios técnicos necesarios, afectando de ésta manera la atención, productividad y calidad a la que apunta la institución. Se debe contar con al menos dos Ingenieros Biomédicos entrenados. El certificado de cada Ingeniero Biomédico entrenado debe estar apostillado o legalizado en origen, según corresponda. Ajustarse al PBC		

Consulta 2 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar mesa de entrada de registro Sanitario ya que esto posibilita más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse al PBC		

Consulta 3 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
en el punto: 4.1.1.6, donde dice: "Sistema de aumento continuo (zoom) manual 0,4 2,4 (3,9 x a 23,3x)"		
Consultamos si podría decir de la siguiente manera: "Sistema de aumento continuo (zoom) manual o a pedal 0,4 2,4 (3,9 x a 23,3x)"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 4 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
en el punto 4.1.2.2, donde dice: "Fuente de Iluminación: LED" consultamos si podría decir de la siguiente manera: "Fuente de Iluminación: LED o Halógena"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 5 - Separar lote

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Solicitamos amablemente a la Convocante que separe los equipos solicitados en dos lotes diferentes, ya que las empresas proveedoras son diferentes. Lote 1 Microscopio y Lote 2 Neuronavegador		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Existen marcas que fabrican por separado ambos equipos, y existen marcas que integran ambos equipos y son parte o accesorios uno del otro, de manera que, separado en Lotes, se dejaría fuera a marcas que no pueden vender por separado, sin embargo, tal como se encuentra redactado, no limita que se puedan ofertar dos marcas, uno del Microscopio Neuroquirúrgico y otro Neuronavegador, en un sólo ítem. Ajustarse al PBC		

Consulta 6 - Punto 4.2.1.1

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Teniendo en cuenta que el equipo solicitado se utilizará en el Servicio de Neurocirugía, se recomienda incluir los consumibles para navegación óptica: 80 (ochenta) esferas de navegacion, 100 (cien) marcadores fiduciales y 20 (veinte) agujas para biopsia pasiva		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse al PBC		

Consulta 7 - Puntos 4.2.1.6 y 4.2.1.18

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Se recomienda cambiar el ítem por funciones específicas para aplicaciones craneales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse al PBC, el principal, el principal uso del Neuronavegador está indicado para la Neurocirugía, sin embargo, el propósito de la compra, no es limitar solo al uso en una única especialidad, optimizando recursos para ser utilizados en las diversas especialidades establecidas en las EETT, que son cirugía Máxilo Facial, Cirugía Plástica Reconstructiva y Otorrinolaringología (ENT)		

Consulta 8 - Punto 4.2.1.22 y 4.2.1.23

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Se recomienda cambiar el ítem por: Dos monitores de pantalla táctil de 27" de gran definición para navegación óptica y electromagnética		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Se mantiene lo solicitado, además si la tecnología del equipo precisa y es necesario, se pueden incluir uno o dos monitores, de acuerdo con las dimensiones y características del fabricante.		

Consulta 9 - Punto 4.2.1.27

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Se recomienda cambiar el ítem por brazo de sujeción con cámara óptica de gran volumen de seguimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Se puede ofertar con brazo de sujeción o cámara óptica de gran volumen de seguimiento		

Consulta 10 - Punto 4.2.1.24

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Se recomienda eliminar este ítem ya que corresponde a la especialidad de otorrinolaringología		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse al PBC		

Consulta 11 - Punto 4.2.1.7

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Se recomienda a la Convocante eliminar este punto ya que NO corresponde a cirugías craneales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse al PBC		

Consulta 12 - Punto 4.2.1.10

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Se recomienda a la Convocante eliminar este punto ya que NO corresponde a cirugías craneales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse al PBC		

Consulta 13 - Punto 4.2.1.3

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Se recomienda cambiar lo solicitado por instrumentales estándares reutilizable para realizar Biopsias craneales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
Ajustarse al PBC		

Consulta 14 - Punto 4.2.1.32

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la Convocante se pueda presentar el certificado CE y/o FDA

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC

Consulta 15 - Punto 4.3.1.4

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la Convocante a reducir a 1 (uno) el nro de ingenieros biomedicos, ya que solo es 1 equipo el solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 16 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la Convocante ampliar el plazo de entrega a 120 (ciento veinte) días

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 17 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la Convocante prever un anticipo del 20% debido a la complejidad e inversión del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 18 - Separar ITEM

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC se piden 2 equipos diferentes en un solo item, se solicita a la Convocante separar los equipos en items diferentes: Item 1 Microscopio cabezal óptico y el item 2 Neuronavegador

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar la última versión del PBC,

Consulta 19 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
La fabricación de equipos especializados demoran al menos 90 días para estar listos y además hay que prever 30 días para la importación de los mismos, motivo por el cual solicitamos a la Convocante amplie a 120 (ciento veinte) días el plazo de entrega para no entran en incumplimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC,		

Consulta 20 - Punto 4.3.1.4

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Solicitamos a la Convocante que para este punto sea suficiente la habilitación del Servicio Técnico del oferente por parte del MSP (Dinavisa)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC,		

Consulta 21 - Punto 4.2.1.3

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Lo solicitado en el PBC corresponde a cirugías endoscópicas de los senos paranasales (FESS), se solicita que sea para procedimientos específicos de CEREBRO y de BASE DE CRANEO (Neurocirugía)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC, se aclara que se utilizará en un Hospital multidisciplinario, por lo tanto las características solicitadas no son exclusivamente para una sola especialidad, sino abarca todas las especialidades posibles, con la mejor inversión.-		

Consulta 22 - Punto 4.2.1.6

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Se solicita a la Convocante cambiar por funciones de navegación óptica y electromagnética para NEUROCIROGIAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC.-		

Consulta 23 - Punto 4.1.2.7

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Se solicita a la convocante eliminar este punto ya que las EETT corresponden a un equipo de MONITORIZACION DE NERVIOS y NO A UN NEURONAVEGADOR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC		

Consulta 24 - Punto 4.2.1.10

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Se solicita a la Convocante cambiar a la función de reconocimiento de paciente mediante tomografía y/o resonancia magnética debido a que lo solicitado corresponde a cirugías faciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC		

Consulta 25 - Punto 4.2.1.18

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Se solicita cambiar a FUNCIONES PARA NEUROCIRUGIAS Y ENT (Cirugías de base de craneo)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC, se aclara que el propósito de la compra no es limitar solo al uso en una única especialidad, optimizando recursos para ser utilizados en las diversas especialidades establecidas en las EETT, como ser Cirugía Maxilo Facial, Cirugía Plástica Reconstructiva y Otorrinolaringologo.-		

Consulta 26 - Puntos 4.2.1.22 y 4.2.1.23

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Se recomienda cambiar los items por: Dos monitores de pantalla táctil de 27" de gran definición para navegación óptica y electromagnética		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC		

Consulta 27 - Punto 4.2.1.24

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Se solicita a la Convocante a cambiar las bandas elasticas para ENT por AGUJAS NAVEGABLES para toma de biopsias craneales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC		

Consulta 28 - Punto 4.2.1.3

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
Se solicita a la Convocante eliminar este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC		

Consulta 29 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
<p>DICE: 4.3.1.4 Contar con al menos 2 Ingenieros Biomedicos dentro del plantel de profesionales de la empresa, presentardocumentación que avale este criterio.</p> <p>CONSULTA: Como debe debe demostrarse este criterio? debido a que la respuesta a la consukta Nro 1 fue la siguiente: "Resulta indispensable éste requerimiento, debido a la calidad de la inversión y complejidad que se hará en ésta adquisición. La empresa debe dar respaldo de garantía, certificación técnica y respuesta inmediata, ante cualquier situación que lo amerite, considerando además que, en experiencias anteriores, empresas que cuentan con escaso o nulo personal calificado, no pueden resolver a tiempo los servicios técnicos necesarios, afectando de ésta manera la atención, productividad y calidad a la que apunta la institución. Se debe contar con al menos dos Ingenieros Biomédicos entrenados. El certificado de cada Ingeniero Biomédico entrenado debe estar apostillado o legalizado en origen, según corresponda. Ajustarse al PBC"</p> <p>¿ Se debe presentar los certificados, o documentos emitido por el fabricante, de que la empresa cuenta con dos Ingenieros Biomedicos, y que están entrenados por el fabricante?, además, dicho documento, debe estar apostillado y/o legalizado en el país de origen según corresponda? o se debe adecuar al PBC, esta consulta hacemos debido a que se nota una contradicción a la respuesta de la consulta Nro 1</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC		

Consulta 30 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
<p>DICE: 4.1.2.2 Fuente de Iluminación: LED y/o Halógena y/o xenón y 4.1.2.3 Fuente de irugaiión de XENON</p> <p>CONSULTA: se debería eliminar el punto 4.1.2.3 ya que se encuentra duplicado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC		

Consulta 31 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2023
<p>DICE: 4.1.2.4 Control: Iluminación con motor</p> <p>CONSULTA: Se podría aclarar este punto? Tal vez debe decir "Control de Iluminación"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC		