

Consultas Realizadas

Licitación 420019 - Adquisición de Equipo de Broncoscopia pediátrico y adulto con accesorios Ad - Referéndum

Consulta 1 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Con relación a los certificados de calidad específica: FDA, CE, JIS ¿Podrían ser considerados válidos los certificados que estén vigentes e indiquen la marca y modelo o tipo o categoría de equipo cotizado, teniendo en cuenta que en algunos certificados no se incluye el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Se aceptarán Certificados vigente que indiquen la marca y modelo o tipo o categoría de equipos cotizado.		

Consulta 2 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Solicitamos ampliar el plan de entrega a por lo menos 60 días, después de la recepción de la Orden de Compra, considerando que los equipos deben ser importados y 30 días resultan cortos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		