

Consultas Realizadas

Licitación 420569 - Adquisición de Equipos Médicos - Cooperación Gobierno de Taiwan

Consulta 1 - EETT - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
DONDE DICE: Con batería de al menos 4 horas. CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar con batería de 3h de duración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 2 - EETT - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
DONDE DICE: Rango de medición de 15 a 300 BPM o mayor. CONSULTA: Solicitamos a la convocante aceptar un rango de 20 a 250 bpm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
DONDE DICE: Monitor Multiparametrico 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO. CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante extender los días de entrega de bienes, en caso de ser adjudicado solicitamos extender a 30 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días desde la firma del contrato, llevando en cuenta que los equipos son importados y de esa manera dar oportunidad a la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Donde solicitan: Pantalla de 12 pulgadas como mínimo, considerando la cantidad de parámetros solicitados sugerimos respetuosamente que la pantalla sea de mínimo 15 pulgadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 6 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Donde dice: Pantalla a colores mediante tecnología LCD o LED Resolución de al menos 800x600 píxeles, considerando que actualmente las pantallas de los dispositivos cuentan con mayor resolución sugerimos se eleve este requerimiento a Resolución: 1360 x 760 píxeles o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 7 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Donde solicitan: Despliegue de al menos 8 curvas fisiológicas simultáneamente, considerando que luego solicitan despliegue de 12 derivaciones de ECG en forma simultánea, el requerimiento de la cantidad de curvas debería ser: Despliegue de al menos 12 curvas fisiológicas simultáneamente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 8 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Considerando que estos monitores no estarán conectados a central, sugerimos que las tendencias gráficas y numéricas sean de 200 horas como mínimo y la capacidad de almacenamiento de hasta 200 eventos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 9 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Solicitamos se acepten equipos con peso menor o igual a 7,5 Kilos para su utilización en caso de transporte, considerando que piden batería de gran capacidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 10 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
<p>Donde dice: Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS mediante copias de contratos ejecutados acompañados de la facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos ejecutados, acompañados de la facturación de ventas y/o recepciones finales, que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa. Solicitamos a la Convocante modificar la experiencia quedando de la siguiente manera, a fin de contar con mayor participación de oferentes:</p> <p>Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MEDICOS mediante copias de contratos y/o facturas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, dentro de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) y ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos ejecutados, y/o facturas y/o recepciones finales, que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Ítem 2: Monitor Multiparamétrico.

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
<p>Donde dice: Respiración: Rango de medición de 3 a 150rpm, ¿Qué condición clínica necesitaría utilizar un rango de valor máximo de 150rpm? en dicho caso, solicitamos amablemente a la convocante aceptar un rango de medición de 3 a 120rpm o mayor, permitiendo la participación de mayor cantidad de oferentes en el llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2022
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		

Consulta 12 - Ítem 2: Monitor Multiparamétrico.

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
<p>Donde dice: Despliegue de al menos 12 curvas fisiológicas simultáneamente. Solicitamos amablemente a la convocante cambiarlo al pedido original de Despliegue de 8 curvas fisiológicas simultáneamente.</p> <p>Dicha cantidad de curvas son suficientes para los parámetros solicitados en el pliego y tampoco altera el uso final, permitiendo así la participación de más oferentes en el presente llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
La modificación fue realizada atendiendo a que en las especificaciones técnicas apartado "PARAMETROS" se solicita que el equipo cuente con la posibilidad de despliegue simultaneo de hasta 12 derivaciones.		

Consulta 13 - Datos para la póliza

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar cuales son los datos para la póliza de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: Asegurado: RUC: Dirección:		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñu/Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. RUC 80000905-3 Dirección: Arnaldo Bacigalupo c/ Avda la Victoria		

Consulta 14 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Donde solicitan: Pantalla de 12 pulgadas como mínimo, considerando la cantidad de parámetros solicitados sugerimos respetuosamente que la pantalla sea de mínimo 15 pulgadas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 15 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Donde dice: Pantalla a colores mediante tecnología LCD o LED Resolución de al menos 800x600 pixeles, considerando que actualmente las pantallas de los dispositivos cuentan con mayor resolución sugerimos se eleve este requerimiento a Resolución: 1360 x 760 píxeles o más		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 16 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Donde solicitan: Despliegue de al menos 8 curvas fisiológicas simultáneamente, considerando que luego solicitan despliegue de 12 derivaciones de ECG en forma simultánea, el requerimiento de la cantidad de curvas debería ser: Despliegue de al menos 12 curvas fisiológicas simultáneamente		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
Fue modificado según Pliego de Bases y Condiciones V2.		

Consulta 17 - Item N° 2 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Considerando que estos monitores no estarán conectados a central, sugerimos que las tendencias gráficas y numéricas sean de 200 horas como mínimo y la capacidad de almacenamiento de hasta 200 eventos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 18 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Item 1 . se podría ofrecer el microscopio con sistema de iluminación regulable de fuente LED?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
------------------	---------------------------	------------

En las especificaciones técnicas se solicita "Regulación de la intensidad de luz en forma continua". Se podrá ofertar microscopio que cumpla dicha especificación.

Consulta 19 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2022
-----------------	--------------------------	------------

Insistimos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días, resulta imposible cumplir con el plazo establecido en el PBC , tratándose de equipos importados

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 20 - Ítem N° 2 - Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
-----------------	--------------------------	------------

Sugerimos a la convocante considerando que la cantidad de parámetros solicitados y que para mejor visualización de las ondas la pantalla sea de mínimo 15 pulgadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones V3.

Consulta 21 - Ítem N° 2 - Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: Pantalla a colores mediante tecnología LCD o LED Resolución de al menos 800x600 píxeles, considerando que actualmente las pantallas de los dispositivos cuentan con mayor resolución sugerimos se eleve este requerimiento a Resolución: 1360 x 760 píxeles o más

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones V3.