

Consultas Realizadas

Licitación 421524 - CVE Nº 02/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CORAZÓN ARTIFICIAL PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ"

Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Se ha establecido un plazo de entrega de 5 días hábiles a partir de la orden de entrega. Visto el proceso de Importación desde Alemania, desaduanizar y otros trámites requerimos modificar el plazo de entrega a 15 días hábiles desde la orden de entrega		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
EL PROCESO HA SIDO CANCELADO		

Consulta 2 - Especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Para el ítem 2 se requiere "dos cánulas arteriales Apex" y para la correcta implementación debe modificarse y ampliarse a: 2 Cánulas arteriales, 2 Cánulas atriales/ápex. Para realizar el implante biventricular se necesitan 4 cánulas. Dos para el ventrículo izquierdo y dos para el ventrículo derecho. Con dos cánulas solo se podría asistir un ventrículo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
EL PROCESO HA SIDO CANCELADO		

Consulta 3 - Balances

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Para evaluar la capacidad financiera, el PBC ha establecido la presentación de los balances 2019, 2020 y 2021. Las consolas, insumos y materiales descartables del corazón artificial EXCOR, proveídos por BERLIN HEART son importados por LIVESTOCK S.A. Por razones de la pandemia, y a raíz de la suspensión de ciertos servicios en los años 2020 y 2021, en dicho período no fueron programadas cirugías que impliquen estos materiales y por tanto no se ha realizado provisión ni facturación del producto, que es el único representado por nuestra empresa. Este hecho ha repercutido en los balances de los años 2020 y 2021, por lo cual, solicitamos la modificación del requerimiento, estableciéndolo en Balances 2018, 2019 y 2020,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
EL PROCESO HA SIDO CANCELADO		