

# **Consultas Realizadas**

# Licitación 421557 - LPN N° 19/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO COVID -19 - MSPYBS COBERTURA 24 MESES.

## Consulta 1 - Lote 1 cabina de bioseguridad

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

¿Se podría admitir 1 (una) cabina de bioseguridad clase II tipo A2, certificada, con las siguientes medidas: largo 135 cm, profundidad 60 cm, altura 66 cm para cada laboratorio?

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones ya que las medidas solicitadas cumplen con las medidas mínimas solicitadas en la EETT

## Consulta 2 - Lote 2 cabina de bioseguridad clase II tipo A2

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

¿Se podría admitir 1 (una) cabina de bioseguridad clase II tipo A2, certificada, con las siguientes medidas: largo 94 cm, profundidad 60 cm, altura 66 cm para cada laboratorio?

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones ya que las medidas solicitadas cumplen con las medidas mínimas solicitadas en la EETT

## Consulta 3 - Lote 2 cabina de bioseguridad clase II tipo A2, certificada

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

¿Se podría admitir 1 (una) cabina de bioseguridad clase II tipo A2, certificada, con las siguientes medidas: largo 115 cm, profundidad 60 cm, altura 66 cm para cada laboratorio?

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones ya que las medidas solicitadas cumplen con las medidas mínimas solicitadas en la EETT

## Consulta 4 - lotes del 1 al 5

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

¿Seria para los lotes: 1 al 5. Se solicita que hibride con una región diana conservada de los genes RDRP o OQF1 y E o N, no se estaría refiriendo al gen ORF1ab?

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

19/07/25 00:20 1/5



## Consulta 5 - PLAN DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

Según PBC en el plazo de entrega menciona el ítem 7 al 9 (Guantes) y en el SICP figura solo los ítems 1 al 6, tampoco figuran los ítems 7 al 9 en EETT, favor aclarar esa parte.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

## Consulta 6 - PLAN DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

Se solicita amablemente a la convocante aclarar a que se refiere con ITEM 7 al 9 (Guantes), debido a que no figuran esos ítems referentes a guantes en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, favor verificar y aclarar el mismo.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

#### Consulta 7 - PLAN DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

Se solicita amablemente a la convocante establecer en el pliego de bases y condiciones un plan de entregas en porcentajes, para el saldo de la cantidad mínima para una mejor gestión de la entrega.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones ya que las condiciones de entrega serán según necesidad del Servicio

## Consulta 8 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

El PBC solicita 3 - Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos para cada uno de los lotes ofertados en castellano. Solicitamos a la Convocante aceptar folletos técnicos en el idioma de origen con su debida traducción al castellano.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones las mismas serán aceptadas los documentos con su debida traducción.

## Consulta 9 - PORCENTAJE DE MULTA

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

Solicitamos a la Convocante adecuar el porcentaje de multa al porcentaje de interes por mora por falta de pago de la Contratante, es decir a 0,001%.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Favor considerar los terminos ya establecidos por la Convocante.

19/07/25 00:20 2/5



#### Consulta 10 - PLAN DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

Solicitamos a la Convocante establecer un cronograma de entrega por porcentaje según la cantidad mínima, o en todo caso ampliar el plazo de entrega de los bienes a por lo menos 15 días hábiles de haber recepcionado la Orden de Compra.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones ya que las condiciones de entrega serán según necesidad del servicio

#### Consulta 11 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

En el Pliego de Bases y Condiciones en Equipos en Comodato punto A, menciona que el oferente deberá poner en funcionamiento el laboratorio en un plazo de 20 (veinte) días una vez firmado el contrato. Podría la convocante ampliar dicho plazo a 45 días, ya que por la modalidad del contrato hay realizar como por ejemplo la certificación de la cámara de bioseguridad y dicha certificación contiene plazos ajenos al oferente, por ende solicitamos un plazo mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Los plazos fueron considerados según necesidad del servicio

## Consulta 12 - VENCIMIENTO

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2023

En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita que los productos cuenten con un vencimiento de 12 meses al momento de la entrega. Solicitamos a la convocante que tenga en cuenta que la validez propiamente de dicho producto es de un menor vencimiento por ende solicitamos que se ajuste entre 6 a 8 meses.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . El Administrador del contrato tiene un protocolo de recepción de productos no menor vencimiento que tiene en cuenta la necesidad del servicio

## Consulta 13 - LOTES 1 al 6

Consulta Fecha de Consulta 22-04-2023

Se solicita a la convocante en base a la legislación vigente de libre competencia, la posibilidad de ofertar sistemas cerrados para los items ofertados ya que claramente se visualiza que las EETT estan dirigidas a un proveedor en particular.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . Los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura , RRHH y capacidad del servicio

## Consulta 14 - LOTES 1 al 6

Consulta Fecha de Consulta 22-04-2023

Se solicita la posibilidad de ofertar equipos cerrados, de ser esto posible, se podria dar la alternativa de no ofertar con cabina de bioseguridad, ya que estos equipamientos estan diseñados tanto equipo como reactivos para el uso sin cabina, sin riesgo alguno para el usuario.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . Los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura , RRHH y capacidad del servicio

19/07/25 00:20 3/5



#### Consulta 15 - LOTES 1 AL 6

Consulta Fecha de Consulta 22-04-2023

La extracción de SARS-Cov-2 se podría usar a través de un método de columna?

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . Se solicita extracción automatizada y el método debe cumplir con este requisito.

## Consulta 16 - LOTE 6

Consulta Fecha de Consulta 22-04-2023

Se podría ofertar un sistema automatizado para la detección de SARS-CoV-2 por LAMP Amplificación Isotérmica de Ácidos nucleicos (LAMP), con la ventaja que puede detectar la amplificación durante la reacción, ofreciendo menos interferencia a los inhibidores, a diferencia de la RT PCR en tiempo real.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . La metodología solicitada por los servicios es RTPCR en tiempo real

#### Consulta 17 - item 6

Consulta Fecha de Consulta 23-04-2023

Se podría ofertar un kit en sistema de cartucho que procesa un panel que incluye SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y Virus Sincitial Respiratorio, en un tiempo de procesamiento de 70 minutos hasta la emisión del resultado

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . Las EETT son las mínimas que se solicitan

## Consulta 18 - plazos de entrega

Consulta Fecha de Consulta 23-04-2023

En la pagina menciona plazo de entrega para ÍTEM 7 al 9 (Guantes), sin estos items no se visualizan en las EETT ni en la planilla de precios. Favor aclarar si es solo un error de tipeo o seran incluidos posteriormente.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

## Consulta 19 - EETT item 1 al 6

Consulta Fecha de Consulta 23-04-2023

Favor aclarar si el gen OQF1 mencionaldo en el Pliego de bases y condicines se refiere al gen Orf1b

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

19/07/25 00:20 4/5



## Consulta 20 - eett

Consulta Fecha de Consulta	23-04-2023
----------------------------	------------

Se solicita confirme si el gen OQF1 se refiere al gen Orf1b

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

## Consulta 21 - EETT item 1 al 6

Consulta Fecha de Consulta 23-04-2023

Se puede ofertar kit RT-PCR multiplex kit en detección simultánea de 2 genes específicos RdRP y Orf1b de Covid-19

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . Las EETT son precisas en cuanto a las características de los genes que se necesitan detectar

## Consulta 22 - PLAN DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 24-04-2023

PLAN DE ENTREGA

-Se solicita amablemente a la convocante que el tiempo transcurrido para la puesta en marcha sea de 60 días luego de la firma del contrato, se debe considerar que son equipos importados.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . Los plazos fueron considerados según necesidad del servicio

19/07/25 00:20 5/5