

## Consultas Realizadas

# Licitación 421740 - LPN SBE 161-22 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL AREA DE CITOMORFOLOGIA DEL SERVICIO DE HEMATOLOGIA - AD REFERENDUM 2023

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Consultamos a la Convocante si se podría ofertar un contador hematológico con un volumen máximo de aspiración de 110 ul? a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-02-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 2 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar el rangos de aceptación de los años de fabricación de los equipos. Donde dice no más de 12 meses de fabricación, debe decir sin uso y con no más de 5 años de fabricación. Es como normalmente se solicita, además tener en cuenta que un equipo con menos de 1 año de fabricación encarece el importe de las ofertas, y la convocante estaría adquiriendo la determinación más cara del oferente que tiene un equipo con no más de un año en vez de adquirir más barato la determinación del oferente que oferta un equipo nuevo con no más de 5 años de fabricación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-02-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
Solicitamos amablemente a la Convocante que el volumen máximo de aspiración no sea más de 150 uL, con el propósito de fomentar la libre competencia y dar participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-02-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 4 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2022
Con el proposito de dar mayor participacion a oferentes consultamos a la Convocante si se podría ofertar un equipo con un volumen máximo de aspiración de 175 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-02-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2022
CONTADOR HEMATOLOGICO:Se podria considerar un equipo que requiera 80#956;L de sangre entera debido a que el volumen de diferencia es despreciable y no afectaria en el análisis?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-02-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2022
TINCION DE LAMINA AUTOMATIZADA: Se podria considerar un equipo que admita 200#956;L de muestra cargada automáticamente, y en el modo de citología manual se pueden usar tubos para micro muestra de 0.5 ml, en este caso el equipo puede aspirar 40 uL para la extensión. Permite el reciclado de tinciones hasta 20 veces, puede realizar 120 tinciones por hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-02-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2022
CONTADOR HEMATOLOGICO:Se podria considerar un equipo que requiera 80uL de sangre entera debido a que el volumen de diferencia es despreciable y no afectaria en el análisis?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-02-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2022
TINCION DE LAMINA AUTOMATIZADA: Se podria considerar un equipo que admita 200uL de muestra cargada automáticamente, y en el modo de citología manual se pueden usar tubos para micro muestra de 0.5 ml, en este caso el equipo puede aspirar 40 uL para la extensión. Permite el reciclado de tinciones hasta 20 veces, puede realizar 120 tinciones por hora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-02-2023
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		