

Consultas Realizadas

Licitación 421986 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - AD REFERÉNDUM - PROYECTO CONACYT SERT20-54

Consulta 1 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-12-2022
Detalle de los productos con sus respectivas especificaciones técnicas Item 33 Gas Acetileno Presentación cilindro de 8m3 Consulta: Se podrá cotizar cilindro de 7kg ya que es la capacidad mas estándar que de los cilindros El acetileno es por kg no por m3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 2 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-12-2022
Detalle de los productos con sus respectivas especificaciones técnicas Item 34 Nitrógeno Analítico Nitrógeno Analítico 5.5 Presentación cilindro de 9m3 Consulta: Favor aclarar la pureza del Nitrógeno Analítico si no debería ser de 5.0 Se podrá cotizar cilindro de 7,5m3 ya que es la capacidad mas estándar de los cilindros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-12-2022
Ajustarse a la Adenda N° 1		