

Consultas Realizadas

Licitación 422117 - ADQUISICIÓN DE TIJERA PARA ELECTROBISTURI Y SELLADOR DE VASOS CON PROVISIÓN DE EQUIPO A COMODATO PARA EL INCAN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL

Consulta 1 - EETT Ítem 2 Tijera para electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Donde dice: 2- SELLADORA DE VASOS 37CM, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2- SELLADORA DE VASOS 37 +/- 2CM, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 2 - EETT Ítem 3 Tijera para electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Donde dice: 3- SELLADORA DE VASOS 44CM; PUNTA MARYLAND; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato. Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, como así también el tipo de punta de la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 3- SELLADORA DE VASOS 44 +/- 1CM; PUNTA MARYLAND O DEPENDIENDO DEL DISEÑO DEL FABRICANTE; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 3 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Donde dice: Alimentación eléctrica 220Vca+- 10%/50Hz.Potencia 270-300W aproximadamente. Con toma de alimentación eléctrico tipo Schuko Solicitamos a la convocante ampliar la potencia del equipo, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Alimentación eléctrica 220Vca+- 10%/50Hz.Potencia 270W o mayor. Con toma de alimentación eléctrico tipo Schuko.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 4 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Donde dice: Pantalla táctil LCD de 7"con 4 cuadrantes. Monopolar1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU). Solicitamos a la convocante establecer un rango de medida de la pantalla táctil, además de los tipos de conexiones, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de vasos y Rección Bipolar (RTU) o UNIVERSAL según tecnología del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 5 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Donde dice: 2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de vasos / universal, según tecnología del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 6 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Donde dice: Capacidad de almacenamiento: 8GB Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Además, esta característica no garantiza un mejor procedimiento Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Capacidad de almacenamiento de 8GB o la posibilidad de guardar 30 procedimientos o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 7 - EETT Ítem 2 Tijera para electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Donde dice: 2- SELLADORA DE VASOS 37CM, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2- SELLADORA DE VASOS 37 +/- 2CM, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 8 - EETT Ítem 3 Tijera para electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Donde dice: 3- SELLADORA DE VASOS 44CM; PUNTA MARYLAND; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato. Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, como así también el tipo de punta de la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 3- SELLADORA DE VASOS 44 +/- 1CM; PUNTA MARYLAND O DEPENDIENDO DEL DISEÑO DEL FABRICANTE; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 9 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Donde dice: Alimentación eléctrica 220Vca+- 10%/50Hz.Potencia 270-300W aproximadamente. Con toma de alimentación eléctrico tipo Schuko Solicitamos a la convocante ampliar la potencia del equipo, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Alimentación eléctrica 220Vca+- 10%/50Hz.Potencia 270W o mayor. Con toma de alimentación eléctrico tipo Schuko.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 10 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Donde dice: Pantalla táctil LCD de 7"con 4 cuadrantes. Monopolar1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU). Solicitamos a la convocante establecer un rango de medida de la pantalla táctil, además de los tipos de conexiones, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de vasos y Rección Bipolar (RTU) o UNIVERSAL según tecnología del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 11 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Donde dice: 2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de vasos / universal, según tecnología del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 12 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Donde dice: Capacidad de almacenamiento: 8GB Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Además, esta característica no garantiza un mejor procedimiento Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Capacidad de almacenamiento de 8GB o la posibilidad de guardar 30 procedimientos o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 13 - Lista de Precios Item 1,2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Lista de Precios Ítems 1, 2 y 3, solicitamos a la Convocante incorporar otra definición a la palabra Tijera, este pedido es con la finalidad de permitir la participación de mas de un oferente en el presente llamado. Respetuosamente sugerimos que queden redactadas de la siguiente manera: Item 1 Tijera o Cuchilla para electrobisturi Item 2 Tijera o cuchilla para electrobisturi Item 3 Tijera o cuchilla para electrobisturi		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 14 - Pagina 24 y 25 del PBC Detalle de productos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Pagina 24 y 25 del PBC, Detalle y especificaciones técnicas de los Ítems 1, 2 y 3, solicitamos a la Convocante incorporar otra definición a la palabra Tijera, este pedido es con la finalidad de permitir la participación de mas de un oferente en el presente llamado. Respetuosamente sugerimos que queden redactadas de la siguiente manera: Item 1 Tijera o Cuchilla para electrobisturi Item 2 Tijera o cuchilla para electrobisturi Item 3 Tijera o cuchilla para electrobisturi		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 15 - Pagina 24 y 25 del PBC Detalle de productos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Pagina 24 y 25 del PBC, Detalle y especificaciones técnicas de los Ítems 2 Selladora de vasos 37cm totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato, solicitamos permitir la cotización de la Selladora de vasos de 37cm. a 40 cm., favor insertar rango de +- 3cm. a la medida solicitada originalmente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 16 - Pagina 24 y 25 del PBC Detalle de productos

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Pagina 24 y 25 del PBC, Detalle y especificaciones técnicas de los Ítems 3 Selladora de vasos 44cm punta maryland totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato, solicitamos permitir la cotizacion de la Selladora de vasos de 44cm. a 48 cm., favor insertar rango de +- 4cm. a la medida solicitada originalmente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 17 - Pagina 25 y 26 del PBC Detalle de productos

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Electrobisturi de alta complejidad - sellador de vasos, solicitan con pantalla tactil LCD 7" con 4 cuadrantes, monopolar 1, monopolar 2, bipolar, sellador de vasos y reseccion bi polar. Solicitamos respetuosamente aceptar la cotizacion con las sgtes características: Monitor LCD de 7" o superior con 4 cuadrantes, monopolar 1, monopolar 2, biolar 1, bipolar 2 (sellador de vasos y reseccion bipolar RTU)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 18 - EETT - Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Favor aclarar si se requiere un solo equipo en comodato para todos los ítems, o 1 equipo para cada ítem, que totalizarían 3 equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 19 - Pagina 25 y 26 del PBC Detalle de productos

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Electrobisturi de alta complejidad - sellador de vasos, solicitan con 2 entradas, 1 bipolar y 1 sellador de vasos. Solicitamos respetuosamente aceptar la cotizacion con las sgtes características: Con 2 entradas monopolar, 1 bipolar, 1 y 1 sellador de vasos o 2 entradas monopolar y 2 entradas bipolar con sellador de vasos (RTU)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 20 - Pagina 25 y 26 del PBC Detalle de productos

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Electrobisturi de alta complejidad - sellador de vasos, solicitan con potencia monopolar puro 300W, Blend 200W, Coag 120W y Bipolar alto 95W. Solicitamos respetuosamente aceptar la cotizacion con las sgtes características: Monopolar puro 300W o superior, Blend 200W o superior, Coag. 120W o superio y Bioplar alto 95W o superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 21 - Pagina 25 y 26 del PBC Detalle de productos

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Electrobisturi de alta complejidad - sellador de vasos, solicitan con capacidad de almacenamiento de 8GB, solicitamos respetuosamente aceptar la cotización con 8GB o con capacidad para 100 o mas programas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 22 - Pagina 25 y 26 del PBC Detalle de productos

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Electrobisturi de alta complejidad - sellador de vasos, Sistema REM, solicitamos respetuosamente aceptar la cotización de equipo Sistema REM o similar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 23 - Item 1 tijera para electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Solicitamos a la convocante poder ofertar Tijera para Ultrasonico bisturí, Cortador de tejidos y sellar vaso sanguíneo 36cm, 5mm+-0.5 mm de diámetro, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato, para dar oportunidad a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 24 - Item 1 tijera para electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Solicitamos a la convocante poder ofertar Tijera para Ultrasonico bisturí , Cortador de tejidos y sellar vaso sanguíneo 14cm a 23cm de longitud, 5mm+-0.5 mm de diametro, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato, para dar oportunidad a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 25 - item 2 tijera para electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Solicitamos a la convocante poder ofertar Tijera para Ultrasonico bisturí, Cortador de tejidos y sellar vaso sanguíneo 36cm, 5mm+-0.5 mm de diametro, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato, para permitir la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 26 - ítem 3 tijera para electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Solicitamos a la convocante poder ofertar Tijera para Ultrasonico bisturí, Cortador de tejidos y sellar vaso sanguíneo 45cm, 5mm+-0.5 mm de diametro, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato, para dar oportunidad a la participación a potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 27 - Especificaciones tecnicas Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Sugerimos a la convocante aceptar las siguientes especificaciones técnicas: Generador: * Potencias: 35W para todos los modelos * Frecuencia que trabaja el bisturí: 55.5kHz * Bontón de control está en el bisturí, que permite al usuario configurar el sistema para activar y detener automáticamente la energía sin interruptor de Pedal		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 28 - Especificaciones tecnicas Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Sugerimos a la convocante aceptar las siguientes especificaciones técnicas: Sistema REM *Por cada equipo serán proveidos adaptadores, cables y todos los accesorios necesarios para la utilización y mantenimiento del equipo y de los instrumentos solicitados *		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 29 - Especificaciones tecnicas Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Sugerimos a la convocante aceptar las siguientes especificaciones técnicas: Accesorios por Equipo * Transductor que compartir con diferentes modelos * Pedal de activación doble con cable de conexión * Instalación del equipo en la institución designada y capacitación del uso del mismo a usuarios y tecnicos correspondiente. *Garantía con Servicio Tecnico ante cualquier falla, incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución por al menos 1 año.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 30 - Lista de Precios, Ítems 1, 2 y 3 dice como Descripción del Bien PARA ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Lista de Precios, Ítems 1, 2 y 3 dice como Descripción del Bien PARA ELECTROBISTURI Solicitamos al Convocante incorporar otra definición a la palabra TIJERA, este pedido es con la finalidad de permitir la participación de más de un oferente en el presente llamado. Respetuosamente sugerimos que queden redactados de la siguiente manera: Ítem 1 - TIJERA (o CUCHILLA) PARA ELECTROBISTURI Ítem 2 - TIJERA (o CUCHILLA) PARA ELECTROBISTURI Ítem 3 - TIJERA (o CUCHILLA) PARA ELECTROBISTURI		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 31 - En las páginas 24 y 25 del PBC en la parte de Detalle de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
En las páginas 24 y 25 del PBC en la parte de Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas dice para los ítems 1, 2 y 3 dicen TIJERA PARA ELECTROBISTURI: Solicitamos al Convocante incorporar otra definición a la palabra TIJERA, este pedido es con la finalidad de permitir la participación de más de un oferente en el presente llamado. Respetuosamente sugerimos que queden redactados de la siguiente manera: Ítem 1 - TIJERA (o CUCHILLA) PARA ELECTROBISTURI Ítem 2 - TIJERA (o CUCHILLA) PARA ELECTROBISTURI Ítem 3 - TIJERA (o CUCHILLA) PARA ELECTROBISTURI		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 32 - En las páginas 24 y 25 del PBC solicitan productos con las siguientes especificaciones técnicas:

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
En las páginas 24 y 25 del PBC solicitan productos con las siguientes especificaciones técnicas: Item 2: SELLADORA DE VASOS 37CM, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato Solicitamos al Convocante permitir la cotización de productos con: SELLADORA DE VASOS 37 CM a 40CM, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 33 - En las páginas 24 y 25 del PBC solicitan productos con las siguientes especificaciones técnicas:

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Item 3: SELLADORA DE VASOS 44CM; PUNTA MARYLAND; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato Solicitamos al Convocante permitir la cotización de productos con: SELLADORA DE VASOS 44CM a 48CM; PUNTA MARYLAND; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 34 - En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato con las siguientes especificaciones técnicas: Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos Pantalla táctil LCD de 7"con 4 cuadrantes. Monopolar1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU). Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización del equipo con: Pantalla táctil o mediante mando giratorio LCD de 7 o superior con 4 cuadrantes. Monopolar1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU) o Monopolar 1 Monopolar 2, Bipolar 1, Bipolar 2, (Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 35 - En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato con las siguientes especificaciones técnicas: Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos 2 Entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita la cotización de equipos con: 2 Entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos o 2 Entradas Monopolar, 2 Bipolar con Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 36 - En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato con las siguientes especificaciones técnicas: Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos Potencias: Monopolar puro: 300 W, Blend 200W, coag 120W, bipolar Alto 95W. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita la cotización de equipos con: Potencias: Monopolar puro: 300 W o mayor, Blend 200W o mayor, coag 120W o mayor, bipolar 95W o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 37 - En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato con las siguientes especificaciones técnicas: Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos Capacidad de almacenamiento: 8GB Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita la cotización de equipos con: Capacidad de almacenamiento: 8GB o con capacidad para 100 o más programas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 38 - En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
En las páginas 25 y 26 del PBC solicitan un equipo en comodato con las siguientes especificaciones técnicas: Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos Sistema REM Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita la cotización de equipos con: Sistema REM o similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-05-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 39 - Item 1 Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
Item 1 Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes. Teniendo en cuenta que la forma de manipular el equipo no afecta a la capacidad del equipo solicitamos que permitan cotizar equipos que no sean táctil o sea declarado opcional. Por otro lado, esta especificación técnica es del equipo Medtronic Valleylab FT10 (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP), por ende, no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051. Por lo expuesto líneas arriba solicitamos respetuosamente al Convocante modificar este punto a: Pantalla táctil (Opcional) LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 40 - Item 1 Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
Item 1 Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Potencias: Monopolar puro: 300 W, Blend 200W, coag 120W, bipolar Alto 95W Esta especificación técnica es del equipo Medtronic Valleylab FT10 (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP), por ende, no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Potencias: Monopolar puro: 300 W o superior, Blend 200W o superior, coag 120W o superior, bipolar 95W o superior.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 41 - Item 1 Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
Item 1 Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Sistema REM Esta especificación técnica es del equipo Medtronic Valleylab FT10 (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP), por ende no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051. Por lo expuesto líneas arriba solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Sistema REM o similar de acuerdo a cada fabricante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 42 - En la página 26 del PBC Versión 3 solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
En la página 26 del PBC Versión 3 solicitan: Item 1: Descripción del Bien/ Servicio: Tijera para Electrobisturí Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la Cotización de: Item 1: Descripción del Bien/ Servicio: Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturi.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 43 - En la página 27 del PBC Versión 3 solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
En la página 27 del PBC Versión 3 solicitan: Item 2: Descripción del Bien/ Servicio: Tijera para Electrobisturí Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la Cotización de: Item 2: Descripción del Bien/ Servicio: Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturi.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 44 - En la página 27 del PBC Versión 3 solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
En la página 27 del PBC Versión 3 solicitan: Item 3: Descripción del Bien/ Servicio: Tijera para Electrobisturí Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la Cotización de: Item 3: Descripción del Bien/ Servicio: Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturí.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 45 - En la página 27 del PBC, dice:

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
En la página 27 del PBC, dice: Los ítems mencionados arriba deberán venir con 2 (Dos) Equipos en comodato Estos 2 (dos) equipos en comodato ¿deben ser nuevos o usados? En caso de ser usados, solicitamos que tengan una antigüedad de fabricación no mayor a 4 (cuatro) años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 46 - En la página 27 del PBC, dice:

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
En la página 27 del PBC, dice: Los ítems mencionados arriba deberán venir con 2 (Dos) Equipos en comodato Estos 2 (dos) equipos en comodato ¿deben ser nuevos o usados? En caso de ser nuevos, solicitamos que tengan una antigüedad de fabricación no mayor a 4 (cuatro) años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 47 - En la página 27 del PBC, dice:

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
En la página 27 del PBC, dice: Los ítems mencionados arriba deberán venir con 2 (Dos) Equipos en comodato; sin embargo, en la página 29 del PBC se solicita 1 unidad. Pedimos aclarar la cantidad de equipos a ser entregados en calidad de comodato y corregirlos en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 48 - En la página 29 del PBC Versión 3 solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
En la página 29 del PBC Versión 3 solicitan: Item 0: Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos. Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: El plan de entrega máximo de los bienes adjudicados será dentro de los 5 (cinco) días hábiles desde la recepción de la orden. Solicitamos respetuosamente al Convocante ampliar el tiempo de entrega a: 30 (treinta) días hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 49 - En la página 29 del PBC Versión 3 solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
En la página 29 del PBC Versión 3 solicitan: Para los ítems 1, 2 y 3 no especifica la Fecha final de Ejecución de los Bienes Solicitamos respetuosamente al Convocante agregar: 30 (treinta) días hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 50 - Equipos en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
En el Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, dice lo siguiente: "Los ítems mencionados arriba deberán venir con 2 (Dos) Equipos nuevos en comodato, los cuales deberán tener las siguientes especificaciones técnicas" Se consulta si es correcta la interpretación de que para cada ítem deben entregarse 2 equipos en comodato, y en el caso de que un mismo oferente sea adjudicado en todos los ítems, serían 6 equipos nuevos en comodato a ser entregados. Si la respuesta es afirmativa, se informa que los precios referenciales no contemplan un porcentaje por la adquisición de equipos nuevos y la provisión no es viable. Si la respuesta es negativa, y se requieren un total de 2 equipos en comodato para los 3 ítems, existe un error en el sistema de adjudicación publicado, y debe ser corregido a sistema de adjudicación POR EL TOTAL, y en ese caso serían razonables los precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se requiere un total de 2 equipos en comodato para los 3 ítems. Se modifica el sistema de adjudicación POR EL TOTAL.		

Consulta 51 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se consulta si es correcto el sistema de adjudicación "por ítems" establecido.		
De mantenerse el sistema de adjudicación "por ítem" favor informar si la cantidad de equipos en comodato requeridos en el llamado deben ser 6.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se requiere un total de 2 equipos en comodato para los 3 ítems. Se modifica el sistema de adjudicación POR EL TOTAL.		

Consulta 52 - Planilla de Precios - Especificaciones Técnicas - SICP

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se observa que la descripción de cada uno de los ítems dice: "Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturí".		
Considerando que las piezas de mano descritas corresponden a marcas específicas, se consulta si será aceptada cualquier pieza de mano/sellador de vaso para electrobisturí independientemente a su denominación, de manera a no restringir por una cuestión de marcas, en contravención a los principios de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 53 - Denominación de los ítems 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se solicita modificar la denominación de los ítems a una genérica que abarque cualquier marca, por ejemplo "Sellador de Vasos" o "Pieza de Mano para electrobisturí", de manera a no limitar el tipo de sellador por una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC		

Consulta 54 - Descripción del Bien - Ítems 1, 2 y 3 en Planilla de Precios - Especificaciones técnicas y SICP

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
La descripción de los ítems 1, 2 y 3 dice:		
"Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturí"		
Favor modificar a "Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturí o Pinza para Electrobisturí".		
Lo solicitado es a fin de permitir la participación de otras marcas que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC.		

Consulta 55 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2023
Favor aclarar si las órdenes para emisión de los ítems adjudicados serán emitidas posterior a la instalación de los equipos en comodato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2023
Ajustarse a la nueva versión del PBC. Considerar condiciones del comodato y Plan de Entrega de los bienes.		

Consulta 56 - Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2023
En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes. Teniendo en cuenta que la forma de manipular el equipo no afecta la capacidad del mismo, solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con pantalla táctil o con manejo mediante botones y mando giratorio. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante requerir esta especificación técnica de la siguiente forma: Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes o Pantalla LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes y con mando giratorio y botones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC.		

Consulta 57 - En la página 26 del PBC Versión 5 solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2023
En la página 26 del PBC Versión 5 solicitan: Ítem 1, EETT: Pieza de mano para sellador de vasos 18cm a 21cm, totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de: Pieza de mano para sellador de vasos 18cm a 23cm totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC.		

Consulta 58 - En la página 27 del PBC Versión 5 solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2023
En la página 27 del PBC Versión 5 solicitan: 2 (Dos) Equipos nuevos en comodato Teniendo en cuenta el alto valor de los equipos, por tratarse de equipos NUEVOS, solicitamos a la Convocante permita la provisión de solamente 1 (un) Equipo nuevo en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC.		

Consulta 59 - En la página 27 del PBC Versión 5 solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2023
En la página 27 del PBC Versión 5 solicitan: 2 (Dos) Equipos nuevos en comodato Teniendo en cuenta el alto valor de los equipos, por tratarse de equipos NUEVOS, solicitamos a la Convocante permita la provisión de solamente 1 (un) Equipo nuevo en comodato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2023
Favor remitirse a la nueva versión del PBC.		

Consulta 60 - Denominación de los ítems 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2023
Con relación a la denominación de los 3 ítems "Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturí". Favor aclarar con SI o NO si se aceptará el sellador de vaso compatible con el equipo en comodato, tal como se requiere en las especificaciones técnicas, independientemente a la denominación del mismo por cada tipo de marca, pudiendo ser tijera, cuchilla, pinza u otro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-06-2023
Se aceptaran si son compatibles con el equipo en comodato.		